

永州市政府采购文件

采购项目名称：东安县人民医院康复设备采购项目
采购人：东安县人民医院
采购方式：询价
采购代理机构：湖南金丽项目管理有限公司
委托代理编号：HNJL-CGDA-20260602
代理费收取方式：采购人支付代理费（按成交金额百分比收取）
代理费支付标准：项目成交金额的80%
专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付
采购计划编号：东财购计2026[00033]号
采购项目预算：1,284,000元
是否进行资格预审：否
需求编制时间：2026年06月29日

采购人签章：
东安县人民医院

需求编制人签章：
唐丽

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非公开招标采购方式审批管理办法》的通知（湘财购〔2025〕7号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- (一)就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- (二)设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- (三)采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- (四)以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- (五)对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- (六)限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- (七)非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- (八)以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

- (一)采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品(必要时需设置同品牌淘汰策略)、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。
- (二)采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- (三)采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- (四)采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- (五)采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- (六)采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- (七)采购标的的验收标准；
- (八)采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目不专门面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	607,000	最低评标价法
2	第二包	677,000	最低评标价法

询价文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告

获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额（元）	采购内容概况	预期采购时间
东安县人民医院康复设备采购项目	1,340,000	为进一步加强我院心内科、骨科、妇产科、内分泌科、康复科等科室的学科建设，完善各科室康复诊疗体系，提升康复诊疗服务能力，满足临床患者多样化的康复需求，更好地为患者提供科学、规范、高效的康复治疗服务，经上述科室根据本专业的康复需求，拟采购一批适配各科室临床需求的康复设备。	2026-04

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：607,000元

包概述：东安县人民医院康复设备采购项目第一包，本项目投标人可以选择一个包次投标，也可以选择全部包次投标，但本项目一个单位只能中一个包，评审时按第一包至第二包的顺序评审，按评标顺序已经中标的则由第二名中标，顺序递推。

评标方法：最低评标价法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数： 3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业： 否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不 进行资格预审	期望成交供应商数： 1个	投标有效期：90个自然 日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价/无时长限制		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品： 是	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，报价低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；若同品牌供应商报价恰好相同，采取随机抽取方式确定推荐资格；			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				

本包付款约定	1	30%	设备到货安装调试运行正常后支付合同总款的30%；
	2	30%	设备正常运行一个月后经验收合格支付合同总款的30%；
	3	35%	正常使用一年后付合同总款的35%；
	4	5%	质保期满后一次性无息付清。

本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求	
1. 具有独立承担民事责任的能力。 2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。 3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。 4. 法律、行政法规规定的其他条件。 5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。		1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。 2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。 3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。 4. 提供承诺函，承诺：（1）投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；（2）投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；（3）投标供应商未为本项目提供过整体设计、规范编制、项目管理、监理、检测等服务（单一来源采购项目除外）；（4）投标供应商未为本项目提供过前款第（3）项所列服务之外的其他采购活动。须加盖供应商公章。 5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打	

	印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。
本包特定资格要求	本包特定资格证明材料上传要求
①投标供应商应具备有效的《医疗器械生产许可证》（或备案凭证）或《医疗器械经营许可证》（或备案凭证）；②所投货物纳入医疗器械管理的，应具有《医疗器械产品注册证》（或备案凭证）或《注册登记表》（或备案凭证）；	提供相关资质证书并加盖公章

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	台	53,000	1	53,000
1	液阻手脚复合训练器(上下肢主被动康复训练系统)(A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备)	本货物共设置了28条参数。 其中：实质性参数：28条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	旋转速度	1-60rpm，步进1rpm；转速允许误差±10%或±3rpm，二者取大值（提供检验报告等有效证明文件）；			
		2	★	转速、训练手柄	转速变化率不大于0.5r/s2 训练手柄高度连续可调，0~235mm，允差±10%；前后连续可调：0~120mm，允差±10%			
		3	★	训练时间	时间设定0-60min，步距1min，允差±5s			
		4	★	训练速度	速度1-60级可调			
		5	★	训练阻力	阻力1-20级可调（提供检验报告或厂家彩页）			
		6	★	小腿支架	长度可调：根据患者的小腿长，选择最佳固定位置，有效防止膝关节外倾；			
		7	★	功能要求	1、训练模式：具备主动训练、被动训练、主被动训练；具备单上肢训练、单下肢训练、上下肢独立训练			
		8	★	功能要求	2、上、下肢同步训练、独立训练；			
		9	★	功能要求	3、Android系统，操控方式：≥10吋彩色触控大屏，屏幕360°可旋转。			
		10	★	功能要求	4、具备训练数据自动存储、一键打印；			
		11	★	功能要求	5、具有训练时间、运动方向、训练模式、训练处方、主动运动阻力、痉挛保护等级等的设定功能。			
		12	★	功能要求	6、具备左、右肢体平衡检测：在训练过程中提供肌力对称性信息，通过训练界面互动游戏倾斜度提示显示，以及实时显示两侧肢体运动百分比			
		13	★	功能要求	7、运动方向可调：有正、反两种运动方向，在训练过程中可以改变方向			
		14	★	功能要求	8、转向时间可设置：1~20分钟，正常训练过程中在设定转向时间后改变运动方向			
		15	★	功能要求	9、具备多种3D动画情景模拟；			
		16	★	功能要求	10、支持医师PC端给患者建档，数据实现：U盘驱动、WiFi传输、网络传输三种模式；			
		17	★	功能要求	11、提供多种训练轻音乐伴奏；			

		18	★	功能要求	12、痉挛自动检测，自动释放；痉挛灵敏度：敏感、标准、不敏感模式，痉挛保护应在（延迟时间+2s）内被激活且痉挛后方向可调：可调节痉挛后旋转方向与原方向相反			
		19	★	功能要求	13、痉挛保护激活时伴有声音提示信号，该信号持续到手动将其关闭			
		20	★	功能要求	14、提供多种适应症标准化训练模式、便捷个性设置训练模式（提供检验报告或厂家彩页）；			
		21	★	功能要求	15、训练结果分析：训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据			
		22	★	功能要求	16、支持当前训练数据查看、历史训练数据查看；曲线分析、柱状图分析；			
		23	★	功能要求	17、支持PC端数据无线传输到单机自动排队，无需医师在单机上设置；支持单机数据无线传输到PC端，自动累计数据，无需医师拷贝数据；支持单机训练数据查看、打印；支持PC端训练数据查看、分析、打印、下载；			
		24	★	功能要求	18、可实现单机联网系统升级；			
		25	★	功能要求	19、为特殊患者提供左、右肢护具，可快捷互换；			
		26	★	功能要求	20、可连接情景互动平台、实现多台竞技比赛			
		27	★	功能要求	21、配置轮椅固定锁紧装置；具有应急安全保护开关			
		28	★	功能要求	22、设备使用效期：≥9年。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
2	卧式健身车（上下肢主被动康复训练系统）（A02320800—物理治疗、康复及体育治疗仪器设备）	否	否	否	台	47,000	1	47,000
		本货物共设置了29条参数。 其中：实质性参数：29条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	旋转速度	1-60rpm，步进1rpm；转速允许误差±10%或±3rpm，二者取大值			
		2	★	转速	转速变化率不大于0.5r/s ²			
		3	★	扶手高度	高度连续可调：0~230mm，允差±10%			
		4	★	扶手前后	前后连续可调：0~50mm，允差±10%			
		5	★	训练时间	时间设定0-60min，步距1min，允差±5s			
		6	★	训练速度	速度1-60级可调			
		7	★	训练阻力	阻力1-20级可调（提供检验报告或厂家彩页）			
		8	★	小腿支架	长度可调：根据患者的小腿长，选择最佳固定位置，有效防止膝关节外倾；			
		9	★	功能要求	1、训练模式：具备下肢主动训练、被动训练、主被动训练			
		10	★	功能要求	2、Android系统控制；			
		11	★	功能要求	3、操控方式：≥10吋彩色触控大屏，屏幕360°可旋转。			
		12	★	功能要求	4、本机训练数据自动存储、一键打印；			
		13	★	功能要求	5、具有训练时间、运动方向、训练模式、训练处方、主动运动阻力、痉挛保护等级等的设定功能（提供检验报告或厂家彩页）。			
		14	★	功能要求	6、左、右肢体平衡检测：在训练过程中提供肌力对称性信息，通过训练界面互动游戏倾斜度提示显示，以及实时显示两侧肢体运动百分比			
		15	★	功能要求	7、运动方向可调：有正、反两种运动方向，在训练过程中可以改变方向			
		16	★	功能要求	8、转向时间可设置：1~20分钟，正常训练过程中在设定转向时间到后改变运动方向			
		17	★	功能要求	9、具备多种3D动画情景模拟；			
		18	★	功能要求	10、支持医师PC端给患者建档，数据实现：U盘驱动、WiFi传输、网络传输三种模式；			

		19	★	功能要求	11、提供多种训练轻音乐伴奏；			
		20	★	功能要求	12、痉挛自动检测，自动释放；痉挛灵敏度：敏感、标准、不敏感模式，痉挛保护应在（延迟时间+2s）内被激活且痉挛后方向可调：可调节痉挛后旋转方向与原方向相反。			
		21	★	功能要求	13、痉挛保护激活时伴有声音提示信号，该信号持续到手动将其关闭			
		22	★	功能要求	14、提供多种适应症标准化训练模式、便捷个性设置训练模式（提供检验报告或厂家彩页）；			
		23	★	功能要求	15、训练结果分析：训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据；			
		24	★	功能要求	16、支持当前训练数据查看、历史训练数据查看；曲线分析、柱状图分析；			
		25	★	功能要求	17、支持PC端数据无线传输到单机自动排队，无需医师在单机上设置；支持单机数据无线传输到PC端，自动累计数据，无需医师拷贝数据；支持单机训练数据查看、打印；支持PC端训练数据查看、分析、打印、下载；			
		26	★	功能要求	18、可实现单机联网系统升级；			
		27	★	功能要求	19、可连接情景互动平台、实现多台竞技比赛			
		28	★	功能要求	20、配置轮椅固定锁紧装置；具有应急安全保护开关			
		29	★	功能要求	21、设备使用效期：≥9年；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
3	气囊式体外反搏系统（A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备）	是	否	否	台	260,000	1	260,000
		本货物共设置了8条参数。 其中：实质性参数：8条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	1. 心电参数	1.1心电信号增益：四级增益，共模抑制比>80dB，心电检出门限应不大于0.25mV； 1.2心电导联：标准三导联； 1.3心率显示：35次/min~165次/min时，心率显示误差小于2次/min，心率与脉率同频双显示； 1.4滤波技术：50/60 Hz高低通滤波； 1.5心电波形采用滚动推进式显示，具有连续性和可追溯性。			
		2	★	2. 脉搏参数	2.1血氧显示：70-100% + 2%； 2.2脉搏显示：35次/min~165次/min时，脉率显示误差小于2次/min； 2.3 D/S比值：实时显示，峰值的比值（P）和面积的比值（A）； 2.4血氧波形采用滚动推进式显示，具有连续性和可追溯性；			
		3	★	3. 触发模式	3.1心电R波正负触发，反搏比率1:1；1:2，触发行程40-120 +1bpm； 3.2能够使房颤的患者从体外反搏治疗中获益。 3.3设有体外反搏压力微调模式，并且有舒适低、中、高三级调节。 3.4触摸工控液晶显示器，人机对话实时操控简洁快速			
		4	★	4.	可根据患者不同心率选择不同长短的保压时间，有助于获得较佳的冠状动脉血流灌注，			
		5	★	5.	设备具有超静音设计，整机噪音≤65.5db（提供证明材料）			
		6	★	6.	产品输入功率不高于2000VA			
		7	★	7.	触摸工控液晶显示器,屏幕尺寸≥15英寸			
		8	★	8.	床体靠背升降范围≥38°			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
4	超声波治疗仪（A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备）	否	否	否	台	18,000	2	36,000
		本货物共设置了13条参数。 其中：实质性参数：13条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	机型	便携式机型，≥7英寸彩色液晶显示加一键飞梭操作；仪器配有 1MHz固定治疗头和3.2MHz移动治			

					疗头，结构简单，操作便捷；两治疗探头独立控制，可同时使用，互不干扰。			
		2	★	频率	声工作频率：1MHz、3.2MHz±10%			
		3	★	输入功率	≤100VA。			
		4	★	额定输出功率	≤5W±20%。			
		5	★	额定输出有效声强	≤3.0W/cm2			
		6	★	波束类型	准直型			
		7	★	波束不均匀系数	波束不均匀系数：≤8。			
		8	★	占空比	0～90%可调，步进为10%			
		9	★	治疗时间	0-30分钟			
		10	★	调制波形	脉冲波			
		11	★	脉冲重复周期	10ms，误差±5%			
		12	★	输出模式	≥9档脉冲模式、≥1档连续模式			
		13	★	治疗头有效辐射面积	2.5cm2±20%			
		货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）
5	关节持续被动活动仪(A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备)	否	否	否	台	18,000	1	18,000
		本货物共设置了9条参数。 其中：实质性参数：9条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	角度范围及允差	1.1角度范围 1) 肘关节活动角度调节范围：0°～150°； 1.2角度范围允差 在可调节的角度范围内，角度不大于50°时，允差：±5°；角度大于50°时，允差±10%。			
		2	★	角速度	设备的角速度应可调节，最大角速度为5.7°/s，允差：±20%。			
		3	★	治疗时间	设备须具有定时装置，设定范围在1min～240min，步进值1min，允差：±10%			
		4	★	控制功率	设备具有“大、中、小”三种控制功率			
		5	★	控制模式	设备具有三种模式：正常模式、速度模式和角度模式			
		6	★	结构要求	6.1手持操作器 设备须具有供使用者操作的手持操作器，手持操作器须能控制设备的启动、停止，操作须方便、可靠。 6.2固定肢体的支架 固定肢体的支架长度可调节。 1) 肘关节运动肢体固定支架（运动支架）C2-1长度可调节，从旋转关节座中心到握手柄中心的使用长度范围：185mm～350mm，允差±10%。C2-2长度可调节，从旋转关节座中心到支撑板外延的使用长度范围：225mm～315mm，允差±10%。			
		7	★	意外断电	电源中断及恢复通电后，固定肢体的支架须保持在停止时的状态。			
		8	★	承重载荷	固定肢体的支架的额定载荷为50N，在额定载荷内，设备须能正常运行			
		9	★	工作噪声	在正常工作时的工作噪声（A计权）不大于60dB			
		货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）
6	下肢关节康复器（髌膝踝）（	否	否	否	台	23,000	1	23,000
		本货物共设置了18条参数。						

	A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备)	其中：实质性参数：18条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	1.	微电脑控制，LCD大屏幕液晶屏显示运动角度、时间、速度等参数，操作简单。			
		2	★	2.	膝、踝、髋关节均可运动。			
		3	★	3.	具有“控制功率”设定功能，并设计有过载自动反转保护功能。			
		4	★	4.	定制高精度丝杆输出动力，有效机械运动行程大于50厘米。			
		5	★	5.	康复器最长运动设置时间240分钟。			
		6	★	6.	康复器输入功率为70VA。额定工作电压：220V 50Hz			
		7	★	7.角度范围及允差	1) 角度范围 设备角度范围可调节，角度范围（α）为-5° ~120°。2) 角度范围允差 在可调节的角度范围内，角度不大于50° 时，允差：±5°；角度大于50° 时，允差±10%。			
		8	★	8.角速度	设备的角速度应可调节，设备最大角速度4.5° /s，允差：±15%。			
		9	★	9.治疗时间	产品有定时装置，设定范围在0~240min，步进值1min，其准确度误差不超过±5s。			
		10	★	10.结构要求	1) 手持操作器 设备应具有供使用者操作的手持操作器，手持操作器应能控制设备的启动、停止，操作应方便、可靠。2) 固定肢体的支架 固定肢体的支架长度可调节。设备大腿支架最大有效可调节长度为150mm，小腿支架最大有效使用长度为550mm。允差：±10%。			
		11	★	11.意外断电	电源中断及恢复通电后，固定肢体的支架须保持在停止时的状态。			
		12	★	12.承重载荷	设备的额定载荷为150N，在额定荷载内，设备应能正常运行。			
		13	★	13.	按键设计，运行更精准，定位更精确，采用更人性化的定时停止功能。			
		14	★	14.	复合型双层绑带，柔软舒适，便于清洗。			
		15	★	15.	一次性注塑成模、ABS和太空铝材质、耐磨耐压、外观精美。			
		16	★	16.	自动记忆位置，显示上次运动的设置数值，可以根据患者运动需要调整相关数据。			
		17	★	17.	供医疗机构、康复机构中具备相关专业知识的操作者使用，用于对患者肢体或关节进行被动康复训练。			
		18	★	18.	适用于1.5-1.85米正常平均高度的成人使用。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
7	言语障碍评估及康复训练系统(A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备)	否	否	否	台	170,000	1	170,000
		本货物共设置了38条参数。 其中：实质性参数：38条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	电脑配置： Windows操作系统， CPU：Intel Core I3-3217U 患者端：≥24英寸触摸屏显示器（1920X1080） 医生端：≥24英寸显示器（1920X1080） 内存：≥4G 硬盘内存：≥512G固态硬盘 多媒体音箱及麦克风1套			
		2	★	产品功能	1. 双屏分控显示，操作界面同步，治疗过程中，医生屏幕上实时显示患者屏幕内容，方便医生观察患者操作过程			
		3	★	产品功能	2. 主界面包含评估训练、工作列表、用户管理、快速登记功能			
		4	★	产品功能	3. 辅助功能：系统设置、医师管理、最小化主屏、退出系统			
		5	★	产品功能	4. 系统设置：包括单位、题目类型、题库、人员、参数、康复知识、游戏类型、评估量表、出题类别、自定义添加量表、自定义添加训练内容。			

		6	★	产品功能	5. 具有失语症评估与训练功能；1)失语症评估功能：具体内容包括名词理解、动词理解、句子理解、名词文字的理解、动词文字的理解、句子文字的理解、口头命令、名词复述、动词复述、句子复述、动作说明、命名、画面说明、漫画说明、列举、名词音读、动词音读、句子音读、文字命令、名词抄写、动词抄写、句子抄写、命名书写、动作描写、画面描写、漫画描写、名词听写、动词听写、句子听写、计算全部30种评估项目，对听理解能力、说话能力、读解能力、书写能力、计算能力进行评估（提供检验报告或厂家彩页）；
		7	★	产品功能	5. 具有失语症评估与训练功能；2)失语症评估报告：包括患者信息，得分分布情况柱状图，各项目得分状况，听理解能力、说话能力、读解能力、书写能力、计算能力评估结果以及治疗师评语；
		8	★	产品功能	5. 具有失语症评估与训练功能；3)失语症训练功能：包括语音理解、文字阅读、文字音读、语音复述、文字听写、文字抄写、图片说明、文字听选、漫画说明全部9种训练内容，素材包括句子、名词、动词3大种类
		9	★	产品功能	6. 具有构音障碍评估与训练功能；1)构音障碍评估功能：分为单词检查、字检查、音节检查、文章检查，以及构音类似运动（出现声母发音构音障碍时）检查共5种项目，可选择麦克风语音识别和手动确认识别（提供检验报告或厂家彩页）；
		10	★	产品功能	6. 具有构音障碍评估与训练功能；2)构音障碍评估报告：包括患者信息、患者的错音、条件、错误方式、发音方式一贯性、错法一贯性、被刺激性、构音类似运动、错误类型以及治疗师评语；
		11	★	产品功能	6. 具有构音障碍评估与训练功能；3)构音障碍训练功能：包括声母、韵母以及声韵母组合3类训练方式，每项包括俗语、对话、常用字、常用词语、惯用语5种训练内容。
		12	★	产品功能	7. 具有认知评估与训练功能；1)认知评估功能：包括简易精神状态检查量表(MMSE)、长谷川痴呆量表(HDS)、神经行为认知状况测试(NCSE)、MOCA量表、Loewenstein认知功能评定量表（提供检验报告或厂家彩页）；
		13	★	产品功能	7. 具有认知评估与训练功能；2)认知评估报告：包括患者信息、方案得分、量表总分、各单元得分、分数描述和治疗师评语；
		14	★	产品功能	7. 具有认知评估与训练功能；3)认知训练项目内容：方向识别、感知障碍、沟通障碍、计算、记忆缺损、记忆障碍、结构性失用、空间定位、排序、躯体构图、声音失认、数数、思维逻辑障碍、颜色、肢体使用、注意力障碍、组合共17种训练项目。
		15	★	产品功能	8. 具有动画认知训练功能：共计10种动画认知训练项目内容：视频内容包括发音教学、成语故事、涂色拼图、百科常识、绕口令、认知常识、童话故事、儿童游戏、儿童歌曲、中文童谣等。
		16	★	产品功能	9. 先知后认模式，避免因地域、文化、教育等客观因素的差异而影响评估与训练的准确度
		17	★	产品功能	10. 三大模块共30种以上的康复项目，约900余道康复训练题目，提供丰富有趣的康复体验
		18	★	产品功能	11. 用户信息管理：能够增加、删除、查询每一个患者的病历资料，具有包括姓名、性别、年龄、学历、打印日期、用户编号、评估报告、治疗师姓名以及语言类别，语言种类可选择普通话和不同类别的方言；
		19	★	产品功能	12. 具有新增病历、归档病历、更新病历功能；
		20	★	产品功能	13. 素材编辑功能：训练系统具有认知训练方案编辑、构音训练方案编辑，失语症方案编辑功能，可根据实际需要设计训练内容，可添加、选择、输入命名图片，录入提示语音、提示文字、动画片段（提供检验报告或厂家彩页）；
		21	★	产品功能	14. 精彩的图像显示，栩栩如生的动画表达，真正的人机互动训练模式。使患者体验到互动训练游戏的乐趣，能进行听视觉反馈，在康复训练的快乐中达到言语功能的恢复。
		22	★	产品功能	15. 出具专业的临床报告：评估报告、训练记录报告、图文报表、导出打印
		23	★	产品功能	16. 支持国内六大方言（陕西话、四川话、粤语、河南话、湖南话、东北话），可设置全局默认方言发音，支持在线语音及各方言语音生成
		24	★	产品功能	17. 语音提醒功能
		25	★	产品功能	18. 可根据科室使用需求扩展题库设计
		26	★	产品功能	19. 用户可自行添加评估量表及训练方案，并可对量表及方案内题目进行修改
		27	★	产品功能	20. 支持自定义处方，可将评估量表和训练方案进行组合，提前保存为处方，方便医生使用
		28	★	产品功能	21. 客观题目自动评分，医生可酌情修改、主观题目由医生主动评分
		29	★	产品功能	22. 患者屏幕监控，治疗过程中，医生屏幕上实时显示患者屏幕内容，方便医生观察患者操作过程
		30	★	产品功能	23. 打印报告中可直接将量表明细打印，方便医生进行诊断。

		31	★	产品功能	24. 客观题目自动评分，医生可酌情修改、主观题目由医生主动评分
		32	★	产品功能	25. 患者屏幕监控，治疗过程中，医生屏幕上实时显示患者屏幕内容，方便医生观察患者操作过程；打印报告中可直接将量表明细打印，方便医生进行诊断。
		33	★	产品功能	26. 支持物联网功能，可与物联网平台进行连接，医生通过物联网平台可以远程将训练处方下发到设备
		34	★	产品功能	27. 训练系统工作噪声≤55dB(A)
		35	★	产品功能	28. 安全类型：I类、B型应用部分
		36	★	产品功能	29. 设备具有过电流、过电压保护功能
		37	★	产品功能	30. 设备通过电磁兼容、性能、安规检测
		38	★	产品功能	31. 设备使用年限：≥9年。

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	液阻手脚复合训练器（上下肢主被动康复训练系统）	1	旋转速度	是	图片	提供检验报告等有效证明文件
		2	转速、训练手柄	否	无	无
		3	训练时间	否	无	无
		4	训练速度	否	无	无
		5	训练阻力	是	图片	提供检验报告或厂家彩页
		6	小腿支架	否	无	无
		7	功能要求	否	无	无
		8	功能要求	否	无	无
		9	功能要求	否	无	无
		10	功能要求	否	无	无
		11	功能要求	否	无	无
		12	功能要求	否	无	无
		13	功能要求	否	无	无
		14	功能要求	否	无	无
		15	功能要求	否	无	无
		16	功能要求	否	无	无
		17	功能要求	否	无	无
		18	功能要求	否	无	无
		19	功能要求	否	无	无
		20	功能要求	是	图片	提供检验报告或厂家彩页
		21	功能要求	否	无	无
		22	功能要求	否	无	无
		23	功能要求	否	无	无
		24	功能要求	否	无	无
		25	功能要求	否	无	无
		26	功能要求	否	无	无
		27	功能要求	否	无	无
		28	功能要求	否	无	无

2	卧式健身车 (上下肢主 被动康复训 练系统)	1	旋转速度	否	无	无
		2	转速	否	无	无
		3	扶手高度	否	无	无
		4	扶手前后	否	无	无
		5	训练时间	否	无	无
		6	训练速度	否	无	无
		7	训练阻力	是	图片	提供检验报告或厂家彩页
		8	小腿支架	否	无	无
		9	功能要求	否	无	无
		10	功能要求	否	无	无
		11	功能要求	否	无	无
		12	功能要求	否	无	无
		13	功能要求	是	图片	提供检验报告或厂家彩页
		14	功能要求	否	无	无
		15	功能要求	否	无	无
		16	功能要求	否	无	无
		17	功能要求	否	无	无
		18	功能要求	否	无	无
		19	功能要求	否	无	无
		20	功能要求	否	无	无
		21	功能要求	否	无	无
		22	功能要求	是	图片	提供检验报告或厂家彩页
		23	功能要求	否	无	无
		24	功能要求	否	无	无
		25	功能要求	否	无	无
		26	功能要求	否	无	无
		27	功能要求	否	无	无
		28	功能要求	否	无	无
		29	功能要求	否	无	无
3	气囊式体外 反搏系统	1	1. 心电参 数	否	无	无
		2	2. 脉搏参 数	否	无	无
		3	3. 触发模 式	否	无	无
		4	4.	否	无	无
		5	5.	是	图片	提供证明材料
		6	6.	否	无	无
		7	7.	否	无	无
		8	8.	否	无	无
4	超声波治疗 仪	1	机型	否	无	无
		2	频率	否	无	无
		3	输入功率	否	无	无
		4	额定输出 功率	否	无	无
		5	额定输出 有效声强	否	无	无
		6	波束类型	否	无	无

		7	波束不均匀系数	否	无	无
		8	占空比	否	无	无
		9	治疗时间	否	无	无
		10	调制波形	否	无	无
		11	脉冲重复周期	否	无	无
		12	输出模式	否	无	无
		13	治疗头有效辐射面积	否	无	无
5	关节持续被动活动仪	1	角度范围及允差	否	无	无
		2	角速度	否	无	无
		3	治疗时间	否	无	无
		4	控制功率	否	无	无
		5	控制模式	否	无	无
		6	结构要求	否	无	无
		7	意外断电	否	无	无
		8	承重载荷	否	无	无
		9	工作噪声	否	无	无
6	下肢关节康复器（髋膝踝）	1	1.	否	无	无
		2	2.	否	无	无
		3	3.	否	无	无
		4	4.	否	无	无
		5	5.	否	无	无
		6	6.	否	无	无
		7	7. 角度范围及允差	否	无	无
		8	8. 角速度	否	无	无
		9	9. 治疗时间	否	无	无
		10	10. 结构要求	否	无	无
		11	11. 意外断电	否	无	无
		12	12. 承重载荷	否	无	无
		13	13.	否	无	无
		14	14.	否	无	无
		15	15.	否	无	无
		16	16.	否	无	无
		17	17.	否	无	无
		18	18.	否	无	无
7	言语障碍评估及康复训练系统	1	技术参数	否	无	无
		2	产品功能	否	无	无
		3	产品功能	否	无	无
		4	产品功能	否	无	无
		5	产品功能	否	无	无

		6	产品功能	是	图片	提供检验报告或厂家彩页
		7	产品功能	否	无	无
		8	产品功能	否	无	无
		9	产品功能	是	图片	提供检验报告或厂家彩页
		10	产品功能	否	无	无
		11	产品功能	否	无	无
		12	产品功能	是	图片	提供检验报告或厂家彩页
		13	产品功能	否	无	无
		14	产品功能	否	无	无
		15	产品功能	否	无	无
		16	产品功能	否	无	无
		17	产品功能	否	无	无
		18	产品功能	否	无	无
		19	产品功能	否	无	无
		20	产品功能	是	图片	提供检验报告或厂家彩页
		21	产品功能	否	无	无
		22	产品功能	否	无	无
		23	产品功能	否	无	无
		24	产品功能	否	无	无
		25	产品功能	否	无	无
		26	产品功能	否	无	无
		27	产品功能	否	无	无
		28	产品功能	否	无	无
		29	产品功能	否	无	无
		30	产品功能	否	无	无
		31	产品功能	否	无	无
		32	产品功能	否	无	无
		33	产品功能	否	无	无
		34	产品功能	否	无	无
		35	产品功能	否	无	无
		36	产品功能	否	无	无
		37	产品功能	否	无	无
		38	产品功能	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	合同	商务	合同草案条款 采购人（全称）：东安县人民医院（甲方） 供应商（全称）：（乙方） 为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同 1. 项目信息

		(1) 采购项目名称：东安县人民医院康复设备采购项目第一包 (2) 项目内容： 。 (3) 项目负责人： 。 2. 合同金额 (1) 合同金额小写： 大写： (2) 具体标的见附件。 (3) 合同价格形式： 。 3. 履行合同的时间、地点及方式 起始日期：-年- 月 日，完成日期：-年- 月 日。总日历天数： 天。 地点： 方式： 4. 付款： 5. 解决合同纠纷方式 首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：向采购人所在地人民法院提起诉讼。 6. 组成合同的文件 本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按相关政策要求。 7. 合同生效 本合同自 生效。 8. 合同份数 本合同一式 份，采购人执 份，供应商执 份，均具有同等法律效力。合同订立时间： 年 月 日 合同订立地点： 附件：具体标的明细、分包合同等。 政府采购合同专用条款 <table><tr><td>第三章 第1.1款</td><td>甲方名称、地址</td><td>名称：东安县人民医院 地址：永州市东安县白牙市镇建设大道478号</td></tr><tr><td>第三章 第1.2（6）项</td><td>项目现场</td><td>采购人指定地点</td></tr><tr><td>第三章 第5.1款</td><td>履行合同的时间、地点</td><td>交货时间：签订合同后30个工作日内交货及安装 。 交货地点：采购人指定地点</td></tr></table>	第三章 第1.1款	甲方名称、地址	名称：东安县人民医院 地址：永州市东安县白牙市镇建设大道478号	第三章 第1.2（6）项	项目现场	采购人指定地点	第三章 第5.1款	履行合同的时间、地点	交货时间：签订合同后30个工作日内交货及安装 。 交货地点：采购人指定地点
第三章 第1.1款	甲方名称、地址	名称：东安县人民医院 地址：永州市东安县白牙市镇建设大道478号									
第三章 第1.2（6）项	项目现场	采购人指定地点									
第三章 第5.1款	履行合同的时间、地点	交货时间：签订合同后30个工作日内交货及安装 。 交货地点：采购人指定地点									

			第三章 第9.2（1）项	质量保证期	两年全免保修
			第三章 第9.2（3）项	响应时间	按合同约定
			第三章 第13.5款	合同价款支付方式和条件	设备到货安装调试运行正常后支付合同总款的30%，设备正常运行一个月后经验收合格支付合同总款的30%，正常使用一年后付合同总款的35%，余款5%作为质保金，质保期满后一次性无息付清。
			第三章 第14.2（6）项	伴随服务	见文件采购需求
			第三章 第20.2款	解决争议的方式	☒ 诉讼 ☐ 仲裁
			第三章 第23.1款	合同未尽事项	由甲、乙双方另行议定；但内容不得背离法律法规及招标文件的实质性要求。
2	商务要求	商务	1. 产品运输、保险及保管： 1.1 成交供应商负责在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购单位指定地点，包括装卸及现场搬运等。使用说明书、合格证、随配附件和工具一并附于货物包装内。 1.2 成交供应商负责货物在实施地点的保管，直至项目验收合格。 1.3 成交供应商负责其派出的项目实施人员、相关管理人员的一切人身和财产安全。 2. 交货与安装调试： 2.1 交货时间：签订合同后30个工作日内交货及安装。 2.2 交货地点：东安县境内采购人指定地点。 2.3 成交供应商须负责所有设备的安装调试(含采购人原有设备拆卸、更换和位置调整)，确保设备和整个系统正常运行。 2.4 项目完成后，成交供应商应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档等移交采购人。		

			2.5延期交货:成交供应商每延期1天,按延期交付的货物总额1%交付违约金,违约金最高限额不超过延期交付的货物总额的10%。如果在达到违约金最高限额后仍不能交货,采购人有权终止合同,因此给采购人带来的损失由成交供应商负责。 3.验收: 3.1成交供应商交货前应对产品作出全面检查并列出清单,负责安装并培训采购单位的使用操作人员,直到符合技术要求,正常运营一个月后,采购单位做最终验收。由采购人负责组建验收小组货物必须由验收小组鉴定是否符合采购项目的验收标准和实际需要,按采购文件技术要的性能指标、响应文件响应条款、国家及行业相关标准进行验收,验收费用由成交供应商承担。 3.2货物产品经过双方检验认可后,签署验收报告,验收报告作为申请付款的凭证之一。 3.3验收过程中产生纠纷的,由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交供应商原因造成的,由成交供应商承担检测费用;否则,由采购人承担。 3.4项目验收不合格,由成交供应商返工直至合格,再行验收,由此给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的,采购人可终止合同,另行按规定选择其他供应商采购,由此带来的一切损失由成交供应商承担。 4.质量保证: 4.1成交供应商提供的产品为原厂原装正品,符合国家质量检测标准,具有出厂合格证或国家鉴定合格证。 4.2质保期要求贰年全免保修,质保期从最终验收合格之日起开始计算。质保期内所有设备维护维修保养等要求免费上门服务。 5.结算方法 5.1付款人:东安县人民医院 5.2付款方式:设备到货安装调试运行正常后支付合同总款的30%,设备正常运行一个月后经验收合格支付合同总款的30%,正常使用一年后付合同总款的35%,余款5%作为质保金,质保期满后一次性无息付清。 5.3本项目采用费用包干方式,包括项目所需的设备及配套附件,以及产品运输保险保管、安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务和税费等所有费用,如一旦中标,在项目实施中出现任何遗漏,均由成交供应商免费提供,采购人不再支付任何费用。 6.备注: 6.1本采购文件中技术要求必须严格按照国家相关标准执行。投标人在响应文件中的响应内容应等于或优于采购方所要求的技术要求。 6.2对于上述项目要求,投标人应在响应文件中进行回应,作出承诺及说明,否则投标无效
3	培训	商务	成交供应商应按询价文件要求负责拟定培训方案,进行必要的人员培训,达到采购方相关工作人员熟练掌握产品性能、操作技能及排除一般故障的程度。
4	售后服务	商务	1.成交供应商须制定并提供设备定期维护计划、故障受理服务和对采购人维护要求的响应措施及方案。 2.质保期内出现任何质量问题(人为破坏或自然灾害等不可抗力除外),由成交供应商负责全免费更

			换或维修。 3. 应在接到产品故障报修后二小时内响应，一个工作日内到达现场，两个工作日内处理完毕。若故障检修两个工作日后仍无法排除的，供应商应在故障报修的三个工作日内提供不低于故障规格型号档次的替代产品供采购人使用，直至原产品故障排除为止。 4. 在质保期内，如有制造质量问题或技术缺陷，成交供应商应予以免费更换，以保证采购人工作及时正常运行；在采购人使用的前三个月，同一设备出现第二次质量问题，成交供应商应予以免费整体更换。 5. 备品、备件: 制造商有备件库，保证必要时可以及时供应。
--	--	--	--

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无
2	商务要求	商务	是	图片	投标人应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明，否则投标无效（格式自拟）。
3	培训	商务	是	图片	提供培训方案（格式自拟）。
4	售后服务	商务	是	图片	提供售后服务方案及承诺（格式自拟）

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例(或分数)	备注
小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（货物）》	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。
节能产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	5%	评标方法为最低评标价法时，节能产品享受产品报价优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
环境标志产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	5%	评标方法为最低评标价法时，环境标志产品享受产品报价优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环

				境标志产品优惠。
--	--	--	--	----------

异常报价

询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在询价现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为响应无效处理。

包名：第二包 采购金额：677,000元

包概述：东安县人民医院康复设备采购项目第二包，本项目投标人可以选择一个包次投标，也可以选择全部包次投标，但本项目一个单位只能中一个包，评审时按第一包至第二包的顺序评审，按评标顺序已经中标的则由第二名中标，顺序递推。				
评标方法：最低评标价法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价/无时长限制		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：是	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，报价低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；若同品牌供应商报价恰好相同，采取随机抽取方式确定推荐资格；			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
本包付款约定	1	30%	设备到货安装调试运行正常后支付合同总款的30%；	
	2	30%	设备正常运行一个月后经验收合格支付合同总款的30%；	
	3	35%	正常使用一年后付合同总款的35%；	
	4	5%	质保期满后一次性无息付清。	
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
1. 具有独立承担民事责任的能力。		1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。		
2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。		2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。		
3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。		3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。		
4. 法律、行政法规规定的其他条件。		4. 提供承诺函，承诺：（1）投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；（2）投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；（3）投标供应商未为本项目提供过整体设计、规范编制、项目管理、监理、检测等服务（单一来源采购项目除外）；（4）投标供应商未为本项目提供过前款第（3）项所列服务之外的其他采购活动。须加盖供应商公章。		
5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。		5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。		
本包特定资格要求		本包特定资格证明材料上传要求		
①投标供应商应具备有效的《医疗器械生产许可证》（或备案凭证）或《医疗器械经营许可证》（或		提供相关资质证书并加盖公章		

备案凭证)； ②所投货物纳入医疗器械管理的，应具有《医疗器械产品注册证》（或备案凭证）或《注册登记表》（或备案凭证）；	
---	--

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
1	电磁场治疗仪（A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备）	否	否	否	台	70,000	1	70,000
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	1、触摸显示屏≥10.1寸 2、输出通道≥四通道，其中两路磁疗通道，两路电疗通道； 3、治疗模式：磁疗强度三档可调：低档、中档、高档，交变磁场50Hz，磁性治疗头的磁场强度分弱档15mT、中档25mT、强档35mT三档，允差±2%；电疗模式七种，且每种24档可调；治疗时间默认30分钟，5-60分钟可调，步长为5分钟； 使用电源：交流220±22V，50Hz±1Hz 输入功率：≤30VA 工作频率：工作载波频率1.0KHz，允差±10%；脉冲波形为方波，宽度为500μs，允差±10%；低频调制频率为0.5-60Hz； 在基准负载（基准值500Ω±5%的无感电阻）下，治疗输出脉冲幅度分24级可调，最大输出幅度16V±1V，最大输出电流不超过80mA；电源电压波动±10%对电极片的输出幅度、脉冲宽度或脉冲重复频率造成的影响，必须不大于±10%；输出闭锁功能：治疗仪具有自动复位功能，在供电短时中断后又恢复的情况下，输出幅度控制器应在最小位置，否则治疗仪不得有能量输出。 工作条件：使用温湿度：5℃～40℃，≤80%RH；使用大气压力：700hPa～1060hPa； 运输和保存温湿度：-5℃～45℃，≤90%RH；运输和保存大气压力500hPa～1060hPa；			
		2	★	其他要求	1、采用专业医用材质，提升用电安全性； 2、一体式推车，方便移动； 3、应具有《医疗器械注册证》的合格产品。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
2	产后康复治疗仪（A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备）	否	否	否	台	27,000	1	27,000
		本货物共设置了20条参数。 其中：实质性参数：20条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	1、电源电压：AC220V±22V			
		2	★	技术参数	2、电源频率：50Hz±1Hz			
		3	★	技术参数	3、基本脉冲频率：800Hz±5%			
		4	★	技术参数	4、调制波形与频率：梯形波0.5-10Hz，三角波1-20Hz，钟形波0.5-10Hz；			
		5	★	技术参数	催乳系统调制波频率：1.1-7Hz±5%			
		6	★	技术参数	子宫恢复系统调制波频率：0.85-2.8Hz±5%			
		7	★	技术参数	术后镇痛系统调制波频率：1-6.4Hz±5%			
		8	★	技术参数	乳腺小叶增生系统调制波频率：1-6.4Hz±5%			

		9	★	技术参数	5、输出脉冲宽度为：0.4ms±5%；				
		10	★	技术参数	6、单个脉冲电量：>7 μc；				
		11	★	技术参数	7、单个脉冲能量：≤300mJ；				
		12	★	技术参数	8、开路输出电压峰值：≤500Vp-p；				
		13	★	技术参数	9、最大输出幅度有效值：≤40V；				
		14	★	技术参数	10、治疗仪的治疗时间为有默认定时和手工定时两种方式，默认定时时间为25分钟，手工定时的时间范围是5-65min，误差为±15秒；				
		15	★	技术参数	11、有四路完全独立运行的治疗输出通道，能量输出范围1~260级；				
		16	★	技术参数	12、每个通道的输出设置由三个按键独立完成，三个按键分别是标志“三角符号朝上”、“三角符号朝下”和“确定”键；				
		17	★	技术参数	13、四块液晶显示屏显示，多组治疗处方，中文菜单式操作，治疗时，各个通道设置的治疗处方、治疗时间及强度均显示在液晶屏上；				
		18	★	技术参数	14治疗处方≥11个；且有腹直肌分离治疗功能。				
		19	★	技术参数	15、本型号采用推车式结构。				
		20	★	技术参数	16、仪器安全性能符合GB9706.1-2020、YY9706.210.2021标准要求且取得报告。（提供证明文件）				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）	
3	生物刺激反馈仪（A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备）	否	否	否	台	200,000	1	200,000	
		本货物共设置了9条参数。 其中：实质性参数：9条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	技术参数	主机≥4个电刺激通道				
		2	★	技术参数	电刺激调节旋钮≤1个，支持一键调节电流强度（提供证明文件）				
		3	★	技术参数	设备配置独立显示屏≥2个，主机为≥12寸触控屏操作方便，其中副屏尺寸≥23寸方便患者观看 肌电采集测量范围：2-2500 μV 分辨率：≤1 μV 通频带：不窄于20-500Hz 低频刺激强度：0-100mA，最小可调节步长≤0.5mA				
		4	★	技术参数	刺激频率：1-1500Hz范围内均可调，最小可调节步长≤1Hz 输出脉冲宽度：0-2000 μs同时最小可调节步长≤50 μs调节 电刺激基础输出波形≥8种，方波、正弦波、三角波、交互三角波、指数波等 设备具备压力通道，压力模块测量范围不低于0-240mmHg，测量分辨率≤0.1mmHg				
		5	★	技术参数	主机支持双供电模式，主机锂电池容量≥6000mAh（提供证明文件）				
		6	★	技术参数	设备具备加热仓功能，可进行润滑剂和理疗电极片加热，患者更舒适 多种盆底评估模式：至少包括Glazer评估、一分钟评估、三分钟评估、控尿评估、腰背痛评估等 Glazer评估自动解读报告，以评估结果和患者症状为依据，智能推荐个性化的处方治疗方案；实现全程闭环、动态、高效的盆底康复 模块化评估报告，根据勾选不同专科病历模块进行评估报告的自定义排版，包含盆底肌肌电图、腹肌肌电图、盆底肌分型、专科病历模块等 输出脉冲电刺激波形可调，在基本脉冲波形正弦波、方波的基础上可用三角波、指数波等调制不少于36种波形 调制中频电刺激利用载波为中频电流其穿透力强的特点将调制波送入人体，以实现深度治疗的作用 系统支持自动生成磁电联合疗程化治疗方案，并实现与同品牌磁刺激类设备的实时数据同步共享 系统支持扫码读取患者信息，标配扫描器，通过扫描器可识别患者在手机端填写的基本信息，实现扫码后读取所填写的全部信息并在设备中自动建立病患档案				
		7	★	技术参数	设备工作环境要求大气压70-106kpa（提供证明文件）				
		8	★	技术参数	设备使用年限≥9年				
		9	★	功能	对患者表面肌电信号、压力信号进行采集、分析和生物反馈训练，通过电刺激和肌电触发电刺激进行肌肉功能障碍的治疗；适用于产后盆底功能康复治疗，提升肌肉健康状态；治疗轻度、中度压力性尿失禁、以压力性尿失禁为主的混合性尿失禁；便秘的辅助治疗；治疗盆腔器官脱垂；慢性盆腔疼痛的缓解，慢性盆腔炎的辅助治疗；治疗阴道松弛症，女性性功能障碍的辅助治疗。				

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
4	磁刺激仪(A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备)	是	否	否	台	320,000	1	320,000
		本货物共设置了22条参数。 其中：实质性参数：22条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	1. 注册证中显示产品结构及组成包座椅和运动诱发电位或MEP模块；			
		2	★	技术参数	2. 磁刺激座椅具有翻转时线圈联动、切换线圈治疗位置的功能，线圈可以根据方案自动移动至骶神经处，无需患者移动位置，如盆底肌磁刺激和骶神经磁刺激的自动切换；			
		3	★	技术参数	3. 双显示屏配置，屏幕均集成在磁刺激主机和座椅中，非外接可移动笔记本或显示器、主屏为触控式操作屏，内嵌于机箱，防跌落，无需键盘、鼠标；			
		4	★	技术参数	4. 主屏在主机上，方便医护操作，副屏内接于座椅，置于患者前，用于患者观看配合磁刺激软件kegel训练使用，医患实时互动；			
		5	★	技术参数	5. 设备支持一键开机，仅一个开机按钮，无需单独打开电脑、屏幕及座椅开关，即可开启硬件和电脑软件进行治疗，操作便捷；			
		6	★	技术参数	6. 输出脉冲重复频率： $\geq 100\text{Hz}$ ，允差 $\leq \pm 1\%$ ；			
		7	★	技术参数	7. 刺激线圈表面温度 $\leq 40^{\circ}\text{C}$ ，刺激线圈温度超过 40°C 时，磁刺激仪须自动停止输出，确保安全；			
		8	★	技术参数	8. 脉冲上升时间： $\leq 50\mu\text{s} \pm 10\mu\text{s}$ ；			
		9	★	技术参数	9. 运动诱发电位采集模块与主机通讯支持无线或蓝牙或USB连接，确保数据传输稳定性；			
		10	★	技术参数	10. 运动诱发电位模块采用独立设计，具备独立供电能力，即使主电源中断，模块仍可持续运行，确保数据完整无丢失；			
		11	★	技术参数	11. 在工作条件下，磁刺激设备支持24小时连续工作，适用于多患者连续治疗场景。			
		12	★	技术参数	12. 磁刺激设备通过压力模块进行触发磁刺激训练；			
		13	★	技术参数	13. 磁刺激具有盆底肌压力评估筛查功能，并生成压力评估报告；（提供证明文件）			
		14	★	技术参数	14. 磁刺激软件具有标准、调频、调幅等多种脉冲输出模式，满足不同脉冲输出要求；			
		15	★	技术参数	15. 磁刺激软件除了具有被动磁刺激功能、压力触发磁刺激、还具有压力Kegel训练、多媒体压力生物反馈等多种主动训练功能，并且多种不同方案可以进行组合治疗；			
		16	★	技术参数	16. 磁刺激软件方案治疗过程中都具有实时坐姿监测功能，根据患者坐姿变化情况实时动态显示坐姿位置图像；			
		17	★	技术参数	17. 患者在评估和方案治疗过程中出现错误坐姿时，磁刺激软件自动实时报警，具有坐姿图像、文字和语音提醒，保证治疗疗效；			
		18	★	技术参数	18. 内置治疗方案库，多种临床方案供医生选择，包含压力性尿失禁、急迫性尿失禁、膀胱过度活动症、便秘、大便失禁、盆底痛等，可以一键开启治疗；			
		19	★	技术参数	19. 方案可自定义编辑，频率、刺激时间、间歇时间等参数可调，满足更多临床需求；			
		20	★	功能	1. 包含刺激人体中枢神经和外周神经，用于中枢神经和外周神经（含盆底）功能的检测、评定、改善，用于神经电生理检查，用于神经损伤性疾病、腰骶神经功能障碍的辅助治疗；（提供证明文件）			
		21	★	功能	2. 磁刺激设备包含体外压力反馈模块（压力套件），能与主机模块通讯进行数据采集（提供证明文件）			
		22	★	认证	产品同时拥有NMPA和FDA认证；（提供证明文件）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
5	呼吸肌训练器(	否	否	否	台	60,000	1	60,000
		本货物共设置了5条参数。						

A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备)	其中：实质性参数：5条。			
	参数序号	参数类型	参数名	参数值
	1	★	NO测量模块	1、检测原理：电化学检测原理。 2、测定范围：0-3800ppb 3、分辨率：FeNO、FnNO、离线、潮气模式为1ppb；CaNO为0.1ppb。 4、示值误差：当测量值<60ppb时，示值误差≤±0.5ppb；当测量值≥60ppb时，示值误差≤±1%。 5、测量结果重复性：当测量值≤50ppb时，标准偏差(SD)<1.5ppb；测量值>50ppb时，相对标准偏差RSD(变异系数CV)应在2%内。 6、稳定性：测量间隔在2小时内的浓度变化率在±1.5%内。 7、线性度：R2≥0.999，响应时间：T90≤3s。 8、测量模式：支持“FeNO”“CaNO”“FnNO”“潮气”“离线”五种模式，六小时内联检仅消耗一次传感器次数。 9、NO过滤功能：系统具备外源性一氧化氮过滤装置，在环境NO浓度≤2000ppb时可有效过滤，确保测量准确性。 10、标定功能：具有NO标准气标定功能。
	2	★	呼吸康复模块	1、呼吸康复模块用于测量口腔最大吸气压力、口腔最大呼气压力；用于呼吸训练，改善呼吸功能；用于患者自主呼吸时产生振动呼气正压（OPEP）治疗。 2、呼吸压力范围：±200cmH2O；精确范围：±3%或者±0.1cmH2O，取其大者；分辨率：0.1cmH2O。 3、振荡排痰的振动频率范围：10-32Hz，可手动调节，步进1Hz。 4、振荡排痰的阻力有6个级别。 5、检测过程激励式动画操作界面。 6、具备康复训练功能，可分别强化锻炼吸气肌和呼气肌的强度和耐力，可调整训练阻抗，训练、检测结果可生成相应简报或对比报告。 7、语音智能播报：含操作使用方法，语音激励等。 8、院感防控：独立操作手柄，具备交叉感染的防控措施，可徒手拆卸浸泡消毒压力传感器头部，可使用通用内径30mm的肺功能仪耗材。
	3	★	主机参数	1、显示与操控：仪器自带大于10英寸触摸屏操作方便，自带飞梭旋钮，物理按键，可一键实现息/亮屏、训练模式、主页和设置界面功能。 2、内置系统同时支持一氧化氮测量、一氧化碳测量、肺功能测量、潮气肺功能测量、呼吸压力测量、鼻阻力测量、肺功能激发试验、脉冲振荡的操作升级。 3、主机内置锂电池>2500mAH，提手设计方便移动床旁检测。
	4	★	主机参数	4、主机有效期≥13年（提供铭牌或有效证明）。
	5	★	主机参数	5、配A4纸打印机一台

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	电磁场治疗仪	1	技术参数	否	无	无
		2	其他要求	否	无	无
2	产后康复治疗仪	1	技术参数	否	无	无
		2	技术参数	否	无	无
		3	技术参数	否	无	无
		4	技术参数	否	无	无
		5	技术参数	否	无	无
		6	技术参数	否	无	无
		7	技术参数	否	无	无
		8	技术参数	否	无	无
		9	技术参数	否	无	无
		10	技术参数	否	无	无
		11	技术参数	否	无	无
		12	技术参数	否	无	无
		13	技术参数	否	无	无
		14	技术参数	否	无	无
		15	技术参数	否	无	无

		16	技术参数	否	无	无
		17	技术参数	否	无	无
		18	技术参数	否	无	无
		19	技术参数	否	无	无
		20	技术参数	是	图片	提供证明文件
3	生物刺激反馈仪	1	技术参数	否	无	无
		2	技术参数	是	图片	提供证明文件
		3	技术参数	否	无	无
		4	技术参数	否	无	无
		5	技术参数	是	图片	提供证明文件
		6	技术参数	否	无	无
		7	技术参数	是	图片	提供证明文件
		8	技术参数	否	无	无
		9	功能	否	无	无
4	磁刺激仪	1	技术参数	否	无	无
		2	技术参数	否	无	无
		3	技术参数	否	无	无
		4	技术参数	否	无	无
		5	技术参数	否	无	无
		6	技术参数	否	无	无
		7	技术参数	否	无	无
		8	技术参数	否	无	无
		9	技术参数	否	无	无
		10	技术参数	否	无	无
		11	技术参数	否	无	无
		12	技术参数	否	无	无
		13	技术参数	是	图片	提供证明文件
		14	技术参数	否	无	无
		15	技术参数	否	无	无
		16	技术参数	否	无	无
		17	技术参数	否	无	无
		18	技术参数	否	无	无
		19	技术参数	否	无	无
		20	功能	是	图片	提供证明文件
		21	功能	是	图片	提供证明文件
		22	认证	是	图片	提供证明文件
5	呼吸肌训练器	1	NO测量模块	否	无	无
		2	呼吸康复模块	否	无	无
		3	主机参数	否	无	无
		4	主机参数	是	图片	提供铭牌或有效证明
		5	主机参数	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
----	-----	------	------

1	合同	商务	第三章第1.1款	甲方名称、地址	名称：东安县人民医院 地址：永州市东安县白牙市镇建设大道478号
			第三章第1.2（6）项	项目现场	采购人指定地点
			第三章第5.1款	履行合同的时间、地点	交货时间：签订合同后30个工作日内交货及安装。 交货地点：采购人指定地点
			第三章第9.2（1）项	质量保证期	两年全免保修
			第三章第9.2（3）项	响应时间	按合同约定
			第三章第13.5款	合同价款支付方式和条件	设备到货安装调试运行正常后支付合同总款的30%，设备正常运行一个月后经验收合格支付合同总款的30%，正常使用一年后付合同总款的35%，余款5%作为质保金，质保期满后一次性无息付清。
			第三章第14.2（6）项	伴随服务	见文件采购需求
			第三章第20.2款	解决争议的方式	☒ 诉讼 ☐ 仲裁
			第三章第23.1款	合同未尽事项	由甲、乙双方另行议定；但内容不得背离法律法规及招标文件的实质性要求。
2	商务要求	商务	1. 产品运输、保险及保管： 1.1 成交供应商负责在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购单位指定地点，包括装卸及现场搬运等。使用说明书、合格证、随配附件和工具一并附于货物包装内。 1.2 成交供应商负责货物在实施地点的保管，直至项目验收合格。 1.3 成交供应商负责其派出的项目实施人员、相关管理人员的一切人身和财产安全。 2. 交货与安装调试： 2.1 交货时间：签订合同后30个工作日内交货及安装。 2.2 交货地点：东安县境内采购人指定地点。 2.3 成交供应商须负责所有设备的安装调试（含采购人原有设备拆卸、更换和位置调整），确保设备和整个系统正常运行。 2.4 项目完成后，成交供应商应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档等移交采购人。 2.5 延期交货：成交供应商每延期1天，按延期交付的货物总额1%交付违约金，违约金最高限额不超过延期交付的货物总额的10%。如果在达到违约金最高限额后仍不能交货，采购人有权终止合同，因此给采购人带来的损失由成交供应商负责。 3. 验收： 3.1 成交供应商交货前应对产品作出全面检查并列出清单，负责安装并培训采购单位的使用操作人员，直到符合技术要求，正常运营一个月后，采购单位做最终验收。由采购人负责组建验收小组货物必须由验收小组鉴定是否符合采购项目的验收标准和实际需要，按采购文件技术要求的性能指标、响应文件响应条款、国家及行业相关标准进行验收，验收费用由成交供应商承担。 3.2 货物产品经过双方检验认可后，签署验收报告，验收报告作为申请付款的凭证之一。 3.3 验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。 3.4 项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，再行验收，由此给采购人造成的损失等费用由成		

			交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交供应商承担。 4. 质量保证： 4.1 成交供应商提供的产品为原厂原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。 4.2 质保期要求贰年全免保修，质保期从最终验收合格之日起开始计算。质保期内所有设备维护维修保养等要求免费上门服务。 5. 结算方法 5.1 付款人：东安县人民医院 5.2 付款方式：设备到货安装调试运行正常后支付合同总款的30%，设备正常运行一个月后经验收合格支付合同总款的30%，正常使用一年后付合同总款的35%，余款5%作为质保金，质保期满后一次性无息付清。 5.3 本项目采用费用包干方式，包括项目所需的设备及配套附件，以及产品运输保险保管、安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务和税费等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。 6. 备注： 6.1 本采购文件中技术要求必须严格按照国家相关标准执行。投标人在响应文件中的响应内容应等于或优于采购方所要求的技术要求。 6.2 对于上述项目要求，投标人应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明，否则投标无效 投标人应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明，否则投标无效（格式自拟）。
3	培训	商务	成交供应商应按询价文件要求负责拟定培训方案，进行必要的人员培训，达到采购方相关工作人员熟练掌握产品性能、操作技能及排除一般故障的程度。
4	售后服务	商务	1. 成交供应商须制定并提供设备定期维护计划、故障受理服务和对采购人维护要求的响应措施及方案。 2. 质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交供应商负责全免费更换或维修。 3. 应在接到产品故障报修后二小时内响应，一个工作日内到达现场，两个工作日内处理完毕。若故障检修两个工作日后仍无法排除的，供应商应在故障报修的三个工作日内提供不低于故障规格型号档次的替代产品供采购人使用，直至原产品故障排除为止。 4. 在质保期内，如有制造质量问题或技术缺陷，成交供应商应予以免费更换，以保证采购人工作及时正常运行；在采购人使用的前三个月，同一设备出现第二次质量问题，成交供应商应予以免费整体更换。 5. 备品、备件：制造商有备件库，保证必要时可以及时供应。

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无
2	商务要求	商务	是	图片	投标人应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明，否则投标无效（格式自拟）。
3	培训	商务	是	图片	提供培训方案（格式自拟）。
4	售后服务	商务	是	图片	提供售后服务方案及承诺（格式自拟）

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例 (或分数)	备注
小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（货物）》	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。
节能产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	5%	评标方法为最低评标价法时，节能产品享受产品报价优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
环境标志产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	5%	评标方法为最低评标价法时，环境标志产品享受产品报价优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。

异常报价

询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在询价现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为响应无效处理。