

永州市政府采购文件

采购项目名称：湖南省福田茶场（永州市民政精神卫生福利中心）医疗物资采购
采购人：湖南省福田茶场
采购方式：公开招标
采购代理机构：湖南九方项目管理有限公司
委托代理编号：HNJFCG-20251020
代理费收取方式：采购人支付代理费（按固定费用收取）
代理费支付标准：固定金额12,000元
专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付
采购计划编号：永财采计（2025）00117号
采购项目预算：1,020,878元
是否进行资格预审：否
需求编制时间：2025年11月06日

采购人签章：

湖南省福田茶场

需求编制人签章：

周青

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述(本项目不专门面向中小企业采购):

本项目的供应商来源为公告邀请

| 编号 | 包名 | 采购金额(元) | 评审方法 |
|----|-----|---------|-------|
| 1 | 第一包 | 993,158 | 综合评分法 |

招标文件获取方式、时间:

获取时间: 详见采购公告

获取方式: 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

| 意向项目名 | 涉及的预算金额(元) | 采购内容概况 | 预期采购时间 |
|------------------------------|------------|-----------------------------|---------|
| 湖南省福田茶场(永州市民政精神卫生福利中心)医疗物资采购 | 1,270,000 | 医疗物资抢救车、生物反馈仪、大型商用洗衣机等一批物资。 | 2025-08 |

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：993,158元

| 包概述：医疗物资抢救车、生物反馈仪、大型商用洗衣机等一批物资。 | | | | |
|---|---|--|--------------|--------------|
| 评标方法：综合评分法 | 采购文件费：0元 | 资格合格最少供应商数：3个 | 是否接受联合体：否 | 是否完全面向中小企业：否 |
| 是否接受进口产品：否 | 资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审 | 期望成交供应商数：1个 | 投标有效期：90个自然日 | 合同履约保证金：无 |
| 合同内容是否可变：是 | 需求是否可变：否 | 供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价 | | |
| 本包所属行业：其他未列明行业 | | | 本包类型：货物类 | |
| 是否设置了核心产品：是 | 核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 | | | |
| 特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。 | | | | |
| 本包基本资格要求 | | 本包基本资格证明材料上传要求 | | |
| <p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p> | | <p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p> | | |
| 本包特定资格要求 | | 本包特定资格证明材料上传要求 | | |
| <p>①所投设备若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的第二类医疗器械必须提供食品药品监督管理局颁发的第二类医疗器械备案凭证，第三类医疗器械必须提供食品药品监督管理局颁发的医疗器械经营许可证（适用于代理商投标）；②所投设备若</p> | | <p>上传扫描件或复印件并加盖投标单位公章</p> | | |

| | |
|---|--|
| 纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的第二类、第三类医疗器械必须提供食品药品监督管理部门颁发的医疗器械生产许可证（适用于投标产品为自行生产）；③所投设备若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，必须提供食品药品监督管理部门颁发的相对应的医疗器械生产备案凭证或医疗器械注册证。 | |
|---|--|

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------|------------|----------|--|---------|----|---------|
| | | 是 | 否 | 否 | 台 | 400,000 | 1 | 400,000 |
| 本货物共设置了11条参数。 其中：重要参数：9条；一般参数：2条。 | | | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | ▲ | 一、软件配置 | 1、脑电生物反馈专注力训练软件:具有交互性训练模块的生物反馈软件，通过十键键盘和鼠标的交互方式完成认知控制训练的功能，提供训练时的脑电参数结果，根据训练时的行为表现，可自适应调整训练的难易程度；(提供十键键盘实拍照片予以佐证)； | | | |
| | | 2 | ▲ | 一、软件配置 | 2、脑电生物反馈专注力测评软件：测评包括脑电测评和CPT测评，测评报告有特色指标专注度，并且根据测评报告的三个维度的专注状态的专注比值来判断当前总体专注情况和需要改善的专注维度等；(提供测评报告实拍图予以佐证，测评报告上需体现三个维度的专注状态)； | | | |
| | | 3 | ▲ | 一、软件配置 | 3、提供多维度多程度的报告，分别是测评报告、基础报告、训练报告、常模对比报告等；(提供以上报告实拍照片予以佐证)； | | | |
| | | 4 | ▲ | 一、软件配置 | 4、多维度的训练，自适应调节难度，难度从一到五星不等可选，均包含语音指导、文字指导、动画指导等；(提供说明书予以佐证)； | | | |
| | | 5 | ▲ | 一、软件配置 | 5、当治疗或训练过程中，医务人员能通过画面中基线值的实时情况观察患者的治疗情况，当前游戏根据患者情况自适应调整难度，无需医务人员额外调整难度； | | | |
| | | 6 | ▲ | 一、软件配置 | 6、参考电极置于耳后，信号采集数据更精准；(需提供第三方检测机构出具的检测报告予以证明) | | | |
| | | 7 | 一般参数 | 一、软件配置 | 1.脑电生物反馈远程控制软件：总控制端收集服务端的数据和报告，总控制端可实时操控服务端的功能(包含训练方案选择、难易程度、数据分析、测评与训练等)，一台总控制端可集中控制1-20台服务端； 2.脑电生物反馈治疗训练软件：以动画形式播放的生物反馈软件，通过脑电驱动动画的进程达到针对性治疗与训练； 3.脑电生物反馈冥想放松训练软件：音频播放生物反馈软件，监测音频播放时的放松程度； 4.分为总控制端和服务端，服务端即开即用，任何服务端均可分离作为独立单机使用； 5.个性化和针对性治疗：支持不同病症的治疗(包含对健康人群认知控制的加强和缓解压力)，团体治疗过程中患者随进随出，无需中断未结束治疗的患者，即可进入空余治疗端开始个体针对性治疗，互不影响； 6.仪器具有数据收集和分析平台，服务端在训练过程中收集行为数据和脑电数据，存储历史记录与训练方案，方便回溯训练过程以及制定新的训练方案，也可通过总控制端查看数据和分析(所有报告均可打印)； 7.播放动画的反馈软件种类丰富，包含专注力训练≥30个、脑电反馈≥40个、冥想放松≥35个，范式总数>100种； 8.播放动画的反馈软件中会根据患者的脑电信号语音提示患者(如患者注意力不集中，语音提示“请收回注意力，集中他们”)，有较好的反馈效果； 9.任何服务端做完治疗，治疗数据报告自动上传至总控制端保存，治疗师可随时在总控制端查看患者数据及报告； 10.可根据测评结果，针对不同频段的脑电波进行驱动或抑制，如驱动β、SMR波段可用专注力训练，驱动α波段可用冥想放松； 11.脑电信号采集器采用无线连接，活动范围自由，方便佩戴； 12.脑电信号采集器的主机和头带采用磁吸式连接，便于维护清理；电极不是易损品，经久耐用，无需反复采购，且无需整体更换； | | | |
| 1 | 生物反馈仪(A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备) | | | | | | | |

| | | 8 | ▲ | 二、脑电信号采集器参数 | 1. 通道数量：双通道采集；（需提供第三方检测机构出具的检测报告予以证明）； | | | |
|------|-----------|-------------------------------------|------------|----------------|--|--------|----|--------|
| | | 9 | | 一般参数 | 二、脑电信号采集器参数 1. AD采样位数:24Bit； 2. 分辨率：≤0.12μv(R.M.S.)； 3. 共模抑制比:不小于110dB； 4. 噪声电平：不大于5μVp-p； 5. 幅频特性：1Hz~60Hz时，相当于10Hz的幅值，偏差不超过+5%~-10%； 6. 耐极化电压：以峰谷值100μV时，周期1s标准方波的幅值为基准，±300mV直流极化电压，幅值偏差不得超过标准方波的±5%； 7. 噪声水平：20uV-200uV，误差不超过±10%； 8. 时间间隔：误差不得超过±5%； 9. 输入范围：≥±500uV； | | | |
| | | 10 | ▲ | 三、脑电电极的生物相容性 | 三、脑电电极的生物相容性(国家强制性必检项目)： 与患者接触的材料无细胞毒性、无致敏反应和无皮肤刺激反应。该材料必须进行生物相容性的试验或评价；（需提供第三方检验机构出具的检验报告予以证明符合国家规定）1. 细胞毒性试验：无细胞毒性，需符合国家规定； 2. 皮肤致敏（封闭贴敷试验）：无致敏反应，需符合国家规定； 3. 皮肤刺激试验：极轻微刺激反应，需符合国家规定； | | | |
| | | 11 | ▲ | 四、脑电头带的生物相容性报告 | 四、脑电头带的生物相容性报告(国家强制性必检项目)： 与患者接触的材料无细胞毒性、无致敏反应和无皮肤刺激反应。该材料必须进行生物相容性的试验或评价；（需提供第三方检验机构出具的检验报告予以证明符合国家规定）1. 细胞毒性试验：无细胞毒性，需符合国家规定； 2. 皮肤致敏（封闭贴敷试验）：无致敏反应，需符合国家规定； 3. 皮肤刺激试验：极轻微刺激反应，需符合国家规定。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| | | 否 | 否 | 否 | 台 | 95,000 | 1 | 95,000 |
| | | 本货物共设置了2条参数。 其中：重要参数：1条；一般参数：1条。 | | | | | | |
| | 2 | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | ▲ | 结构、功能 | 1、显示及按键方式：两块≥8寸触摸大屏分别独立显示及触摸式操作，互不干扰； 2、输出路（线）数：4路磁疗；4路（8线）仿生电刺激小脑顶核（乳突穴）； 3、磁疗部分 3.1. 治疗强度： I档：3-15mT（最高可达到15mT）； II档：15-30mT（最高可达到30mT） | | | |
| | | 2 | 一般参数 | 结构、功能 | 1. 磁疗适用范围：适用于缺血性脑血管病、神经症（神经衰弱、失眠、脑疲劳症状）、脑损伤性疾病的辅助治疗； 2. 电疗适用范围：适用于缺血性脑血管疾病、脑损伤性疾病、小儿脑瘫及由上述疾病引起的肢体运动功能障碍；偏头痛。 3. 主要构成：由一台主机、磁治疗帽、治疗主电极组成 4. 结构形式：不可分拆的柜机推车式 5. 治疗功能要求：同时具备交变电磁场治疗帽、仿真生物电刺激小脑顶核（乳突穴）两种功能 6. 定时功能：可在1-99min范围内设定所需时间 7. 磁疗部分 8. 微振功能：分四档可调，振频：0-10Hz；振幅：0-30V 9. 电疗部分 9.1. 主电极：采用数字合成技术，产生仿生物电治疗电流，恒流输出特性，分4种模式。 9.2. 输出开路的最大电压幅度峰值：<50V； 9.3. 最大输出电流幅度峰值：0-30mA _{p-p} ，分25档可调，误差±20%； 9.4. 调制频率：0.5-160Hz，误差±10%； 9.5. 输出波形：无序波 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| | | 否 | 否 | 否 | 台 | 60,000 | 1 | 60,000 |
| | | 本货物共设置了3条参数。 其中：重要参数：1条；一般参数：2条。 | | | | | | |
| | 3 | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | ▲ | 功能、配置等 | 1. 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤(AED)功能； 2. 除颤充电迅速，充电至200J≤4s； 3. 配置CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2020AHA指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度、频率实时参数显示； 4. 支持培训模式，包含CPR操作培训、抢救操作培训；可提供培训考核系统，支持多台设备同时接入进行在线培训、考核； | | | |
| | | 2 | 一般参数 | 功能、配置等 | 1. 重量：≤4.2kg(标配，含电池)； 2. 彩色电容触摸屏≥8英寸，分辨率≥1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节； 3. 提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障； 4. 支持中文操作界面； 5. 屏幕显示心电波形扫描时间最大不小于36s； 6. 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能； 7. 手动除颤分为同步和异步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J； 8. 配置体内除颤手柄，体内手动除颤能量选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50J； 9. 体外除颤电极板同时支持成人和小 | | | |

| | | | | | |
|---|------|--------|--|--|--|
| | | | | | <p>儿，一体化设计，支持快速切换； 10. 电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作； 11. AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时； 12. 开机到可进行除颤充电操作的时间≤2s，符合临床使用； 13. 除颤后心电图基线恢复时间≤2.5s； 14. 从开始AED分析到放电准备就绪≤10s； 15. 支持病人接触状态和阻抗值实时显示； 16. 支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引； 17. 配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能； 18. 配置基于脉搏氧波形分析的心肺复苏质量指数，实现无创、实时评估人工心肺复苏质量； 19. 提供CPR按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断； 20. 抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具； 21. 心电波形速度支持50mm/s、25mm/s、12.5mm/s、6.25mm/s。阻抗呼吸和呼吸末二氧化碳波形速度支持25mm/s、12.5mm/s、6.25mm/s。血氧饱和度波形速度支持25mm/s、12.5mm/s； 22. 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类不少于27种； 23. 支持ST和QT实时分析； 24. 阻抗呼吸率范围：0-200rpm； 25. 配置监护功能：血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳； 26. 提供的监护参数适用于成人，小儿； 27. 脉率范围：20-300bpm； 28. 无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg(成人)、25-240mmHg(小儿)；舒张压测量范围：10-250mmHg(成人)、10-200mmHg(小儿)； 29. 根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限； 30. 支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络； 31. 支持通过中央站远程修改病人信息和系统时间同步； 32. 支持提供IHEHL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信； 33. 标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次； 34. 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警； 35. 配置50mm记录纸记录仪，可同时打印不少于3通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录； 36. 可存储120小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看； 37. 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检(含监护模块和治疗模块)，支持定期自动大能量自检(最大放电能量)； 38. 支持设备状态指示灯用户检测； 39. 设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印； 40. 支持自检放电能量精度显示和打印；</p> |
| 3 | 一般参数 | 功能、配置等 | | | <p>41. 可自动上传自检报告，并支持在设备管理系统或中央站集中查看除颤设备状态； 42. 具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP55； 43. 具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789中6.3.4.3关于跌落试验的要求，可承受0.75米跌落冲击； 44. 工作环境，温度范围：-20° C-55° C，湿度范围：5%-95%，大气压范围：57.0kPa~106.2kPa。</p> |

| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|------|-----------------------------------|--|------------|----------|--|--------|----|--------|
| | | 否 | 否 | 否 | 套 | 40,000 | 1 | 40,000 |
| | | <p>本货物共设置了1条参数。</p> <p>其中：一般参数：1条。</p> | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| 4 | 心电工作站(A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备) | 1 | 一般参数 | 规格、配置等 | <p>1. 中文WINDOWS操作平台，人性化界面，操做简单快捷； 2. 基于神经网络的自动模板分析，分析结果快速，准确； 3. 独特的R点编辑系统，对全部的R点分类编辑，逐搏成批修改； 4. 灵活的分析通道选择功能，可选任意通道为主分析通道； 5. 完善的ST段分析功能，分析前或分析过程中可对ST段的定位线调整，使ST段检测更准确； 6. 各通道T波分析功能，提供各通道T波趋势图； 7. 方便快速的回顾分析功能，只需鼠标一点即可回顾任一时间任一类型的心电图； 8. 先进完备的心率变异性分析系统，提供常规的SDNN、SDANN、rMSSD、PNN50、LF、HF、时域及频域指标，还提供各种时域、频域非线性分析的趋势图表及结果，提供5分钟、1小时及全程心率变异性分析； 9. 完备的QT分析功能，提供QT趋势图； 10. 12通道心律失常分析；心律失常动态观察分析；12通道ST-T、QT分析；12通道ST段三维趋势图分析；心电图向量及晚电位分析；心律变异性分析；各类阻滞识别分析；T波变异度分析；起搏器分析；呼吸睡眠暂停综合征分析；自动房扑、房颤分析；十二导联ST段趋势图对比扫描；医生根据心率变化对任何时段ST段重新定标分析；ST段三维图分析观察技术；十二导联频域心电图辅助诊断冠心病； 11. 应用基线抗漂移技术； 12. 提供网络接口，实现数据的网络化传输，方便快捷高效； 13. 技术功能： 13.1. 输入导联：动态心电图导联(12导联)； 13.2. 输入阻抗：≥2.5MΩ； 13.3. 响应频率：≥1-40Hz； 13.4. 时间常数：≥0.3s； 13.5. 等效噪音：≤30μVp-p； 13.6. 共模抑制比：≥100dB； 13.7. 采样频率：≥2000HZ； 13.8. 记录盒电源：标准碱性5号电池1节； 13.9. 传输方式：USB2.0接口高速回放； 13.10. 存储方式：电子硬盘。</p> | | | |

| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|------|---------------------------|--|------------|----------|----|-------|-----|---------|
| | | 否 | 否 | 否 | 张 | 1,250 | 100 | 125,000 |
| 5 | 精神病医院普通病床(含床垫)(A02329900- | <p>本货物共设置了1条参数。</p> <p>其中：一般参数：1条。</p> | | | | | | |

| | 其他医疗设备) | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
|------|------------------------------|-----------------------------|------------|----------|--|--------|----|--------|
| | | 1 | 一般参数 | 规格、配置等 | 1. 产品通过ISO9001、ISO13485、CE认证； 2. 制造商需通过14001、18001体系认证、3A级信用企业； 3. 床头、床架整体采用304不锈钢材质； 4. 外形尺寸：≥2140×960×500 (mm)。 5. 床体载重：≥240kg。 6. 标准配置： ABS床头1副 不锈钢摇把丝杠2套 五档护栏1副 输液插孔4个 半棕半棉防水布专用床垫1套 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| | | 否 | 否 | 否 | 套 | 7,300 | 2 | 14,600 |
| 6 | 心电监护仪(A02321900-临床检验设备) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 规格、配置等 | 1. 12.1英寸真彩TFT液晶显示屏,≥800×600高分辨率,中、英文等6种语言可选,可同屏显示8道波形,波形7种颜色可调; 2. 支持3导联和5导联监护,1~6通道ECG波形同步显示; 3. 具有大字体系界面,趋势图界面,血压回顾界面等6种界面,血压回顾界面可以显示最近10组血压测量记录; 4. 168小时监护参数趋势图、趋势表回顾,400组NIBP数据列表,1800个报警事件回顾; 5. 具有呼吸氧合图功能、ST段分析、起搏分析,心率失常分析,药物浓度计算功能; 6. 交、直两用,交流电:100V~240V±10%,50HZ,外置插拔式锂电池,连续供电时间≥3小时; 7. 具有自动、手动和连续血压测量方式,具有双重压力过压保护功能; 8. USB插口、网络接口,支持有线、无线联网功能; 9. 标准配置:心电/心率、血氧饱和度(SPO2)、无创血压(NIBP)、呼吸(RESPIR)、体温(TEMP)、脉率(PR); 10. 具有质量体系ISO:9001、ISO13485认证; 11. 心电 11.1. 导联配置:标准三导或五导电缆; 11.2. 增益:0.25,0.5,1,2; 11.3. 心率范围成人:15bpm~300bpm; 新生儿/儿童:15bpm~350bpm; 11.4. 电极极化电压范围:300mV; 11.5. 基线恢复时间:除颤后<3秒钟; 12. 呼吸 12.1. 测量方式:RA-LL(R-F)阻抗法; 12.2. 呼吸率范围成人:(7~120)BrPM; 儿童和新生儿:(7~150)BrPM; 12.3. 窒息报警:(10~40)秒; 13. 血氧饱和度测量范围:0~100%,分辨率:1%,精度:70%~100%; 2. 0%~69%; 无定义; 14. 脉率测量范围:20bpm~300bpm分辨率:1bpm精度:3bpm; 15. 无创血压 15.1. 工作模式:手动/自动/连续; 15.2. 自动测量模式的测量间隔时间:1~480分钟; 15.3. 脉率范围:(40~240)bpm; 15.4. 测量范围收缩压:(40~280)mmHg舒张压:(10~220)mmHg平均压:(20~245)mmHg; 15.5. 静态压力范围:(0~300)mmHg静态压力精度:3mmHg; 16. 双通道体温测量,测量范围:(5~50)C分辨率:0.1C精度。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| | | 否 | 否 | 否 | 台 | 85,000 | 1 | 85,000 |
| 7 | 大型洗衣机(带烘干)(A02329900-其他医疗设备) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 规格、配置等 | 洗脱机技术参数 额定容量(kg):≥100 滚筒尺寸(mm):≥1250*840 外形尺寸(mm):≥1850*2000*2500 电机功率(kw):≥7.5 电加热功率(kw):≥30 中脱转速(r/min):≥350 高脱转速(r/min):≥700 洗涤转速(r/min):≥36 均布转速(r/min):≥36 进水口径(mm):≥40 排水口径(mm):≥140 额定电压(v):≥380/220 整机重量(kg):≥3200 HG-100烘干机技术参数 额定容量(kg):≥100 滚筒尺寸(mm):≥1460*1220 外形尺寸(mm):≥1600*1900*2700 电机功率(kw):≥2.2 电加热功率(kw):≥68 干衣时间(min):≥40-60 额定电压(v):380 滚筒转速(r/min):≥36 排风口径:≥275 整机重量(kg):≥1000 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| | | 否 | 否 | 否 | 张 | 3,200 | 3 | 9,600 |
| 8 | 抢救床(A02322700-病房护理及医院设备) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | | | | | | | |

| | | 1 | 一般参数 | 规格、配置等 | 1. 床头、床尾采用ABS高级工程塑料一次而成,规格:L2100×W950×H430-630mm,靠背: 0-80±5°,腿部: 0-40±5°,整体升降: 430-630mm; 2. 床面采用优质冷轧钢板一次冲压成型,厚度1.0mm,凹型多气孔设计; 3. 床体骨架采用40*80*1.0mm的成型方管焊接而成.机器人焊接可承载≥260kg; 4. 整体床体采用酸洗、磷化、水洗、氧化等一系列工艺,全自动流水喷涂线,使用阿克苏粉末静电喷涂,色泽鲜亮,附着牢固; 5. 护栏采用折叠式护栏,管材为优质铝合金材料,护栏立柱上下连接件坚固耐用,护栏操作手柄具防夹手设计,不使用时可折叠放于床框上,操作方便; 6. 四轮采用125mm豪华静音中控轮,高稳定连动系统.刹车稳定灵活、方便.防水、防尘.双轮饼设计以增加着地面积.增加稳定性; 7. 摇杆使用精钢双头丝杆螺母结构,负重条件下可使用10000次以上,螺杆设计有双向极限过盈保护,杆芯具有自润滑功能,磨损小,操作轻松自如,无噪音且安全可靠,杆芯带有防尘套,避免灰尘进入影响使用寿命和操作,隐藏式摇杆把手,采用高强度ABS塑料注塑成型,操作轻松自如。 | | | |
|------|---|-----------------------------|------------|----------|---|--------|----|--------|
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| | | 否 | 否 | 否 | 台 | 2,253 | 3 | 6,759 |
| 9 | 抢救车(含小抢救盒、急救箱、小急救包、氧气袋)(A02329900-其他医疗设备) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 规格、配置 | 1. 车体尺寸: ≥750*480*930mm; 2. 主体用铝.钢.ABS全新材料工程结构组成,四柱承重; 3. 优质的ABS工程塑料设计双层底面注塑工艺成型台面,凹陷设计可防止物品滑落,304不锈钢三面围栏,台面上配透明软玻璃; 4. 正面: 中控锁,三折静音轨道,设计五层抽屉,分别为二小抽,二中抽,一大抽.每层抽屉内有长宽各3*3的分格片,可自由分隔大小空间16个药盒,每层抽屉托盘ABS材质可取出方便清洗,ABS抽屉拉手,封口插槽式标识牌,防止液体及灰尘进入,标签式面积根据人体工程学原理设计,插槽式向上倾斜便于观望,拉手内层磨具加厚手感更加踏实,台面上有ABS除颤仪平台可360°旋转方向,隐藏式伸缩304不锈钢输液架一根,台面配: ABS除颤仪平台一个; 5. 背面: 氧气瓶支架一个,心肺复苏按压版一个,电源插座一个; 6. 左侧: 副工作写字台,置物篮一个,资料盒一个; 7. 右侧: 两只ABS污物桶,置物篮一个,锐器盒两只; 8. 豪华万向轮插入式静音脚轮四只,(二只带刹车功能,二只不带刹),可在任意情况下使用刹车功能,脚轮材料为高强度聚氨酯,防卷发缠绕,防静电,移动灵活方便。 9. 小抢救盒3个, ≥20*13*5cm。 10. 急救箱1个, 6寸铝合金药箱。 11. 小急救包9个, 急救包配置: 压舌板1个、开口器1个、U型舌刮1个。 12. 氧气袋6个, 42L基础装。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| | | 否 | 否 | 否 | 台 | 13,000 | 1 | 13,000 |
| 10 | 床旁心电图机(A02321900-临床检验设备) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 规格、配置等 | 1. 导联: 标准12导联; 2. 采样率: 14位/1000Hz(12导联同步采集); 3. 实时记录1道、1+节律、3道波形,6道波形,12道波形具有手动与自动模式; 4. 7英寸彩色液晶显示,显示波形、菜单(走纸速度、增益、滤波器状态等)、病人信息(ID号、姓名、性别、年龄)工作状态; 5. 屏幕亮度可根据需求1~8级任意调整; 6. 高品质硅胶全键盘中/英文快速输入病人信息、医院名等信,并允许重新修改患者信息,可批量将心电图数据转换为图片上传到U盘或SD卡(支持可扩展SD卡,可储存10100条心电图信息)存储,供电脑查看直接连接打印机打印; 7. 3/6/12导联同步显示可任意设置,底格和波形大小可直接在屏幕放大或缩小,方便医护人员直接观察波形; 8. 基线宽度1~4级可调,根据个人喜好每次都能打出整齐美观的ECG波形; 9. 自动模式下波形灵敏度大小能够自动调整,每组导联记录时间3~12秒可任意设置; 10. 热点阵打印系统,记录纸规格215mmx25m,卷纸; 11. 走纸速度: 6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s(±3%); 12. 灵敏度: *10mm/mV(AUTO), 2.5mm/mV, 5mm/mV, 10mm/mV, 20mm/mV; 13. 共模抑制比: ≥100dB(加交流滤波器); 14. 输入回路电流: ≤0.1μA; 15. 输入阻抗: ≥50MΩ; 16. 患者漏电流: <10μA; 17. 定标电压: 1mV±2%; 18. 耐极化电压: ≥±500mV; 19. 时间常数: ≥3.2s; 20. 频率响应: 0.05Hz~250Hz; 21. 噪声电平: <15μVp-p; 22. 灵敏阈: ≤20μV; 23. 道间干扰: ≤0.5mm; 24. 内置USB接口。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| | | 否 | 否 | 否 | 台 | 2,000 | 3 | 6,000 |

| 11 | 电动吸痰器(A02322700-病房护理及医院设备) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | 参数值 |
|------|----------------------------|-----------------------------|---|----------|--|-------|----|-------|
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 规格、配置等 | 1. 负压范围0~-100kPa(连续可调, 约-760mmHg); 2. 抽吸速率≥25L/min(最大负压下); 3. 储液瓶容量1000ml(防溢流设计); 4. 噪音水平≤60分贝(1米距离测试); 5. 电源配置AC220V±10%/50Hz; 6. 便携性内置手提柄, 整机重量≈3.5kg; 7. 工作时间可持续运行≥30分钟(满负荷); 8. 消毒兼容性储液瓶、管路支持高温高压灭菌。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 12 | 呼吸气囊(A02329900-其他医疗设备) | 否 | 否 | 否 | 套 | 175 | 3 | 525 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | 参数值 |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | | | | |
| 1 | 一般参数 | 规格、配置 | 1. 材质: PVC/硅胶, 可浸泡消毒重复使用; 2. 充气阀: 配四头带固定功能充气阀, 可根据使用人的脸型进行调整; 3. 进气阀组: 双通式进气/排气阀门, 使用时无需调节气门; 4. 复苏球: 可伸缩式设计; 5. 结构组成: 呼吸气囊, 面罩, 组合颈, 储气袋, 连接管, 开口器, 口咽气道纳箱。 | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 13 | 洗胃机(A02329900-其他医疗设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 8,500 | 1 | 8,500 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | 参数值 |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | | | | |
| 1 | 一般参数 | 规格、配置 | 1. 流量: ≥2L/min(口腔插管档); ≥1L/min(鼻腔插管档); 2. 自控液量: 冲液量: (250ml~350ml)/次; 吸液量: (350ml~450ml)/次。注: 吸液量大于冲液量, 但不应大于150ml/次; 3. 正、负压力设定范围: 47kPa~67kPa; 4. 电源: ~220V50Hz; 5. 输入功率: 110VA; 6. 噪音: ≤65dB(A); | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 14 | 氧气筒(A02329900-其他医疗设备) | 否 | 否 | 否 | 套 | 1,000 | 6 | 6,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | 参数值 |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | | | | |
| 1 | 一般参数 | 规格、配置等 | 1. 瓶体重量: ≥42.4kg; 2. 容积: ≥40L; 3. 设计壁厚: ≥5.0mm; 4. 水压试验压力: ≥22.5Mpa; 5. 气密试验压力: ≥15Mpa; 6. 公称工作压力: ≥15Mpa; 7. 带拖车。 | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 15 | 治疗车(A02322000-药房设备及器具) | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,753 | 3 | 5,259 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | 参数值 |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | | | | |

| | | 1 | 一般参数 | 规格、配置等 | 1.适用于医护人员对病人急救护理换药等，规格：≥625*480*930mm； 2.主体：主要由铝·钢·ABS工程塑料结构组成；四柱承重；内有铝管承重力强； 3.ABS双层底面注塑工艺成型两侧扶手台面，凹陷设计可防止物品滑落，台面上配透明软玻璃，ABS一体化台面，不锈钢三面护栏防护物品滑落，左侧配一个置物篮，付工作台面一块，有效延长台面的使用面积，右侧：置物篮一个，配锐气盒2个，分类垃圾桶两个，方便存放垃圾，可旋转式污物桶2个； 4.车体：有双个抽屉，一小抽一中抽组合，每层内置3*3分隔片，可自由分隔大小空间使用，抽屉为ABS材料，三折静音轨道，抽拉顺畅自如，豪华ABS款抽屉拉手，封口插槽式标识牌，防止液体及灰尘进入，标签式面积根据人体工程学原理设计，插槽式向上倾斜便于观望，拉手内层磨具加厚手感更加踏实，底板凹槽式盆体设计，防止物品滑落； 5.豪华静音脚轮，其中两只带刹车，可在任意状态下使用刹车功能，坚固耐用，可在平整地面上任意推动，转向；防静电防卷发； 6.配置：置物篮两个，锐气盒2个，垃圾桶2个，污物桶2个，付工作台面一套。 | | | |
|------|---------------------------------|-----------------------------|------------|----------|--|-------|----|-------|
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 16 | 担架(A02322700-病房护理及医院设备) | 否 | 否 | 否 | 副 | 616 | 1 | 616 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 规格、配置 | 1.采用高强度铝合金制成，坚固耐用，尺寸约208*55*13cm； | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 17 | 平车(A02322700-病房护理及医院设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 2,000 | 1 | 2,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 规格、配置等 | 1.该担架车采用优质Φ32和Φ25不锈钢管精心加工而成，管壁厚度均达到实际厚度1.0mm，保证了整体的坚固性； 2.采用125MM高强度超静音脚轮，宁静耐磨、转向灵活、防缠绕、适用于各种不同路况； 3.担架车床面采用40*1.0mm不锈钢管，平整，透气； 4.两侧护栏上下翻动的关键部分弹簧，采用不锈钢专用弹簧，不生锈，能持久的保持弹性； 5.紧急情况下，担架车面可与车体分离，护栏可折放； 6.床面上有对角输液架插孔，为医护人员对病者进行急救提供方便； 7.不锈钢升降输液架，ABS紧固系统，内镶铜丝套，收放自如； 8.车体下面有一个不锈钢置物筐； 10.可以根据客户要求设计定做各种担架车、病人运送车，配置：车体1辆、床垫1张、输液架1个、杂物架1个。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 18 | 发药车(含口服药杯带盖)(A02322000-药房设备及器具) | 否 | 否 | 否 | 台 | 2,230 | 3 | 6,690 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 规格、配置等 | 1.车体尺寸≥625*480*930mm； 2.整体ABS工程塑料台面，凹陷设计，台面配有软玻璃，四柱设计，立柱塑钢材质，台面配有软玻璃，不锈钢三面护栏，防止物品滑落； 3.车体正面：带中控锁，五层抽屉组合，二小抽(抽屉面板高度7公分)，二中抽(抽屉面板高度12公分)，一大抽，(抽屉面板高度24公分)，每抽内置3*3分隔片，可自由分格大小空间16个药盒，三折静音轮轨道； 4.左侧：置物篮2个，洗手液支架一个； 5.右侧：垃圾桶两个，置物篮一个； 6.豪华万向轮插入式静音脚轮四只，(二只带刹车功能，二只不带刹)，可在任意情况下使用刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防卷发缠绕，防静电，移动灵活方便。 7.带盖口服药小药杯400个。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |

| 19 | 护理车 (A02322000-药房设备及器具) | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,296 | 3 | 3,888 |
|------|-------------------------|-----------------------------|------------|----------|--|-------|----|--------|
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 规格、配置等 | 1.规格：≥950×550×800(mm)； 2.护理车一侧分为上中下三层，厚度0.8mm的不锈钢板，且均带有不锈钢护栏，防止物品滑落；另一侧带有帆布带，可处理护理病人后产生的垃圾，以保持医院清洁、卫生； 3.外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀； 4.配置优质高级静音脚轮，承重50kg重物时，推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 20 | 输液架 (A02322000-药房设备及器具) | 否 | 否 | 否 | 支 | 139 | 20 | 2,780 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 规格、配置等 | 1.旋钮式升降方式，高度：1.1m-2.1m； 2.钛镁合金挂钩：输液架挂钩顶端采用机床倒角，使用直径0.5cm强硬度的钛镁合金铝制成，给患者安全的使用； 3.可调节高度旋钮：使用原包ABS材料、丝扣螺纹清晰、连接牢固，人性化可调节高度设计，满足您的不同需求； 4.优质扶手：环保材质，无毒无味，清洗方便，手感舒适； 5.创意底座：底座应用重量学，将底座直径最大化，中心最低化，安全稳固。并加用静音轮，使用方便灵活，给您一个好的使用环境； 6.气压缓冲装置：气压缓冲装置，防止非工作人员操作导致的瓶体剧烈下降、脱落现象。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 21 | 药架 (A02322000-药房设备及器具) | 否 | 否 | 否 | 组 | 1,911 | 6 | 11,466 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 规格、配置等 | 西药架1000*500*2000钢制 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 22 | 阴凉柜 (A02322000-药房设备及器具) | 否 | 否 | 否 | 个 | 2,000 | 2 | 4,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 规格、配置等 | 双门700L上机组阴凉/冷藏双模式 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 23 | 摆药盘 (A02322000-药房设备及器具) | 否 | 否 | 否 | 个 | 100 | 6 | 600 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 | | | | | | |

| | 器具) | 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
|------|---------------------------|-----------------------------|------------|----------|------------------------------|-------|----|-------|
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 规格、配置等 | ABS全塑[60格](光滑面、无毛边) | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| | | 否 | 否 | 否 | 套 | 4,500 | 1 | 4,500 |
| 24 | 溯源一体设备(A02329900-其他医疗设备) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | / | / | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| | | 否 | 否 | 否 | 个 | 480 | 1 | 480 |
| 25 | 扫码枪(A02329900-其他医疗设备) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | / | / | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| | | 否 | 否 | 否 | 个 | 1,000 | 2 | 2,000 |
| 26 | 文件柜(A02329900-其他医疗设备) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 规格、配置等 | 上下玻；304不锈钢；高1800*宽900*深400mm | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| | | 否 | 否 | 否 | 张 | 2,080 | 4 | 8,320 |
| 27 | 摆药桌(A02322000-药房设备及器具) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 规格、配置 | 双联配药台及药品柜组合304不锈钢操作台面 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| | | 否 | 否 | 否 | 组 | 1,911 | 3 | 5,733 |

| 28 | 贮药架 (A02322000-药房设备及器具) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
|------|---------------------------|-----------------------------|------------|----------|---|-------|----|-------|
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 规格、配置等 | 西药架1000*500*2000钢制 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| | | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,116 | 2 | 2,232 |
| 29 | 药品保险柜 (A02322000-药房设备及器具) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 规格、配置等 | 1.加厚冷轧钢板，双层防火结构，带机械锁和密码锁； 2.尺寸：≥1650*590*460mm。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| | | 否 | 否 | 否 | 个 | 22 | 9 | 198 |
| 30 | 弯盘 (A02322000-药房设备及器具) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 规格、配置等 | 1.尺寸：≥21.5*14*2.5cm。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| | | 否 | 否 | 否 | 套 | 300 | 3 | 900 |
| 31 | 治疗盘 (A02322000-药房设备及器具) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 规格 | 1.大尺寸1个：≥24*31*3cm； 2.中尺寸1个：≥20*30*5cm； 3.小尺寸1个：≥16*24*5cm； | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| | | 否 | 否 | 否 | 根 | 10 | 30 | 300 |
| 32 | 体温表 (A02321900-临床检验设备) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 规格、配置等 | 1.腋下型，标准刻度。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| | | 否 | 否 | 否 | 根 | 10 | 30 | 300 |

| 33 | 体温表浸泡盘(A02322000-药房设备及器具) | 否 | 否 | 否 | 个 | 30 | 6 | 180 | |
|------|----------------------------|-----------------------------|------------|----------|---|-------|----|-------|--|
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 规格 | 1. 尺寸：≥14*9*4.8cm。 | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) | |
| 34 | 血压计(A02321900-临床检验设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 500 | 9 | 4,500 | |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 规格、配置等 | 1. 臂式电子血压计，脉搏测量范围：40-200次/分钟；； 2. 压力测量范围：0-300mmHg(0-40.0KPa)。 | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) | |
| 35 | 直立式血压计(A02321900-临床检验设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 178 | 3 | 534 | |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | | 1 | 一般参数 | / | / | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) | |
| 36 | 测温枪(A02321900-临床检验设备) | 否 | 否 | 否 | 把 | 299 | 9 | 2,691 | |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 规格、配置等 | 1. 显示范围：32.0° C-43.0° C。 | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) | |
| 37 | 血糖仪(A02321900-临床检验设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 350 | 9 | 3,150 | |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 规格、配置等 | 1. 血样类型为新鲜毛细血管全血以及静脉血； 2. 红细胞压积比：10%-70%； 3. 检测范围：0.6-33.3mmol/L。 | | | | |

| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|------|---------------------------|-----------------------------|------------|----------|--|-------|-----|-------|
| 38 | 指脉仪(A02321900-临床检验设备) | 否 | 否 | 否 | 个 | 200 | 9 | 1,800 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 规格、配置等 | 1. OLED显示, 血氧饱和度显示: 0%-100%, 分辨率1%; 2. 脉率显示: 25-250BPM, ±1%或±1BPM。 | | | |
| 39 | 医用废物转运箱(A02329900-其他医疗设备) | 否 | 否 | 否 | 个 | 1,625 | 3 | 4,875 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 规格、配置等 | 1. 黄色带盖带轮, 尺寸: ≥135*122*78cm。 | | | |
| 40 | 医用垃圾箱(A02329900-其他医疗设备) | 否 | 否 | 否 | 个 | 90 | 6 | 540 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 规格 | 50L | | | |
| 41 | 锐器盒(A02329900-其他医疗设备) | 否 | 否 | 否 | 个 | 80 | 14 | 1,120 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 规格 | 1. 大的10个, 每个30L、小的4个, 每个8L。 | | | |
| 42 | 床头卡(A02329900-其他医疗设备) | 否 | 否 | 否 | 个 | 20 | 150 | 3,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | | | | | | | |

| | | 1 | 一般参数 | 规格 | 1. 尺寸: ≥30*20cm。 | | | |
|-------------------------------|-------------------------|---------|------------|----------|--|-------|----|-------|
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 43 | 轮椅(A02322700-病房护理及医院设备) | 否 | 否 | 否 | 把 | 800 | 6 | 4,800 |
| 本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。 | | | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 规格 | 1. 尺寸: ≥880*925*260mm。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 44 | 输液架(A02329900-其他医疗设备) | 否 | 否 | 否 | 个 | 139 | 20 | 2,780 |
| 本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。 | | | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 规格、配置等 | 1. 旋钮式升降方式, 高度: 1.1m-2.1m; 2. 钛镁合金挂钩: 输液架挂钩顶端采用机床倒角, 使用直径0.5cm强硬度的钛镁合金铝制成, 给患者安全的使用; 3. 可调节高度旋钮: 使用原包ABS材料、丝扣螺纹清晰、连接牢固, 人性化可调节高度设计, 满足您的不同需求; 4. 优质扶手: 环保材质, 无毒无味, 清洗方便, 手感舒适; 5. 创意底座: 底座应用重量学, 将底座直径最大化, 中心最低化, 安全稳固。并加用静音轮, 使用方便灵活, 给您一个好的使用环境; 6. 气压缓冲装置: 气压缓冲装置, 防止非工作人员操作导致的瓶体剧烈下降、脱落现象。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 45 | 走廊坐椅(A02329900-其他医疗设备) | 否 | 否 | 否 | 张 | 700 | 6 | 4,200 |
| 本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。 | | | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 规格、材料等 | 1. 铝合金4人位, 尺寸约: ≥2300*650*780mm。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 46 | 紫外线灯(A02329900-其他医疗设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 260 | 3 | 780 |
| 本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。 | | | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 规格、配置等 | 1. 可移动, 灯管60WH型1支, 车身尺寸约70*20*20cm, 紫外波长253.7nm。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| | | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,600 | 3 | 4,800 |

| 47 | 病历架车 (A02329900-其他医疗设备) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
|------|--------------------------|-----------------------------|------------|----------|---|-------|-----|-------|
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 规格、配置等 | 1. 主体采用优质的ABS全新材料工程结构组成, 铝. 钢. 四柱承重, 50格规格: 790*380*920mm, ABS材料, 车体轻巧, 移动灵活。适用于医护人员对病人资料整理分类入档存放, 适用于不同病房使用; 2. ABS双层底面注塑工艺成型台面, 台面上配加厚款透明软玻璃垫子, 可防止物品滑落, 台面左右两侧带有弧形推手方便移动查房使用, 车体内存放病历夹轨道为ABS材质; 3. 设计双排可以定制50格, 配带顺序数字标签, 左右两侧配带中控锁, 左右侧面挡板可锁闭, 防止病历丢失; 4. 顶部配有两个ABS抽屉。豪华抽屉拉手; 5. 豪华万向轮插入式静音脚轮四只 (二只带刹车功能, 二只不带刹), 可在任意情况下使用刹车功能, 脚轮材料为高强度聚氨酯, 防卷发缠绕, 防静电, 移动灵活方便。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 48 | 病历本 (A02329900-其他医疗设备) | 否 | 否 | 否 | 本 | 26 | 100 | 2,600 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 规格 | 1. 定制病例架车放置尺寸。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 49 | 听诊器 (A02321900-临床检验设备) | 否 | 否 | 否 | 个 | 50 | 10 | 500 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | / | / | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 50 | 污衣裤车 (A02329900-其他医疗设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,000 | 3 | 3,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 规格 | 1. 尺寸: ≥900*700*950。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 51 | 清洁衣裤车 (A02329900-其他医疗设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,000 | 3 | 3,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | | | | | | | |

| | A02329900-其他医疗设备) | 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
|------|---------------------------------|-----------------------------|------------|----------|--|-------|----|-------|
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 配置 | 1.30W功放。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 57 | 输液卡打印机及输液卡打印纸(A02329900-其他医疗设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,234 | 3 | 3,702 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 规格、配置等 | 1.尺寸106*40*69mm； 2.打印速度：180mm/s； 3.热敏打印，打印宽度20-80mm。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 58 | 压脉带(A02329900-其他医疗设备) | 否 | 否 | 否 | 卷 | 13 | 10 | 130 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 规格 | 1.7mm长度：3m1根/袋。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 59 | 砂轮(A02329900-其他医疗设备) | 否 | 否 | 否 | 盒 | 20 | 6 | 120 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 数量 | 1.每盒50片。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 60 | 大污衣桶(每层两个)(A02329900-其他医疗设备) | 否 | 否 | 否 | 个 | 70 | 6 | 420 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 规格 | 1.外尺寸≥50*53*37。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| | | 否 | 否 | 否 | 包 | 25 | 20 | 500 |

| 61 | 护理级别纸 (蓝粉两色) (A02329900- 其他医疗设备) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------|----------------|--------------|--------------------------|-------|----|-------|
| | | 参数 序号 | 参数 类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般 参数 | 规格 | 1. 蓝色、粉色各10包，尺寸≥20*18cm。 | | | |
| 货物 序号 | 货物名(货物 标的) | 是否为核心产 品 | 是否强制采购 节能产品 | 是否接受进口 产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| | | 否 | 否 | 否 | 台 | 616 | 3 | 1,848 |
| 62 | 担架(A02329900- 其他医疗设备) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数 序号 | 参数 类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般 参数 | 规格 | 1. 蓝色、粉色各10包，尺寸≥20*18cm。 | | | |
| 货物 序号 | 货物名(货物 标的) | 是否为核心产 品 | 是否强制采购 节能产品 | 是否接受进口 产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| | | 否 | 否 | 否 | 个 | 399 | 6 | 2,394 |
| 63 | 小氧气瓶(A02329900- 其他医疗设备) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数 序号 | 参数 类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般 参数 | 规格 | 1. 容积10L | | | |

本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

| 货物 序号 | 货物名 | 参数 序号 | 参数名 | 是否 需要 上传 证明 材料 | 证明 材料 类型 | 上传证明材料的要求 |
|----------|-------|----------|------------|----------------------------|----------------|--------------------------------|
| 1 | 生物反馈仪 | 1 | 一、软件 配置 | 是 | 图片 | 提供十键键盘实图照片予以佐证 |
| | | 2 | 一、软件 配置 | 是 | 图片 | 提供测评报告实图予以佐证，测评报告上需体现三个维度的专注状态 |
| | | 3 | 一、软件 配置 | 是 | 图片 | 提供以上报告实图照片予以佐证 |
| | | 4 | 一、软件 配置 | 是 | 图片 | 提供说明书予以佐证 |
| | | 5 | 一、软件 配置 | 否 | 无 | 无 |
| | | 6 | 一、软件 配置 | 是 | 图片 | 需提供第三方检测机构出具的检测报告予以证明 |
| | | 7 | 一、软件 配置 | 否 | 无 | 无 |

| | | | | | | |
|----|---|----|----------------------------|---|----|-----------------------------|
| | | 8 | 二、脑电 信号采集 器参数 | 是 | 图片 | 需提供第三方检测机构出具的检测报告予以证明 |
| | | 9 | 二、脑电 信号采集 器参数 | 否 | 无 | 无 |
| | | 10 | 三、脑电 电极的生物 相容性 | 是 | 图片 | 需提供第三方检测机构出具的检验报告予以证明符合国家规定 |
| | | 11 | 四、脑电 头带的生物 相容性 报告 | 是 | 图片 | 需提供第三方检测机构出具的检验报告予以证明符合国家规定 |
| 2 | 脑电治疗仪 | 1 | 结构、功 能 | 否 | 无 | 无 |
| | | 2 | 结构、功 能 | 否 | 无 | 无 |
| 3 | 除颤仪 | 1 | 功能、配 置等 | 否 | 无 | 无 |
| | | 2 | 功能、配 置等 | 否 | 无 | 无 |
| | | 3 | 功能、配 置等 | 否 | 无 | 无 |
| 4 | 心电工作站 | 1 | 规格、配 置等 | 否 | 无 | 无 |
| 5 | 精神病医院 普通病床 (含床垫) | 1 | 规格、配 置等 | 否 | 无 | 无 |
| 6 | 心电监护仪 | 1 | 规格、 配置等 | 否 | 无 | 无 |
| 7 | 大型洗衣机 (带烘干) | 1 | 规格、配 置等 | 否 | 无 | 无 |
| 8 | 抢救床 | 1 | 规格、配 置等 | 否 | 无 | 无 |
| 9 | 抢救车(含 小抢救盒、 急救箱、小 急救包、氧 气袋) | 1 | 规格、配 置 | 否 | 无 | 无 |
| 10 | 床旁心电图 机 | 1 | 规格、配 置等 | 否 | 无 | 无 |
| 11 | 电动吸痰器 | 1 | 规格、配 置等 | 否 | 无 | 无 |
| 12 | 呼吸气囊 | 1 | 规格、配 置 | 否 | 无 | 无 |

| | | | | | | |
|----|--------------|---|--------|---|---|---|
| 13 | 洗胃机 | 1 | 规格、配置 | 否 | 无 | 无 |
| 14 | 氧气筒 | 1 | 规格、配置等 | 否 | 无 | 无 |
| 15 | 治疗车 | 1 | 规格、配置等 | 否 | 无 | 无 |
| 16 | 担架 | 1 | 规格、配置 | 否 | 无 | 无 |
| 17 | 平车 | 1 | 规格、配置等 | 否 | 无 | 无 |
| 18 | 发药车(含口服药杯带盖) | 1 | 规格、配置等 | 否 | 无 | 无 |
| 19 | 护理车 | 1 | 规格、配置等 | 否 | 无 | 无 |
| 20 | 输液架 | 1 | 规格、配置等 | 否 | 无 | 无 |
| 21 | 药架 | 1 | 规格、配置等 | 否 | 无 | 无 |
| 22 | 阴凉柜 | 1 | 规格、配置等 | 否 | 无 | 无 |
| 23 | 摆药盘 | 1 | 规格、配置等 | 否 | 无 | 无 |
| 24 | 溯源一体设备 | 1 | / | 否 | 无 | 无 |
| 25 | 扫码枪 | 1 | / | 否 | 无 | 无 |
| 26 | 文件柜 | 1 | 规格、配置等 | 否 | 无 | 无 |
| 27 | 摆药桌 | 1 | 规格、配置 | 否 | 无 | 无 |
| 28 | 贮药架 | 1 | 规格、配置等 | 否 | 无 | 无 |
| 29 | 药品保险柜 | 1 | 规格、配置等 | 否 | 无 | 无 |
| 30 | 弯盘 | 1 | 规格、配置等 | 否 | 无 | 无 |
| 31 | 治疗盘 | 1 | 规格 | 否 | 无 | 无 |
| 32 | 体温表 | 1 | 规格、配置等 | 否 | 无 | 无 |

| | | | | | | |
|----|-----------|---|--------|---|---|---|
| 33 | 体温表浸泡盘 | 1 | 规格 | 否 | 无 | 无 |
| 34 | 血压计 | 1 | 规格、配置等 | 否 | 无 | 无 |
| 35 | 直立式血压计 | 1 | / | 否 | 无 | 无 |
| 36 | 测温枪 | 1 | 规格、配置等 | 否 | 无 | 无 |
| 37 | 血糖仪 | 1 | 规格、配置等 | 否 | 无 | 无 |
| 38 | 指脉仪 | 1 | 规格、配置等 | 否 | 无 | 无 |
| 39 | 医用废物转运箱 | 1 | 规格、配置等 | 否 | 无 | 无 |
| 40 | 医用垃圾箱 | 1 | 规格 | 否 | 无 | 无 |
| 41 | 锐器盒 | 1 | 规格 | 否 | 无 | 无 |
| 42 | 床头卡 | 1 | 规格 | 否 | 无 | 无 |
| 43 | 轮椅 | 1 | 规格 | 否 | 无 | 无 |
| 44 | 输液架 | 1 | 规格、配置等 | 否 | 无 | 无 |
| 45 | 走廊座椅 | 1 | 规格、材料等 | 否 | 无 | 无 |
| 46 | 紫外线灯 | 1 | 规格、配置等 | 否 | 无 | 无 |
| 47 | 病历架车 | 1 | 规格、配置等 | 否 | 无 | 无 |
| 48 | 病历本 | 1 | 规格 | 否 | 无 | 无 |
| 49 | 听诊器 | 1 | / | 否 | 无 | 无 |
| 50 | 污衣裤车 | 1 | 规格 | 否 | 无 | 无 |
| 51 | 清洁衣裤车 | 1 | 规格 | 否 | 无 | 无 |
| 52 | 小研钵(每层1个) | 1 | 规格 | 否 | 无 | 无 |

| | | | | | | |
|----|-----------------|---|--------|---|---|---|
| 53 | 氧压表每层 2台 | 1 | 规格、配置等 | 否 | 无 | 无 |
| 54 | 便盆 | 1 | 规格、材料 | 否 | 无 | 无 |
| 55 | 尿壶 | 1 | 规格 | 否 | 无 | 无 |
| 56 | 播放器每层 一台 | 1 | 配置 | 否 | 无 | 无 |
| 57 | 输液卡打印机及输液卡打印纸 | 1 | 规格、配置等 | 否 | 无 | 无 |
| 58 | 压脉带 | 1 | 规格 | 否 | 无 | 无 |
| 59 | 砂轮 | 1 | 数量 | 否 | 无 | 无 |
| 60 | 大污衣桶 (每层两个) | 1 | 规格 | 否 | 无 | 无 |
| 61 | 护理级别纸 (蓝粉两色) | 1 | 规格 | 否 | 无 | 无 |
| 62 | 担架 | 1 | 规格 | 否 | 无 | 无 |
| 63 | 小氧气瓶 | 1 | 规格 | 否 | 无 | 无 |

本包其他评审要求

| 序号 | 需求名 | 需求类型 | 需求描述 |
|----|-------------|------|--|
| 1 | 类似业绩 | 商务 | 自2022年09月01日以来（以合同签订的时间为准）的类似医疗设备采购业绩。 |
| 2 | 设备性能质量及配置方案 | 技术 | 根据投标人提供的设备性能质量及配置方案：包括但不限于①设备配置清单、②设备先进性、③开放性与可扩充性介绍等3个方面进行综合评审。各项内容完全满足项目要求且逻辑清晰、条理严谨、阐述全面、方案科学合理可行性强。 |
| 3 | 售后服务方案 | 商务 | 根据投标人提供的售后服务方案：包括但不限于①提供服务专线电话并承诺售后的响应时间、②现场服务支持计划、③质量保证范围、④突发事情应对措施、⑤质保期满后维保措施及费用、服务响应方式及方法等5个方面进行综合评审。 |

(1) 交货日期：总日历天数：15 个工作日。

(2) 地点：湖南省福田茶场(永州市民政精神卫生福利中心)，指定地点（负责将产品（及产品清单电子档）送至指定地点并完成安装调试）

(3) 方式：货物安装、调试及验收合格。

4. 合同验收

(1) 验收主体： 。

(2) 验收方式： 。

(3) 验收标准： 。

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

(2) 本合同协议书

(3) 成交通知书

(4) 响应文件

(5) 政府采购合同专用条款

(6) 政府采购合同通用条款

(7) 标准、规范及有关技术文件，图纸。

(8) 其他合同文件。

6. 合同生效

本合同自 生效。

7. 合同份数

本合同一式 份，采购人执 份，供应商执 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

甲 方：（公章） 乙 方：（公章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人：_委托代理人：

电 话：_电 话：

传 真：_传 真：

开 户 银 行：

账 号：

第二节 政府采购合同专用条款

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
|-----|---------------|------------|
| | 履行合同的时间、地点及方式 | 见合同协议书 |
| | 质量保证期 | 三年 |
| | 合同价款支付方式和条件 | 见合同协议书 |
| | 解决争议的方式 | 诉讼 ? 仲裁 |
| | 合同未尽事项 | 未尽事宜协商解决 |

采购技术及商务要求

一、项目实施要求

1、产品运输、保管及保险

1.1 中标人负责产品到安装地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

1.2 中标人负责产品在安装地点的保管，直至项目验收合格。

1.3 中标人负责其派出的安装人员的人身意外保险。

2、安装调试

2.1本项目的安装调试由中标人负责。

2.2中标人须加强安装的组织管理，所有安装人员须遵守文明安全安装的有关规章制度，持证上岗。

2.3项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、安装图纸等，移交采购人。

3、测试验收

3.1验收标准：项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

3.2验收地点：采购人指定地点。

3.3货物运抵采购人指定地点后，由采购人对到货产品的数量、型号、外观质量、随机备品备件、技术资料等进行检查，要求中标人提供验收方案，与采购人协商后确定。要求中标人在验收前向采购人提供汇集成册的全套技术文件及资料、具有法律效力的质量保证、保修维护文件，以及安装、验收报告等文档。

3.4中标人所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，采购单位有权拒收该货物，中标人愿意更换货物但逾期交货的，按中标人逾期交货处理。中标人拒绝更换货物的，采购单位可单方面解除合同。

3.5项目验收完全由采购人负责并严格按照国家及行业相关标准进行验收，若项目验收不合格，由中标人更换为合格产品，再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他投标人采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

3.6因中标人所提供的产品出现质量问题而引起纠纷，则由具有资质的相关质检机构进行检测，由此而发生的费用由中标人负责。

3.7交货验收时采购人将进行参数逐条核对，如不符合参数要求，采购人可拒绝付款，造成所有损失由中标人负责。

4、质量保证

4.1 中标人提供的产品应是原厂生产的未经使用正品。符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

4.2验收合格后整机质保3年，投标人承诺在中标之后，签订合同之前提供所投产品制造商针对本项目的售后服务承诺函。

4.3提供常用配件耗材价格清单。超出厂家正常保修范围的，中标人需向厂家购买；未在投标报价表中单列其费用的，视为费用已包含在本次投标报价中。

4.4质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有设备维护等要求上门服务，费用包含在本次投标报价中。

4.5维修期间负责提供备用机供采购人使用。

5、售后服务

5.1 产品维护。要求提交以下内容。

- 1) 拟制定定期维护计划。
- 2) 对采购人不定期维护要求的响应措施。

5.2 技术支持

1) 提供7×24小时的、技术咨询服务及故障服务受理。接到故障处理通知后，2小时内响应，一般故障应在24小时内排除；重大故障应在24小时内提出解决方案，需在48小时内解决排除。

2) 敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

5.3 培训服务：中标人要为采购人的业务相关人员提供相关设备正常使用培训、一般故障清除培训，以保证业务相关人员能够正常使用该设备。

5.4 质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全无偿（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。

二、其他要求及说明

1、交货时间及地点

1.1 交货时间：合同签订后 15 个工作日内交货，接到甲方通知后 7 日内完成安装调试。

1.2 交货地点：湖南省福田茶场(永州市民政精神卫生福利中心)，指定地点（负责将产品(及产品清单电子档)送至指定地点并完成安装调试)

1.3 交货方式：货物安装、调试及验收合格

1.4 投标人承诺所提供设备为全新设备，且生产日期距中标书发放日期不超过6月。

2、付款方式

2.1 付款方式：合同签订后，所有货物送达采购人指定地点安装调试完毕，甲方组织相关人员按验收的清单和标准验收合格后，30天内凭中标人开具的增值税普通发票或增值税专用发票支付合同总额的 75%；二个月内剔除支付合同总额的75%款项后支付至结算额的95%，余款5%在质保期满后(货物无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等)一次性付清。采购人不承担因财政、政策原因造成未及时付款的任何责任。

2.2 质保和售后要求超出厂家正常质保期限和要求的，中标人在收到中标通知书后10天内，须提供有效证明确保能履行承诺，否则取消中标资格。

2.3 本项目采用费用包干方式建设，含运输保险保管、设备安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保等人工、管理、材料及税务所有费用。项目直至验收合格，招标人除支付中标金额外，将不再支付任何其它费用。

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>3、违约责任</p> <p>1、中标人延期交货，中标人未能在合同规定的期限或采购人同意延长的期限内，提供全部或部分货物的，每延期1天，按延期交付的货物总额5%交付违约金，违约金最高限额不超过延期交付的货物总额的10%。如果中标人在达到最高限额后仍不能交货，采购人可单方面考虑解除合同。</p> <p>2、质保期内，由于中标人的原因造成的采购人直接经济损失由中标人负责赔偿。由于采购人操作人员使用不当所造成的直接经济损失由采购人负责。</p> <p>3、中标人所提供的货物型号、规格、质量等不符合合同规定标准的或发现有更换原装配行为，采购人有权拒收，而中标人应及时予以更换，并承担因此而发生的一切费用。</p> <p>4、采购人对中标人所提供的货物如发生知识产权争议，中标人应赔偿采购人的一切损失。</p> <p>备注：对于上述技术参数及项目要求，投标人应在投标文件中进行回应。未提供视为负偏离。</p> |
|--|--|--|--|

本包的评分规则

| 序号 | 分数性质 | 分数类型 | 分值 | 是否需要上传证明材料 | 上传证明材料类型 | 评分规则描述和上传证明材料要求 |
|----|------|------|----|------------|----------|--|
| 1 | 客观分 | 报价分 | 40 | 否 | 无 | 【报价】 的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分 |
| 2 | 客观分 | 商务分 | 8 | 是 | 图片 | 【类似业绩】 的评分规则：自2022年09月01日以来（以合同签订的时间为准），每提供一个类似业绩的计4分，最多计8分。（提供合同复印件，合同复印件须包括清晰的设备型号，签字盖章及签署时间页、合同关键页并加盖投标人公章，否则不计分。） 【类似业绩】 的上传证明材料要求：加盖投标人公章 |
| 3 | 主观分 | 技术分 | 16 | 否 | 无 | 【设备性能质量及配置方案】 的评分规则：根据投标人提供的设备性能质量及配置方案：包括但不限于①设备配置清单、②设备先进性、③开放性与可扩充性介绍等3个方面进行综合评审。各项内容完全满足项目要求且逻辑清晰、条理严谨、阐述全面、方案科学合理可行性强、符合采购人实际情况的计16分，被认定欠严谨、欠全面、欠合理、欠可行、欠实际的每处扣1-8分，内容缺失或阐述存在明显缺陷或者缺漏项的每项扣9-16分，扣完为止。（注：方案打分中“欠严谨、欠全面、欠合理、欠可行、欠实际”是指内容逻辑混乱、方案内容与采购需求不一致或没有关联性、存在科学原理错误、不符合相关的国家、行业标准。） |
| 4 | 主观分 | 商务分 | 12 | 否 | 无 | 【售后服务方案】 的评分规则：根据投标人提供的售后服务方案：包括但不限于①提供服务专线电话并承诺售后的响应时间、②现场服务支持计划、③质量保证范围、④突发事件应对措施、⑤质保期满后维保措施及费用、服务响应方式及方法等5个方 |

| | | | | | | |
|---|-----|-----|----|----------------------|----------------------|--|
| | | | | | | 面进行综合评审。 各项内容完全满足项目要求且逻辑清晰、条理严谨、阐述全面、方案科学合理可行性强、符合采购人实际情况的计12分，被认定欠严谨、欠全面、欠合理、欠可行、欠实际的每处扣1-8分，内容缺失或阐述存在明显缺陷或者缺漏项的每项扣9-12分，扣完为止。（注：方案打分中“欠严谨、欠全面、欠合理、欠可行、欠实际”是指内容逻辑混乱、方案内容与采购需求不一致或没有关联性、存在科学原理错误、不符合相关的国家、行业标准。） |
| 5 | 主观分 | 技术分 | 12 | 否 | 无 | 【培训方案】的评分规则：根据投标人提供的培训方案：①培训计划、②培训人员安排、③培训目标、④考核方式等4个方面进行综合评审。 各项内容完全满足项目要求且逻辑清晰、条理严谨、阐述全面、方案科学合理可行性强、符合采购人实际情况的计12分，被认定欠严谨、欠全面、欠合理、欠可行、欠实际的每处扣1-7分，内容缺失或阐述存在明显缺陷或者缺漏项的每项扣8-12分，扣完为止。（注：方案打分中“欠严谨、欠全面、欠合理、欠可行、欠实际”是指内容逻辑混乱、方案内容与采购需求不一致或没有关联性、存在科学原理错误、不符合相关的国家、行业标准。） |
| 6 | / | 偏离分 | 9 | 详见本包货物类需求的偏离性评审(标)规则 | 详见本包货物类需求的偏离性评审(标)规则 | 【未进行评分设置的货物重要技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物重要技术参数每偏离一项扣3分，最多扣9分 |
| 7 | / | 偏离分 | 3 | 详见本包货物类需求的偏离性评审(标)规则 | 详见本包货物类需求的偏离性评审(标)规则 | 【未进行评分设置的货物一般技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物一般技术参数每偏离一项扣1.5分，最多扣3分 |

本包执行的优惠政策

| 优惠政策 | 优惠方式 | 供应商所需出示材料 | 优惠比例(或分数) | 备注 |
|-----------|------------|---|-----------|--|
| 小型、微型企业优惠 | 总报价减免优惠 | 提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（货物）》 | 10% | 供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。 |
| 节能产品优惠 | 产品报价比例加分优惠 | 提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。 | 4% | 评标方法为综合评分法时，节能产品享受报价比例加分优惠，优惠比例为4%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标 |

| | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|----|--|
| | | | | 文件中填报相关信息及数据), 强制采购节能产品的货物, 投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。 |
| 环境标志产品优惠 | 产品报价比例加分优惠 | 提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。 | 4% | 评标方法为综合评分法时, 环境标志产品享受报价比例加分优惠, 优惠比例为4%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的, 评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择, 并在投标文件中填报相关信息及数据), 强制采购节能产品的货物, 投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。 |
| 环境标志产品优惠 | 产品技术比例加分优惠 | 提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。 | 4% | 评标方法为综合评分法时, 环境标志产品享受技术比例加分优惠, 优惠比例为4%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的, 评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择, 并在投标文件中填报相关信息及数据), 强制采购节能产品的货物, 投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。 |
| 节能产品优惠 | 产品技术比例加分优惠 | 提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。 | 4% | 评标方法为综合评分法时, 节能产品享受技术比例加分优惠, 优惠比例为4%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的, 评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择, 并在投标文件中填报相关信息及数据), 强制采购节能产品的货物, 投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。 |

本包偏离无效投标设置

除已设置评分项和实质性需求外, 本包【货物技术参数】和【其他评审设置】中的偏离检查项最多偏离10项, 超过将导致无效投标