

永州市政府采购文件

采购项目名称：核磁共振成像系统维保服务采购
采购人：永州市第四人民医院
采购方式：竞争性磋商
采购代理机构：湖南宁泰建设工程管理有限公司
委托代理编号：HNNTZB-2026-006
代理费收取方式：采购人支付代理费（按成交金额百分比收取）
代理费支付标准：项目成交金额的1.5%
专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付
采购计划编号：永零财采计【2026】00042号
采购项目预算：840,000元
是否进行资格预审：否
需求编制时间：2026年05月11日

采购人签章：
永州市第四人民医院

需求编制人签章：
郑丽群

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目完全面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	840,000	综合评分法

磋商文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告

获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额（元）	采购内容概况	预期采购时间
核磁共振成像系统维保服务采购	840,000	西门子核磁共振购买全保服务，服务期限三年	2026-01

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：840,000元

包概述：核磁共振成像系统维保服务采购				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：是
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：20分钟		
本包所属行业：其他未列明行业			本包类型：服务类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第十九条规定：磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。本次评标将有供应商磋商环节，请各供应商一直在开标室中保持在线状态，进入供应商磋商环节后磋商小组将分别与各供应商进行磋商对话；因供应商原因导致未能进行磋商的，由供应商自行承担责任。				
本包基本资格要求	本包基本资格证明材料上传要求			
<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>	<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p>			
本包特定资格要求	本包特定资格证明材料上传要求			
本包专门面向中小企业采购，指服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业按照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；监	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号中规定格式的《中小企业声明函（工程、服务）》，加盖公章，使用投标客户端时可自行下载模板。			

狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，服务由监狱企业/残疾人福利性单位承接的，需提供监狱企业/残疾人福利性单位声明函。	
--	--

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包服务类需求

服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目										
		年	280,000	3	840,000	C04990000-其他医疗卫生服务										
		子服务编号	子服务名	子服务内容												
1	核磁共振成像系统维保服务采购	1	核磁共振成像系统维保服务采购	<p>一、项目名称及预算</p> <p>项目名称：磁共振成像系统维保服务采购项目</p> <p>项目预算金额：840000.00元</p> <p>二、采购清单</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>项目名称</th> <th>数量</th> <th>服务期</th> <th>预算单价（万元）</th> <th>预算总价（万元）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>西门子1.5T核磁共振系统维保项目</td> <td>1台</td> <td>3年</td> <td>28</td> <td>84</td> </tr> </tbody> </table> <p>三、服务要求及商务条款</p> <p>★1、设备清单以及保修模式： 西门子MR ESSENZA 1.5T MR维保服务，整机全保（包括但不限于磁体、冷头更换、液氮安全水平、线圈、西门子患者监视系统，以及外水冷机；西门子设备正常运行的软件、西门子工作站等）。</p> <p>★2、增加全新符合国家标准的能与原厂设备兼容的肩关节线圈和膝关节线圈两组线圈，更新符合国家标准的能与原厂设备兼容的腹部线圈、脊柱线圈和头部线圈。线圈扫描图像质量需达到原厂设备标准，符合临床诊断需求。（注：中标人在第一次付款前提供）</p> <p>3、全系统扫描序列优化服务。中标人应派遣具备资质的应用工程师，对我院现有常用扫描序列进行诊断质量评估，并基于新线圈的电磁特性重新优化参数。优化完成后，需选取典型病例进行测试扫描，图像质量需经我院影像科医师确认合格。同时提供现场操作</p>			项目名称	数量	服务期	预算单价（万元）	预算总价（万元）	西门子1.5T核磁共振系统维保项目	1台	3年	28	84
项目名称	数量	服务期	预算单价（万元）	预算总价（万元）												
西门子1.5T核磁共振系统维保项目	1台	3年	28	84												

培训及书面优化报告。

4、服务期限：3年，维保服务具体时间以合同约定为准。

四、服务要求：

▲1、预防性保养要求：中标人每年提供不限次数的人工上门维修服务；提供一年至少4次的定期维护与保养，定期的维护保养服务项目包括但不限于：设备的机械安全检查、电气安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查、性能测试及校准，以及非紧急性质的预防性维护等，保养中需要更换的损耗品由中标人免费提供。维修或保养完成后，中标人需提供维修报告、保养报告、巡检报告。

▲2、服务响应时间：周一至周日；电话响应时间≤10分钟；工程师到达现场时间需≤6小时，设备维修工程师具备专业工程师培训证书。

3、备件要求：更换的备件必须为全新并与原设备备件型号一致，安装完毕后达到设备原厂质量标准，液氦不得低于55%，普通配件到场时间不得超过24小时。如更换配件为进口备件，需提供报关单，属强检目录内产品，还需提供检测报告。

★4、年检达标要求：年检时，中标人负责并保证全部监测指标达标，通过相关部门检测并合格。

▲5、须确保设备开机率≥98%，按一年365天、每天24小时计算。

如果开机率因投标人原因未达到98%，停机时间每超过一天，延长七天维保时间；工程师到场后，无需更换备件时，解决故障时间需4小时；供应商应具备常用备品备件库，如需更换备件，解决故障时间需≤72小时；单次停机时间不得超过5天，否则采购单位有权停止付款，并终止合同。

6、软件升级：在维保期内，如厂家有新的软件版本，若采购人需要，中标人将免费为采购人升级。

7、维修密码开放：维保期结束后，需开放维修密码，不得限制医院自主维护。

8、安全责任：中标人在维修过程中发生非最终用户（采购人）原因造成的安全责任事故，最终用户（采购人）不承担任何责任。

9、服务质量考核：合同期内，采购人将对中标人的服务质量进行考核（包括开机率、故障响应时间、故障排除时间及维保服务条款履行情况等），每半年为一个考核周期。若考核不合格，采购人可解除合同，并有权要求中标人赔偿由于中标人造成的所有损失。

服务考核表(≥90分即为合格)

考核项目	评分标准	分值	得分
服务响应	接到报修电话后，30分钟内响应得10分，每延迟10分钟扣2	10	

				及时性	分				
					紧急故障2小时内到达现场得10分，每延迟1小时扣3分	10			
				维修质量	维修后设备一个月内无同类故障再次发生得15分，每出现一次扣5分	15			
					维修后设备性能达到原厂标准或相关行业规范得15分，未达到酌情扣分	15			
				备件供应	常用备件库存充足。能及时提供得10分，因备件短缺导致维修延误每次扣3分	10			
					所提供备件质量合格，符合原厂要求得10分，出现不合格备件每次扣5分	10			
				服务态度	维保人员服务热情、礼貌得5分，出现态度恶劣情况每次扣2分	5			
					能积极与医院沟通，及时反馈维修进度和相关信息得10分，沟通不畅或信息反馈不及时每次扣3分	10			
				培训与技术支持	定期为医院设备管理人员提供培训，每年不少于2次得8分，每少一次扣4分	8			
					能为医院提供技术咨询和支持，协助解决疑难问题得7分，未能提供有效支持酌情扣分	7			
				<p>10、其他：本项目是对1.5T核磁共振设备全周期、全方位维修与保养服务。在此期间所有风险（如材料、人工、意外伤害等）及费用均由投标人承担。</p> <p>11、其他：如果因其他原因设备不再使用（如提前报废、病人急剧减少等，造成此设备不再使用），医院应提前一个月书面通知中标人解除合同，按日计算维保费用，余款一次性付清。</p> <p>五、付款方式：先服务后付款。设备维保款分6期支付。每半年考核周期满后凭投标人开具的正规发票及考核合格报告支付当期款项。</p> <p>六、未尽事宜双方签订合同时约定。</p> <p>对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。</p>					

本包服务类需求的实质性评审(标)规则

服务编号	服务名	子服务编号	子服务名	是否需要提供证明材料	证明材料类型	提供证明材料要求
------	-----	-------	------	------------	--------	----------

1	核磁共振成像系统维保服务采购	1	核磁共振成像系统维保服务采购	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
---	----------------	---	----------------	---------	---------	---------

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	合同	商务	<p style="text-align: center;">政府采购合同专用条款</p> <p>一、合同名称</p> <p>____采购合同</p> <p>二、合同编号</p> <p>_____</p> <p>三、合同内容</p> <p>1. 采购项目名称：<u>核磁共振成像系统维保服务采购</u></p> <p>2. 采购项目编号：<u>永零财采计【2026】00042号</u></p> <p>3. 采购项目内容：<u>核磁共振成像系统维保服务采购</u></p> <p>4. 采购项目金额：人民币（大写）：<u>捌拾肆万元整</u>（小写）：<u>捌拾肆万元整</u></p> <p>具体标的见附件</p> <p>5. 采购项目交货（服务）地点：<u>永州市第四人民医院</u></p> <p>6. 6. 采购项目交货（服务）期限：<u>3年，维保服务具体时间以合同约定为准。</u></p> <p>四、质量要求</p> <p>乙方提供的货物、工程和服务必须符合国家有关标准、行业标准和甲方提出的质量要求。</p> <p>五、价格及支付方式</p> <p>1. 乙方报价：人民币（大写）：____元整（小写）：____元。</p> <p>2. 甲方支付方式：先服务后付款。设备维保款分6期支付。每半年考核周期满后凭投标人开具的正规发票及考核合格报告支付当期款项。</p> <p>六、售后服务</p> <p>1. 乙方应在合同约定的时间内提供完善的售后服务，确保采购项目目的正常运行。</p>

		<p>2. 乙方应提供免费的技术支持、维修服务，并对所提供的产品进行定期检查、保养。</p> <p>3. 乙方应在接到甲方故障报修电话后，2小时内作出响应，并在24小时内解决问题。</p> <p>七、合同变更、解除和终止</p> <p>1. 双方同意，在合同履行过程中，如因法律法规、政策调整等原因，需要对合同内容进行变更的，经双方协商一致，可以书面形式对合同进行变更。</p> <p>2. 如乙方未能按照合同约定履行义务，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。</p> <p>3. 合同履行期满，自然终止。</p> <p>八、争议解决 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。</p> <p>九、其他约定</p> <p>1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。</p> <p>2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同履行完毕之日终止。</p> <p>3. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。</p> <p>甲方：蓝山县公安局交通管理大队 乙方：</p> <p>法人代表：____ 法人代表：____</p> <p>委托代理人：____ 委托代理人：____</p> <p>联系电话：____ 联系电话：____</p>
2	同类项目经验	<p>商务</p> <p>投标截止时间前3年内（以合同签订时间为准），具有核磁共振维保服务业绩的每提供1个计3分，最多计9分；</p> <p>注：提供业绩合同关键页复印件，未提供或未按要求提供的不计分。</p>
3	团队人员	<p>商务</p> <p>拟投入本项目团队人员获得高级医疗器械工程师职称并提供该职称工程师投标前半年内连续3个月以上在投标方缴纳社保的证明的，每人计3分，最多计6分；</p>

			<p>拟投入本项目团队人员获得中级医疗器械工程师职称及以上并提供该职称工程师投标前半年内连续3个月以上在投标方缴纳社保的证明的，每人计2分，最多计4分；</p> <p>注：提供相职称证书扫描件、附带网上查询证明截图以及在投标方缴纳社保证明文件（三者缺一不可不得分），未提供或不符合要求的不得分。</p>
4	客户评价	商务	<p>投标供应商提供 2023 年 5 月 1 日以来客户维保评价表，每提供一家非常满意客户评价的得 2 分，最多计 6 分。</p> <p>注：须提供维保合同和客户评价书扫描件（合同客户须和评价用户一致，提供客户联系电话）并加盖供应商公章。</p>
5	保障能力	商务	<p>投标人提供自有设备维修专用工具，包括但不限于无磁工具、数字示波器、万用表等，每个得2.5分，最多得5分。</p> <p>注：提供工具有效校准证书及采购发票复印件，未提供不得分。</p>
6	整体维保服务方案	技术	<p>根据投标人针对本项目实际情况制定的整体维保服务方案，包括但不限于：①服务团队保障（含维保人员配备、人员明细表、维保人员派遣计划）；②日常维修、管理方案；③设备的日常巡检、维护保养方案；④响应时间及开机率保证措施；⑤服务质量保证措施；⑥培训计划；⑦应急预案及响应措施等进行评分：</p> <p>内容完整全面，完全满足采购需求的计21分，每缺一项扣3分，有欠合理或欠完善或欠详尽，但不影响项目实施的每处扣2分，扣完为止，未提供方案不得分。</p>
7	服务难点及应对方案	技术	<p>针对本项目设备常见维保技术难点（必要时，进行现场勘查）进行总结与分析，并提出相应的解决方案，包括但不限于以下系统：①超导磁体与制冷系统；②水冷系统及射频梯度系统；③图像质量控制等进行评分：</p> <p>内容完整全面，分析透彻，难点突出，解决方案科学合理得12分，每缺一项扣4分，有欠合理或欠完善或欠详尽，但不影响项目实施的每处扣2分，扣完为止，未提供方案不得分。</p>
8	备品备件配送能力	技术	<p>根据供应商提供的备品备件储备管理及配送方案，包括但不限于：①项目涉及的设备备品备件储备情况；②备品备件储存管理措施；③备品备件采购渠道管理；④备品备件运输安全质量控制措施；⑤备品备件配送时间控制措施等内容进行评分：</p> <p>内容完整全面，针对性强，措施科学合理规范，可行性高，完全满足采购需求计15分，有缺项或与项目需求无关的，每项扣3分，有语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱、内容不充实或与项目需求无关的，每一项扣2分，上述分值扣完为止，未提供不得分。</p>
9	服务技术指标	技术	<p>以招标文件“采购需求”为基准，完全满足招标文件服务技术指标要求的计7分，每负偏离1项扣1分，其中▲条款每负偏离1项扣2分，扣完为止。</p>

			注：“★”条款不允许偏离，否则按无效投标处理。
--	--	--	-------------------------

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	15	否	无	【报价】的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分（超出预算视为无效投标，评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。）
2	客观分	商务分	9	是	图片	【同类项目经验】的评分规则：投标截止时间前3年内（以合同签订时间为准），具有核磁共振维保服务业绩的每提供1个计3分，最多计9分； 【同类项目经验】的上传证明材料要求：提供业绩合同关键页复印件，未提供或未按要求提供的不计分。
3	客观分	商务分	10	是	图片	【团队人员】的评分规则：拟投入本项目团队人员获得高级医疗器械工程师职称并提供该职称工程师投标前半年内连续3个月以上在投标方缴纳社保的证明的，每人计3分，最多计6分；拟投入本项目团队人员获得中级医疗器械工程师职称及以上并提供该职称工程师投标前半年内连续3个月以上在投标方缴纳社保的证明的，每人计2分，最多计4分； 【团队人员】的上传证明材料要求：提供相职称证书扫描件、附带网上查询证明截图以及在投标方缴纳社保证明文件（三者缺一不可不得分），未提供或不符合要求的不计分。
4	客观分	商务分	6	是	图片	【客户评价】的评分规则：投标供应商提供 2023 年 5 月 1 日以来客户维保评价表，每提供一家非常满意客户评价的得 2 分，最多计 6 分。 【客户评价】的上传证明材料要求：须提供维保合同和客户评价书扫描件（合同客户须和评价用户一致，提供客户联系电话）并加盖供应商公章。

5	客观分	商务分	5	是	图片	<p>【保障能力】的评分规则：投标人提供自有设备维修专用工具，包括但不限于无磁工具、数字示波器、万用表等，每个得2.5分，最多得5分。</p> <p>【保障能力】的上传证明材料要求：提供工具有效校准证书及采购发票复印件，未提供不计分。</p>
6	主观分	技术分	21	否	无	<p>【整体维保服务方案】的评分规则：根据投标人针对本项目实际情况制定的整体维保服务方案，包括但不限于：①服务团队保障（含维保人员配备、人员明细表、维保人员派遣计划）；②日常维修、管理方案；③设备的日常巡检、维护保养方案；④响应时间及开机率保证措施；⑤服务质量保证措施；⑥培训计划；⑦应急预案及响应措施等进行评分：内容完整全面，完全满足采购需求的计21分，每缺一项扣3分，有欠合理或欠完善或欠详尽，但不影响项目实施的每处扣2分，扣完为止，未提供方案不计分。</p>
7	主观分	技术分	12	否	无	<p>【服务难点及应对方案】的评分规则：针对本项目设备常见维保技术难点（必要时，进行现场勘查）进行总结与分析，并提出相应的解决方案，包括但不限于以下系统：①超导磁体与制冷系统；②水冷系统及射频梯度系统；③图像质量控制等进行评分：内容完整全面，分析透彻，难点突出，解决方案科学合理得12分，每缺一项扣4分，有欠合理或欠完善或欠详尽，但不影响项目实施的每处扣2分，扣完为止，未提供方案不计分。</p>
8	主观分	技术分	15	否	无	<p>【备品备件配送能力】的评分规则：根据供应商提供的备品备件储备管理及配送方案，包括但不限于：①项目涉及的设备备品备件储备情况；②备品备件储存管理措施；③备品备件采购渠道管理；④备品备件运输安全质量控制措施；⑤备品备件配送时间控制措施等内容进行评分：内容完整全面，针对性强，措施科学合理规范，可行性高，完全满足采购需求计15分，有缺项或与项目需求无关的，每项扣3分，有语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱、内容不充实或与项目需求无关的，每一项扣2分，上述分值扣完为止，未提供不计分。</p>
9	主观分	技术分	7	否	无	<p>【服务技术指标】的评分规则：以招标文件“采购需求”为基准，完全满足招标文件服务技术指标要求的计7分，每负偏离1项扣1分，其中▲条款每负偏离1项扣2分，扣完为止。注：“★”条款不允许偏离，否则按无效投标处理。</p>