

永州市政府采购文件

采购项目名称：新田县人民医院专科建设设备采购（第二次）
采购人：新田县人民医院
采购方式：公开招标
采购代理机构：中慧力祥项目管理有限公司
委托代理编号：ZHLXXT2025-12-01
代理费收取方式：采购人支付代理费（按固定费用收取）
代理费支付标准：固定金额86,325元
专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付
采购计划编号：新田财采计[2025]111号
采购项目预算：2,550,000元
是否进行资格预审：否
需求编制时间：2026年03月27日

采购人签章：
新田县人民医院

需求编制人签章：
朱操

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目不专门面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第二包	1,050,000	最低评标价法
2	第三包	1,500,000	最低评标价法

招标文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告

获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额（元）	采购内容概况	预期采购时间
新田县人民医院专科建设设备采购	8,455,000	重症监护室、心内科、儿科、肿瘤科、消化外科、血透室、神经外科、消化内镜中心相关设备采购	2025-11

第二章 项目采购需求

包名：第二包 采购金额：1,050,000元

包概述：新田县人民医院专科建设设备采购（第二包），采购热疗机、生物安全柜，详见本包货物类需求。				
评标方法：最低评标价法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：成交金额的10%
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价/无时长限制		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：是	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，报价低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；若同品牌供应商报价恰好相同，采取随机抽取方式确定推荐资格；			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>		<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p>		
本包特定资格要求		本包特定资格证明材料上传要求		
投标人具有有效的医疗器械生产或经营许可证（或相应的备案凭证）。		提供医疗器械生产或经营许可证（或相应的备案凭证）复印件。		

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上

传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
1	高频热疗机(A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备)	是	否	否	台	1,000,000	1	1,000,000	
		本货物共设置了6条参数。 其中：实质性参数：6条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	热疗机主要技术指标：	1. 工作电源：AC220V 50Hz； 2. 输出总功率：≥1500VA； 3. 输入功率：≤5500VA； 4. 工作频率：单频率或双频率均≥27MHz±2%； 5. 加热方式：内生场深部热疗方式或电容式加热； 6. 板板规格：圆型，方型； 7. 治疗电极行程：I号高频源电极最大行程不小于150mm； II号高频源电极最大行程不小于200mm。 8. 连续工作时间：≥8小时				
		2	★	软件系统：	1、具有病例存储和查询功能，病例存储能力大于10万人次； 2、存贮的医疗文件可转换成Excel文件，可直接进行论文编写及临床统计； 3、可显示8道测温曲线； 4、具有温度数据记录功能，可记录300分钟； 5、显示治疗次数； 6、显示治疗时间和剩余时间； 7、温度数据与测温曲线可同时显示； 8、可选择单道或多道温度曲线显示方式； 9、具有超温报警功能，设备可急停，安全性高； 10. 时间设定功能：：在150min内可调，最大追加时间150min，精度≤±5s				
		3	★	测温系统：	T型热电偶测温或光纤温度传感器测温。				
		4	★	计算机系统：（最低配置不低于以下标准）	1、电脑1台：CPU：i3；内存：不小于8G；硬盘：不小于1T；≥27英寸液晶显示器； 2、激光打印机1台 2.1、打印速度：不低于20页/分钟 2.2、打印分辨率：不小于1200x1200dpi 2.3、内存容量：不小于64MB 2.4、处理器速度：400MHz				
		5	★	治疗床系统：	1、电动，可升降、前进、后退； 2、床面承重：≤ 150KG； 3、床面尺寸： 210cm×52cm； 4、床面水平行程：≤114cm； 5、床面水平移动速度：4cm/s； 6、床面上下行程：≤20cm 7、具有超温报警功能，设备可急停，安全性高； 8、屏蔽设计：不受楼层限制，铜网屏蔽。				
6	★	注册证	提供高频热疗机的医疗器械注册证扫描件或复印件。						
2	生物安全柜(双人全排)(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	50,000	1	50,000	
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	技术参数	1. 气流模式：100%外排 2. 外部尺寸≤(L×D×H) 1500mm×780mm×2250mm 3. 内部尺寸>(L×D×H) 1340mm×580mm×650mm 4. 洁净级别为10级的工作环境 5. 流入气流平均风速≥0.52 m/s，下降气流平均风速≥0.32m/s 6. 送风过滤器与排风过滤器均采用ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.9995% 7. 具有气流隔断技术，沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护，防止工作区内外气体交互 8. LCD液晶屏彩色显示，触摸按键 9. 在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能 10. 前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃，采用电动升降方式，具有全幅可清洁功能 11. 有断电记忆功能，有关门监测功能，有开门高度警示功能，有监测气流波动功能 12. 报警代码显示提醒设计 13. 负压风道设有过滤格栅，防止纸屑等杂物进入后部负压腔体 14. 具有水阀、气阀孔设计 15. 可联动控制，通过专业的联动控制芯片，与净化工程的排风系统联动				

		2	★	注册证	提供生物安全柜的医疗器械注册证扫描件或复印件。
--	--	---	---	-----	-------------------------

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	高频热疗机	1	热疗机主要技术指标:	否	无	无
		2	软件系统:	否	无	无
		3	测温系统:	否	无	无
		4	计算机系统: (最低配置不低于以下标准)	否	无	无
		5	治疗床系统:	否	无	无
		6	注册证	是	图片	提供高频热疗机的医疗器械注册证扫描件或复印件。
2	生物安全柜 (双人全排)	1	技术参数	否	无	无
		2	注册证	是	图片	提供生物安全柜的医疗器械注册证扫描件或复印件。

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	采购需求	商务	<p>一、产品运输、保险及保管</p> <p>1、成交供应商负责产品到安装地点的全部运输，包括上下装卸费及现场搬运运费等。</p> <p>2、成交供应商负责产品在安装地点的保管，直至项目验收合格。</p> <p>3、成交供应商负责其派出的安装人员的人身意外保险。</p> <p>二、质量保证</p> <p>1、成交供应商必须严格按照招标文件要求提供符合技术标准的产品，应保证货物和货物包装完整，到达采购人收货地前未拆封。</p> <p>2、成交供应商必须保证所提供的货物（包括零部件）是原装、全新、通过合法渠道取得的产品，并且符合有关检测标准和合同规定的质量、性能、技术规范等的要求以及该产品的出厂标准和原装配置。</p> <p>3、成交供应商所提供的货物及服务应符合国家标准、行业标准；这些标准</p>

必须是有关机构发布的最新标准。

4、质保期：3年，质保期从验收合格后开始计算。

5、质保期内免费维修、更换配件。

6、提供原厂正品配件供应渠道，确保配件供应及时、质量可靠。

三、. 交货方式

中标人负责提供货物及货物的运输、保管、安装调试直至验收合格。

四、验收方法及标准

1、货物须为全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行。验收相关费用包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

3、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。

4、成交供应商应将关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人按成交供应商提供的供货清单检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料、检查产品及附件是否完整无损，技术资料与图纸是否与采购人的要求相符。如有损坏、缺件等情况，由成交供应商自行负责。

6、验收地点：采购人指定地点。

7、项目验收不合格，由中标人退换直至合格，有关退换、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

五. 培训

1、设备验收后提供使用人员原厂应用培训（至少2批次以上人员参与培训），培训费用已包含在采购预算中由成交供应商承担，培训包括设备的基本原理、操作、日常维护、排除一般故障及仪器理论等内容，确保使用人员能独立操作。

5.2、培训事项投标人应根据合同清单提供详细的产品说明书，系统使用说明书和系统维护说明书等。

六、售后服务

1、质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由设备厂家维保部门上门维修、维保服务，维修维护及设备运行相关所有零配件、主部件的更换维修及所产生的人工费等，采购人不再另支付任何其他费用，售后服务中维修使用的零配件、主部件应为原厂配件。保修期内，同一台机器出现两次维修仍不能正常使用的，成交供应商应免费整机更换，但人为损坏（如

操作不当等)或不可抗力原因导致的设备及系统故障除外。质保费用已包含在采购预算中由成交供应商承担,请投标人考虑后自行报价。

后续保障:提供终身维护服务,软件系统终身免费升级(含控制软件、分析软件、数据库等)。超过保修期后须保障原厂配件长期稳定供应,维修只收零配件等成本费,其他未涉及内容均按照该货物(服务)出厂市场标准服务一致。

2、成交供应商必须提供良好的售后服务承诺,售后服务能满足采购人的需要,能及时处理不合格产品退、换等问题。成交供应商必须在所有独立货物上用小标签标注货物供应商名称、联系人、联系电话和维修热线等相关信息;若以上信息发生变化,应及时告知采购人。

3、质保期内(人为破坏或自然灾害等不可抗力除外),在接到采购人的退、换通知后,要求48个小时内到达现场给予办理,不能在指定时间内完成任务的,必须与采购人进行沟通,说明情况。

4、成交供应商所提供的响应文件必须真实、合法、有效,如果有作假事实,采购人有权解除采购合同,由此给采购人带来的一切损失由成交供应商承担。

5、成交供应商不能如期履约,所投的产品严重不符合采购要求,采购人有权要求成交供应商承担一切责任并赔偿所有损失。

七、技术保障服务

1、成交供应商须随货物提供随机工具包、必备的配件、完整配套的产品说明及相应的中文技术文件资料(包括货物合格证、操作手册、使用说明、检测报告、维护手册、服务指南等资料)。

2、成交供应商负责现场安装、调试,并提供试运行技术保障服务。

3、成交供应商需在项目现场就设备的安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训,达到熟练掌握产品性能,能及时排除一般故障的程度。

4、故障响应时间 ≤ 2 小时,一般情况24小时内到场处置,紧急情况4小时内到场处置。

5、定期上门巡检设备,及时排查潜在故障,延长设备使用寿命。

八、采购项目交付或者实施的时间和地点

1. 交货时间:合同签订之日起60日内完成设备交付、安装并投入试运行。

2. 交货地点:采购人指定地点。

3. 按照采购人指定的地点,全部供货,如逾期交货,每延误一周(一周按七天计算,不足七天的按一周计算),扣除迟交货物交货价的0.5%,直至交货为止;同时为保证质量和工期,采购人将随机对成交供应商进行供货督查检查工作,成交供应商必须全力配合。非成交供应商原因造成的供货延误,不由成交供应商承担相应责任。

九、付款

本项目经采购人及相关部门验收合格后支付合同总价的90%;留合同价款的10%作为质保金,质保期满,使用无质量问题、无经济纠纷,无息全额支付质保

		<p>金。验收不合格不支付任何费用。付款前中标供应商应按照采购人的要求提供相应的税务发票并自行承担相应的税费，如因中标供应商延迟开具发票，采购人有权延迟付款。</p> <p>十、其他</p> <p>本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备（包括软件）、培训、运行维护等所有人工、管理、财务、税费等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人按合同约定提供，采购人不再另行支付任何费用。</p> <p>注：①本项目“本包货物类需求”中如果出现某品牌型号仅做参考，投标人可提供同性能及以上产品进行响应。②对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行响应，做出承诺及说明（格式自拟）。如未做出承诺及说明，视为投标人未响应文件上述要求，将被视为无效投标。</p>													
2	合同	商务	<table border="1"> <tr> <td>甲方名称、地址</td> <td> <p>名称：新田县人民医院</p> <p>地址：湖南省永州市新田县湖南省新田县中山街道新华西路39号</p> </td> </tr> <tr> <td>项目现场</td> <td>新田县人民医院</td> </tr> <tr> <td>履行合同的时间、地点及方式</td> <td>以本项目“采购需求”及采购人书面要求为准。</td> </tr> <tr> <td>质保期</td> <td>三年</td> </tr> <tr> <td>响应时间</td> <td>故障响应时间≤2小时，一般情况24小时内到场处置，紧急情况4小时内到场处置。</td> </tr> <tr> <td>合同价款支付方式和条件</td> <td> <p>付款人：新田县人民医院</p> <p>付款方式：本项目经采购人及相关部门验收合格后支付合同总价的90%；留合同价款的10%作为质保金，质保期满，使用无质量问题、无经济纠纷，无息全额支付质保金。验收不合格不支付任何费用。付款前中标供应商应按照采购人的要求提供相应的税务发票并自行承担相应的税费，如因中标供应商延</p> </td> </tr> </table>	甲方名称、地址	<p>名称：新田县人民医院</p> <p>地址：湖南省永州市新田县湖南省新田县中山街道新华西路39号</p>	项目现场	新田县人民医院	履行合同的时间、地点及方式	以本项目“采购需求”及采购人书面要求为准。	质保期	三年	响应时间	故障响应时间≤2小时，一般情况24小时内到场处置，紧急情况4小时内到场处置。	合同价款支付方式和条件	<p>付款人：新田县人民医院</p> <p>付款方式：本项目经采购人及相关部门验收合格后支付合同总价的90%；留合同价款的10%作为质保金，质保期满，使用无质量问题、无经济纠纷，无息全额支付质保金。验收不合格不支付任何费用。付款前中标供应商应按照采购人的要求提供相应的税务发票并自行承担相应的税费，如因中标供应商延</p>
甲方名称、地址	<p>名称：新田县人民医院</p> <p>地址：湖南省永州市新田县湖南省新田县中山街道新华西路39号</p>														
项目现场	新田县人民医院														
履行合同的时间、地点及方式	以本项目“采购需求”及采购人书面要求为准。														
质保期	三年														
响应时间	故障响应时间≤2小时，一般情况24小时内到场处置，紧急情况4小时内到场处置。														
合同价款支付方式和条件	<p>付款人：新田县人民医院</p> <p>付款方式：本项目经采购人及相关部门验收合格后支付合同总价的90%；留合同价款的10%作为质保金，质保期满，使用无质量问题、无经济纠纷，无息全额支付质保金。验收不合格不支付任何费用。付款前中标供应商应按照采购人的要求提供相应的税务发票并自行承担相应的税费，如因中标供应商延</p>														

				迟开具发票，采购人有权延迟付款。
		其他要求		本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备（包括软件）、培训、运行维护等所有人工、管理、财务、税费等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人按合同约定提供，采购人不再另行支付任何费用。
		解决争议的方式		<input checked="" type="checkbox"/> 诉讼 <input type="checkbox"/> 仲裁
		合同未尽事项		双方另行约定

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	采购需求	商务	是	图片	对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行响应，做出承诺及说明（格式自拟）。如未做出承诺及说明，视为投标人未响应文件上述要求，将被视为无效投标。
2	合同	商务	否	无	无

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例(或分数)	备注
小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（货物）》	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。
节能产品优惠	产品报价减免优	提供国家确定的认证机	8%	评标方法为最低评标价法时，节能产品享受产品报

	惠	构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。		价优惠，优惠比例为8%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
环境标志产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	8%	评标方法为最低评标价法时，环境标志产品享受产品报价优惠，优惠比例为8%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。

包名：第三包 采购金额：1,500,000元

包概述：新田县人民医院专科建设设备采购（第三包），采购4K医疗腔镜成像系统、3D腹腔镜，详见本包货物类需求。				
评标方法：最低评标价法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：成交金额的10%
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价/无时长限制		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>		<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p>		
本包特定资格要求		本包特定资格证明材料上传要求		
投标人具有有效的医疗器械生产或经营许可证（或相应的备案凭证）。		提供医疗器械生产或经营许可证（或相应的备案凭证）复印件。		

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用

文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	1,500,000	1	1,500,000
本货物共设置了11条参数。 其中：实质性参数：11条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1		★	(一) 总体要求1	1、要求投标人提供CFDA认证，同时提供具备资质的第三方检测机构出具的有效的检测报告或技术白皮书；				
2		★	(一) 总体要求2	2、构成摄像主机、摄像头和冷光源的电子元器件符合《电子信息产品污染控制管理办法》的要求，环保使用期限≥10年。（提供具备资质的第三方检测机构出具的有效的检测报告或厂家技术资料等证明材料）				
3	4K3D腹腔镜系统（A02320700-医用内窥镜）	★	(二) 摄像主机	1、全数字化4K 3D超高清影像平台，具备超高色彩还原性能，手术图像更逼真； 2、视频输出分辨率：4096*2160、3840*2160与1920*1080可选，逐行扫描，像素≥800万； 3、主机具备≥4类能够同时输出的4K超高清信号接口，包括：12G-SDI、4×SDI、HDMI、DP；并具备高清信号输出接口，包括：DVI； 4、主机自带视频录制功能，录像分辨率3840*2160或1920*1080可选，录制格式MP4、MKV或TS格式可选； 5、主机连接4K摄像头时：视频输出分辨率（4K）3840*2160，（高清）1920*1080，HDMI接口输出3840*2160或1920*1080，DVI与12G SDI接口输出1920*1080； 6、主机具有≥4种增强模式，细节增强、色彩增强、暗场增强、去雾增强等模式，可提高手术血管、组织的辨识度； 7、主机具有≥4种色调可选，可根据用户需求选择不同的色调，其中包括标准色调、自然色调、柔和色调、自定义色调； 8、主机具有一键白平衡、白光亮度调节、色调切换、色调增强、去雾增强、细节增强、暗场增强、录像、拍照等功能； 9、主机内置≥2个USB接口； 10、主机面板前方USB接口用于图像和视频存储，U盘、移动硬盘存储设备即插即用，录像储存有屏幕显示，并在触摸屏上显示移动设备状态； 11、后方USB接口专用于维护升级；（提供具备资质的第三方检测机构出具的有效的检测报告或厂家技术资料等证明材料） 12、采用先进的ARM硬件架构及linux系统，软件安全性得到有效的保障，保证数据安全； 13、帧率60帧/秒或50帧/秒可选，画面流畅，无闪烁及干扰； 14、功能菜单支持多种语言，有简体中文，繁体中文，英语； 15、主机具有≥7寸触控屏，具有防误触功能，可在触摸屏上进行功能设置和常用参数显示； 16、可通过专用AUX接口与连接脚踏，实现拍照录像功能；（提供具备资质的第三方检测机构出具的有效的检测报告或厂家技术资料等证明材料） 17、可通过专用CONTROL接口连接配套的光源系统，实现两者之间的通信； 18、具有自动光源控制功能，白光亮度0-30级可调； 19、同品牌同平台下支持升级扩展为4K3D荧光系统； 20、同品牌同平台下支持升级ICG+MB双荧光系统；（提供具备资质的第三方检测机构出具的有效的检测报告或厂家技术资料等证明材料） 21、支持升级多种功能，包括4K荧光、4K双荧光、3D白光、3D荧光及3D双荧光功能； 22、兼容不同类型摄像头≥6个。				
4		★	(三) 摄像头及腹腔镜	1、全数字化超高清4K芯片，实现4K3D超高清分辨率影像，分辨率3840*2160或1920*1080可选； 2、一体化摄像头接口，抗干扰，易插拔； 3、摄像头防水防尘等级≥IPX7，可低温等离子消毒； 4、可通过镜头上的调焦环进行调焦，焦距≥20mm，确保不同术式在不同工作距离下，术野画面始终清晰稳定； 5、具有数字变焦功能，3档可调节； 6、摄像头人性化设计，方便握持，避免误操作，具有≤3个按键；（提供具备资质的第三方检测机构出具的有效的检测报告或厂家技术资料等证明材料） 7、摄像头按键可实现白平衡、白光亮度调节、录像、拍照、色调调节、增强模式、图像缩放等功能≥12种自定义功能设置； 8、腹腔镜采用仿生学设计，模拟人类视觉功能，术者不疲劳； 9、双光路光学3D腹腔镜，兼容白光及荧光功能；（提供具备资质的第三方检测机构出具的有效的检测报告或厂家技术资料等证明材料） 10、3D腹腔镜直径≥10mm，工作长度≥310mm； 11、3D腹腔镜可与摄像头拆分，可低温等离子灭菌及蒸汽灭菌；（提供具备资质的第三方检测机构出具的有效的检测报告或厂家技术资料等证明材料） 12、30° 视向角，视野角≥70°； 13、3D腹腔镜真实有效景深≤30mm，≥110mm； 14、摄像头及腹腔镜电气安全CF级防护； 15、与主机同一制造商。				
5		★	(四) 医用内窥镜冷光源	1、白光照明采用纯白光LED，光谱连续度高，具有不同临床图像色温矫正专利技术，色温4200~6200K； 2、具有待机功能，以便手术过程中短时关闭光源，无需频繁开关机，提高光源寿命； 3、具有双重出光防护功能，未插入光纤时光源不输出光，避免对人眼的意外损伤； 4、通过专用的数据通信线连接光源，实时查看光源设备状态，其中包含使用时长、光源温度、光源功率等； 5、图像处理器与光源连接后，对光源实施联动控制机制，根据摄像头感光强度自动调节光源亮度，达到减少过曝点，抑制炫光，避免光纤出光过强导致的热损伤等问题； 6、白光亮度0-30级可调； 7、光源在正常运行时产生的最大噪声≤60dB（A），能保证在手术室安静运行，不影响手术室环境； 8、红外截止性能：300nm-1700nm波长范围内的辐射通量和光通量比值≤3mW/lm；（提供具备资质的第三方检测机构出具的有效的检测报告或厂家技术资料等证明材料）				

			9、照度超限点：光源在参考窗口的照度超限点数 ≤ 1 ； 10、具有照明过低报警、灯泡寿命警示功能； 11、LED灯泡工作寿命 ≥ 36000 小时； 12、光源主机使用寿命 ≥ 10 年； 13、纤维导光束2根：直径 $\geq 4.5\text{mm}$ 、长度 $\geq 300\text{cm}$ ，可传输可见光及近红外光。
6	★	(五) 4K3D医用显示器	1、尺寸规格 ≥ 32 英寸； 2、分辨率 $\geq 3840 \times 2160$ ； 3、液晶显示屏/LED背光，平均亮度 $\geq 1000\text{cd/m}^2$ ； 4、具有HDMI或12G-SDI的4K超高清接口，可满足4K图像显示； 5、支持3D图像显示，输入格式左右格式、上下格式、逐行格式可选； 6、3D显示时，支持双眼视差调节； 7、可通过前面板按钮直接切换3D/2D工作模式； 8、具有 $\geq 178^\circ$ 可视角度，满足手术室不同站位需求 9、具有3G-SDI或DVI的全高清接口，可满足全高清图像显示； 10、支持环出功能，可通过监视器输出连接到其他同信号监视器。
7	★	(六) 气腹机	1、大流量供气，流量 $\geq 50\text{L/min}$ ，流量调节范围0.1-50L/min； 2、压力设定范围：1-30mmHg，最小调节步长1mmHg，气压显示准确性 $\pm 2\text{mmHg}$ ； 3、具有声音和文字或图标提醒的双重报警功能，气压过高时自动启动排气功能； 4、具有少儿模式、成人模式、肥胖模式、气腹针模式以及后腹腔模式；（提供具备资质的第三方检测机构出具的有效的检测报告或厂家技术资料等证明材料） 5、具备气体加热功能，加热温度为 37°C ； 6、具有气压及流量设定记忆功能，开机显示上一次关机前设定的气压及流量值； 7、防电击程度分类为：I类，CF型应用； 8、与摄像主机同一品牌。
8	★	(七) 专用设备台车	1、主体材质采用碳钢、铝合金和工程塑料结构组成； 2、活动式万向支臂，高度可调节，360度旋转，可支持安装2个大屏幕显示器，最大承重 $\geq 20\text{kg}$ ； 3、抽拉式置物抽屉，抽屉内尺寸：400*390*80MM(长深高)，载物托架可升降调节高度； 4、医用静音万向脚轮，其中两只带刹车功能，可在拥挤的空间移动和固定停留； 5、便捷式的后门紧固方式，采用磁性吸附方式闭合紧固后门； 6、最大电流10A过载保护式电源插座； 7、标配含六孔电源插线板。
9	★	(八) 技术及售后服务	1、摄像主机整机质保期 ≥ 3 年，在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 2、一个月内出现非人为质量问题提供换货； 3、摄像主机软件系统终身免费升级；
10	★	(九) 配置要求	1、摄像主机1台； 2、摄像头1个； 3、镜头2根； 4、医用内窥镜冷光源1台； 5、导光束2根； 6、4K3D医用显示器1台； 7、气腹机1台； 8、专用设备台车1台。
11	★	(十) 内窥镜摄像系统1套	1、全数字化4k超高清摄像系统，3840*2160P超高分辨率， ≥ 3 CMOS芯片，具备超高色彩还原性能，手术图像更逼真； 2、能够同时具备4K和1080P全高清输出能力，具备多种4K和全高清输出接口，满足医院多显示器需求； 3、数字高清输出端口4X3G-SDI、HDMI、12G-SDI、DP、DVI，其中DVI为1080P输出，其他接口为4K输出； 4、帧率60帧/秒或50帧/秒可选，画面流畅，无闪烁及干扰； 5、系统主机具有细节增强、色彩增强、暗场增强等模式，可提高手术血管、组织的辨识度； 6、具有4种色调可选，可根据用户需求选择不同的色调，其中包括标准色调、自然色调、柔和色调、自定义色调； 7、对接入的U盘具有用户访问权限控制，可提高设备可靠性，普通用户权限只能实现存储拍摄图片和视频，管理员用户能实现存储拍摄图片和视频及操作软件升级维护；显示移动设备状态及进度条； 8、采用先进的ARM硬件架构及linux系统，软件安全性得到有效的保障，保证客户数据安全； 9、内置USB3.0接口，兼容移动硬盘和U盘，可实现超高清图像抓取和超高清影像存储，存储分辨率为4K或1080P可选； 10、H.264/H.265，8Mbps-65Mbps码率可调；支持固定码率； 11、标配f14-28变焦镜头或选配f20定焦镜头，可通过镜头上的调焦环进行调焦； 12、 ≥ 2 倍数字变焦功能； 13、摄像头防水防尘等级IPX7，支持低温等离子消毒灭菌； 14、电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备； 15、摄像头有 ≥ 2 个可编程按键，可预设的功能包括录像、拍照、亮度调节、色调切换、增强模式、科室切换、白平衡等功能； 16、科室选择包括： ≥ 4 种模式，包括普外科、4-2mm镜子、纤维镜、骨科。根据需要适应不同的手术，包括腹腔镜、胸腔镜、椎间孔镜、关节镜、宫腔镜、经皮肾镜、纤维软镜手术等。 17、光源采用纯白光LED，光谱连续度高，色温4200~6200K； 18、自检功能：实时查看光源模块状态，其中包含使用时长、光源温度、光源功率等； 19、白光灯功率 $\geq 80\text{W}$ ，使用寿命 $\geq 36000\text{h}$ ； 20、具有AI interlock功能，对光源模块实施联动控制机制，根据摄像头感光强度自动调节光源亮度，达到减少过曝点，抑制炫光，避免光纤出光过强导致的热损伤等问题； 21、光源亮度0-30级可调，调光级数 ≥ 10000 级； 22、具有双重出光防护功能，未插入光纤时光源不输出光，避免对人眼的意外损伤； 23、摄像系统使用寿命 ≥ 10 年； 24、导光束：直径 $\geq 4.5\text{mm}$ ，长度 $\geq 300\text{cm}$ ； 25、导光束支持蒸汽灭菌和低温等离子消毒灭菌； 26、32寸4K显示器：分辨率 $\geq 3840 \times 2160$ ，4K图像显示； 27、宽高比16:9，逐行扫描，无频闪，画面更稳定； 28、具有HDMI或12G-SDI的4K超高清接口； 29、具有3G-SDI或DVI的全高清接口，可满足全高清图像显示； 30、支持环出功能，可通过监视器输出连接到其他同信号监视器； 31、最大背光亮度 $\geq 900\text{cd/m}^2$ ； 32、专用台车高度可调节，360度旋转，可支持安装2个显示器，活动的方向支臂，可选最大承重 $\leq 18\text{kg}$ 。

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	4K3D腹腔镜系统	1	(一) 总体要求1	是	图片	提供清晰的证明文件扫描件或复印件。
		2	(一) 总体要求2	是	图片	提供清晰的证明文件扫描件或复印件。
		3	(二) 摄像主机	是	图片	第11项、16项、20项提供清晰的证明文件扫描件或复印件。
		4	(三) 摄像头及腹腔镜	是	图片	第6项、9项、11项提供清晰的证明文件扫描件或复印件。
		5	(四) 医用内窥镜冷光源	是	图片	第8项提供清晰的证明文件扫描件或复印件。
		6	(五) 4K3D医用显示器	否	无	无
		7	(六) 气腹机	是	图片	第4项提供清晰的证明文件扫描件或复印件。
		8	(七) 专用设备台车	否	无	无
		9	(八) 技术及售后服务	否	无	无
		10	(九) 配置要求	否	无	无
		11	(十) 内窥镜摄像系统1套	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	采购需求	商务	<p>一、 产品运输、保险及保管</p> <p>1、 成交供应商负责产品到安装地点的全部运输，包括上下装卸费及现场搬运费等。</p> <p>2、 成交供应商负责产品在安装地点的保管，直至项目验收合格。</p> <p>3、 成交供应商负责其派出的安装人员的人身意外保险。</p> <p>二、 质量保证</p> <p>1、 成交供应商必须严格按照招标文件要求提供符合技术标准的产品，应保证货物和货物包装完整，到达采购人收货地前未拆封。</p> <p>2、 成交供应商必须保证所提供的货物（包括零部件）是原装、全新、通过</p>

合法渠道取得的产品，并且符合有关检测标准和合同规定的质量、性能、技术规范等的要求以及该产品的出厂标准和原装配置。

3、成交供应商所提供的货物及服务应符合国家标准、行业标准；这些标准必须是有关机构发布的最新标准。

4、质保期：3年，质保期从验收合格后开始计算。

5、质保期内免费维修、更换配件。

6、提供原厂正品配件供应渠道，确保配件供应及时、质量可靠。

三、. 交货方式

中标人负责提供货物及货物的运输、保管、安装调试直至验收合格。

四、验收方法及标准

1、货物须为全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行。验收相关费用包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

3、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。

4、成交供应商应将关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人按成交供应商提供的供货清单检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料、检查产品及附件是否完整无损，技术资料与图纸是否与采购人的要求相符。如有损坏、缺件等情况，由成交供应商自行负责。

6、验收地点：采购人指定地点。

7、项目验收不合格，由中标人退换直至合格，有关退换、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

五. 培训

1、设备验收后提供使用人员原厂应用培训（至少2批次以上人员参与培训），培训费用已包含在采购预算中由成交供应商承担，培训包括设备的基本原理、操作、日常维护、排除一般故障及仪器理论等内容，确保使用人员能独立操作。

5.2、培训事项投标人应根据合同清单提供详细的产品说明书，系统使用说明书和系统维护说明书等。

六、售后服务

1、质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由设备厂家维保部门上门维修、维保服务，维修维护及设备运行相关所有零

配件、主部件的更换维修及所产生的人工费等，采购人不再另支付任何其他费用，售后服务中维修使用的零配件、主部件应为原厂配件。保修期内，同一台机器出现两次维修仍不能正常使用的，成交供应商应免费整机更换，但人为损坏（如操作不当等）或不可抗力原因导致的设备及系统故障除外。质保费用已包含在采购预算中由成交供应商承担，请投标人考虑后自行报价。

后续保障：提供终身维护服务，软件系统终身免费升级（含控制软件、分析软件、数据库等）。超过保修期后须保障原厂配件长期稳定供应，维修只收零配件等成本费，其他未涉及内容均按照该货物（服务）出厂市场标准服务一致。

2、成交供应商必须提供良好的售后服务承诺，售后服务能满足采购人的需要，能及时处理不合格产品退、换等问题。成交供应商必须在所有独立货物上用小标签标注货物供应商名称、联系人、联系电话和维修热线等相关信息；若以上信息发生变化，应及时告知采购人。

3、质保期内（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），在接到采购人的退、换通知后，要求48个小时内到达现场给予办理，不能在指定时间内完成任务的，必须与采购人进行沟通，说明情况。

4、成交供应商所提供的响应文件必须真实、合法、有效，如果发现作假事实，采购人有权解除采购合同，由此给采购人带来的一切损失由成交供应商承担。

5、成交供应商不能如期履约，所投的产品严重不符合采购要求，采购人有权要求成交供应商承担一切责任并赔偿所有损失。

七、技术保障服务

1、成交供应商须随货物提供随机工具包、必备的配件、完整配套的产品说明及相应的中文技术文件资料（包括货物合格证、操作手册、使用说明、检测报告、维护手册、服务指南等资料）。

2、成交供应商负责现场安装、调试，并提供试运行技术保障服务。

3、成交供应商需在项目现场就设备的安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训，达到熟练掌握产品性能，能及时排除一般故障的程度。

4、故障响应时间 ≤ 2 小时，一般情况24小时内到场处置，紧急情况4小时内到场处置。

5、定期上门巡检设备，及时排查潜在故障，延长设备使用寿命。

八、采购项目交付或者实施的时间和地点

1. 交货时间：合同签订之日起60日内完成设备交付、安装并投入试运行。

2. 交货地点：采购人指定地点。

3. 按照采购人指定的地点，全部供货，如逾期交货，每延误一周（一周按七天计算，不足七天的按一周计算），扣除迟交货物交货价的0.5%，直至交货为止；同时为保证质量和工期，采购人将随机对成交供应商进行供货督查检查工作，成交供应商必须全力配合。非成交供应商原因造成的供货延误，不由成交供应商承担相应责任。

			<p>九、付款</p> <p>本项目经采购人及相关部门验收合格后支付合同总价的90%；留合同价款的10%作为质保金，质保期满，使用无质量问题、无经济纠纷，无息全额支付质保金。验收不合格不支付任何费用。付款前中标供应商应按照采购人的要求提供相应的税务发票并自行承担相应的税费，如因中标供应商延迟开具发票，采购人有权延迟付款。</p> <p>十、其他</p> <p>本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备（包括软件）、培训、运行维护等所有人工、管理、财务、税费等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人按合同约定提供，采购人不再另行支付任何费用。</p> <p>注：①本项目“本包货物类需求”中如果出现某品牌型号仅做参考，投标人可提供同性能及以上产品进行响应。②对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行响应，做出承诺及说明（格式自拟）。如未做出承诺及说明，视为投标人未响应文件上述要求，将被视为无效投标。</p>												
2	合同	商务	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="343 952 710 1220">甲方名称、地址</td> <td data-bbox="710 952 1485 1220"> 名称：新田县人民医院 地址：湖南省永州市新田县湖南省新田县中山街道新华西路39号 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="343 1220 710 1339">项目现场</td> <td data-bbox="710 1220 1485 1339">新田县人民医院</td> </tr> <tr> <td data-bbox="343 1339 710 1512">履行合同的时间、地点及方式</td> <td data-bbox="710 1339 1485 1512">以本项目“采购需求”及采购人书面要求为准。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="343 1512 710 1630">质保期</td> <td data-bbox="710 1512 1485 1630">三年</td> </tr> <tr> <td data-bbox="343 1630 710 1803">响应时间</td> <td data-bbox="710 1630 1485 1803">故障响应时间≤2小时，一般情况24小时内到场处置，紧急情况4小时内到场处置。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="343 1803 710 2119">合同价款支付方式和条件</td> <td data-bbox="710 1803 1485 2119"> 付款人：新田县人民医院 付款方式：本项目经采购人及相关部门验收合格后支付合同总价的90%；留合同价款的10%作为质保金，质保期满，使用无质量问 </td> </tr> </table>	甲方名称、地址	名称：新田县人民医院 地址：湖南省永州市新田县湖南省新田县中山街道新华西路39号	项目现场	新田县人民医院	履行合同的时间、地点及方式	以本项目“采购需求”及采购人书面要求为准。	质保期	三年	响应时间	故障响应时间≤2小时，一般情况24小时内到场处置，紧急情况4小时内到场处置。	合同价款支付方式和条件	付款人：新田县人民医院 付款方式：本项目经采购人及相关部门验收合格后支付合同总价的90%；留合同价款的10%作为质保金，质保期满，使用无质量问
甲方名称、地址	名称：新田县人民医院 地址：湖南省永州市新田县湖南省新田县中山街道新华西路39号														
项目现场	新田县人民医院														
履行合同的时间、地点及方式	以本项目“采购需求”及采购人书面要求为准。														
质保期	三年														
响应时间	故障响应时间≤2小时，一般情况24小时内到场处置，紧急情况4小时内到场处置。														
合同价款支付方式和条件	付款人：新田县人民医院 付款方式：本项目经采购人及相关部门验收合格后支付合同总价的90%；留合同价款的10%作为质保金，质保期满，使用无质量问														

				题、无经济纠纷，无息全额支付质保金。验收不合格不支付任何费用。付款前中标供应商应按照采购人的要求提供相应的税务发票并自行承担相应的税费，如因中标供应商延迟开具发票，采购人有权延迟付款。
		其他要求		本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备（包括软件）、培训、运行维护等所有人工、管理、财务、税费等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人按合同约定提供，采购人不再另行支付任何费用。
		解决争议的方式		<input checked="" type="checkbox"/> 诉讼 <input type="checkbox"/> 仲裁
		合同未尽事项		双方另行约定

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	采购需求	商务	是	图片	对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行响应，做出承诺及说明（格式自拟）。如未做出承诺及说明，视为投标人未响应文件上述要求，将被视为无效投标。
2	合同	商务	否	无	无

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例(或分数)	备注
小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、

		[2020]46号)中规定格式的《中小企业声明函(货物)》		残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受此优惠政策,货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的,需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。
节能产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	8%	评标方法为最低评标价法时,节能产品享受产品报价优惠,优惠比例为8%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的,评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择,并在投标文件中填报相关信息及数据),强制采购节能产品的货物,投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
环境标志产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	8%	评标方法为最低评标价法时,环境标志产品享受产品报价优惠,优惠比例为8%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的,评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择,并在投标文件中填报相关信息及数据),强制采购节能产品的货物,投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。