

永州市政府采购文件

采购项目名称：基层医疗卫生机构彩超医疗设备（第二批）购置项目（第二次）

采购人：江华瑶族自治县卫生健康局

采购方式：公开招标

采购代理机构：长沙市壹加壹工程项目管理有限公司

委托代理编号：YZ-YJY-2601

代理费收取方式：采购人支付代理费（按固定费用收取）

代理费支付标准：固定金额3,000.01元

专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付

采购计划编号：永江财采计[2026]0068号

采购项目预算：732,000元

是否进行资格预审：否

需求编制时间：2026年06月24日

采购人签章：
江华瑶族自治县卫生健康局

需求编制人签章：
袁培逃

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非公开招标采购方式审批管理办法》的通知（湘财购〔2025〕7号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目不专门面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	732,000	综合评分法

招标文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告

获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额（元）	采购内容概况	预期采购时间
基层医疗卫生机构彩超医疗设备（第二批）购置项目	732,000	为持续提升基层医疗服务能力，满足广大群众基本医疗卫生需求，拟为乡镇卫生院配置6台彩超设备。	2026-04

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：732,000元

包概述：为持续提升基层医疗服务能力，满足广大群众基本医疗卫生需求，拟为乡镇卫生院配置彩超设备。				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：成交金额的5%
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价/无时长限制		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由采购人在5个工作日内自主确定最终中标/成交/入围供应商。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
1. 具有独立承担民事责任的能力。 2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。 3. 供应商不得为信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。 4. 法律、行政法规规定的其他条件。 5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。		1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。 2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。 3. 供应商无需上传证明材料，由评委在 www.creditchina.gov.cn 和 www.ccgp.gov.cn 现场联网查验。 4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。 5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。		
本包特定资格要求		本包特定资格证明材料上传要求		
投标人具有有效的医疗器械生产或经营许可证（或相应的备案凭证）。		需提供医疗器械生产或经营许可证（或相应的备案凭证）的证书复印件。		
投标产品必须具备行政主管部门颁发的《医疗器械注册证》（或相应的备案凭证）		投标产品必须具备行政主管部门颁发的《医疗器械注册证》（或相应的备案凭证）的证书复印件及检测报告复印件。		

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上

传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
1	彩色多普勒超声波诊断仪（A02320500-医用超声波仪器及设备）	否	否	否	套	122,000	6	732,000
		本货物共设置了14条参数。 其中：实质性参数：4条；一般参数：10条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1、彩色多普勒超声波诊断仪	(1) 显示器与操作系统：具备高分辨率液晶显示器，支持上下高度、左右旋转及前后折叠调节，具备安全锁，具备主流操作系统。(2) 实时频谱多普勒显示及分析：具备(3) 组织多普勒成像：具备(4) 组织谐波成像：具备(5) 超声造影成像：支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头(6) 超声弹性成像：具备(7) 盆底测量技术：具备专业盆底测量包			
		2	★	1、彩色多普勒超声波诊断仪	(8) 宽景成像：具备，扫描长度≥100cm，支持线阵、凸阵、相控阵探头（需在投标文件中提供技术支持资料。该资料的证明须以以下文件之一为有效依据：技术白皮书或操作手册或产品彩页或第三方检验（检测）报告）			
		3	一般参数	2、测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）	(1) 常规测量、多普勒测量、自动频谱测量：支持实时及冻结后自动频谱测量，全科测量包，自动生成报告，包含：腹部、妇科、产科、盆底、胎儿心脏、心脏、泌尿系、生殖系统、小器官、儿科等(2) 心脏功能测量：心脏专业测量软件包，支持解剖M型成像及测量(3) 多普勒血流测量与分析：具备专业血流测量与分析软件包，如TDI组织多普勒测量、PW测量、CW测量，同时支持PW频谱自动包络测量，支持同屏显示数据结果(4) 外周血管测量与分析：血管内中膜自动测量，支持前、后壁内中膜厚度同屏独立自动测量(5) 泌尿科测量与分析：支持膀胱自动测量。			
		4	一般参数	2、测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）	(6) 其它测量与分析：超声主机内置二维产科实时自动分析、甲状腺自动测量及分析功能、穿刺引导功能及穿刺增强技术、产科自动测量（提供附图或证明文件）			
		5	一般参数	3、工作站	(1) 超声图像存档与病案管理报告系统：具备(2) 硬盘容量：硬盘配置≥1T固态硬盘(3) 电脑超声工作站1套。			
		6	一般参数	4、技术参数及要求	(1) 系统通用功能 ①监视器尺寸：≥23英寸 ②触摸屏尺寸：≥13英寸 ③探头接口数量：激活探头接口数量≥5个			
		7	★	4、技术参数及要求	④主机物理通道数：≥128（需在投标文件中提供技术支持资料。该资料的证明须以以下文件之一为有效依据：技术白皮书或操作手册或产品彩页或第三方检验（检测）报告） ⑤动态范围：≥280db（需在投标文件中提供技术支持资料。该资料的证明须以以下文件之一为有效依据：技术白皮书或操作手册或产品彩页或第三方检验（检测）报告）			
		8	一般参数	4、技术参数及要求	⑥电影回放时间：≥100s ⑦增益调节 A、B/M各模式增益具备独立调节 B、物理TGC分段数量：≥8段调节 C、LGC增益补偿数量：≥8段调节			
		9	一般参数	4、技术参数及要求	⑧探头规格 A、系统支持探头频率范围：≥2-16MHz D、浅表线阵探头对应型号的的频率、扫描深度：探头频率≥5-12MHz，扫描深度≥11cm E、腔内探头对应型号的的频率、扫描深度：探头频率≥4-11MHz，扫描深度≥16cm腔内探头扫描角度≥180° F、心脏探头对应型号的的频率、扫描深度：探头频率≥1-5MHz，扫描深度≥30cm			
		10	★	4、技术参数及要求	B、探头类型：配备腹部凸阵探头、浅表线阵探头、腔内探头、心脏相控阵探头4个，其中高性能单晶体探头≥2个（需在投标文件中提供技术支持资料。该资料的证明须以以下文件之一为有效依据：技术白皮书或操作手册或产品彩页或第三方检验（检测）报告）			
		11	★	4、技术参数及要求	C、腹部凸阵探头对应型号的的频率、扫描深度：探头频率≥1-6MHz，扫描深度≥40cm（需在投标文件中提供技术支持资料。该资料的证明须以以下文件之一为有效依据：技术白皮书或操作手册			

					或产品彩页或第三方检验（检测）报告）
		12	一般参数	4、技术参数及要求	(2) 二维灰阶成像主要参数 ①成像速率：≥1600帧/秒 ②各探头成像速率 A、心脏相控阵探头18cm深，帧率：≥45帧/秒 B、腹部凸阵探头18cm深，帧率：≥45帧/秒
		13	一般参数	4、技术参数及要求	(3) 频谱多普勒主要参数 ①脉冲多普勒、连续波多普勒、高脉冲重复频率发射频率：≥2.0-6.0 MHz； ②脉冲多普勒、连续波多普勒、高脉冲重复频率最大/最低测量速度：最大≥2000cm/s，最低≤0.01cm/s； ③脉冲多普勒、连续波多普勒、高脉冲重复频率取样宽度：≥0.5-20mm； ④脉冲多普勒、连续波多普勒、高脉冲重复频率独立变频段数：基波≥5段、谐波≥5段 ⑤PWD：血流速度PWD≥15m/s， ⑥CWD：血流速度≥30m/s ⑦最低测量速度（非噪声信号）：≤1mm/s ⑧PW取样容积范围：≥1-16mm ⑨零位移动：≥8级
		14	一般参数	4、技术参数及要求	(4) 移动终端，远程诊断互联功能，教学软件功能：具备（提供操作界面截图等证明文件）

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	彩色多普勒超声波诊断仪	2	1、彩色多普勒超声波诊断仪	是	图片	上述文件须为加盖供应商公章的清晰扫描件（为方便评审专家评审查阅，请各潜在供应商在扫描材料对应参数在扫描件上标红框处理）
		7	4、技术参数及要求	是	图片	上述文件须为加盖供应商公章的清晰扫描件（为方便评审专家评审查阅，请各潜在供应商在扫描材料对应参数在扫描件上标红框处理）
		10	4、技术参数及要求	是	图片	上述文件须为加盖供应商公章的清晰扫描件（为方便评审专家评审查阅，请各潜在供应商在扫描材料对应参数在扫描件上标红框处理）
		11	4、技术参数及要求	是	图片	上述文件须为加盖供应商公章的清晰扫描件（为方便评审专家评审查阅，请各潜在供应商在扫描材料对应参数在扫描件上标红框处理）

本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	彩色多普勒超声波诊断仪	1	1、彩色多普勒超声波诊断仪	否	无	无
		3	2、测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）	否	无	无
		4	2、测量	是	图片	提供附图或证明文件，须加盖供应商公章的清晰扫描件

			和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）			
		5	3、工作站	否	无	无
		6	4、技术参数及要求	否	无	无
		8	4、技术参数及要求	否	无	无
		9	4、技术参数及要求	否	无	无
		12	4、技术参数及要求	否	无	无
		13	4、技术参数及要求	否	无	无
		14	4、技术参数及要求	是	图片	提供操作界面截图等证明文件，须加盖供应商公章的清晰扫描件

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	经营业绩	商务	投标人提供本单位近三年（2023年5月至投标截止前）同类型类似业绩，每个计2分。最多计4分
2	整体方案	技术	根据采购需求，投标人需提供针对本项目的整体方案，包括但不限于①产品质量保证措施、②临床诊疗效果、配置及供货能力保障措施、③配送计划及安装方案、④设备调试及试运行方案、⑤验收标准等方面
3	售后服务	技术	要求供应商提供项目售后服务方案，包括但不限于：①售后响应时间；②服务承诺方案；③应急处理方案等内容。
4	合同	商务	政府采购合同格式 第一节 合同协议书

采购合同编号：

采购人（全称）：_（甲方）

供应商（全称）：_（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1. 项目信息

（1）采购项目名称：

（2）政府采购计划编号：

（3）项目内容：

（4）是否分包： 否。

（5）项目负责人： 。

（6）联系电话： 。

2. 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）具体标的见下表

序号	货物名称	响应 型号	品牌	数量	单价	小计 （元）	备注
1							
...							
合计							

（3）合同定价方式： ☒ 固定总价 ☐ 固定单价 ☐ 成本补偿 ☐ 绩效激励

付款方式： （1）预付款：若供应商为非中小微企业，合同签订7个工作日内，甲方按程序递交支付申请。经审批后支付不低于合同总金额 30% 的预付款；若供应商为中小微企业，合同签订7个工作日内，甲方按程序递交支付申请。经审批后支付不低于合同总金额 50%的预付款。（2）货物送达指定地点并完成验收（含质量、项目安装、调试校验完毕

		) 后 30个工作日内，甲方按程序递交支付申请。经审批后采购人支付至合同总金额的95%（扣除预付款）。（3）剩余合同总金额的5% 作为质量保证金，质保期（自验收合格之日起12个月）届满且无质量问题后7个工作日内，甲方按程序递交支付申请，经审批后一次性付清；供应商可凭合法有效的保函、电子增信文件替代质保金。 3. 合同履行 （1）起始日期：一年一 月_日，完成日期：一年一 月_日。总日历天数：_天。 （2）地点：<u>采购人指定地点</u> （3）方式： （4）履约担保：<u> </u> （5）质量保证金： 。 4. 合同验收 （1）验收主体： 。 （2）验收方式：<u>现场验收</u>。 （3）验收标准：<u>采购文件、响应文件、厂家货物技术标准说明及有关国家的质量标准规定，均作为质量技术标准和验收标准</u>。 5. 组成合同的文件 本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释： （1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议 （2）本合同协议书 （3）中标通知书 （4）投标文件 （5）政府采购合同专用条款 （6）政府采购合同通用条款 （7）标准、规范及有关技术文件，图纸 （8）其他合同文件。
--	--	---

6. 解决争议的方法

在合同履行过程中发生的或与合同有关的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，双方选择向甲方住所地人民法院提起诉讼。

7. 合同生效

本合同自双方签字之日起生效。

8. 其他

本合同生效后，如任何一方违约，守约方为维护权益向违约方追偿的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费）由违约方承担。

9. 合同份数

本合同一式贰份，采购人执 1 份，供应商执 1 份；

合同订立时间：2026 年月日

合同订立地点：采购人指定地点

附件：具体标的明细等。

甲 方：（公章） 乙 方：（公章）

法定代表人：_法定代表人：

委托代理人：_委托代理人：

电 话：_电 话：

传 真：_传 真：

开 户 银 行：

账 号：

第二节 政府采购合同

政府采购合同通用条款

略

第三节 政府采购合同专用条款

本章第二 节第 1.1	甲方名称、地址	名 称：江华瑶族自治县卫生健康局 地 址：江华瑶族自治县沱江镇萌渚路75号
----------------	---------	--

			款		
			本章第二节 第 1.2（6）项	项目现场	永州市江华瑶族自治县
			本章第二节 第 5.1 款	履行合同的时间、地点及方式	交货时间：乙方自合同签订之日起，15日历天完成供货送至采购人指定点，并安装完成到达使用要求 交货地点： <u>采购人指定地点</u> 交货方式：签订合同约定
			本章第二节 第 9.2（1）项	质量保证期	详见商务要求
			本章第二节 第 9.2（3）项	响应时间	详见商务要求
			本章第二节第13.5款	合同价款支付方式和条件	详见合同
			本章第二节第14.2（6）项	乙方提供的其他服务	详见采购需求。
			本章第二节第23.1款	合同未尽事项	协商解决。
5	商务要求	商务	1、质量保证期：投标产品的制造标准、安装标准及技术规范符合国家、行业标准。整套设备（包含探头）质保期内的费用全部包含在投标报价中，整套设备（包含探头）质保期不少于五年，自正式验收合格之日起开始计算。保修期内每年提供不少于2次维护保养，开机率$\geq 95\%$（按日历日计算）。 质保期内，中标人应维修并更换非人为损坏的或有缺陷的零部件；开机率未达标，每少一天保修期顺延7天。在质保		

			期外，设备部件出现故障，中标人应按响应时间要求派技术人员到指定地点进行维修，需要更换的部件要按生产厂家的厂价提供，同时部件按原厂保修承诺执行，期间中标人产生的人工、食宿、交通等费用由其自行承担。投标人须承诺中标后签订合同前提供供应商针对本项目质量保证的承诺函以及保证设备配件供应10年以上的承诺函。 2、费用：在保修期内由于货物故障所产生的一切费用由供应商负责。 3、响应时间：供应商应保证在2小时内对用户提出的问题或故障予以响应和处理，12小时内到达现场处理。投标供应商须提供售后服务机构证明材料及能够满足响应时间的措施方案（包含但不限于售后服务工程师名单、备品备件仓库及运行维护机构）。 4、投标人须承诺，对项目所投产品，提供终生的软件升级服务。软件升级包括但不限于功能优化、漏洞修复、兼容性提升等，以确保设备始终保持最佳的运行状态和性能。
6	其他要求	商务	1、安装调试与培训：中标人应按合同规定的时间交货，派人负责设备的现场安装和调试，并承担设备安装、调试及试运行期间的一切相关费用。如采购人发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求或有明显损坏，其有权要求及时退换并索赔。安装调试验收完毕，应由双方共同签署验收报告。安装调试期内，应提供不低于2天的现场临床操作培训；三个月后提供第二轮不少于2天的集中培训；采购方将聘请第三方专业机构对产品的参数、质量、安装、调试和培训工作进行验收。 2、中标人应保证在其提供的货物整体及其任何部分上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权及权利瑕疵。如因此而导致损失，采购人方有权要求中标人赔偿，并承担违约责任。

			3、中标人应保证货物是原产地、原包装、手续合法完整、渠道正规的，中标日期一年内生产的全新产品。 4、中标人应于中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订书面采购合同并按采购人要求及时供货，否则其投标保证金将不予退还，采购人还可依法单方解除合同并要求其承担违约责任。 5、本项目在验收阶段，由采购人指定第三方检测机构对交付货物进行检测，出具检验报告，如发现中标供应商交付设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面存在提供虚假材料或不能实质性满足采购合同要约的，采购人有权拒绝收货，供应商向采购人赔付项目采购金额5%，并由采购人依法直接上同级报财政部门。 6、保修期外设备的维保（保修）价格不超过中标价的5%（提供承诺函）。
--	--	--	---

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无
2	商务要求	商务	是	图片	对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。
3	其他要求	商务	是	图片	对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
----	------	------	----	------------	----------	-----------------

1	客观分	报价分	50	否	无	【报价】的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分
2	客观分	商务分	4	是	图片	【经营业绩】的评分规则：投标人提供本单位近三年（2023年5月至投标截止前）同类型类似业绩，每个计2分。最多计4分 【经营业绩】的上传证明材料要求：应提供加盖单位公章的采购合同文本复印件（以合同签署的时间为准）
3	主观分	技术分	24	否	无	【整体方案】的评分规则：根据采购需求，投标人需提供针对本项目的整体方案，包括但不限于①产品质量保障措施、②临床诊疗效果、配置及供货能力保障措施、③配送计划及安装方案、④设备调试及试运行方案、⑤验收标准等方面。每缺少一项内容扣4.8分，每有一处缺陷扣2.4分，扣完为止。本项总分为24分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案，内容前后矛盾，规范及标准错误，不利于项目实施，不可能实现的情形等任意一种情形）
4	主观分	技术分	12	否	无	【售后服务】的评分规则：要求供应商提供项目售后服务方案，包括但不限于：①售后响应时间；②服务承诺方案；③应急处理方案等内容。项目售后服务方案阐述全面、具体，清晰合理，完全符合本项目需求；有具体的保障措施，售后服务承诺高效、健全，措施得力，重点突出，切合实际，可行性强的。每缺少一项内容扣4分，每有一处缺陷扣2分，扣完为止。本项总分12分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案，内容前后矛盾，规范及标准错误，不利于项目实施，不可能实现的情形等任意一种情形）
5	/	偏离分	10	详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则	详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则	【未进行评分设置的货物一般技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物一般技术参数每偏离一项扣2分，最多扣10分

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例 (或分数)	备注
小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（货物）》	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。
节能产品优惠	产品报价比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	4%	评标方法为综合评分法时，节能产品享受报价比例加分优惠，优惠比例为4%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品

				的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
环境标志产品优惠	产品报价比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	4%	评标方法为综合评分法时，环境标志产品享受报价比例加分优惠，优惠比例为4%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
环境标志产品优惠	产品技术比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	4%	评标方法为综合评分法时，环境标志产品享受技术比例加分优惠，优惠比例为4%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
节能产品优惠	产品技术比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	4%	评标方法为综合评分法时，节能产品享受技术比例加分优惠，优惠比例为4%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。