

永州市政府采购文件

采购项目名称：东安县中医医院关节镜设备采购
采购人：东安县中医医院
采购方式：竞争性谈判
采购代理机构：湖南中厦建设有限公司
委托代理编号：HNZS-2025-0909
代理费收取方式：采购人支付代理费（按成交金额百分比收取）
代理费支付标准：项目成交金额的1.5%
专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付
采购计划编号：东财购计2025[00050]号
采购项目预算：1,100,000元
是否进行资格预审：否
需求编制时间：2025年10月16日

采购人签章：
东安县中医医院

需求编制人签章：
李小梅

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述(本项目完全面向中小企业采购):

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额(元)	评审方法
1	第一包	1,100,000	最低评标价法

谈判文件获取方式、时间:

获取时间: 详见采购公告

获取方式: 下载投标工具, 安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额(元)	采购内容概况	预期采购时间
东安县中医医院关节镜设备采购	1,100,000	因骨科业务发展需要购买关节镜设备一套	2025-04

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：1,100,000元

包概述：因骨科业务发展需要购买关节镜设备一套。				
评标方法：最低评标价法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：是
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：20分钟		
本包所属行业：其他未列明行业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
根据《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十一条规定：谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。本次评标将有供应商谈判环节，请各供应商一直在开标室中保持在线状态，进入供应商谈判环节后谈判小组将分别与各供应商进行谈判对话；因供应商原因导致未能进行谈判的，由供应商自行承担责任。				
本包付款约定	质保期满后无质量问题一次性无息付清	5%	质保期满后无质量问题一次性无息付清。	
	设备安装、调试校验完毕验收合格正常使用3个月内无质量问题	30%	设备安装、调试校验完毕验收合格正常使用3个月内无质量问题，支付合同总价的30%	
	设备正常运行半年后无质量问题	65%	设备正常运行半年后无质量问题，支付合同总价的65%	
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>		<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p>		

	5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。
本包特定资格要求	本包特定资格证明材料上传要求
本包专门面向中小企业采购，指供应商提供的货物均由中小企业制造，即货物均由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，货物制造商为监狱企业/残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人福利性单位声明函。	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号中规定格式的《中小企业声明函（货物）》，加盖公章，使用投标客户端时可自行下载模板。
投标人应具备有效的《医疗器械生产（经营）许可证》或备案凭证；	投标人提供证明材料并加盖公章。

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	1,100,000	1	1,100,000
1	关节镜设备(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了12条参数。 其中：实质性参数：12条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	一、全高清摄像主机	1、全数字高清摄像主机，图像分辨率≥1920x1080P。2、具备1080P图像分辨率。3、提供DVI-D、HD-SDI、NTSC、PAL、Y\C、Composite六种输出模式。4、视频输出格式：支持16: 9格式。5、提供≥6手术模式可调，快速切换。6、自动白平衡，通过主机面板或摄像头按钮启动。			
		2	★	二、3COMS高清摄像头	1、支持高温高压、低温等离子等消毒灭菌方式。2、1/3英寸 3个CMOS传感器能够更好的还原色彩。3、防震、防摔特殊设计：具有降低撞击时对晶片的损害，降低医院使用风险及维修成本。4、防起雾设计：摄像头耦合器一体化设计。5、摄像头：可以远端遥控白平衡。			
		3	★	三、LED光源	1、LED光源，灯泡寿命≥20000小时。2、亮度调整可由0%-100%手动调整，特别设计的锁定装置防止光纤意外滑出。			
		4	★	四、光导纤维	1、支持高温高压、低温等离子等消毒灭菌方式。2、直径≥5.0mm，长度≥3m。3、安装简单，搭配各种接口可匹配不同厂家光源主机及镜子。			
		5	★	五、监视器	1、IPS液晶屏≥26英寸，高分辨率≥1920x1080像素。			
		6	★	六、动力刨削主机	1、双插孔模式，左右2个手柄插孔具有相同的动力（速度及扭矩），且有相同的动力输出。2、彩色触摸显示屏可显示所连接的手柄类型、转速、模式、方向等信息。3、直观的用户操作界面可，轻松快速设定。4、可自定义往复工作模式频率1~10次。5、可设定日常记忆功能，记忆关机前手柄设定。6、可根据需要设定是否采用窗口锁定功能，保护刨削刀头退出关节囊时对软组织的伤害。			
		7	★	七、刨削手柄	1、支持高温高压、低温等离子等消毒灭菌方式。2、可接驳膝关节、肩关节、髌关节、腕关节刨刀头，踝关节等刨削头。3、单向转速：500-10,000rpm，正反转速度：500-2,500cpm单转模式或多转模式(1至10转)。			
		8	★	八、4mm 30度高清关节镜及	1、支持高温高压、低温等离子等消毒灭菌方式。2、一键式按钮快速卡槽式接口，可单手操作，拆装方便。3、前端采用蓝宝石镜面，增加耐用性和清晰度。4、镜管直径为4mm,工作长度：≥170mm(可完成肩、膝、髌关节手术)，镜鞘外径≤6.0mm。5、镜面可见广度：≥105°，避免大视野			

			镜鞘	扭曲图像。6、大流量灌注，双通道进出水口设计。
9	★	九、等离子手术设备		1、具有射频消融功能（双极射频电极消融）和等离子消融切割功能。2、设备注册证是国家食品药品监督管理局批准的III类医疗器械注册证。3、主机具备自动保护装置：主机内部的专利电路系统能够连续监控能量输出，并且在出现瞬间峰值电流时自动暂停能量输出。当刀头恢复到安全距离后，又会自动持续工作。4、具有ABLATE（消融切割）、COAG（凝固止血）两种工作模式。5、等离子汽化切割：1-9档可调；等离子凝固止血：1-9档可调。6、具有温控反馈技术：能够将刀头尖端等离子体薄层的状态和靶点细胞的特点，自动实时优化输出功率，以确保刀头在尽可能的低温度下稳定而高效的工作。7、智能识别、简易化：设备能自动识别刀头、脚踏开关、电源线，同时在设备上具有相应的显示及提示；能根据不同的临床需求及不同的刀头自动默认能量大小。8、电极采用双极或多级设计，无需接负极板使用，安全可靠。9、智能记忆电极常用参数，方便下次使用。
10	★	十、台车		1台
11	★	十一、手术器械		1批
12	★	十二、		提供所投产品的医疗器械注册证。

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	关节镜设备	1	一、全高清摄像主机	否	无	无
		2	二、3COMS高清摄像头	否	无	无
		3	三、LED光源	否	无	无
		4	四、光导纤维	否	无	无
		5	五、监视器	否	无	无
		6	六、动力刨削主机	是	图片	双插孔模式，左右2个手柄插孔具有相同的动力(速度图片及扭矩)，且有相同的动力输出，提供相关证明材料并加盖公章。
		7	七、刨削手柄	否	无	无
		8	八、4mm 30度高清关节镜及镜鞘	是	图片	镜管直径为4mm,工作长度：≥170mm（可完成肩、膝、髌关节手术），镜鞘外径≤6.0mm 按技术参数要求提供。
		9	九、等离子手术设备	否	无	无
		10	十、台车	否	无	无
		11	十一、手术器械	否	无	无
		12	十二、	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	合同	商务	<p style="text-align: center;">第一节 政府采购合同协议书</p> <p style="text-align: right;">采购合同编号：</p> <p>采购人（全称）： （甲方）</p> <p>供应商（全称）： （乙方）</p> <p>为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。</p> <p>1. 项目信息（1）采购项目名称：</p> <p>（2）采购计划编号：</p> <p>（3）项目内容：</p> <p>（4）是否分包： 。</p> <p>（5）项目负责人： 。</p> <p>（6）联系电话： 。</p> <p>2. 合同金额</p> <p>（1）合同金额小写：</p> <p>大写：</p> <p>（2）具体标的见附件。</p> <p>（3）合同定价方式： “ 固定总价 ” “ 固定单价 ” “ 成本补偿 ” “ 绩效激励</p> <p>（4）付款方式（按项目实际勾选填写）：</p> <p>“ 全额付款： <u>（应一次性支付全部合同款项）</u></p> <p>“ 预付款： <u>（应明确预付款的支付比例和支付条件）</u></p> <p>“ 分期付款： <u>（应按照季度分期支付合同款项）</u></p> <p>“ 成本补偿： <u>（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）</u></p> <p>“ 绩效激励： <u>（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）</u></p> <p>3. 合同履行</p>

(1) 起始日期：_年_月_日，完成日期：_年_月_日。总日历天数：_天。

(2) 地点：

(3) 方式：

(4) 履约担保：履约担保的金额、形式和期限要求。

(5) 质量保证金：质量保证金的金额、形式和期限要求。

4. 合同验收

(1) 验收主体： 。

(2) 验收方式： 。

(3) 验收标准： 。

5. 违约责任： 5.1、质量瑕疵的补救措施和索赔

(1) 如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

(2) 如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

5.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

(2) 除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

(3) 如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙

方应继续执行合同中未终止的部分。

6. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
- (2) 本合同协议书
- (3) 中标通知书
- (4) 投标文件
- (5) 政府采购合同专用条款
- (6) 政府采购合同通用条款
- (7) 标准、规范及有关技术文件，图纸。
- (8) 其他合同文件。

7. 合同生效

本合同自 生效。

8. 合同份数

本合同一式 份，采购人执 份，供应商执 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_年_月_日

合同订立地点：

甲 方：（公章） 乙 方：（公章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开 户 银 行： 账 号：

2	质量标准	商务	<p>(1)本合同下交付的货物应符合招标文件货物需求“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。</p> <p>(2)采用中华人民共和国法定计量单位。</p> <p>(3)乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。</p>
3	质量保证	商务	<p>(1)乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内，本保证保持有效。</p> <p>(2)在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。</p> <p>(3)乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。</p> <p>(4)在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据采购合同规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。</p> <p>(5)乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。</p>
4	检验及验收	商务	<p>1、所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量质量及性能不低于合同要求。</p> <p>2、拆箱后，投标供应商应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由中标人解决，如影响安装则按合同有关条款处理。</p> <p>3、产品验收要求</p> <p>(1)要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件(如装箱单、保修单、随箱介质等)的验收。</p> <p>(2)投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。</p>
5	包装和运	商务	<p>1、货物的包装和发运必须符合货物特性要求。</p>

	输		2、为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于交付前不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由中标人承担一切责任。			
6	交货时间、地点及付款方式	商务	<p>1. 交货期：<u>合同签订之日起一个月内交付使用。如采购需求及技术规格中有不同规定的，按要求执行。</u>（具体要求合同中约定）</p> <p>2. 交货地点：采购人指定的地点。</p> <p>3. 付款方式：设备安装、调试校验完毕验收合格正常使用3个月内无质量问题，支付合同总价的30%，设备正常运行半年后无质量问题，支付合同总价的65%，余款5%质保期满后无质量问题一次性无息付清。</p> <p>4. 服务期限：1年。</p>			
7	其他服务要求	商务	<p>1、根据相关文件要求执行，由投标人承担。投标人所投的各种产品，凡医院方需要接入其网络信息系统的，要求投标人免费提供数据接口协议、数据格式、PC连接线/生产规格、提供调试支持(电话/email)、开发说明书、操作说明书等并负责做好投标前期调研和医院系统供应商对接，免费接入医院的各个相关系统，保证设备及系统在医院相关系统中的正常运行和数据共享，医院方不负责任何费用。如果有其数据输出口已被设备占用的，则要求由该类设备提供额外的连接医院信息系统的软件及硬件数据接口。对于自己有报告系统的，要求投标人必须免费自行解决与医院信息系统连接的软硬件问题。</p> <p>3、仪器出现故障，接到甲方通知后，仪器故障要求1小时内应答，24小时形成解决方案并到达现场维修。对重大故障提供7X24小时的现场支援，一般故障提供5x8小时的现场支援。</p> <p>4、质保期：在正常操作下，整机质保期为1年。</p> <p>5、投标人详细列明本设备所需主要易损部件、专机专用耗材(如无则不需提供)清单，并分项注明最低成交价格，耗材价格需折合到最小计数单位，并承诺3-5年内以不高于本清单价格可以为采购人供货。同时承诺提供的耗材符合相关质量要求，证件齐全，且耗材在阳光采购网或行政部门指定平台上挂网。注：(提供清单承诺函及相关证件扫描件)。</p> <p>备注：对于上述项目要求，投标人应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明，否则投标无效。</p>			
8	全高清关节镜系统	商务	序号	名称	数量	单位
			1	全高清摄像主机	1	台

配置清单	2	高清摄像头	1	把
	3	4.0mm 30° HD 镜子	1	个
	4	5.5mm 带双向控制阀锁管（包括闭孔器）	1	把
	5	冷光源主机	1	台
	6	导光束	1	条
	7	光纤接头	1	个
	8	动力刨削主机	1	套
	9	双键式刨削手柄	1	个
	10	医用显示器 26 “	1	台
	11	台车	1	台
	12	等离子射频主机	1	套
	13	鸭嘴直型咬切钳	1	把
	14	鸭嘴左弯咬切钳	1	把
	15	鸭嘴右弯咬切钳	1	把
	16	带锁扣直型软组织关节镜用抓取钳	1	把
	17	剪线器	1	把
	18	胫骨瞄准器手柄	1	把
	19	胫骨瞄准器导向器	1	把
	20	前叉瞄准臂（点对点）	1	把
	21	闭口取键器	1	把
	22	股骨钻， $\phi 4.5\text{mm}$	1	个
	23	股骨钻， $\phi 7\text{mm}$	1	个
	24	股骨钻， $\phi 8\text{mm}$	1	个
	25	股骨钻， $\phi 9\text{mm}$	1	个
	26	胫骨钻， $\phi 7\text{mm}$	1	个
	27	胫骨钻， $\phi 8\text{mm}$	1	个
	28	胫骨钻， $\phi 9\text{mm}$	1	个
	29	股骨偏头瞄准器， $\phi 5\text{mm}$	1	把
	30	股骨偏头瞄准器， $\phi 6\text{mm}$	1	把
	31	股骨瞄准器手柄	1	把
	32	测深器	1	把
	33	带尾孔导针 $\phi 2.4\text{mm}$	5	根
	34	弹性导丝 $\phi 1.0\text{mm}$	5	根
	35	集成量筒	1	个
	36	直探钩(带手柄)	1	把
	37	界面钉改锥 $\phi 2.5\text{mm}$	1	把
	38	鱼嘴抓钳	1	把
	39	探钩(不带手柄)	1	个
	40	交换棒(4.0mm)	1	把
	41	开路器装配体	1	把
	42	橡皮锤，骨锤装配体	1	把
	43	推结器，肌腱分张器装配体	1	把
	44	软组织过线勾直型	1	个
	45	软组织过线钩左弯 45°	1	个
	46	软组织过线钩右弯 45°	1	个
		合计	54	

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无
2	质量标准	商务	否	无	无
3	质量保证	商务	否	无	无
4	检验及验收	商务	否	无	无
5	包装和运输	商务	否	无	无
6	交货时间、地点及付款方式	商务	否	无	无
7	其他服务要求	商务	是	图片	提供制造商的售后服务承诺函，并加盖公章。
8	全高清关节镜系统配置清单	商务	是	图片	提供完全响应配置清单内容承诺函原件扫描件并加盖公章。

异常报价

谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为响应无效处理。