

永州市政府采购文件

采购项目名称：GE16排CT维保服务
采购人：道县人民医院
采购方式：竞争性谈判
采购代理机构：中采联合招标有限公司
委托代理编号：HNZC-2025DX-JZ-004
代理费收取方式：采购人支付代理费（按固定费用收取）
代理费支付标准：固定金额6,000元
专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付
采购计划编号：永道财采计[2025]00011号
采购项目预算：400,000元
是否进行资格预审：否
需求编制时间：2025-02-05

采购人签章：
道县人民医院

需求编制人签章：
何秀秀

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部、国家发展和改革委员会关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）
财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述(本项目完全面向中小企业采购):

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额(元)	评审方法
1	第一包	400,000	最低评标价法

谈判文件获取方式、时间:

获取时间: 详见采购公告

获取方式: 下载投标工具, 安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额(元)	采购内容概况	预期采购时间
GE16排CT维保服务	400,000	为保障GE 16排CT的正常运转, 购买16排CT维保服务(含球管)	2025-01

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：400,000元

包概述：GE16排CT维保服务				
评标方法：最低评标价法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：是
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：30分钟		
本包所属行业：工业			本包类型：服务类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
本包付款约定	1	100%	每服务满六个月，经甲方考核合格后支付合同款的50%。	
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>		<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p>		
本包特定资格要求		本包特定资格证明材料上传要求		
本包只接受中小企业参加投标。		提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》中规定格式的服务类中小企业声明函（加盖公司公章），使用投标工具时可以自行下载模板。		
投标人须具有有效期内的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或医疗器械备案凭证		提供相应证明材料扫描件		

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包服务类需求

服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目
		年	400,000	1	400,000	C23120500-医疗设备维修和保养服务
		子服务编号	子服务名	子服务内容		
1	GE16排CT维保服务	一	GE 16排CT：含球管的全保服务。	<p>一、设备清单以及保修模式：</p> <p>GE 16 排CT：含球管的全保服务。</p> <p>1、维保服务期限：维保服务期限1年，按合同签订生效之日起计算，在满足采购人要求的情况下可续签，最高二年。</p> <p>2、每年提供不限次数的人工上门维修服务；不限数量更换所需更换的备件；提供一年至少4次 / 台设备的定期维护与保养，并提供维修、保养报告单及质控报告等。</p> <p>3、具体服务时间：周一至周日；初次电话响应时间：1小时；工程师12小时内现场响应。</p> <p>4、更换的备件必须与原设备型号一致，安装完毕后达到设备运行标准，配件（含球管）到场时间不得超过24小时。</p> <p>5、须确保设备开机率$\geq 98\%$，按一年365天，每天24小时计算。若单台设备开机率低于98%，停机时间每超过一天顺延两天维保期，并罚款1万元每天，单次停机时间不得超过3个工作日。</p> <p>6、合同期内，医院将对成交公司的服务质量进行考核（包括：软件安装升级、开机率、故障响应时间、故障排除时间及维保服务条款履行情况等），若考核不合格，医院可解除合同并有权要求中标公司赔偿由于设备停机造成的直接和间接损失，每年为一个考核周期。</p> <p>7、本项目是对CT、全周期、全方位维修与保养服务，在此期间所有风险（如材料、人工、意外伤害等）及费用均由投标方承担，与招标方无关。</p> <p>8、所派设备维修工程师必须有厂家颁发的原厂工程师证书，提供至少1名以上原厂专业维修工程师名单，并提供培训证书及社保证明。</p> <p>9、年检时，中标人负责并保证全部监测指标达标，通过相关部门检测，取得合格证。</p> <p>二、球管技术要求</p> <p>1、投标方需提供适配球管单独球管注册证。</p> <p>2、相关技术参数（提供投标型号球管的原版技术白皮书(DATA SHEET),且满足以下技术参数要求。</p>		

			<p>2.1、标称连续输入功率 4300W</p> <p>2.2、连续阳极输入功率 3700W</p> <p>2.3、标称扫描功率指数（大焦点） 36kW</p> <p>2.4、阳极热存储能力 2.6MJ（3.5MHU）</p> <p>2.5、最大X射线管组件热容量 2.6MJ（3.5MHU）</p> <p>2.6、X射线管最小固有滤过 1.1mm Al</p> <p>2.7、管组件最小固有总滤过 2.8mm Al</p> <p>2.8、工作环境条件：</p> <p>环境温度 10 oC. . 40 oC</p> <p>相对湿度 30%~75%，无冷凝</p> <p>大气压力范围 700hPa~1060hPa</p> <p>2.9、漏射线测试条件 26mA，140 kV</p> <p>2.10、冷却方式 油冷</p>
--	--	--	---

本包服务类需求的实质性评审(标)规则

服务编号	服务名	子服务编号	子服务名	是否需要提供证明材料	证明材料类型	提供证明材料要求
1	GE16排CT维保服务	一	GE 16 排CT：含球管的全保服务。	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	合同	商务	<p style="text-align: center;">政府采购合同格式</p> <p>一、政府采购合同协议书</p> <p style="text-align: right;">采购合同编号：</p> <p>采购人（全称）：_（甲方）</p> <p>供应商（全称）：_（乙方）</p> <p>为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。</p>

1. 项目信息

(1) 采购项目名称:

(2) 采购计划编号:

(3) 项目内容:

(工程项目) 承包范围: / 项目经理: / 。

2. 合同金额

(1) 合同金额小写:

大写:

(2) 具体标的见附件。

(3) 合同价格形式: 。

3. 履行合同的时间、地点及方式

起始日期: 年 月 日, 完成日期: 年 月 日。总日历天数: 天。

地点:

方式:

4. 付款:

1、 。

5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决, 协商解决不成, 则通过以下途径之一解决纠纷:

提请仲裁 向人民法院提起诉讼

6. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

(2) 成交通知书

(3) 响应文件

(4) 政府采购合同格式条款及其附件

(5) 专用合同条款

(6) 通用合同条款（如果有）

(7) 标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）

(8) 其他合同文件。

7. 合同生效

本合同自_生效。

8. 合同份数

本合同一式_份，采购人执_份，供应商执_份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_年_月_日

合同订立地点：

甲 方：（公章） 乙 方：（公章）

法定代表人：_法定代表人：

委托代理人：_委托代理人：

电 话：_电 话：

传 真：_传 真：

开 户 银 行：

帐 号：

二、政府采购合同通用条款

政府采购合同通用条款

政府采购合同格式文本省级以上政府部门或行业组织有标准或示范文本的，应按照其文本确定合同格式。没有文本的，按照《中华人民共和国民法典》及采购项目特点自行拟定特定文本确定合同格式。

三、政府采购合同专用条款

政府采购合同专用条款

政府采购合同专用条款参照（货物类）专用条款的格式和相关内容，

2	项目其他	商务	备注：
---	------	----	-----

要求	<p>1、人工费、材料费、税金及管理费等费用由投标人承担，采购人不再另行支付其余费用。</p> <p>2、投标人中标后3天内需提供所投CT球管的原厂参数确认函原件备查。</p> <p>三、项目其他要求</p> <p>1. 售后服务</p> <p>1.1 投标人必须具备客户服务专线电话，每年365天开通，全天24小时上门服务。</p> <p>1.2 响应速度：提供1小时服务响应。</p> <p>2. 保密要求</p> <p>在培训实施过程中，对采购人所提供的相关资料、数据，未经采购人书面同意不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于项目以外的项目，中标人负有对成果资料保密的责任。</p> <p>3. 服务年限要求</p> <p>若在服务期限内出现下列情况之一将不予续签并进行处罚。</p> <p>(1) 中标人服务期限内设备开机率未达到95%，按一年365天，每天24小时计算，若单台设备开机率低于95%，停机时间每超过一天顺延两天维保期，并罚款1万元每天，</p> <p>(2) 单次停机时间超过3个工作日。</p> <p>(3) 服务期满后，设备使用科室满意度评价不合格的。</p> <p>(4) 全年考核不足80分</p> <p>(4) 采购人次年预算不稳定</p> <p>四、其他要求及说明</p> <p>1. 完成时间及项目地点</p> <p>1.1 服务时间：一年，中标人在满足采购人服务要求的情况，且采购人预算稳定的情况下，合同实行一年一签，最高续签一次，每次续签一年，最高服务期限两年。</p> <p>1.2 服务地点：<u>采购人</u>指定地点</p> <p>2. 结算方法</p> <p>2.1 付款人：<u>道县人民医院</u>。</p> <p>2.2 付款方式：每服务满六个月，经甲方考核合格后支付合同款的50%。</p> <p>3. 中标人如若发现有提供虚假证明资料，将取消中标人资格。</p> <p>4. 本项目采用费用包干方式服务，投标总报价包括项目所需的设备设施，人员的工资、补贴</p>
----	---

			<p>、食宿、交通、社保、保险，管理费、税费、利润及维护费等所有费用。一旦中标，在项目服务实施中发现存在任何遗漏费用，均由中标人自行承担，采购人不再另行支付。</p> <p>5. 在合同履行期间，若中标人提供服务不符合合同规定等原因，造成采购人单方解除合同的，中标人应在三个工作日内办理完毕交接手续并退场，若中标人不及时办理完毕交接手续并退场的，采购人有权将应付未付合同款作为违约金，并不再进行支付，采购人并保留损害赔偿请求权。</p> <p>6. 项目负责人及主要维护人员须全程参与服务工作，不得挂名参与投标，也不得转包给第三方机构。</p> <p>6. 投标人在投标前，自行踏勘现场。有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。</p>
3	需提供证明材料的要求	商务	<p>1、所派设备维修工程师必须有厂家颁发的原厂工程师证书，提供至少1名以上原厂专业维修工程师名单，并提供培训证书及社保证明或与投标人签订的正式劳动合同（须为投标单位在职人员，并提供相关证明材料及2024年7月-2025年1月份，期间任意一个月社保参保证明复印件或与投标人签订的正式劳动合同加盖公章。）</p>
4	需提供证明材料的要求	技术	<p>1、投标方需提供适配球管单独球管注册证。（提供所投球管的注册证并加盖投标人公章）</p> <p>2、相关技术参数（提供投标型号球管的原版技术白皮书 (DATA SHEET), 且满足以下技术参数要求）</p> <p>2.1、标称连续输入功率 4300W</p> <p>2.2、连续阳极输入功率 3700W</p> <p>2.3、标称扫描功率指数（大焦点） 36kW</p> <p>2.4、阳极热存储能力 2.6MJ (3.5MHU)</p> <p>2.5、最大X射线管组件热容量 2.6MJ (3.5MHU)</p> <p>2.6、X射线管最小固有滤过 1.1mm Al</p> <p>2.7、管组件最小固有总滤过 2.8mm Al</p> <p>2.8、工作环境条件： 环境温度 10 oC. . 40 oC 相对湿度 30%~75%，无冷凝 大气压力范围 700hPa~1060hPa</p> <p>2.9、漏射线测试条件 26mA, 140 kV</p> <p>2.10、冷却方式 油冷</p>

5	全年考核标准表	商务	考核内容及要求	考核办法	分值	扣分原因	得分
			1、保养维护要求	严格按照厂家标准做好保养工作，要求包括但不限于主机清灰，碳刷滑环清洁，散热风扇清洁，高压油箱高压电缆检查，内存清理，图像质量检查，参数校准等。每遗漏一项或不符合要求扣2分。	15		
			2、维修派工要求	严格按照相关维修要求，做好维修工作如不需要更换配件情况需2小时内恢复机器，每晚一小时扣3分。维修完成后需要达到设备原有性能，包括但不限于图像质量扫描效率设备外观等，每有一项不符合要求扣5分。	15		
			3响应时效性要求	具体服务时间周一至周日；初次电话响应时间：1小时；电话响应不及时一次扣2分，工程师4小时内现场响应、每晚到一小时扣5分	15		
			4配件供应要求	更换的备件必须与原设备型号一致全新配件，安装完毕后达到设备运行标准。如判断需更换配件，配件到场时间不得超过5小时每晚到一小时扣5分。如配件非全新原厂配件每次扣10分。	15		
			5 球管供应要求	中标标方需提供适配球管单独注球管册证，并提供球管供货授权书。判断球管故障后球管到货时间在6小时内，每晚到1小时扣5分。	10		
			6 开机率要求	须确保设备开机率 $\geq 98\%$ ，按一年365天，每天24小时计算。若单台设备开机率低于98%，停机时间每超过一天顺延两天维保期，并扣5分每天，单次停机时间不得超过1个工作日每超过1天扣5分	15		
			7 所派工程师资质要求	每次维修所派工程师需提供原厂认证证书，未提供每次扣5分。	15		

