

永州市政府采购文件

采购项目名称：江华瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心经颅磁刺激仪采购

采购人：江华瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心

采购方式：竞争性谈判

采购代理机构：湖南中湘工程项目管理有限公司

委托代理编号：HNZXCG-20251015

代理费收取方式：采购人支付代理费（按固定费用收取）

代理费支付标准：固定金额5,000元

专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付

采购计划编号：永江财采计[2025]0098号

采购项目预算：400,000元

是否进行资格预审：否

需求编制时间：2025年10月16日

采购人签章：

江华瑶族自治县妇幼保健计划生
育服务中心

需求编制人签章：

蒋月

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述(本项目完全面向中小企业采购):

本项目的供应商来源为公告邀请

| 编号 | 包名 | 采购金额(元) | 评审方法 |
|----|-----|---------|--------|
| 1 | 第一包 | 400,000 | 最低评标价法 |

谈判文件获取方式、时间:

获取时间: 详见采购公告

获取方式: 下载投标工具, 安装后联网获取

项目对应的采购意向

| 意向项目名 | 涉及的预算金额(元) | 采购内容概况 | 预期采购时间 |
|-----------------------------|------------|-------------|---------|
| 江华瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心经颅磁刺激仪采购 | 400,000 | 磁刺激仪(经颅磁)1台 | 2025-10 |

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：400,000元

| | | | | |
|---|-------------------------------------|--|-------------------|--------------|
| 包概述：江华瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心经颅磁刺激仪采购 | | | | |
| 评标方法：最低评标价法 | 采购文件费：0元 | 资格合格最少供应商数：3个 | 是否接受联合体：否 | 是否完全面向中小企业：是 |
| 是否接受进口产品：否 | 资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审 | 期望成交供应商数：1个 | 投标有效期：90个自然日 | 合同履约保证金：无 |
| 合同内容是否可变：是 | 需求是否可变：否 | 供应商二次报价的时长限制：20分钟 | | |
| 本包所属行业：工业 | | | 本包类型：货物类 | |
| 是否设置了核心产品：否 | 核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无 | | | |
| 特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在报价相同的，约定由采购人在5个工作日内自主确定最终中标/成交/入围供应商。 | | | | |
| 根据《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十一条规定：谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。本次评标将有供应商谈判环节，请各供应商一直在开标室中保持在线状态，进入供应商谈判环节后谈判小组将分别与各供应商进行谈判对话；因供应商原因导致未能进行谈判的，由供应商自行承担责任。 | | | | |
| 本包付款约定 | 本包付款约定 | 100% | 验收合格后支付合同金额的100%。 | |
| 本包基本资格要求 | | 本包基本资格证明材料上传要求 | | |
| <p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p> | | <p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p> | | |
| 本包特定资格要求 | | 本包特定资格证明材料上传要求 | | |

| | |
|---|---|
| 所投货物若纳入医疗器械管理的，投标人须具有医疗器械生产许可证或经营许可证（或相应的备案凭证。） | 上传医疗器械生产许可证或经营许可证（或相应的备案凭证。） |
| 本包专门面向中小企业采购，指供应商提供的货物均由中小企业制造，即货物均由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，货物制造商为监狱企业/残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人福利性单位声明函。 | 提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号中规定格式的《中小企业声明函（货物）》，加盖公章，使用投标客户端时可自行下载模板。 |

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|------|--------------------------|------------------------------|------------|------------|--|---------|----|---------|
| | | 否 | 否 | 否 | 台 | 400,000 | 1 | 400,000 |
| | | 本货物共设置了6条参数。 其中：实质性参数：6条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| 1 | 经颅磁刺激仪(A02329900-其他医疗设备) | 1 | ★ | (一) 主机性能: | 1. 主机双通道，支持双人同时治疗。 2. 刺激频率：0.1~80Hz，允差：±5%。 3. 刺激频率步长：1Hz以下步长0.01Hz，1Hz以上步长1Hz。（提供相关证明材料） 4. 最大磁感应强度：≥6T。 5. 脉冲上升时间：50 μs ±10 μs。 6. 脉冲持续时间：320-360 μs。 7. 磁感应强度最大变化率范围：≥90kT/s。 8. 在设备连续工作时，具有手动停止磁场输出功能，可以通过按下停止按键使设备立即停止工作。 | | | |
| | | 2 | ★ | (二) 冷却系统: | 1. 冷却方式：高效液冷散热系统，冷却液应无渗漏、无挥发现象。 2. 冷却系统可保证设备24h持续工作。 3. 冷却系统与刺激主机分体式设计，确保电液分离，无漏液风险，同时便于后期维护。（提供相关证明材料） 4. 当冷却系统发生故障时，应有提示或停止磁场输出。 5. 冷却系统可以实时显示刺激线圈温度。 6. 温度保护系统：当刺激线圈温度≥40℃，磁刺激仪自动停止刺激输出。 | | | |
| | | 3 | ★ | (三) 刺激线圈: | 1. 标配儿童专用线圈，成人专用线圈各一个。 2. 后期可配深部线圈，深部线圈刺激深部可达6cm。 3. 后期可增配圆形线圈、深部双锥型线圈、动物线圈、伪刺激线圈等科研线圈。 4. 刺激线圈上具有强度调节按键与触发刺激按键，可调节刺激强度和触发刺激，方便临床快速检测运动阈值。 5. 刺激线圈具有显示屏，可实时显示线圈强度。（提供相关证明材料） 6. 线圈支持热插拔，方便临床快速更换线圈。 | | | |
| | | 4 | ★ | (四) MEP模块: | 1. MEP通道数：≥2通道。 2. 运动诱发电位检查模块支持无线传输功能。 | | | |
| | | 5 | ★ | (五) 软件系统: | 1. 采用触屏一体机承载软件系统，无需使用鼠标即可操作，提高治疗师工作效率。一体机与工作站紧密固定，非笔记本直接放置在台面上，无跌落风险。（说明书或彩页截图证明） 2. 刺激模式：具备单脉冲刺激、重复脉冲刺激、模式化刺激功能。 3. 在治疗过程中，能够实时采集患者肌电信号，进行电生理监测。 4. 内置儿童专用治疗方案，包含12大类疾病（脑瘫、发育迟缓、孤独症、ADHD、抽动障碍等），内置至少40个以上专属儿童方案，可一键开启治疗；支持自定义编辑方案，支持组合方案，供临床医生选择。（提供相关证明材料） 5. 治疗界面提供大脑解剖定位图辅助定位。 | | | |
| | | 6 | ★ | (六) 其他: | 1. 设备使用期限：≥10年。 2. 标配儿童版10-20脑电定位帽。 | | | |

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

| 货物序号 | 货物名 | 参数序号 | 参数名 | 是否需要上传证明材料 | 证明材料类型 | 上传证明材料的要求 |
|------|--------|------|------------|------------|--------|---------------|
| 1 | 经颅磁刺激仪 | 1 | (一) 主机性能: | 是 | 图片 | 提供谈判文件要求的证明材料 |
| | | 2 | (二) 冷却系统: | 是 | 图片 | 提供谈判文件要求的证明材料 |
| | | 3 | (三) 刺激线圈: | 是 | 图片 | 提供谈判文件要求的证明材料 |
| | | 4 | (四) MEP模块: | 否 | 无 | 无 |
| | | 5 | (五) 软件系统: | 是 | 图片 | 提供谈判文件要求的证明材料 |
| | | 6 | (六) 其他: | 否 | 无 | 无 |

本包其他评审要求

| 序号 | 需求名 | 需求类型 | 需求描述 |
|----|-----|------|--|
| 1 | 合同 | 商务 | <p style="text-align: center;">政府采购合同协议书</p> <p style="text-align: right;">采购合同编号:</p> <p>采购人(全称): <u>江华瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心</u>(甲方)</p> <p>供应商(全称): _ (乙方)</p> <p>为了保护甲、乙双方合法权益,根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章,双方签订本合同协议书。</p> <p>1. 项目信息</p> <p>(1) 采购项目名称:</p> <p>(2) 委托代理编号:</p> <p>(3) 项目内容:</p> <p>(4) 是否分包: 否_。</p> <p>(5) 项目负责人: 。</p> <p>(6) 联系电话: 。</p> <p>2. 合同金额</p> |

(1) 合同金额小写：

大写：

(2) 具体标的见附件。

(3) 合同定价方式： “ 固定总价 ” “ 固定单价 ” “ 成本补偿 ” “ 绩效激励

(4) 付款方式：

3. 合同履行

(1) 起始日期： 年_月_日，完成日期：_年_月_日。总日历天数：_天。

(2) 地点：采购人指定地点。

(3) 方式：验收合格。

(4) 履约担保： 。

(5) 质量保证金： 。

4. 合同验收

(1) 验收主体： 。

(2) 验收方式： 。

(3) 验收标准： 。

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

(2) 本合同协议书

(3) 成交通知书

(4) 响应文件

(5) 政府采购合同专用条款

(6) 政府采购合同通用条款

(7) 标准、规范及有关技术文件，图纸。

(8) 其他合同文件。

6. 合同生效

本合同自_生效。

7. 合同份数

本合同一式_份，采购人执_份，供应商执_份，均具有同等法律效力。

| | | |
|---|---------|---|
| | | <p>合同订立时间：_年_月_日</p> <p>合同订立地点：<u>江华瑶族自治县</u></p> <p>甲 方：（公章） 乙 方：（公章）</p> <p>法定代表人：_法定代表人：</p> <p>委托代理人：_委托代理人：</p> <p>电 话：_电 话：</p> <p>传 真：_传 真：</p> <p>开 户 银 行：</p> <p>账 号：</p> |
| 2 | 商务要求 财务 | <p>一、采购要求及说明</p> <p>（一）、报价说明</p> <p>（1）供应商应对本采购文件中规定的所有货物进行人民币报价，不得遗漏。如报价人漏报，总价不作调整，报价人应按照相关技术规范及本项目技术要求配齐全部所需产品。</p> <p>（2）供应商所提供的报价是所提供的全套货物在安装现场指定位置交付的交货价格。</p> <p>（3）报价应包括本采购文件中规定的货物的生产、运输、出厂检验、保险、包装、管理、到现场后的抽样及送检合格（含各种相关的检测费）、装卸、安装调试、辅助材料、其他项目措施、安装指导、损耗、培训、质保、附带服务、利润、税金、不可预见费以及完成本采购文件规定的其他项目的全部费用。</p> <p>2、运输要求</p> <p>（1）货物在运输、装卸等过程中出现的任何安全事故均由成交供应商负责。</p> <p>（2）货物运达采购人指定地点后，如果产品质量或技术规格与合同不符或产品有明显损坏等情形，采购人有权进行退换货，由此造成的各种费用均由成交供应商承担。</p> <p>（3）成交供应商负责把货物安全运送至采购人指定地点，现场安装，在整个项目安装调试验收合格前的所有设备材料的运输、保管、保险均由成交供应商</p> |

负责。

(二)、技术服务要求

1、成交供应商按技术规程及采购方实施方案的要求，按时、按量完成工程项目的实施，保证工程项目质量。

(三)、质量保证与售后服务

1、质量保证期限：1年；保质期内免费维修和更换零件，质保期后维修只收取零件费。因用户使用不当或非产品质量问题需更换的零部件不属于免费维修范围。

2、接到采购人反映的质量问题信息后，快速响应，专业支持，在2小时内作出答复，24小时内派服务人员到达现场。

(四)、交货时间及地点：

交货时间：签订合同后 15天内。

交货地点：江华瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心指定地点。

(五) 验收方法

整体符合国家要求的技术标准，通过相关检查，符合相关规定。

(六)、其它需要说明的事项

1、付款方式： 验收合格设备交付使用后支付合同金额的100%。

2、交货期：签订合同后 15天内交货，不能按时交货的将承担相应的违约责任。

3、所有货物安装验收合格后，在使用过程中因产品质量问题发生事故，责任由成交供应商承担。

4、未按采购人要求的送货时间、地点交货，供应商应承担采购人相关的损失。

5、未按采购文件要求，提供了不合格货物，所产生的各种损失由成交供应商负责。

6、未尽事宜按国家相关法律及行业标准。

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>7、产品所实现的目的和功能要符合采购人所要求。</p> <p>对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。</p> |
|--|--|--|--|

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

| 序号 | 需求名 | 需求类型 | 是否需要上传证明材料 | 上传证明材料类型 | 上传证明材料要求 |
|----|------|------|------------|----------|----------|
| 1 | 合同 | 商务 | 否 | 无 | 无 |
| 2 | 商务要求 | 财务 | 否 | 无 | 无 |

异常报价

谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为响应无效处理。