

永州市政府采购文件

采购项目名称：宁远县医共体总院妇幼保健院区儿童康复设备采购项目
采购人：宁远县人民医院
采购方式：竞争性磋商
采购代理机构：湖南中湘工程项目管理有限公司
委托代理编号：HNZX-2026-0703
代理费收取方式：采购人支付代理费（按成交金额百分比收取）
代理费支付标准：项目成交金额的1.5%
专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付
采购计划编号：永宁财采计[2026]026099号
采购项目预算：910,000元
是否进行资格预审：否
需求编制时间：2026年07月07日

采购人签章：

宁远县人民医院

需求编制人签章：

谭琼

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非公开招标采购方式审批管理办法》的通知（湘财购〔2025〕7号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目不专门面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	910,000	综合评分法

磋商文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告

获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额（元）	采购内容概况	预期采购时间
宁远县医共体总院妇幼保健院区儿童康复设备采购项目	1,400,000	脑瘫、孤独症、智力发育等儿童康复设备。	2026-06

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：910,000元

包概述：第一包				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：成交金额的5%
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：20分钟		
本包所属行业：其他未列明行业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：是	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第十九条规定：磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。本次评标将有供应商磋商环节，请各供应商一直在开标室中保持在线状态，进入供应商磋商环节后磋商小组将分别与各供应商进行磋商对话；因供应商原因导致未能进行磋商的，由供应商自行承担责任。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
1. 具有独立承担民事责任的能力。 2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。 3. 供应商不得为信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。 4. 法律、行政法规规定的其他条件。 5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。		1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。 2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。 3. 供应商无需上传证明材料，由评委在 www.creditchina.gov.cn 和 www.ccgp.gov.cn 现场联网查验。 4. 提供承诺函，承诺：（1）投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；（2）投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；（3）投标供应商未为本项目提供过整体设计、规范编制、项目管理、监理、检测等服务（单一来源采购项目除外）；（4）投标供应商未为本项目提供过前款第（3）项所列服务之外的其他采购活动。须加盖供应商公章。 5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。		
本包特定资格要求		本包特定资格证明材料上传要求		

所投货物纳入医疗器械管理的，供应商须提供相应的医疗器械经营许可证（或备案凭证）、有效的医疗器械生产许可证（或备案凭证）。	需提供相应的证书复印件并加盖公章。
--	-------------------

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
1	PT床（A02329900-其他医疗设备）	否	否	否	张	1,500	1	1,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	PT床	1. 床体加宽设计，便于患者在床上进行训练。 2. 最大静态承重≥200kg。 3. 采用碳素钢床体，床体结构更牢固，使用更稳。 4. 采用抗菌皮革及高密度慢回弹海绵，在兼顾防菌抗菌标准的同时，床面软硬适中，使患者更舒适。 5. 外形尺寸（L*W*H）：1900mm*1240mm*450mm（±5%）。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
2	儿童髋关节训练器（A02329900-其他医疗设备）	否	否	否	台	2,000	1	2,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	儿童髋关节训练器	1. 规格：≥1145*560*800mm 2. 可转动最大角度：120° 用途：用于儿童髋关节的活动度			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
3	儿童体操棒（带架）（A02329900-其他医疗设备）	否	否	否	套	1,200	1	1,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	儿童体操棒（带架）	1. 规格：≥800*500*900mm 2. 用途：通过带棒做操和抛接球活动，改善上肢活动范围，提高肢体协调控制能力及平衡能力。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
4	儿童站立架（A02329900-	否	否	否	台	1,200	1	1,200
		本货物共设置了1条参数。						

	其他医疗设备)	其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	儿童站立架	1. 外形尺寸：≥740*700*750mm 2. 靠背板前后调节距离：0~250mm 3. 靠背板上下调节距离：0~120mm 用途：儿童站立训练，防止肌肉萎缩，增强肌力。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
5	儿童股四头肌训练椅(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	套	2,000	1	2,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	儿童股四头肌训练椅	1. 直立式外形尺寸：≥910*790*940mm 2. 平躺式外形尺寸：≥1140*910*550~785mm 3. 扶手可调范围：0~300mm 4. 支撑杆可调范围：0~100mm 5. 脚控调节套可调范围：0~300mm 6. 靠背旋转角度：0°~90° 7. 脚控杆摆动角度：0°~90° 8. 砝码杆可调节角度：0°~180° 9. (≥11 档可调节)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
6	儿童助行器(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	400	4	1,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	儿童助行器	1. 适用于 2-5 岁幼儿（正常发育），高度约40CM。用途：辅助代步用具			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
7	儿童坐姿训练椅(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	1,500	1	1,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	儿童坐姿训练椅	1. 外形尺寸：≥600*680*1160 2. 头部垫高度可调范围：0-160mm 3. 餐板至座垫高度调节范围：170-470mm 4. 餐板至靠垫前后调节范围：140-340mm 5. 座位板高度：500mm 6. 座垫至脚踏板高度调节范围：180-320mm 7. 臀部垫至靠垫可调范围：250-410mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
8	踩踏石(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	套	600	1	600
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	踩踏石	用途：训练儿童平衡及逻辑思考能力。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
9	减重步态仪(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	68,000	1	68,000
		本货物共设置了15条参数。 其中：一般参数：15条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	减重步态仪	外形尺寸(mm):1100×1080×1580, 允差±10%			
		2	一般参数	减重步态仪	额定输入功率: 1800W			
		3	一般参数	减重步态仪	额定电压: a. c. 220V, 额定频率: 50Hz, 备用电源: DC24V			
		4	一般参数	减重步态仪	控制方式: 电动控制			
		5	一般参数	减重步态仪	立柱升降调节范围 (mm):0~300, 允差±10mm			
		6	一般参数	减重步态仪	扶手高度调节范围(mm):0~300, 允差±10mm			
		7	一般参数	减重步态仪	根据患者体重, 通过吊带控制, 调节患者训练中下肢的承重量, 保证行走安全。			
		8	一般参数	减重步态仪	立柱升降可调节; 通过调节立柱升降高度, 从而调节训练者下肢的承重, 使患者能承受范围内, 从而进行步态训练;			
		9	一般参数	减重步态仪	配备手柄开关, 通过控制立柱升降下降, 方便对患者进行点控操作。			
		10	一般参数	减重步态仪	配备DC24V 备用电源, 确保设备在没有网电源提供下的正常使用。			
		11	一般参数	减重步态仪	配备海绵扶手用来保持患者身体平衡或支撑。			
		12	一般参数	减重步态仪	静电喷塑架, 涂层外观, 附着力及机械强度高。			
		13	一般参数	减重步态仪	带刹脚轮, 有效地控制训练器在使用过程中的移动幅度, 使患者在相对安全的情况下进行训练。			
		14	一般参数	减重步态仪	配有儿童专用跑台			
		15	一般参数	减重步态仪	具有医疗器械注册证。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
10	多用组合箱(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	1,200	2	2,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	多用组合箱	规格: ≥500*370*360mm。用途: 感知认知训练。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

11	立式踩踏器(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	1,500	1	1,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	立式踩踏器	规格：≥680*600*980mm，用途：训练下肢活动度。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
12	楔形垫(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	套	600	4	2,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	楔形垫	1.卧、腰椎牵引辅助用具。 2.规格：15、30、45° 2.1、15° 斜形垫：≥600*200*550mm 2.2、30° 斜形垫：≥600*300*500mm 2.3、45° 斜形垫：≥600*410*410mm 3.材质：高密度回弹海绵、医用抗菌耐磨皮革。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
13	儿童平行板（带扶手）(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	500	1	500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	儿童平行板（带扶手）	规格：≥700*610*215mm；用途：平衡能力训练。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
14	踝关节矫正板(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	套	1,800	4	7,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	踝关节矫正板	规格：≥340*340mm；可调角度 0°、10°、20°、30°。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
15	痉挛肌治疗仪(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	13,000	1	13,000
		本货物共设置了10条参数。 其中：一般参数：10条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般	痉挛肌治	有人机交互系统，采用≥7寸大屏幕彩色液晶显示，中文菜单，操作更方便，并附有电子说明书。			

			参数	疗仪				
		2	一般参数	痉挛肌治疗仪	动态实时显示各通道的治疗波形、治疗剂量、治疗模式、治疗时间等，各种治疗数据一目了然。			
		3	一般参数	痉挛肌治疗仪	治疗仪输出脉冲宽度从0.1ms~0.5ms连续可调，允差±15%。			
		4	一般参数	痉挛肌治疗仪	治疗仪输出脉冲周期从1s~2s连续可调，允差±10%。			
		5	一般参数	痉挛肌治疗仪	一组输出脉冲比另一组输出脉冲延时出现，延时时间从0.1s~1.5s连续可调，允差±10%。			
		6	一般参数	痉挛肌治疗仪	输出脉冲电流峰值Ip从0~99mA连续可调，允差±15%。			
		7	一般参数	痉挛肌治疗仪	治疗仪定时时间为5min~30min分档可调，允差±5%。			
		8	一般参数	痉挛肌治疗仪	输出通道：四组输出。			
		9	一般参数	痉挛肌治疗仪	输入功率：50VA。			
		10	一般参数	痉挛肌治疗仪	处方：≥10种治疗方案。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
16	便携式肌电生物刺激反馈仪（A02329900—其他医疗设备）	否	否	否	台	38,000	1	38,000
		本货物共设置了24条参数。 其中：重要参数：2条；一般参数：22条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	▲	便携式肌电生物刺激反馈仪	4通道表面肌电评估，实时评估患者肌电情况，可出具评估报告，评估报告可存储及导出；（提供相关证明材料）			
		2	一般参数	便携式肌电生物刺激反馈仪	4通道神经肌肉电刺激通道，同时可做4个部位，或多位患者；			
		3	一般参数	便携式肌电生物刺激反馈仪	4通道肌电触发电刺激，可同时支持4个部位；			
		4	一般参数	便携式肌电生物刺激反馈仪	≥10.1寸触摸式液晶显示，可触摸屏操控；也可物理旋钮进行参数调节；			
		5	一般参数	便携式肌电生物刺激反馈仪	自动识别信号质量，去除伪差；			
		6	一般参数	便携式肌电生物刺激反馈仪	共模抑制比：≥100dB；			
		7	▲	便携式肌电生物刺激反馈仪	采样位数16位，采样率≥6000Hz原始数据，保证信号的准确性；（提供相关证明材料）			
		8	一般参数	便携式肌电生物刺激反馈仪	电刺激强度：0mA~100mA可调，0.5mA调节；			

		9	一般参数	便携式肌电生物刺激反馈仪	刺激频率：采用变频电刺激，频率范围 0.5-1000Hz；			
		10	一般参数	便携式肌电生物刺激反馈仪	脉冲宽度：10-1000 μs；			
		11	一般参数	便携式肌电生物刺激反馈仪	上升下降时间：0-20S			
		12	一般参数	便携式肌电生物刺激反馈仪	通频带：20Hz-550Hz；			
		13	一般参数	便携式肌电生物刺激反馈仪	内置放大器测量范围：1-3000 μV（r.m.s）；			
		14	一般参数	便携式肌电生物刺激反馈仪	内置放大器最高分辨率<0.2 μV（r.m.s）；			
		15	一般参数	便携式肌电生物刺激反馈仪	内置放大器输入噪声<1 μV（r.m.s）；			
		16	一般参数	便携式肌电生物刺激反馈仪	刺激波形：双相平衡波；			
		17	一般参数	便携式肌电生物刺激反馈仪	具有交流电源供电和电池单独供电两种方式，电池充满后可连续工作≥8小时；			
		18	一般参数	便携式肌电生物刺激反馈仪	引动电刺激：健侧带动患侧，上肢带动下肢，偏瘫急性期的全新治疗模式，支持一带二进行治疗，同时支持4个部位进行引动电刺激；			
		19	一般参数	便携式肌电生物刺激反馈仪	内置成人模式：有常用方案和功能刺激方案模块，常用方案按照全身五大部位制定了最常用通道方案设置，可以快速组合并开始治疗；			
		20	一般参数	便携式肌电生物刺激反馈仪	内置儿童模式：有常用方案和功能刺激方案模块，常用方案按照全身五大部位制定了最常用通道方案设置，可以快速组合并开始治疗；功能性刺激方案针对脑瘫导致运动功能障碍，儿童按发育顺序制定抬头、手支撑、坐姿和站立相对应的治疗方案；			
		21	一般参数	便携式肌电生物刺激反馈仪	通道独立模式，4个独立通道，每个通道治疗模式可单独设置，每个通道开始和结束时间可独立设置，最多满足四个患者同时治疗；			
		22	一般参数	便携式肌电生物刺激反馈仪	具有多媒体生物反馈训练功能，内置肌力增强训练、肌肉放松训练、肌力维持训练、肌力协同训练、肌力精准性训练方案，游戏包括饥饿鲨鱼、太空夺宝等；			
		23	一般参数	便携式肌电生物刺激反馈仪	数据共享：软件升级方式：可进行实时在线免费升级；			
		24	一般参数	便携式肌电生物刺激反馈仪	病员信息管理： 1、能够对病人治疗方案进行管理，包括：列表显示历史治疗方案、新建治疗方案、从方案库导入治疗方案、修改治疗方案和删除治疗方案。 2、能够对治疗记录进行管理，包括：列表显示所有治疗记录，显示每条治疗记录的治疗时间、治疗类型、治疗时长等信息。 3、可编辑个性化治疗方案，自定义临床方案刺激时间、间歇时间、波升时间、波降时间、刺激频率、脉宽可调，且推荐临床常用的治疗参数			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
17	经络导平治疗仪（	否	否	否	台	14,000	1	14,000
		本货物共设置了18条参数。						

	A02329900-其他医疗设备)	其中：一般参数：18条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	经络导平治疗仪	输出电压：0-2000V			
		2	一般参数	经络导平治疗仪	治疗频率：0.5-60Hz 可调			
		3	一般参数	经络导平治疗仪	脉宽：0.4-1.6ms 连续可调			
		4	一般参数	经络导平治疗仪	自增幅度：初始电压值是本档非自增状态最大值的40%~100%，自增最大值是初始值的180%~220%。输出电压自动递增：每24秒自增设定值的1%。			
		5	一般参数	经络导平治疗仪	自增时间：全程自增时间为40min±5min			
		6	一般参数	经络导平治疗仪	治疗时间：5~60min，最大误差±1min。			
		7	一般参数	经络导平治疗仪	治疗部位：头面、四肢、躯干			
		8	一般参数	经络导平治疗仪	输出通道：5组10个独立通道			
		9	一般参数	经络导平治疗仪	治疗模式：模拟针灸、带电推拿			
		10	一般参数	经络导平治疗仪	浪涌：长浪、短浪			
		11	一般参数	经络导平治疗仪	工作电压：AC220V±22V 50HZ±1HZ			
		12	一般参数	经络导平治疗仪	最大功耗：≤100VA			
		13	一般参数	经络导平治疗仪	输出直流分量小于5V			
		14	一般参数	经络导平治疗仪	输出波形：可控脉冲方波			
		15	一般参数	经络导平治疗仪	连续工作时间：治疗仪最大输出时，连续工作时间≥4小时			
		16	一般参数	经络导平治疗仪	具有超压供电、上电、断电、开关机等各种保护电路。			
		17	一般参数	经络导平治疗仪	按运行模式分类：连续运行			
		18	一般参数	经络导平治疗仪	安全类型：II类BF			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
18	吞咽神经肌肉电刺激仪(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	16,000	1	16,000
		本货物共设置了11条参数。 其中：一般参数：11条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	吞咽神经肌肉电刺	便携式，1路输出，具有治疗和训练功能。			

				激仪				
		2	一般参数	吞咽神经肌肉电刺激仪	治疗模式：具有≥3种输出模式：包含成人模式、手控模式、儿童模式。≥三种模式语音播报。			
		3	一般参数	吞咽神经肌肉电刺激仪	显示方式：大触摸屏形式下的全中文显示界面及操作方式，显示屏尺寸≥4.3寸。			
		4	一般参数	吞咽神经肌肉电刺激仪	便携式（手持式），携带方便，易操作。			
		5	一般参数	吞咽神经肌肉电刺激仪	配备≥3000mA大容量锂离子电池，并且设备具有电量过低语音提示功能，电池具有良好的安全性和稳定性。			
		6	一般参数	吞咽神经肌肉电刺激仪	治疗时间5min～60min可选择，步进5min。			
		7	一般参数	吞咽神经肌肉电刺激仪	输出强度0～25mA可 选择，步进0.5mA。			
		8	一般参数	吞咽神经肌肉电刺激仪	具有≥15种治疗波形（处方）可选择。			
		9	一般参数	吞咽神经肌肉电刺激仪	有防止误操作设计的自动锁屏功能。			
		10	一般参数	吞咽神经肌肉电刺激仪	基本参数：1、脉冲波形：双向方波； 2、 脉冲频率：40Hz～85Hz分十级。 3、脉冲宽度：0.2ms～0.3ms 分两级。 4、输出电压：输出最大电压峰峰值为25Vp-p±20%。 5、开路输出电压：输出电压≤200V 6、输入功率：≤7VA			
		11	一般参数	吞咽神经肌肉电刺激仪	外形尺寸：≥长：16cm宽：7.7cm高：2.2 cm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
19	肌肉，骨骼，肢体形态等方面康复评估工具(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	12,000	1	12,000
		本货物共设置了13条参数。 其中：一般参数：13条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	肌肉，骨骼，肢体形态等方面康复评估工具	配备≥11件评估器具，至少包括：电子握力计、电子捏力计、数显触觉测量卡尺、指关节量角器、数显关节角度尺、神经触针、数显围度尺、手部屈伸测量卡、多功能巴克锤、不锈钢瓦针轮、不锈钢三角锤。			
		2	一般参数	肌肉，骨骼，肢体形态等方面康复评估工具	电子握力计： 1. 配有显示屏，可显示电池状态； 2. 具有握力测试功能，量程范围不窄于0`90kg，可自动保存每次测量的最大握力值； 3. 可设置目标握力值，计算平均握力值及达标锻炼次数； 4. 可查询不同用户号的最近一次数据，包括测量模式的最大握力值，锻炼模式的平均握力值、达标锻炼次数； 5. 具有手柄宽度调节旋钮；			
		3	一般参数	肌肉，骨骼，肢体形态等方面康复评估工具	电子捏力计具有捏力测试功能，量程范围不窄于0`27.3kg，可储存和浏览≥100条测量记录。			

		4	一般参数	肌肉，骨骼，肢体形态等方面康复评估工具	数显触觉测量卡尺具有≥3个刺激点，具有显示屏，屏幕可同步显示测量数值，量程范围不窄于0~150mm。			
		5	一般参数	肌肉，骨骼，肢体形态等方面康复评估工具	指关节量角器采用PVC材质，由动尺和刻度盘组成，测量范围不窄于0°~150°。			
		6	一般参数	肌肉，骨骼，肢体形态等方面康复评估工具	数显关节角度尺具有数显功能，屏幕可同步显示测量数值，量程范围不窄于0°~180°。			
		7	一般参数	肌肉，骨骼，肢体形态等方面康复评估工具	神经触针具有≥3种直径的尼龙单丝，至少包含：0.4mm、0.5mm、0.7mm，可进行精细的触觉检查，用于测定从轻触到深压的感觉。			
		8	一般参数	肌肉，骨骼，肢体形态等方面康复评估工具	数显围度尺：1.具有≥2种测量模式，至少包含：围度测量、长度测量，具有一键锁紧按钮。 2.围度测量模式下，可保存≥9个数据，可对比两次测量的差值，围度测量范围不窄于0~1500mm。 3.长度测量模式下，可测量读数。			
		9	一般参数	肌肉，骨骼，肢体形态等方面康复评估工具	手部屈伸测量卡可用于测量各手指的最大屈度和拇指，可测量拇指和其余手指之间的最大伸展度。			
		10	一般参数	肌肉，骨骼，肢体形态等方面康复评估工具	多功能巴克锤由金属手柄和锤头组成，顶部可旋出钢针，尾部可旋出棕刷。			
		11	一般参数	肌肉，骨骼，肢体形态等方面康复评估工具	不锈钢瓦针轮由不锈钢手柄和尖刺状滚轮组成。			
		12	一般参数	肌肉，骨骼，肢体形态等方面康复评估工具	不锈钢三角锤由不锈钢手柄和高弹性橡胶制成的锤头组成。			
		13	一般参数	肌肉，骨骼，肢体形态等方面康复评估工具	收纳箱配有防震海绵。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
20	分指板（A02329900-其他医疗设备）	否	否	否	个	40	2	80
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	一般参数	分指板	规格：≥230*220*30mm；用途：矫正手指的屈曲挛缩内收畸形			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
21	磨砂台（A02329900-其他医疗设备）	否	否	否	台	1,500	1	1,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	磨砂台	规格：≥730*570*665mm（0 度-60 度）；收纳盒尺寸：≥630*140*75mm 用途：上肢协调功能和关节活动度训练			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
22	腕部功能训练器（A02329900-其他医疗设备）	否	否	否	套	600	1	600
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	腕部功能训练器	规格：≥35*17*5mm；用途：用于儿童腕关节相关肌群的肌肉训练			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
23	手指功能组合训练箱（A02329900-其他医疗设备）	否	否	否	台	6,800	1	6,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	手指功能组合训练箱	规格：≥360*250*110(mm)；内含：胶环、环形板、大中小锥木棒；用途：提高手指的作业活动能力。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
24	手指插球器（A02329900-其他医疗设备）	否	否	否	套	1,500	1	1,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	手指插球器	1. 规格：≥400*250*115mm。 2. 内含： 2.1、Φ6*56 圆钢 5 根 2.2、Φ10*56 圆钢 5 根 2.3、Φ16 玻璃珠 15 个 2.4、Φ25 玻璃珠 5 个 用途：改善手指对指功能，提高手的灵活性、协调性。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
25	上肢协调训练器(手腕)（	否	否	否	台	900	1	900
		本货物共设置了1条参数。						

	A02329900-其他医疗设备)	其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	上肢协调训练器(手腕)	规格：≥840*190*540(mm)；材质:实木、不锈钢；用途：训练上肢稳定性、协调性功能,提高上肢的日常活动能力。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
26	串彩链 (A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	套	50	1	50
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	串彩链	用途：训练儿童的手眼协调能力及辨别能力。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
27	穿衣板 (A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	套	90	1	90
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	穿衣板	规格：≥300*250*15(mm)；用途：通过日常生活训练提高患者的手眼协调能力和穿衣技巧。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
28	握握球 (A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	套	80	1	80
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	握握球	外形尺寸：直径 ≥70 (mm)；功能：具有按摩作用，促进血液循环。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
29	木钉跳棋(木插板) (A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	套	100	1	100
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	木钉跳棋(木插板)	外形尺寸： 1、木插板（小）：≥180*140*70mm 2、木插板（中）：≥220*180*90mm 3、木插板（大）：≥360*290*110mm 用途：手指功能训练，手眼协调功能训练。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

30	几何体阶梯（A02329900-其他医疗设备）	否	否	否	套	200	1	200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	几何体阶梯	规格：≥650*650*400mm；用途：儿童上下阶梯步态训练。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
31	数字套圈（A02329900-其他医疗设备）	否	否	否	套	200	1	200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	数字套圈	规格：≥650*650*400mm；用途：儿童上下阶梯步态训练。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
32	引导式教育组合六件套（A02329900-其他医疗设备）	否	否	否	套	3,000	1	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	引导式教育组合六件套	1. 外形尺寸：≥1800*780*500mm 2. 木箱凳（大）：≥400*400*280mm 3. 木箱凳（中）：≥360*360*240mm 4. 木箱凳（小）：≥320*320*200mm 用途：调整大脑感觉神经的灵敏度，协调全身神经机能，奠定大脑发展的基础。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
33	巴氏球（A02329900-其他医疗设备）	否	否	否	个	100	3	300
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	巴氏球	主要用于增强全身协调能力；规格：85cm、75cm、65cm 任一个。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
34	感觉统合训练室（70m²）+多感官训练室（A02329900-其他医疗设备）	是	否	否	套	330,000	1	330,000
		本货物共设置了59条参数。 其中：实质性参数：4条；重要参数：6条；一般参数：49条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	攀爬组合套件（三	1. 网梯：尼龙带，可拆卸。可自由组合。 2. 棍梯：可自由组合。 3. 攀岩墙：木材加环保油漆，耐磨耐压。 4. 儿童专用安全带，承重力好。安全绳、腰带、手套专业部件。 5. 尺寸			

		件套)	≥2100*2400*129mm。
2	一般参数	海绵保护垫	功能：为攀爬训练时提供足够的安全保护措施。 1. 外套为可更换棉布制作，内套绸布，填充物料为海绵小方块。 2. 尺寸≥1400*1400*200mm。
3	一般参数	秋千架（或置顶）	1. 钢架：碳钢及环保油漆组成，承重力好，此产品设计满足各年龄段儿童使用。 2. 护套：环保填充材料加PVC涂层布，用于保护儿童活动。 3. 承重量≥300公斤。 4. 尺寸：≥2600*1600*2400MM。
4	一般参数	飞碟秋千（前庭平衡转动训练器）	1. 钢材、木材框架结构，环保填充材料及帆布构成。 2. 安全护带1条，升降绳子1根+升降扣1个+旋转扣1个+安全扣3个，承重量≥150公斤。 3. 尺寸：≥Φ500*1000mm。
5	一般参数	方形木马	1. 钢材、木材框架结构，环保填充材料及PVC涂层布构成。 2. 升降绳子2根+升降扣2个+安全扣4个，承重量≥150公斤。 3. 尺寸：≥1200*1500*200MM。
6	一般参数	长方形平板秋千连软垫围栏	1. 木材框架结构，环保填充材料及PVC涂层布构成。软垫秋千主体，升降绳子2根+升降扣2个+安全扣4个，活动触觉垫，活动围栏及软垫扶手，承重量≥50公斤。 2. 尺寸：≥1200*610*1500mm。
7	一般参数	滑坡（带软包）	1. 平台：木材框架结构，环保填充材料及PVC布构成。 2. 滑台：木材框架结构，环保填充材料及PVC布构成。 3. 防滑垫：铺在整个滑行的平面上，起到有效的防滑和保护作用。 4. 尺寸：≥2400*670*480mm。
8	一般参数	滑行车（大）	1. 车体：木材加海绵组成，大平面设计满足各年龄段儿童使用。 2. 万向轮：高分子尼龙，耐磨耐压，满足各种移动需要。 3. U型挂钩：搭配滑行车平台使用时，安装绳索用。 4. 承重70公斤不变形，尼龙轮，50MM厚软垫表面，四侧防磨损尼龙边。 5. 每部滑行车配辅助活动配件：触觉垫1张，拉绳1条。 6. 尺寸：大约（420*650mm）。
9	一般参数	大滑板	1. 规格：≥40.5cm。 2. 材质：塑料 金属。 3. 滑板分大小两款，板面两侧含有2 只安全把手。
10	一般参数	滚筒	尺寸：约内Φ520/外Φ700*高900mm。
11	一般参数	摇摇船	1. 304不锈钢管，木材框架，优质阻燃、防撞、防水软体结构。 2. 尺寸：≥1000*450*1200mm。
12	一般参数	字母配对声音游戏箱	1、产品有两种模式可供切换，在使用初期，使用自由模式，鼓励儿童自由放置他喜欢的字母；配对模式，如果放入的方框与电子箱显示的字母不一致，电子箱发出错误提示音，当超过三次错误时，开启下一轮随机配对。 2、电子箱1件 3、字母配对组件1套 4、AC220V电源线1根 5、输入电压:220VAC 工作电压:12VDC 6、额定功率：≤15W 7、使用说明书1份 8、产品尺寸：≥L1340*W620*H120mm
13	一般参数	4色灯光音乐双水柱	1、8个模式可循环切换，每个模式对应八种音乐，总共64种；采用对称设计，左右功能相同 2、木质电子箱1套 3、背景镜面1套 4、水柱2根 5、换水水泵一台及换水软管1根 6、AC220V电源线1根 7、输入电压:220VAC 工作电压:12VDC、AC220V。 8、额定功率：小于35W 9、USB语音下载口1个（同一教室相同功能产品共用1根） 10、使用说明书1份 11、产品尺寸：≥1040*1040*2000mm。
14	一般参数	生态模拟手眼协调训练系统	产品组成：主机一个。 1、尺寸：≥长900mm*宽650mm*厚80mm； 2、功率：≤40W 3、输入电压：AC220V 50Hz； 4、信噪比：≥80dB； 5、音频频响：20Hz-18KHz； 6、配备触摸按钮触发； 7、采用≥10.1寸触摸屏； 8、内置≥4G内存； 9、可使用USB线连接电脑更换主机内音乐，或者插入U盘，主机将优先播放U盘内音乐； 10、箱体材料：ABS工程塑料；
15	一般参数	感知运动训练系统	1、声灯光地垫有有多种模式及声音切换。 2、包括：地垫；声灯光地垫。 3、感知游戏板≥6件。 4、AC220V电源线1根。 5、输入电压:220VAC 工作电压:12VDC。 6、额定功率：小于25W。 7、USB音乐下载线1根。 8、尺寸：≥3000*1405*1000mm
16	一般参数	引导式协同训练仪	1、产品组成：主机一个； 2、尺寸：≥长1000mm*宽650mm*高98mm； 3、功率：≤15W 4、输入电压：AC220V 50Hz； 5、信噪比：≥80dB； 6、音频频响：20Hz-18KHz； 7、内置一只4欧全音域扬声器； 8、采用≥10.1寸电容触摸屏； 9、内置≥4G内存； 10、可使用USB线连接电脑更换主机内音乐，或者插入U盘，主机将优先播放U盘内音乐； 11、箱体材料：ABS工程塑料；
17	一般参数	手掌感知声光游戏箱	共8种模式64种声音，游戏过程中，用手掌区分左右手分别接触不同材质面板，均匀用力向箱体内压下，此时对应音乐响起，环形彩灯闪烁，直到手掌松开； 1、木质电子箱1件 2、阻燃材料软包保护套1件 3、AC220V电源线1根 4、输入电压:220VAC 工作电压:12VDC。 5、额定功率：≤15W 6、USB音乐下载线1根 7、使用说明书1份； 8、尺寸：≥1200*900*120mm(不包括护套)
18	一般参数	AI脑智训练系统	课程内容：系统互动游戏≥25个；

		19	★	AI脑智训练系统	认知类：每一类游戏训练总次数≥5000。（供应商需提供第三方机构出具的检测报告扫描件）
		20	▲	AI脑智训练系统	逻辑思维类：每一类游戏训练次数≥200。（供应商需提供第三方机构出具的检测报告扫描件）
		21	▲	AI脑智训练系统	视听觉类：每一类游戏训练次数≥500。（供应商需提供第三方机构出具的检测报告扫描件）
		22	▲	AI脑智训练系统	专注力类：每一类游戏训练次数≥500。（供应商需提供第三方机构出具的检测报告扫描件）
		23	★	AI脑智训练系统	数学概念类：每一类游戏训练次数≥500。（供应商需提供第三方机构出具的检测报告扫描件）
		24	一般参数	后台管理	包括机构首页、管理中心、训练中心、数据中心 1、机构管理 可添加机构名称、地址、上级机构名称、使用的状态； 可添加机构老师使用的姓名、手机号、使用的状态； 2、管理中心 可添加孩子的档案信息； 可设置老师权限； 3、训练中心 记录小朋友注册使用之后所有学习记录，包括时长，项目，频率、训练进度、完成率等等； 4、数据中心
		25	一般参数	前庭平衡及视觉互动训练系统	产品有两种模式≥20种声音切换 1、木质电子箱1件 2、软包保护套1件 3、AC220V电源线1根 4、输入电压:220VAC 工作电压:12VDC。 5、额定功率：≤25W 6、篮筐1个 7、皮球1个 8、使用说明书1份； 9、尺寸：≥1200*1200*85mm
		26	一般参数	智训功能墙垫训练系统	游戏功能墙垫 1、魔术黏贴板：规格≥1400*1200*38mm 2、PVC镜：规格≥540*1700*38mm 3、小豆袋随机配20个；篮球配1个。
		27	一般参数	智训功能墙垫训练系统	智控电磁屏障系统 1.训练能力： 多维度能力开发，需支持感知协调、注意力强化、心理素质培养等复合型训练功能，具备化动作引导机制及肢体协调性开发。
		28	▲	智训功能墙垫训练系统	配置≥3级渐进式操作逻辑，包含自由练习层、条件限制层、时空约束层差异化场景（供应商需提供第三方机构出具的检测报告扫描件）
		29	★	智训功能墙垫训练系统	集成可拆卸式动态反馈装置，支持声光复合激励模式，具备≥8种情境化音频反馈机制（供应商需提供第三方机构出具的检测报告扫描件）
		30	一般参数	智训功能墙垫训练系统	扩展增强模块 配备标准音频扩展接口，支持多通道环境增强系统对接，兼容主流音效输出设备。
		31	一般参数	智训功能墙垫训练系统	要求集成≥4种标准能源供给模式，适配常规教学环境用电规范
		32	★	智训功能墙垫训练系统	配置≥54组随机事件触发卡组，支持自定义响应机制设置，具备双向交互反馈功能（供应商需提供第三方机构出具的检测报告扫描件）
		33	一般参数	智训功能墙垫训练系统	多模态引导系统 包含实时语音激励库、触觉反馈矩阵不少于八种及可视化进度提示界面
		34	一般参数	智训功能墙垫训练系统	尺寸：≥70*15*37.5CM
		35	一般参数	蹦蹦床	1、钢材框架结构及耐磨、环保弹布。外加防撞、防水软体结构保护。 2、尺寸直径约1060mm*高250mm,可跳区域：740mm圆。
		36	一般参数	S形平衡木-软包款	含左右和上下，长约2.2m。
		37	一般参数	大陀螺-滚塑	直径约85cm,高约40cm,滚塑
		38	一般参数	半球形平衡气垫（大）	规格约Φ58cm、H17cm 材质： PP、TPE

	39	一般参数	大龙球（85cm）	功能：适合孩子进行球上运动，躺、坐、卧、趴…等。提供前庭刺激，加强平衡能力。 规格：直径85cm。				
	40	一般参数	颗粒按摩球(85cm)	功能：可在球上进行躺、坐、趴或拍、推、滚…等好玩的亲子活动。可提升幼儿动作、平衡等能力。 规格：直径85cm。				
	41	一般参数	羊角球（65cm）	功能：跳跃动作促进孩子前庭觉、本体觉的统合发展,增进动作控制能力,促进腿部肌肉的发展。直径65cm；				
	42	一般参数	数字跳箱	90*75*15/30/45/60cm；内芯：高密度全海绵（35KG/立方米）；外套：针孔纹PVC皮革				
	43	一般参数	拼接组合软件	1、方形软件：≥600X500X400mm加300X300X400mm加200X300X500mm各1个，内部采用木材造型，全方位软包保护，表面PVC涂层布，色彩明亮。 2、圆柱形软件：≥300mmX 150mm加 200mmX 500mm各1个，内部采用发泡材料造型，重量轻，表面PVC涂层布，色彩明亮。 3、梯形软件：≥300X300X400mm共1个，内部采用发泡材料造型，重量轻，表面PVC涂层布，色彩明亮。 4、三角形软件：≥500X500X300mm加600X500X300mm各1个，内部采用发泡材料造型，重量轻，表面PVC涂层布，色彩明亮。 尺寸：≥1900*900*600mm				
	44	一般参数	万象组合	含平衡桥3块，圆桶12个，全砖6个， 半砖2个等114件；				
	45	一般参数	海漾步道	1、组件明细： 1.深蓝色步道x3 2.浅蓝色步道x3 3.红色小圆柱x9 4.绿色小圆柱x9（共24件） 2、商品尺寸： 步道：≥长75cmx宽23cmx高5.5cm 圆柱：≥长10.3cmx宽5.5cmx高4.5cm				
	46	一般参数	触觉河石	1、规格：≥28×35×8/17cm ， 5个/套 2、材质：PP、TPE				
	47	一般参数	雪糕筒套装	1、底座直径24.5*顶部直径约11.5CM*31CM； 2、8个雪糕筒，4根塑料杆				
	48	一般参数	独脚椅-吹塑	约23*20cm				
	49	一般参数	跨栏组合套装	一套5只，高度分别为≥15cm,≥23cm,≥30cm,≥40cm,≥50cm				
	50	一般参数	三色跳袋-大号	直径约40CM，高度约80CM，300D牛津布；提手高度约4CM				
	51	一般参数	大象套圈	一个大象，4只套圈				
	52	一般参数	捕手黏扣组	1、规格：圆盘直径约20.3cm 2、材质：起毛布 EVA 黏扣带 3、此款游戏可以2-3 个孩子一起进行，锻炼了孩子抛接、判断、肢体协调等能力。				
	53	一般参数	平衡脚踏车	≥37*42*55CM				
	54	一般参数	四分之一圆	≥130×42cm				
	55	一般参数	趣味轮胎	1、功能：把轮胎平铺再地面上，随意的摆成各种形状，小朋友可以沿着轮胎掉进洞里或者沿着轮胎边上走，锻炼孩子的平衡感和身体协调，可训练孩子的触觉、本体觉、前庭觉等。 2、材质：橡胶 3、尺寸:直径约55cm*厚17cm 4、颜色：多色（可选）。				
	56	▲	40mm厚纯色墙垫	功能：保护与整体环境装饰作用。 外层防水、阻燃PVC布，内层珍珠棉；组合墙垫采用弹度材质制作，防水、阻燃PVC涂层布。墙垫高度1.2米。（提供第三方检测机构出具的针对原材料PVC关于阻燃、甲醛释放量合格、抗菌、防霉的检测报告）				
57	▲	50mm厚纯色地垫	功能：保护与整体环境装饰作用。 外层防水、阻燃PVC布，内层珍珠棉；防水、阻燃PVC涂层布，组合地垫采用弹度材质制作，每张地垫采用底层魔术贴拼贴。（提供第三方检测机构出具的针对原材料PVC关于阻燃、甲醛释放量合格、抗菌、防霉的检测报告）					
58	一般参数	鞋柜	尺寸：≥120*40*40cm。材质：人造板。饰面材质：皮革。毛重：40KG。					
59	一般参数	教具柜（带背板）	规格：≥120*30*80。材质：多层板。					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

35	听觉统合训练仪 (A02329900—其他医疗设备)	否	否	否	台	230,000	1	230,000
		本货物共设置了19条参数。 其中：一般参数：19条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	听觉统合训练仪	双通道输出，支持2人同时且独立进行训练；			
		2	一般参数	听觉统合训练仪	多种操作模式，支持外接设备输入及触屏操作；			
		3	一般参数	听觉统合训练仪	音乐材料频率范围：≥8档可调			
		4	一般参数	听觉统合训练仪	配备专业耳机，可同时进行骨传导和空气传导2种传导模式，且强度0-100档可调；			
		5	一般参数	听觉统合训练仪	配备专用话筒，话筒音量0-100档可调，用于语言训练和录制音频；			
		6	一般参数	听觉统合训练仪	配有腰部传导装置，可实现经脊柱振动传导；			
		7	一般参数	听觉统合训练仪	具有耳机、话筒音量大小调节功能，可通过实体旋钮进行调节，也可以通过软件系统调节；			
		8	一般参数	听觉统合训练仪	具有高频、低频切换功能；			
		9	一般参数	听觉统合训练仪	硬件配置：存储器≥4GB；固态硬盘≥240G；			
		10	一般参数	听觉统合训练仪	屏幕性能：液晶显示屏尺寸≥15寸，显示器分辨率≥1024*768；			
		11	一般参数	听觉统合训练仪	全数字模式，无需外接CD播放器；			
		12	一般参数	听觉统合训练仪	整机工作状态，噪声≤55分贝；			
		13	一般参数	听觉统合训练仪	具有滤波功能，≥4种模式；			
		14	一般参数	听觉统合训练仪	内置≥400种专业听觉训练材料；			
		15	一般参数	听觉统合训练仪	预置标准化治疗方案，支持通过可编程应用软件创建个性化训练方案；			
		16	一般参数	听觉统合训练仪	具有录制音频功能，录制训练用音乐材料；			
		17	一般参数	听觉统合训练仪	具有导入和导出功能，通过U盘实现系统内预设训练方案及音乐材料的增加和转移；			
		18	一般参数	听觉统合训练仪	听觉康复训练系统：1对听觉言语信号进行检测、处理、编辑、存储，包括键盘输入、信号输入、编辑、幅度控制、信号输出、存储；2具有患者信息管理、录制存储声音、软件过滤、播放/暂停/快进/快退、强度调节、控制面板及屏幕锁定等功能。			
		19	一般参数	听觉统合训练仪	超级管理员权限：以口令密码形式区分用户类型及用户权限。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
36	经颅电刺激仪 (	否	否	否	台	148,000	1	148,000
		本货物共设置了12条参数。						

A02329900-其他医疗设备)	其中：重要参数：2条；一般参数：10条。			
	参数序号	参数类型	参数名	参数值
	1	一般参数	经颅电刺激仪	输出方式：独立输出组合，支持2名患者同时且独立治疗，支持拓展至≥6人使用。
	2	▲	经颅电刺激仪	传输方式：主机与刺激器无线传输距离≥15米（提供相关证明材料）
	3	一般参数	经颅电刺激仪	充电方式：同时支持磁吸底座充电和外接type-c充电。
	4	一般参数	经颅电刺激仪	电流强度范围：0~2.5mA、0.5mA、1mA、1.5mA、2mA、2.5mA，五档可调，且在每档范围内0~0.5mA、0~1mA、0~1.5mA、0~2mA、0~2.5mA可调，步长0.01 mA，且误差不大于±10%设定值 5. 刺激时间：≤40Min、10Min、15Min、20Min、25Min、30Min、35Min、40Min多档可调，误差不大于±5%设定值
	5	一般参数	经颅电刺激仪	输出模式： 1 tDCS经颅直流电刺激模式，输出电流0~2.5mA可调，步长0.01mA，误差不大于±10% 2 预刺激模式，治疗前输出一定强度的前适应电流，测试患者的耐受性并帮助提高适应性，且预刺激模式下，经颅直流电刺激、经颅交流电刺激、经颅脉冲电刺激、经颅随机噪声刺激四种波形可选，电流强度0.5mA、1mA、1.5mA、2mA、2.5mA，五档可调，误差应不大于±10%，持续时间60s，时间误差应不大于±5% 3 伪刺激模式，在刺激过程中，不提供全程电流，形成与真刺激的对比。
	6	一般参数	经颅电刺激仪	所有刺激参数均既可通过经颅电刺激仪管理软件设置，也可以通过电刺激器上的专用按键调节。
	7	一般参数	经颅电刺激仪	按键功能：具有模式、波形、电流、时间调节按键。
	8	一般参数	经颅电刺激仪	旋钮功能：具有电流刺激强度和频率专用旋钮。
	9	▲	经颅电刺激仪	电刺激器工作时间：内置≥2000mAh锂电池，充满电可连续工作≥5小时（提供相关证明材料）
	10	一般参数	经颅电刺激仪	安全保护功能：一键终止功能，刺激过程不直接关闭电源可随时停止电流输出
	11	一般参数	经颅电刺激仪	配件要求： 具备标准5x7cm矩形电极，可选配3×5cm小型矩形电极，且在电极边缘均设有防电流边缘聚焦装置，确保电流密度
	12	一般参数	经颅电刺激仪	经颅电刺激管理软件： 1、具有信息管理功能：可进行患者选择、方案选择、检索或新建患者以及根据患者的治疗记录进行方案选择等功能。 2、具有屏幕显示功能：可显示已推送、正在进行中、接触异常、治疗已完成等状态，实时显示电流强度、剩余时间、刺激波形、接触质量、阴阳板摆放位置、工作状态、电池电量等。 3、具有评估功能：可通过不同量表对患者进行认知障碍评定，并保存评估记录。 4、具有报告打印功能：可浏览评估记录、治疗记录，并打印报告。 5、具有用户账号管理功能：可通过登录管理员用户账号后对普通用户账号进行管理，管理员用户拥有所有操作权限。

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
34	感觉统合训练室（70m²）+多感官训练室	19	AI脑智训练系统	是	图片	按需求提供；
		23	AI脑智训练系统	是	图片	按需求提供；
		29	智训功能墙垫训练	是	图片	按需求提供；

			系统			
		32	智训功能墙垫训练系统	是	图片	按需求提供；

本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	PT床	1	PT床	否	无	无
2	儿童髋关节训练器	1	儿童髋关节训练器	否	无	无
3	儿童体操棒（带架）	1	儿童体操棒（带架）	否	无	无
4	儿童站立架	1	儿童站立架	否	无	无
5	儿童股四头肌训练椅	1	儿童股四头肌训练椅	否	无	无
6	儿童助行器	1	儿童助行器	否	无	无
7	儿童坐姿训练椅	1	儿童坐姿训练椅	否	无	无
8	踩踏石	1	踩踏石	否	无	无
9	减重步态仪	1	减重步态仪	否	无	无
		2	减重步态仪	否	无	无
		3	减重步态仪	否	无	无
		4	减重步态仪	否	无	无
		5	减重步态仪	否	无	无
		6	减重步态仪	否	无	无
		7	减重步态仪	否	无	无
		8	减重步态仪	否	无	无

		9	减重步态仪	否	无	无
		10	减重步态仪	否	无	无
		11	减重步态仪	否	无	无
		12	减重步态仪	否	无	无
		13	减重步态仪	否	无	无
		14	减重步态仪	否	无	无
		15	减重步态仪	是	图片	按需求提供；
10	多用组合箱	1	多用组合箱	否	无	无
11	立式踩踏器	1	立式踩踏器	否	无	无
12	楔形垫	1	楔形垫	否	无	无
13	儿童平行板（带扶手）	1	儿童平行板（带扶手）	否	无	无
14	踝关节矫正板	1	踝关节矫正板	否	无	无
15	痉挛肌治疗仪	1	痉挛肌治疗仪	否	无	无
		2	痉挛肌治疗仪	否	无	无
		3	痉挛肌治疗仪	否	无	无
		4	痉挛肌治疗仪	否	无	无
		5	痉挛肌治疗仪	否	无	无
		6	痉挛肌治疗仪	否	无	无
		7	痉挛肌治疗仪	否	无	无
		8	痉挛肌治疗仪	否	无	无
		9	痉挛肌治疗仪	否	无	无
		10	痉挛肌治疗仪	否	无	无
16	便携式肌电	2	便携式肌电生物刺激反馈仪	否	无	无

生物刺激反馈仪	3	便携式肌电生物刺激反馈仪	否	无	无
	4	便携式肌电生物刺激反馈仪	否	无	无
	5	便携式肌电生物刺激反馈仪	否	无	无
	6	便携式肌电生物刺激反馈仪	否	无	无
	8	便携式肌电生物刺激反馈仪	否	无	无
	9	便携式肌电生物刺激反馈仪	否	无	无
	10	便携式肌电生物刺激反馈仪	否	无	无
	11	便携式肌电生物刺激反馈仪	否	无	无
	12	便携式肌电生物刺激反馈仪	否	无	无
	13	便携式肌电生物刺激反馈仪	否	无	无
	14	便携式肌电生物刺激反馈仪	否	无	无
	15	便携式肌电生物刺激反馈仪	否	无	无
	16	便携式肌电生物刺激反馈仪	否	无	无
	17	便携式肌电生物刺激反馈仪	否	无	无
	18	便携式肌电生物刺激反馈仪	否	无	无
	19	便携式肌电生物刺激反馈仪	否	无	无
	20	便携式肌电生物刺激反馈仪	否	无	无
	21	便携式肌电生物刺激反馈仪	否	无	无

			电生物刺激反馈仪			
		22	便携式肌电生物刺激反馈仪	否	无	无
		23	便携式肌电生物刺激反馈仪	否	无	无
		24	便携式肌电生物刺激反馈仪	否	无	无
17	经络导平治疗仪	1	经络导平治疗仪	否	无	无
		2	经络导平治疗仪	否	无	无
		3	经络导平治疗仪	否	无	无
		4	经络导平治疗仪	否	无	无
		5	经络导平治疗仪	否	无	无
		6	经络导平治疗仪	否	无	无
		7	经络导平治疗仪	否	无	无
		8	经络导平治疗仪	否	无	无
		9	经络导平治疗仪	否	无	无
		10	经络导平治疗仪	否	无	无
		11	经络导平治疗仪	否	无	无
		12	经络导平治疗仪	否	无	无
		13	经络导平治疗仪	否	无	无
		14	经络导平治疗仪	否	无	无
		15	经络导平治疗仪	否	无	无
		16	经络导平治疗仪	否	无	无
		17	经络导平治疗仪	否	无	无
		18	经络导平治疗仪	否	无	无
18	吞咽神经肌肉电刺激仪	1	吞咽神经肌肉电刺激仪	否	无	无
		2	吞咽神经	否	无	无

			肌肉电刺激仪			
		3	吞咽神经肌肉电刺激仪	否	无	无
		4	吞咽神经肌肉电刺激仪	否	无	无
		5	吞咽神经肌肉电刺激仪	否	无	无
		6	吞咽神经肌肉电刺激仪	否	无	无
		7	吞咽神经肌肉电刺激仪	否	无	无
		8	吞咽神经肌肉电刺激仪	否	无	无
		9	吞咽神经肌肉电刺激仪	否	无	无
		10	吞咽神经肌肉电刺激仪	否	无	无
		11	吞咽神经肌肉电刺激仪	否	无	无
19	肌肉，骨骼，肢体形态等方面康复评估工具	1	肌肉，骨骼，肢体形态等方面康复评估工具	否	无	无
		2	肌肉，骨骼，肢体形态等方面康复评估工具	否	无	无
		3	肌肉，骨骼，肢体形态等方面康复评估工具	否	无	无
		4	肌肉，骨骼，肢体形态等方面康复评估工具	否	无	无
		5	肌肉，骨骼，肢体形态等方面康复评	否	无	无

			估工具			
		6	肌肉，骨骼，肢体形态等方面康复评估工具	否	无	无
		7	肌肉，骨骼，肢体形态等方面康复评估工具	否	无	无
		8	肌肉，骨骼，肢体形态等方面康复评估工具	否	无	无
		9	肌肉，骨骼，肢体形态等方面康复评估工具	否	无	无
		10	肌肉，骨骼，肢体形态等方面康复评估工具	否	无	无
		11	肌肉，骨骼，肢体形态等方面康复评估工具	否	无	无
		12	肌肉，骨骼，肢体形态等方面康复评估工具	否	无	无
		13	肌肉，骨骼，肢体形态等方面康复评估工具	否	无	无
20	分指板	1	分指板	否	无	无
21	磨砂台	1	磨砂台	否	无	无
22	腕部功能训练器	1	腕部功能训练器	否	无	无
23	手指功能组合训练箱	1	手指功能组合训练箱	否	无	无

24	手指插球器	1	手指插球器	否	无	无
25	上肢协调训练器(手腕)	1	上肢协调训练器(手腕)	否	无	无
26	串彩链	1	串彩链	否	无	无
27	穿衣板	1	穿衣板	否	无	无
28	握握球	1	握握球	否	无	无
29	木钉跳棋(木插板)	1	木钉跳棋(木插板)	否	无	无
30	几何体阶梯	1	几何体阶梯	否	无	无
31	数字套圈	1	数字套圈	否	无	无
32	引导式教育组合六件套	1	引导式教育组合六件套	否	无	无
33	巴氏球	1	巴氏球	否	无	无
34	感觉统合训练室(70m²)+多感官训练室	1	攀爬组合套件(三件套)	否	无	无
		2	海绵保护垫	否	无	无
		3	秋千架(或置顶)	否	无	无
		4	飞碟秋千(前庭平衡觉转动训练器)	否	无	无
		5	方形木马	否	无	无
		6	长方形平板秋千连软垫围栏	否	无	无
		7	滑坡(带软包)	否	无	无
		8	滑行车(大)	否	无	无
		9	大滑板	否	无	无
		10	滚筒	否	无	无
		11	摇摇船	否	无	无
		12	字母配对声音游戏	否	无	无

			箱			
		13	4色灯光 音乐双水 柱	否	无	无
		14	生态模拟 手眼协调 训练系统	否	无	无
		15	感知运动 训练系统	否	无	无
		16	引导式协 同训练仪	否	无	无
		17	手掌感知 声光游戏 箱	否	无	无
		18	AI脑智训 练系统	否	无	无
		24	后台管理	否	无	无
		25	前庭平衡 及视觉互 动训练系 统	否	无	无
		26	智训功能 墙垫训练 系统	否	无	无
		27	智训功能 墙垫训练 系统	否	无	无
		30	智训功能 墙垫训练 系统	否	无	无
		31	智训功能 墙垫训练 系统	否	无	无
		33	智训功能 墙垫训练 系统	否	无	无
		34	智训功能 墙垫训练 系统	否	无	无
		35	蹦跳床	否	无	无
		36	S形平衡 木-软包 款	否	无	无
		37	大陀螺- 滚塑	否	无	无
		38	半球形平 衡气垫 (大)	否	无	无
		39	大龙球 (85cm)	否	无	无
		40	颗粒按摩 球(85cm)	否	无	无

		41	羊角球 (65cm)	否	无	无
		42	数字跳箱	否	无	无
		43	拼接组合 软件	否	无	无
		44	万象组合	否	无	无
		45	海漾步道	否	无	无
		46	触觉河石	否	无	无
		47	雪糕筒套 装	否	无	无
		48	独脚椅- 吹塑	否	无	无
		49	跨栏组合 套装	否	无	无
		50	三色跳袋 -大号	否	无	无
		51	大象套圈	否	无	无
		52	捕手黏扣 组	否	无	无
		53	平衡脚踏 车	否	无	无
		54	四分之一 圆	否	无	无
		55	趣味轮胎	否	无	无
		58	鞋柜	否	无	无
		59	教具柜 (带背板)	否	无	无
35	听觉统合训 练仪	1	听觉统合 训练仪	否	无	无
		2	听觉统合 训练仪	否	无	无
		3	听觉统合 训练仪	否	无	无
		4	听觉统合 训练仪	否	无	无
		5	听觉统合 训练仪	否	无	无
		6	听觉统合 训练仪	否	无	无
		7	听觉统合 训练仪	否	无	无
		8	听觉统合 训练仪	否	无	无
		9	听觉统合 训练仪	否	无	无
		10	听觉统合 训练仪	否	无	无
		11	听觉统合 训练仪	否	无	无
		12	听觉统合	否	无	无

			训练仪			
		13	听觉统合训练仪	否	无	无
		14	听觉统合训练仪	否	无	无
		15	听觉统合训练仪	否	无	无
		16	听觉统合训练仪	否	无	无
		17	听觉统合训练仪	否	无	无
		18	听觉统合训练仪	否	无	无
		19	听觉统合训练仪	否	无	无
36	经颅电刺激仪	1	经颅电刺激仪	否	无	无
		3	经颅电刺激仪	否	无	无
		4	经颅电刺激仪	否	无	无
		5	经颅电刺激仪	否	无	无
		6	经颅电刺激仪	否	无	无
		7	经颅电刺激仪	否	无	无
		8	经颅电刺激仪	否	无	无
		10	经颅电刺激仪	否	无	无
		11	经颅电刺激仪	否	无	无
		12	经颅电刺激仪	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述	
1	合同	商务	根据财政部《政府采购需求管理办法》财库〔2021〕22号及采购文件、投标文件等相关内容编制采购合同。	
			政府采购合同专用条款	
			甲方名称、地址	名称：宁远县人民医院；（具体以实施为准） 地址：宁远县

			<table><tr><td>项目现场</td><td>采购人指定地点</td></tr><tr><td>履行合同的时间、地点及方式</td><td>交货时间：见采购需求。 交货地点：采购人指定地点 交货方式：成交单位将货物运到采购人指定地点、完成供货并通过采购人验收合格。</td></tr><tr><td>质量保证期</td><td>质保期从验收之日起计算三年。</td></tr><tr><td>交货时间</td><td>签定采购合同后30个工作日内完成交付并验收；</td></tr><tr><td>合同价款支付方式和条件</td><td>付款方式：详见需求描述。</td></tr><tr><td>伴随服务</td><td>详见采购需求。</td></tr><tr><td>解决争议的方式</td><td>诉讼</td></tr><tr><td>合同未尽事项</td><td>双方友好协商</td></tr></table>	项目现场	采购人指定地点	履行合同的时间、地点及方式	交货时间：见采购需求。 交货地点：采购人指定地点 交货方式：成交单位将货物运到采购人指定地点、完成供货并通过采购人验收合格。	质量保证期	质保期从验收之日起计算三年。	交货时间	签定采购合同后30个工作日内完成交付并验收；	合同价款支付方式和条件	付款方式：详见需求描述。	伴随服务	详见采购需求。	解决争议的方式	诉讼	合同未尽事项	双方友好协商
项目现场	采购人指定地点																		
履行合同的时间、地点及方式	交货时间：见采购需求。 交货地点：采购人指定地点 交货方式：成交单位将货物运到采购人指定地点、完成供货并通过采购人验收合格。																		
质量保证期	质保期从验收之日起计算三年。																		
交货时间	签定采购合同后30个工作日内完成交付并验收；																		
合同价款支付方式和条件	付款方式：详见需求描述。																		
伴随服务	详见采购需求。																		
解决争议的方式	诉讼																		
合同未尽事项	双方友好协商																		
2	培训方案	技术	供应商针对本项目实际需求提供培训方案： 1、培训师资配置 2、培训时长、频次规划 3、培训日期、参训人数安排 4、全套培训课程内容完整性 5、方案实操教学安排规划 6、培训预期成效标准 7、方案项目专属针对性 8、培训方案落地可行性																
3	售后服务方案	技术	供应商针对本项目实际需求提供售后服务方案：																

			1、售后人员配置及架构计划： 2、售后服务体系： 3、应急响应方案及承诺： 4、维保服务方案： 5、服务措施应急预案方案及承诺： 6、零配件储备方案； 7、安装验收计划方案。
4	商务需求	财务	1、付款方式：本项目采购货物全部交付完毕并经采购人组织验收合格后90个自然日内，采购人支付至合同总金额的100%； 通用约定：本项目所有款项付款期限均自对应付款条件成就之日起算，付款账户以政府采购合同约定为准，采购人不向供应商以外的第三方办理付款手续。 2、交货期限：签定采购合同后30个工作日内完成交付并验收； 3、质保期限：质保期从验收之日起计算三年。 4、交货要求 4.1. 供应商须按采购合同约定的货物规格、型号、数量、技术参数及国家相关标准，按时将货物送达采购人指定地点（具体地点以采购合同约定为准），送达时须附带货物出厂检验报告、合格证、说明书、保修卡等完整配套资料，缺一不可。 4.2. 货物运输、装卸费用由供应商全额承担，供应商须采取妥善的包装、运输方式，确保货物在运输、装卸过程中无损坏、无丢失、无变质，若货物在运输途中出现损坏、丢失等情况，由供应商负责在约定交货期限内更换、补齐，且不额外增加采购人任何费用，逾期未补齐的，按逾期交货处理。 4.3. 供应商送达货物后，须及时通知采购人组织验收，配合采购人完成货物清点、检验等验收工作，验收过程中产生的相关费用由供应商承担。 5、验收标准及流程 5.1. 验收标准：本项目货物验收严格按照政府采购合同约定、采购文件要求、供应商投标文件承诺及国家、行业相关现行标准执行，确保货物质量合格、符合使用需求。 5.2. 验收流程：货物送达后3个工作日内，采购人组织验收小组开展验收工作，验收小组对货物的规格、型号、数量、质量、配套资料等进行全面核查，验收合格的，双方签署《验收合格单》，《验收合格单》作为尾款支付的核心依据；验收不合格的，采购人须书面通知供应商，明确不合格事项及整改要求，供应商须在采购人指定期限内完成整改，整改后仍不合格的，采购人有权解除合同，供应商须退还已收取的全部款项，并承担由此给采购人造成的全部损失。 6、质保期服务约定 6.1. 质保期内，供应商须提供免费上门维修、更换服务，接到采购人维修通知后（工作日内2小时内响应，24小时内到达现场处理，紧急情况（如影响正常办公、生产的故障）须在12小时内到达现场处理），确保故障及时解决，恢复货物

		正常使用。 6.2. 质保期内，货物出现质量问题，供应商须免费更换损坏的零部件（零部件须为原厂正品，与原货物规格、质量一致），更换的零部件质保期自更换之日起重新计算三年，不得缩短质保期限。 6.3. 质保期内，供应商须每半年开展一次上门巡检服务，对货物进行全面排查、维护，及时发现并处理潜在故障，形成巡检报告，提交采购人存档。 6.4. 质保期届满前15个工作日内，采购人组织对货物进行质保期届满验收，验收合格的，双方签署《质保期届满验收单》；验收不合格的，供应商须在指定期限内完成整改，整改费用由供应商承担，直至验收合格。 7、违约责任 7.1. 供应商逾期交货的，每逾期一日，按合同总金额的0.5%向采购人支付违约金，逾期超过15日的，采购人有权解除合同，供应商须退还已收取的预付款，并承担合同总金额20%的违约金及由此给采购人造成的全部损失。 7.2. 供应商交付的货物质量不合格、规格不符或配套资料不完整，经整改后仍不合格的，采购人有权解除合同，供应商须退还已收取的全部款项，承担合同总金额20%的违约金，并赔偿采购人的全部损失；若整改后合格，但逾期完成整改的，按逾期交货承担违约责任。 7.3. 供应商未按约定提供质保期服务，或维修、更换不及时，影响采购人正常使用的，每逾期一日，按合同总金额的0.3%向采购人支付违约金，若造成严重损失的，供应商须额外承担相应的赔偿责任。 7.4. 采购人未按约定支付款项的（因供应商未提供合法有效发票或自身原因导致顺延付款的除外），每逾期一日，按应付未付款金额的0.5%向供应商支付违约金，但违约金总额不超过应付未付款金额的5%。 8、合同变更与解除 8.1. 本项目采购合同签订后，双方不得擅自变更、解除合同，确因特殊情况（如政策调整、项目需求变更等）需要变更或解除的，须经双方协商一致，签订书面补充协议或解除协议，补充协议与原合同具有同等法律效力。 8.2. 因不可抗力（如地震、洪水、台风等自然灾害及政府政策调整等不可预见、不可避免、不可克服的情形）导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任，不可抗力发生后，受影响一方须及时通知对方，并在不可抗力发生后15日内提供相关证明文件，双方协商后续处理事宜（如延期履行、部分履行或解除合同）。 9、售后服务及培训 9.1. 质保期届满后，供应商须继续提供售后服务，提供上门维修、零部件更换等服务，收费标准须低于市场同期同类服务、零部件价格，且须提前书面告知采购人，不得擅自提高收费标准。 9.2. 货物交付验收合格后，供应商须在10个工作日内，为采购人相关操作人员提供免费技术培训，培训内容包括货物的操作方法、日常维护、常见故障处理等，确保操作人员能够熟练掌握相关技能。 10、其他约定
--	--	--

			10.1. 供应商须承诺所提供的货物为全新、未使用过的原厂正品，无假冒伪劣、以次充好等情况，若经查实货物为假冒伪劣产品，供应商须退还已收取的全部款项，承担合同总金额30%的违约金，并承担相应的法律责任。 10.2. 供应商须严格遵守国家相关法律法规及政府采购相关规定，诚信履约，不得有串通投标、弄虚作假等违法违规行为，否则取消其履约资格，没收履约保证金（若有），并承担由此给采购人造成的全部损失。 10.3. 本项目相关的合同、补充协议、验收单、巡检报告等资料，双方各留存一份，具有同等法律效力。 10.4. 双方在履约过程中发生的争议，须首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向采购人所在地人民法院提起诉讼。 10.5. 本补充商务条款与原有条款不一致的，以本补充条款为准；本补充条款未涉及的，按原有条款及政府采购相关规定执行。 10.6 成交通知书发出之日起 10 个工作日内，政府采购合同签订前，成交供应商须将本项目完整、真实、有效的厂家授权书原件提交采购单位留存备案。若成交供应商逾期未提交合规授权原件，或提交的授权文件存在伪造、变造、虚假、授权链条断裂、超出授权范围等不实情形，一经采购单位核查属实，采购单位有权立即取消其成交资格，不予签订采购合同，并将该供应商弄虚作假行为同步报送同级财政政府采购监管部门记入不良行为档案；由此给采购单位造成采购延误、二次采购、成本增加等全部经济损失及法律责任，均由该成交供应商全额承担，采购单位保留通过法律途径追偿全部损失的权利。
--	--	--	---

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无
2	商务需求	财务	否	无	无

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	30	否	无	【报价】的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分（超出预算视为无效投标，评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。）

2	客观分	技术分	3	是	图片	【便携式肌电生物刺激反馈仪（货物序号：16）-便携式肌电生物刺激反馈仪（参数序号：1）】的评分规则：提供相关证明材料 【便携式肌电生物刺激反馈仪（货物序号：16）-便携式肌电生物刺激反馈仪（参数序号：1）】的上传证明材料要求：按需求提供；
3	客观分	技术分	3	是	图片	【便携式肌电生物刺激反馈仪（货物序号：16）-便携式肌电生物刺激反馈仪（参数序号：7）】的评分规则：提供相关证明材料 【便携式肌电生物刺激反馈仪（货物序号：16）-便携式肌电生物刺激反馈仪（参数序号：7）】的上传证明材料要求：按需求提供；
4	客观分	技术分	3	是	图片	【感觉统合训练室（70m²）+多感官训练室（货物序号：34）-AI脑智训练系统（参数序号：20）】的评分规则：供应商需提供第三方机构出具的检测报告扫描件 【感觉统合训练室（70m²）+多感官训练室（货物序号：34）-AI脑智训练系统（参数序号：20）】的上传证明材料要求：按需求提供
5	客观分	技术分	3	是	图片	【感觉统合训练室（70m²）+多感官训练室（货物序号：34）-AI脑智训练系统（参数序号：21）】的评分规则：供应商需提供第三方机构出具的检测报告扫描件 【感觉统合训练室（70m²）+多感官训练室（货物序号：34）-AI脑智训练系统（参数序号：21）】的上传证明材料要求：按需求提供。
6	客观分	技术分	3	是	图片	【感觉统合训练室（70m²）+多感官训练室（货物序号：34）-AI脑智训练系统（参数序号：22）】的评分规则：供应商需提供第三方机构出具的检测报告扫描件。 【感觉统合训练室（70m²）+多感官训练室（货物序号：34）-AI脑智训练系统（参数序号：22）】的上传证明材料要求：按需求提供；
7	客观分	技术分	3	是	图片	【感觉统合训练室（70m²）+多感官训练室（货物序号：34）-智训功能墙垫训练系统（参数序号：28）】的评分规则：供应商需提供第三方机构出具的检测报告扫描件 【感觉统合训练室（70m²）+多感官训练室（货物序号：34）-智训功能墙垫训练系统（参数序号：28）】的上传证明材料要求：按需求提供；
8	客观分	技术分	3	是	图片	【感觉统合训练室（70m²）+多感官训练室（货物序号：34）-40mm厚纯色墙垫（参数序号：56）】的评分规则：提供第三方检测机构出具的针对原材料PVC关于阻燃、甲醛释放量合格、抗菌、防霉的检测报告 【感觉统合训练室（70m²）+多感官训练室（货物序号：34）-40mm厚纯色墙垫（参数序号：56）】的上传证明材料要求：按需要提供；
9	客观分	技术分	3	是	图片	【感觉统合训练室（70m²）+多感官训练室（货物序号：34）-50mm厚纯色地垫（参数序号：57）】的评分规则：提供第三方检测机构出具的针对原材料PVC关于阻燃、甲醛释放量合格、抗菌、防霉的检测报告 【感觉统合训练室（70m²）+多感官训练室（货物序号：34）-50mm厚纯色地垫（参数序号：57）】的上传证明材料要求：按需求提供；
10	客观分	技术分	3	是	图片	【经颅电刺激仪（货物序号：36）-经颅电刺激仪（参数序号：2）】的评分规则：提供相关证明材料

						【经颅电刺激仪（货物序号：36）-经颅电刺激仪（参数序号：2）】的上传证明材料要求：按需求提供
11	客观分	技术分	3	是	图片	【经颅电刺激仪（货物序号：36）-经颅电刺激仪（参数序号：9）】的评分规则：提供相关证明材料。 【经颅电刺激仪（货物序号：36）-经颅电刺激仪（参数序号：9）】的上传证明材料要求：按需求提供；
12	主观分	技术分	16	否	无	【培训方案】的评分规则：上述方案齐全且科学可行，思路清晰，目标明确，措施到位，针对性强，方案内容满足或优于采购需求的，得16分。 每有一项内容存在 缺陷（缺陷指内容阐述不清晰、存在偏差或过于简单）每项扣1 分。每有一项内容不符合采购需求（是指出现下列任意一种情形：非专门针对本项目或不适用本项目实际情况；内容不完整或缺少关键节点；套用其他项目方案；内容前后矛盾；涉及的规范及标准错误；不利于项目建设或不可能实现；与项目无关或脱离项目实际情况；项目名称、实施地点、涉及的规范、技术服务标准等与本项目不一致或不适用项目实际情况、逻辑漏洞、原理错误或与专业知识不符等情形。）每项扣1.5分，扣完为止。 未提供方案的，计 0 分。
13	主观分	技术分	14	否	无	【售后服务方案】的评分规则：上述方案齐全且科学可行，思路清晰，目标明确，措施到位，针对性强，方案内容满足或优于采购需求的，得14分。 每有一项内容存在缺陷（缺陷指内容阐述不清晰、存在偏差或过于简单）每项扣1分。每有一项内容不符合采购需求（是指出现下列任意一种情形：非专门针对本项目或不适用本项目实际情况；内容不完整或缺少关键节点；套用其他项目方案；内容前后矛盾；涉及的规范及标准错误；不利于项目建设或不可能实现；与项目无关或脱离项目实际情况；项目名称、实施地点、涉及的规范、技术服务标准等与本项目不一致或不适用项目实际情况、逻辑漏洞、原理错误或与专业知识不符等情形。）每项扣1.5分，扣完为止。 未提供方案的，计 0 分。
14	/	偏离分	10	详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则	详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则	【未进行评分设置的货物一般技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物一般技术参数每偏离一项扣1分，最多扣10分

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例 (或分数)	备注
小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（货物）》	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。

本包偏离无效投标设置

除已设置评分项和实质性需求外，本包【货物技术参数】和【其他评审设置】中的偏离检查项最多偏离10项，超过将导致无效投标