

永州市政府采购文件

采购项目名称：江永县人民医院医疗设备采购项目（第三次）
采购人：江永县人民医院
采购方式：竞争性磋商
采购代理机构：天鉴国际工程管理有限公司
委托代理编号：TJYZ-25-1021
代理费收取方式：采购人支付代理费（按成交金额百分比收取）
代理费支付标准：项目成交金额的1.2%
专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付
采购计划编号：江永财采计[2025]00046号
采购项目预算：1,616,378.56元
是否进行资格预审：否
需求编制时间：2026年03月26日

采购人签章：
江永县人民医院

需求编制人签章：
周游

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目不专门面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	1,616,378.56	综合评分法

磋商文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告

获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：1,616,378.56元

包概述：江永县人民医院医疗设备采购项目				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：60个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：20分钟		
本包所属行业：其他未列明行业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：是	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第十九条规定：磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。本次评标将有供应商磋商环节，请各供应商一直在开标室中保持在线状态，进入供应商磋商环节后磋商小组将分别与各供应商进行磋商对话；因供应商原因导致未能进行磋商的，由供应商自行承担责任。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>		<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述：</p> <p>（1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；</p> <p>（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；</p> <p>（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；</p> <p>（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p>		
本包特定资格要求		本包特定资格证明材料上传要求		
所投货物纳入医疗器械管理的，应具有《医疗器械		提供《医疗器械产品注册证》（或备案凭证）、《注册登记表》（或		

产品注册证》（或备案凭证）、《注册登记表》 （或备案凭证）	备案凭证）扫描件
投标供应商应具备有效的《医疗器械生产企业许可证》（或备案凭证）或《医疗器械经营企业许可证》（或备案凭证）	提供《医疗器械生产企业许可证》（或备案凭证）或《医疗器械经营企业许可证》（或备案凭证）扫描件

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		是	否	否	台	930,000	1	930,000
		本货物共设置了35条参数。 其中：实质性参数：1条；重要参数：3条；一般参数：31条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	钬激光碎石机	工作激光输出波长值：2.1 μm±0.1 μm			
		2	一般参数	钬激光碎石机	激光器工作方式：多模			
		3	一般参数	钬激光碎石机	激光终端最大脉冲能量≥5J±10%			
		4	一般参数	钬激光碎石机	激光终端脉冲设置范围 0.5J-5.0J			
		5	一般参数	钬激光碎石机	能量步长：0.1J			
		6	▲	钬激光碎石机	脉冲频率：≥60Hz			
		7	一般参数	钬激光碎石机	频率步长：1Hz			
		8	★	钬激光碎石机	激光终端输出最大平均功率：≥90W			
		9	一般参数	钬激光碎石机	激光终端输出功率不稳定性<±10%			
		10	一般参数	钬激光碎石机	激光终端输出功率复现<±10%			
		11	一般参数	钬激光碎石机	激光终端平均功率设置范围：2.5W-90W			
		12	一般参数	钬激光碎石机	脉冲宽度>100 μs			
		13	一般参数	钬激光碎石机	瞄准光输出波长：532nm±10nm（绿光）			
		14	一般参数	钬激光碎石机	亮度可 5 档可调			
1	钬激光碎石机（A02329900-其他医疗设备）							

		15	一般参数	钬激光碎石机	具备能量反馈闭环控制模式，可实时监控调节激光能量			
		16	一般参数	钬激光碎石机	可设置两组不同的参数通过脚踏控制输出两组不同的能量			
		17	一般参数	钬激光碎石机	具备彩色液晶触摸显示屏			
		18	一般参数	钬激光碎石机	设备具备专家库功能			
		19	一般参数	钬激光碎石机	设备具有软件控制系统			
		20	一般参数	钬激光碎石机	高效循环水冷系统，连续工作不停机			
		21	▲	钬激光碎石机	设备运行时噪音≤60 分贝			
		22	一般参数	钬激光碎石机	具备防震平台高效率密封聚光腔			
		23	一般参数	钬激光碎石机	激光器电源：具备功率因数校正的防冲击电网的供电电源系统			
		24	一般参数	钬激光碎石机	设备具备应急开关，在设备出现故障时紧急关闭机器			
		25	一般参数	钬激光碎石机	光纤接口： 国际标准 SMA905 接头			
		26	一般参数	钬激光碎石机	可匹配≥4 种光纤			
		27	▲	钬激光碎石机	可匹配 200 μm 光纤开展手术，200 μm 光纤激光最大输出功率≥60 W			
		28	一般参数	钬激光碎石机	光纤传导系统安全性：无皮内反应、无迟发型超敏反应			
		29	一般参数	钬激光碎石机	光纤细胞毒性 0 级			
		30	一般参数	钬激光碎石机	具备光纤耦合安全连锁装置			
		31	一般参数	钬激光碎石机	灭菌后的传输效率≥90%			
		32	一般参数	钬激光碎石机	光纤传输不稳定性≤±10%			
		33	一般参数	钬激光碎石机	光纤传输效率复现性≤±10%			
		34	一般参数	钬激光碎石机	激光终端最大脉冲功率≥14KW			
		35	一般参数	钬激光碎石机	质保期：3年，签订合同前需提供售后服务承诺书。质保期内设备故障，现场不能修复的，无偿提供备用机以保证用户的正常使用。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
2	内热针治疗仪(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	93,900	1	93,900
		本货物共设置了18条参数。 其中：重要参数：2条；一般参数：16条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	一般参数	内热针治疗仪	配备治疗车,具备连接线摆放功能,消毒包存放功能,麻醉枪、内热针、碘伏棉签储备功能,方便临床操作			
		2	一般参数	内热针治疗仪	安全断电保护:单通道直流输出控制内热针治疗温度,整机采用四个保险加每一路独立模块输出电压保护,临床更安全、更有效			
		3	一般参数	内热针治疗仪	工作状态指示灯:工作状态采用灯光指示、40通道可自动检测和识别内热针的工作是否正常			
		4	一般参数	内热针治疗仪	温度准确度:与内热针相连时,精度 $\leq\pm 2^{\circ}\text{C}$,治疗温度更精确			
		5	一般参数	内热针治疗仪	显示屏:温度、时间采用双屏显示器,分路控制,双温度调节开关			
		6	一般参数	内热针治疗仪	输入功率:整机 $\leq 150\text{VA}$,单通道 $\leq 1.5\text{W}$			
		7	▲	内热针治疗仪	工作时间设定:00.00min~99.00min			
		8	▲	内热针治疗仪	加热温度设置范围:38 $^{\circ}\text{C}$ ~60 $^{\circ}\text{C}$			
		9	一般参数	内热针治疗仪	输入电压:AC220V 50Hz & AC110V 60Hz			
		10	一般参数	内热针治疗仪	电气安全要求:应符合GB9706.1-2007的要求			
		11	一般参数	内热针治疗仪	电磁兼容要求:产品按GB4824分类属1组A类,应符合YY0505-2012的要求			
		12	一般参数	内热针治疗仪	按键设置模式操作便捷			
		13	一般参数	内热针治疗仪	整机输出采用国际航空插座,一束5线,8组40路输出			
		14	一般参数	内热针治疗仪	具有冬季温度补偿功能			
		15	一般参数	内热针治疗仪	开机、设置输入、工作结束具备有声提示			
		16	一般参数	内热针治疗仪	一键启动操作有效控制内热针的治疗温度,自动检测并屏显当前治疗温度			
		17	一般参数	内热针治疗仪	温度时间分床控制			
		18	一般参数	内热针治疗仪	质保期:3年,签订合同前需提供售后服务承诺书			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	根	110,000	2	220,000
3	输尿管硬镜(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了10条参数。 其中:重要参数:1条;一般参数:9条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	输尿管硬镜	镜体采用不锈钢			
		2	一般参数	输尿管硬镜	采用进口传像束,可承受适度变曲			
		3	一般参数	输尿管硬镜	具有消除视场中的网纹现象的功能			

		4	一般参数	输尿管硬镜	蓝宝石镜头，永不磨损																																																							
		5	一般参数	输尿管硬镜	圆滑的插入部，渐细的镜管，避免划伤																																																							
		6	▲	输尿管硬镜	视向角为15°，便于在视场中观察手术器械位置																																																							
		7	一般参数	输尿管硬镜	采用镜体与水阀、器械阀分离结构，便于消毒和操作																																																							
		8	一般参数	输尿管硬镜	手术器械全部采用优质不锈钢材料																																																							
		9	一般参数	输尿管硬镜	双水阀结构使灌洗液流通顺畅																																																							
		10	一般参数	输尿管硬镜	质保期：3年，签订合同前需提供售后服务承诺书																																																							
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																																				
4	宫腔镜(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	套	119,800	1	119,800																																																				
<p>本货物共设置了12条参数。</p> <p>其中：重要参数：3条；一般参数：9条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>宫腔镜</td> <td>用于宫腔疾病的治疗，包括子宫肌瘤、息肉、粘连、畸形以及异物残留等</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>宫腔镜</td> <td>具有5Fr/7Fr的手术器械通道，在可视情况下手术操作</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>宫腔镜</td> <td>可配备多种器械，包括剪刀、活检钳、异物钳等</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>宫腔镜</td> <td>镜鞘一体，含无创末端，与内窥镜联体设计，镜体更细，进出水更通畅</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>▲</td> <td>宫腔镜</td> <td>器械插入口为喇叭形</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>一般参数</td> <td>宫腔镜</td> <td>密封帽内置，双层医用硅胶致密密封防漏水设计，自动闭合操作通道，可顺利通过输卵管疏通导丝等术中耗材，且与手术器械紧密包裹，杜绝气泡进入宫腔</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>▲</td> <td>宫腔镜</td> <td>进出水口可根据手术需求360°旋转，防止水路管缠绕，方便医生操作，避免宫颈口损伤</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>▲</td> <td>宫腔镜</td> <td>超广角镜头，视场角90°；景深3mm-100mm；视向角30°</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>一般参数</td> <td>宫腔镜</td> <td>镜面具有防反光设置。镜鞘内有安全保障的绝缘层</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>一般参数</td> <td>宫腔镜</td> <td>插入部工作长度200mm，插入部最大宽度4.9mm/5.4mm，免扩宫</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>一般参数</td> <td>宫腔镜</td> <td>进出水通量为国标2倍以上，5Fr款在100mmHg压力下，水流量为290mmL/分钟，在120mmHg压力下，水流量为325mmL/分钟；7Fr款在100mmHg压力下，水流量为388mmL/分钟，在120mmHg压力下，水流量为440mmL/分钟</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>一般参数</td> <td>宫腔镜</td> <td>标准配置要求：1、宫腔镜（一体镜）30°：1支 2、剪刀：1把 3、活检钳：1把 4、异物钳：1把 5、消毒盒：1个</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	宫腔镜	用于宫腔疾病的治疗，包括子宫肌瘤、息肉、粘连、畸形以及异物残留等	2	一般参数	宫腔镜	具有5Fr/7Fr的手术器械通道，在可视情况下手术操作	3	一般参数	宫腔镜	可配备多种器械，包括剪刀、活检钳、异物钳等	4	一般参数	宫腔镜	镜鞘一体，含无创末端，与内窥镜联体设计，镜体更细，进出水更通畅	5	▲	宫腔镜	器械插入口为喇叭形	6	一般参数	宫腔镜	密封帽内置，双层医用硅胶致密密封防漏水设计，自动闭合操作通道，可顺利通过输卵管疏通导丝等术中耗材，且与手术器械紧密包裹，杜绝气泡进入宫腔	7	▲	宫腔镜	进出水口可根据手术需求360°旋转，防止水路管缠绕，方便医生操作，避免宫颈口损伤	8	▲	宫腔镜	超广角镜头，视场角90°；景深3mm-100mm；视向角30°	9	一般参数	宫腔镜	镜面具有防反光设置。镜鞘内有安全保障的绝缘层	10	一般参数	宫腔镜	插入部工作长度200mm，插入部最大宽度4.9mm/5.4mm，免扩宫	11	一般参数	宫腔镜	进出水通量为国标2倍以上，5Fr款在100mmHg压力下，水流量为290mmL/分钟，在120mmHg压力下，水流量为325mmL/分钟；7Fr款在100mmHg压力下，水流量为388mmL/分钟，在120mmHg压力下，水流量为440mmL/分钟	12	一般参数	宫腔镜	标准配置要求：1、宫腔镜（一体镜）30°：1支 2、剪刀：1把 3、活检钳：1把 4、异物钳：1把 5、消毒盒：1个
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																																									
1	一般参数	宫腔镜	用于宫腔疾病的治疗，包括子宫肌瘤、息肉、粘连、畸形以及异物残留等																																																									
2	一般参数	宫腔镜	具有5Fr/7Fr的手术器械通道，在可视情况下手术操作																																																									
3	一般参数	宫腔镜	可配备多种器械，包括剪刀、活检钳、异物钳等																																																									
4	一般参数	宫腔镜	镜鞘一体，含无创末端，与内窥镜联体设计，镜体更细，进出水更通畅																																																									
5	▲	宫腔镜	器械插入口为喇叭形																																																									
6	一般参数	宫腔镜	密封帽内置，双层医用硅胶致密密封防漏水设计，自动闭合操作通道，可顺利通过输卵管疏通导丝等术中耗材，且与手术器械紧密包裹，杜绝气泡进入宫腔																																																									
7	▲	宫腔镜	进出水口可根据手术需求360°旋转，防止水路管缠绕，方便医生操作，避免宫颈口损伤																																																									
8	▲	宫腔镜	超广角镜头，视场角90°；景深3mm-100mm；视向角30°																																																									
9	一般参数	宫腔镜	镜面具有防反光设置。镜鞘内有安全保障的绝缘层																																																									
10	一般参数	宫腔镜	插入部工作长度200mm，插入部最大宽度4.9mm/5.4mm，免扩宫																																																									
11	一般参数	宫腔镜	进出水通量为国标2倍以上，5Fr款在100mmHg压力下，水流量为290mmL/分钟，在120mmHg压力下，水流量为325mmL/分钟；7Fr款在100mmHg压力下，水流量为388mmL/分钟，在120mmHg压力下，水流量为440mmL/分钟																																																									
12	一般参数	宫腔镜	标准配置要求：1、宫腔镜（一体镜）30°：1支 2、剪刀：1把 3、活检钳：1把 4、异物钳：1把 5、消毒盒：1个																																																									
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																																				
5	智控冲水泵(A02329900-	否	否	否	台	45,600	1	45,600																																																				
<p>本货物共设置了9条参数。</p>																																																												

其他医疗设备)	其中：重要参数：1条；一般参数：8条。							
	参数序号	参数类型	参数名	参数值				
	1	一般参数	智控冲水泵	安全分类 I类BF型				
	2	一般参数	智控冲水泵	电源~220V 50Hz				
	3	一般参数	智控冲水泵	额定功率≤150VA				
	4	一般参数	智控冲水泵	微电脑数码管显示				
	5	▲	智控冲水泵	压力可以根据需要调节设定，压力设定范围50~ 400mmHg				
	6	一般参数	智控冲水泵	流量可以根据需要调节设定，流量设定范围0.1~1.0L/min				
	7	一般参数	智控冲水泵	可显示功能数据（设定流星、设定压力、实际压力等）				
	8	一般参数	智控冲水泵	管路可高温高压和低温等离子消毒				
9	一般参数	智控冲水泵	配件可与其他品牌通配					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
6	无线心电图机（A02329900-其他医疗设备）	否	否	否	台	34,500	1	34,500
本货物共设置了6条参数。 其中：一般参数：6条。								
参数序号	参数类型	参数名	参数值					
1	一般参数	无线心电图机	12导联同步采集、同步打印					
2	一般参数	无线心电图机	9英寸彩色液晶，触摸屏操作、手写输入					
3	一般参数	无线心电图机	新一代采集系统，两秒稳定波形，节约检查时间					
4	一般参数	无线心电图机	频率响应0.05-250Hz，高记录精度					
5	一般参数	无线心电图机	支持心向量分析，起搏分析					
6	一般参数	无线心电图机	支持XML等多种数据格式，方便网络联接					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
7	空气压力波治疗仪（A02329900-其他医疗设备）	否	否	否	台	31,000	1	31,000
本货物共设置了20条参数。 其中：一般参数：20条。								
参数	参数	参数名	参数值					

		序号	类型					
		1	一般参数	空气压力波治疗仪	治疗时间：1min--99min，可调节			
		2	一般参数	空气压力波治疗仪	压力范围：40--200mmHg，可调节			
		3	一般参数	空气压力波治疗仪	压力保持时间：1s--6s，可调节			
		4	一般参数	空气压力波治疗仪	循环间隔时间：1s--20s，可调节			
		5	一般参数	空气压力波治疗仪	电源电压：AC220v/50Hz，功率：≥75VA			
		6	一般参数	空气压力波治疗仪	显示方式：≥7寸彩色全触摸屏显示、具备中/英文菜单操作			
		7	一般参数	空气压力波治疗仪	治疗模式：至少包含预防深静脉血栓模式/水肿模式/动脉模式，≥3种标准治疗模式，可任意组合≥4种治疗模式			
		8	一般参数	空气压力波治疗仪	连接套筒：可同时连接≥2个6腔套筒，同时治疗≥2个肢体			
		9	一般参数	空气压力波治疗仪	梯度压力功能：防止静脉逆流，有效增加静脉血回流			
		10	一般参数	空气压力波治疗仪	零跳过功能：各腔压力均可调为“零”，能跳过伤口或脆弱部位			
		11	一般参数	空气压力波治疗仪	充气气泵：噪音低，振动小，充气速度快			
		12	一般参数	空气压力波治疗仪	具有单腔工作模式：各腔压力可单独调节			
		13	一般参数	空气压力波治疗仪	报警功能：实时压力监测，漏气自动报警			
		14	一般参数	空气压力波治疗仪	搭配医用小推车，静音脚轮			
		15	一般参数	空气压力波治疗仪	具有手足泵专用治疗模式，单独用于手部、足部使用			
		16	一般参数	空气压力波治疗仪	记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考，一键启动			
		17	一般参数	空气压力波治疗仪	实时显示：治疗状态、治疗部位，组合模式，剩余时间，每腔的真实压力，充气速度等参数			
		18	一般参数	空气压力波治疗仪	连续加压：有效促进肢体血液的静脉排空，确保血液流速稳定在较高的水平，传感器实时测定套筒真实压力，防电磁波干扰			
		19	一般参数	空气压力波治疗仪	套筒内胆：为医用级TPU材料，抗压气囊，不易破损，均为圆周压力设计，带内衬布可拆洗			
		20	一般参数	空气压力波治疗仪	主机尺寸：长300mm宽300mm高160mm（±5mm）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
8	心电监护仪(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	19,000	7	133,000
		本货物共设置了17条参数。 其中：一般参数：17条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	一般参数	心电监护仪	便携一体式监护仪，整机无风扇设计，降低环境噪音干扰			
		2	一般参数	心电监护仪	主机集成附件收纳槽，方便附件进行收纳设置			
		3	一般参数	心电监护仪	≥10英寸彩色LED背光液晶屏，屏幕分辨率800*600			
		4	一般参数	心电监护仪	标配锂电池工作时间≥4小时，可选大容量锂电池工作时间≥8小时			
		5	一般参数	心电监护仪	安全规格：ECG、RISP、TEMP、SpO2、NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型			
		6	一般参数	心电监护仪	主机使用寿命≥10年			
		7	一般参数	心电监护仪	整机防水等级IPX1，SpO2模块 IPX2			
		8	一般参数	心电监护仪	标配心电、血氧、脉搏、无创血压、呼吸、体温等套数			
		9	一般参数	心电监护仪	标配 3/5导心电			
		10	一般参数	心电监护仪	具有智能导联脱落功能，具有名导同步分析功能			
		11	一般参数	心电监护仪	具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±850mV			
		12	一般参数	心电监护仪	共模抑制能力>106db			
		13	一般参数	心电监护仪	具备心拍类型识别功能，可1区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍			
		14	一般参数	心电监护仪	≥27种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏、SVCs/min等			
		15	一般参数	心电监护仪	具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血情况			
		16	一般参数	心电监护仪	具有QT/QTc测量功能			
		17	一般参数	心电监护仪	质保期：3年，签订合同前需提供售后服务承诺书			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	3,200	2	6,400
9	多功能急救床(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了6条参数。 其中：一般参数：6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	多功能急救床	调节范围：背部倾斜角度0°~70°；床体升降高度：500~900mm；承载重量：≥250kg			
		2	一般参数	多功能急救床	床面板采用ABS材料一次注塑成型，床面有透气孔，前后有四个弧形推手洞，方便推动；担架两边安装有ABS注塑成型的活动护栏			
		3	一般参数	多功能急救床	金属表面经过防油防锈、电泳底漆及喷涂电焗烤处理，附着力达到一级，不脱落			
		4	一般参数	多功能急救床	摇杆系统：采用高强度45#钢。极限保护螺杆：安全、耐磨、轻便省力、无噪音，传动力度≥160kg			

		5	一般参数	多功能急救床	脚轮采用中控制车系统树脂轮； ϕ 150mm，高耐磨、无噪音、防酸耐碱、易清洗、防腐蚀，带不锈钢刹车装置，中心加有导向轮稳定性好			
		6	一般参数	多功能急救床	车体为分体结构，上部采用汽簧作支撑力源，操作简易、方便，根据医护人员的需要可作整体升降和背部升降。可配合不同高度的病床使用，中置导向使得单人推行时掌控自如； 标配：配中控静音脚轮4个、输液架1支、PP护栏2片、床垫1张			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	张	2,178.56	1	2,178.56
10	隧道式血压计(A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	隧道式血压计	外型尺寸：长230mm*宽288mm*高217mm； 脉搏数：读数的 \pm 5%以内； 存储容量：可存储2组*90次测量值，两个使用者分开记录。			

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	钬激光碎石机	8	钬激光碎石机	是	图片	提供国家药监局检测报告及产品彩页并加盖投标单位公章

本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	钬激光碎石机	1	钬激光碎石机	否	无	无
		2	钬激光碎石机	否	无	无
		3	钬激光碎石机	否	无	无
		4	钬激光碎石机	否	无	无
		5	钬激光碎石机	否	无	无
		6	钬激光碎石机	是	图片	提供国家药监局检测报告及产品彩页并加盖投标单位公章
		7	钬激光碎石机	否	无	无
		9	钬激光碎石机	否	无	无

10	钬激光碎石机	否	无	无
11	钬激光碎石机	否	无	无
12	钬激光碎石机	否	无	无
13	钬激光碎石机	否	无	无
14	钬激光碎石机	否	无	无
15	钬激光碎石机	否	无	无
16	钬激光碎石机	否	无	无
17	钬激光碎石机	否	无	无
18	钬激光碎石机	否	无	无
19	钬激光碎石机	否	无	无
20	钬激光碎石机	否	无	无
21	钬激光碎石机	是	图片	提供国家药监局检测报告及产品彩页并加盖投标单位公章
22	钬激光碎石机	否	无	无
23	钬激光碎石机	否	无	无
24	钬激光碎石机	否	无	无
25	钬激光碎石机	否	无	无
26	钬激光碎石机	否	无	无
27	钬激光碎石机	是	图片	提供国家药监局检测报告并加盖投标单位公章
28	钬激光碎石机	否	无	无
29	钬激光碎石机	否	无	无
30	钬激光碎石机	否	无	无
31	钬激光碎石机	否	无	无
32	钬激光碎石机	否	无	无
33	钬激光碎石机	否	无	无
34	钬激光碎石机	否	无	无
35	钬激光碎石机	否	无	无

			石机			
2	内热针治疗仪	1	内热针治疗仪	否	无	无
		2	内热针治疗仪	否	无	无
		3	内热针治疗仪	否	无	无
		4	内热针治疗仪	否	无	无
		5	内热针治疗仪	否	无	无
		6	内热针治疗仪	否	无	无
		7	内热针治疗仪	是	图片	提供国家药监局检测报告及产品彩页加盖投标单位公章
		8	内热针治疗仪	是	图片	提供国家药监局检测报告及产品彩页加盖投标单位公章
		9	内热针治疗仪	否	无	无
		10	内热针治疗仪	否	无	无
		11	内热针治疗仪	否	无	无
		12	内热针治疗仪	否	无	无
		13	内热针治疗仪	否	无	无
		14	内热针治疗仪	否	无	无
		15	内热针治疗仪	否	无	无
		16	内热针治疗仪	否	无	无
		17	内热针治疗仪	否	无	无
		18	内热针治疗仪	否	无	无
3	输尿管硬镜	1	输尿管硬镜	否	无	无
		2	输尿管硬镜	否	无	无
		3	输尿管硬镜	否	无	无
		4	输尿管硬镜	否	无	无
		5	输尿管硬镜	否	无	无
		6	输尿管硬镜	是	图片	提供产品彩页并加盖投标单位公章
		7	输尿管硬镜	否	无	无

		8	输尿管硬镜	否	无	无
		9	输尿管硬镜	否	无	无
		10	输尿管硬镜	否	无	无
4	宫腔镜	1	宫腔镜	否	无	无
		2	宫腔镜	否	无	无
		3	宫腔镜	否	无	无
		4	宫腔镜	否	无	无
		5	宫腔镜	是	图片	提供产品彩页并加盖投标单位公章
		6	宫腔镜	否	无	无
		7	宫腔镜	是	图片	提供产品彩页并加盖投标单位公章
		8	宫腔镜	是	图片	提供产品彩页并加盖投标单位公章
		9	宫腔镜	否	无	无
		10	宫腔镜	否	无	无
		11	宫腔镜	否	无	无
		12	宫腔镜	否	无	无
5	智控冲水泵	1	智控冲水泵	否	无	无
		2	智控冲水泵	否	无	无
		3	智控冲水泵	否	无	无
		4	智控冲水泵	否	无	无
		5	智控冲水泵	是	图片	提供产品彩页并加盖投标单位公章
		6	智控冲水泵	否	无	无
		7	智控冲水泵	否	无	无
		8	智控冲水泵	否	无	无
		9	智控冲水泵	否	无	无
6	无线心电图机	1	无线心电图机	是	图片	提供产品彩页并加盖投标单位公章
		2	无线心电图机	否	无	无
		3	无线心电图机	否	无	无
		4	无线心电图机	否	无	无
		5	无线心电图机	否	无	无
		6	无线心电图机	否	无	无
		1	空气压力波治疗仪	否	无	无

7	空气压力波治疗仪	2	空气压力波治疗仪	否	无	无
		3	空气压力波治疗仪	否	无	无
		4	空气压力波治疗仪	否	无	无
		5	空气压力波治疗仪	否	无	无
		6	空气压力波治疗仪	否	无	无
		7	空气压力波治疗仪	否	无	无
		8	空气压力波治疗仪	否	无	无
		9	空气压力波治疗仪	否	无	无
		10	空气压力波治疗仪	是	图片	提供产品彩页并加盖投标单位公章
		11	空气压力波治疗仪	否	无	无
		12	空气压力波治疗仪	否	无	无
		13	空气压力波治疗仪	否	无	无
		14	空气压力波治疗仪	否	无	无
		15	空气压力波治疗仪	否	无	无
		16	空气压力波治疗仪	否	无	无
		17	空气压力波治疗仪	否	无	无
		18	空气压力波治疗仪	否	无	无
		19	空气压力波治疗仪	否	无	无
		20	空气压力波治疗仪	否	无	无
		8	心电监护仪	1	心电监护仪	是
2	心电监护仪			否	无	无
3	心电监护仪			否	无	无
4	心电监护仪			否	无	无
5	心电监护仪			否	无	无
6	心电监护仪			否	无	无
7	心电监护仪			否	无	无

			仪			
		8	心电监护仪	否	无	无
		9	心电监护仪	否	无	无
		10	心电监护仪	否	无	无
		11	心电监护仪	否	无	无
		12	心电监护仪	否	无	无
		13	心电监护仪	否	无	无
		14	心电监护仪	否	无	无
		15	心电监护仪	否	无	无
		16	心电监护仪	否	无	无
		17	心电监护仪	否	无	无
9	多功能急救床	1	多功能急救床	否	无	无
		2	多功能急救床	否	无	无
		3	多功能急救床	否	无	无
		4	多功能急救床	否	无	无
		5	多功能急救床	否	无	无
		6	多功能急救床	否	无	无
10	隧道式血压计	1	隧道式血压计	是	图片	提供产品彩页并加盖投标单位公章。

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	合同	商务	<p>第一节政府采购合同协议书</p> <p>采购人（全称）：<u>江永县人民医院</u>（甲方）</p> <p>供应商（全称）：<u>（中标单位）</u>（乙方）</p>

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：江永县人民医院医疗设备采购项目（第三次）

(2) 采购计划编号：江永财采计[2025]00046号

(3) 项目内容：江永县人民医院医疗设备采购项目（第三次）

(4) 是否分包：否。

(5) 项目负责人：。

(6) 联系电话：。

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：中标金额 大写：中标金额

(2) 具体标的见附件。

(3) 合同定价方式：固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励

(4) 付款方式：按甲方款项支付制度支付，具体细节以合同签订为准。

3. 合同履行

(1) 交货时间：自签订合同之日起7个工作日内完成交货、安装和调试工作并经验收合格，交付采购人投入正常使用。

(2) 地点：江永县人民医院指定地点。

(3) 方式：江永县人民医院指定方式。

(4) 履约担保：无。

(5) 质量保证金：无。

4. 合同验收

(1) 验收主体：江永县人民医院。

(2) 验收方式：江永县人民医院指定方式。

(3) 验收标准：按相关行业标准及采购文件要求。

5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径解决纠纷：向采购人所在地人民法院提起诉讼。

6. 组成合同的文件

本协议书与下列

文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 本合同协议书

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 招标文件

(4) 投标文件

(5) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

(6) 中标通知书

(7) 政府采购合同通用条款

(8) 标准、规范及有关技术文件，图纸。

(9) 其他合同文件。

6. 合同生效

本合同自_生效。

7. 合同份数

本合同一式_陆_份，采购人执_肆_份，供应商执_贰_份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：_年_月_日

合同订立地点：江永县人民医院指定地点

附件：具体标的明细、分包合同等。

甲方：（公章） 乙方：（公章）

法定代表人：_法定代表人：

委托代理人：_委托代理人：

电话：_电话：

传真：_传真：

开户银行：_账号：

第二节 政府采购合同通用条款（略）

三、政府采购合同专用条款

下列合同专用条款是对合同一般条款的补充和修改，两者之间如有冲突时，应以本合同专用条款为准，投标人必须对专用条款逐条响应。

一、交货说明、地点及方式

1.1 交货时间：自签订合同之日起7个工作日内完成交货、安装和调试工作并经验收合格，交付甲方投入正常使用。

1.2 交货地点及运输方式：甲方指定地点，运输方式为汽车运输。乙方提供的货物包装方式应符合国家标准，按标准保护措施进行包装，每一包装箱内应附质量证书、说明书、随机备品、配件的各类数量说明，抵达本合同约定的交货地点之前的运输和相关保险等一切费用

以及产品质量问题概由乙方负责。

二、付款方式

2.1 按甲方款项支付制度支付，具体细节以合同签订为准。

三、质量技术标准

3.1 制造商应有完善的质量检测手段和质量保证体系，产品应符合国家标准和行业标准。上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。乙方必须遵守《产品质量法》和机电产品的有关法律法规及政策文件规定要求，乙方应对质量保证体系做出说明。

3.2 乙方必须保证提供的货物是非淘汰类全新的、完整的、整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患的，并且符合国家有关检测标准以及该产品的出厂标准。

四、文件和技术资料

4.1 乙方须提供以下文件：

- (1) 公司营业执照、经营许可证、法人或授权委托人的身份证复印件；
- (2) 所投型号设备的其他各种资料、资质文件等。

4.2 乙方应向用户提供以下技术文件（中文）：

- (1) 随机配件及清单；
- (2) 货物安装、调试及使用手册（使用说明书）、维护维修说明书；
- (3) 货物的合格证、保修卡、装箱单、附件目录等；
- (4) 有关产品检验报告、产品彩页；
- (5) 设备安装验收报告及其他相关技术资料；
- (6) 产品注册证（加盖乙方红章的复印件）。

五、设备安装与验收

5.1 合同签订后，乙方及时主动与甲方对接，乙方应派遣技术工程师到甲方设备安装地点，乙方应免费负责线路的布置和货物的安装、调试，以及与主设备对接安装（包含硬件软件）。在接到甲方通知后3日内到达设备指定安装地点，在甲方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试；否则甲方有权自行开箱安装调试。开箱如有缺货、错装、损坏或技术问题，乙方应承担全部责任。

5.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和产品资料的整理，设备各项技术性能、指标必须达到合同和技术文件规定的要求，设备的安装、调试和验收按国际或国家标准及厂家提供的验收标准书进行，若厂家标准与国际或国家标准有冲突，以国际或国家标准为最终标准验收。甲方有权委托中国境内有资格的单位对货物进行精度校核、质量控制检测等，如检测不达标则由乙方负责一切检测费用。

5.3 验收由甲方组织有关专业人员，按采购文件及合同技术要求提供的性能指标、国际、国家及行业相关标准进行，并提供相关验收标准及方法。甲方及其代表有权在发货前到供应商的现场对其所提供的产品进行实地考察。乙方在投标时应答的设备配置及仪器性能指标

，将视为甲方验收的基本要求。乙方必须保证所提供设备的全新、完整和原装性，并负责所有验收费用。

5.4 甲方应认真组织验收，在验收时发现质量问题或是相关技术规格与招采购文件和投标文件不符的，应及时向同级政府采购办反映。

5.5 乙方将所有货物送至甲方指定的地点并安装调试后，甲方在6个工作日内组织到场验收，仔细检查数量与质量是不是与要求相符。验收时乙方代表必须到场，并要求各方代表在检验结果记录上签字，签署验收报告，验收所产生的费用由乙方承担。验收报告作为结算付款的凭证之一。

5.6 验收过程中双方对货物存在争议时，应送永州市或上一级质量技术监督部门认定的检测机构检测。如送检产品存在质量问题，检验费用、送检费用等由乙方承担，甲方有权据此单方中止此购销合同，乙方仍有义务对相关损失进行赔偿。

5.7 货物验收不合格由乙方负责更换同品牌规格型号的非淘汰类全新的、完整的、整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患的整套设备（包含所有设备和配件及配品）。更换、运输、安装、调试、再验收等所产生的费用以及给采购人造成的损失等费用由乙方承担。连续两次验收不合格的，采购人可以提出终止合同，由此带来的一切损失由乙方承担。

5.8 运行期间，乙方要指定专门技术人员全程跟踪服务，运行过程中出现质量问题，对提出问题的解决时间最长不得超过三个工作日。

5.9 甲方根据上述条款规定进行验收，并不能免除乙方根据本合同质量保证条款规定所应承担的质量保证责任。

5.10 专利权：乙方应保证甲方在使用其提供的产品时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权等起诉，任何第三方提出如上起诉，责任完全由乙方承担，包括法律和经济责任。

六、备品备件及特殊工具

6.1 乙方应提供按出厂标准供应的备品备件价格清单及制造商名称。

6.2 乙方应提供设备质保期内所需的备品备件清单，乙方质保期后所提供的备品备件价格不得高于同期市场价格。

6.3 乙方应向甲方提供安装、维修所需的特殊专用工具及其清单，其费用应包括在投标价格之内。

七、质量保证、售后服务及故障处理

7.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品和优质的设备及配件。乙方保证所提供的所有设备及配件（含附件与配件）符合国家的有关标准和有关要求且证照齐全，如因证照不全和质量问题所产生的一切责任由乙方负全责。由于乙方所提供的设备质量原因造成的纠纷，原则上由乙方全权负责处理，由此给甲方带来的损失，由乙方负责赔偿。如乙方请求甲方协助处理，甲方应配合，但全部的开支（包括人员工资等）由乙方负责。

7.2 质量保证期为：自项目验收合格投入正常使用后设备整机质保期为叁年，自验收合格投入正常使用之日起开始计算，质保期间运行、维护（包含设备管道的日常消毒）等由乙方负责，甲方不承担任何责任和费用。如设备厂商承诺免费质保期长则按厂商承诺期；在质保期内发现因货物本身的质量问题，乙方应负责免费更换或免费修理或更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

7.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

7.2.2 贬值处理：由乙方、甲方双方协议定价。

7.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的货款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

7.3 系统维护：

在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。并保证所有设备零配件、易损件的供应（投标文件中应明确载明相关服务收费的标准）。质保期内，凡因正常使用出现质量问题，乙方应提供免费维修或更换，承担因此产生的一切费用。

7.4 乙方须在质保期限满后提供全部货物的有偿终身维护。乙方承诺所提供的整个项目设备（包含系统正常运行所有的设备及配品配件）及配件的质保期后的售后服务为开放式维修服务。

7.5 乙方应保证所提供的设备3天内可以买到维修所必须的零配件。质保期后，乙方必须保证2年内不高于市场零售价格且提供零配件的供应。

7.6 乙方向甲方提供定期的设备例行检查和维修服务。经验收合格后，乙方提供技术支持，负责操作和维修培训，并解决技术问题。乙方在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。

7.7 如设备出现问题，乙方在接到甲方报修通知后，须在2小时内做出响应，24小时内到达用户现场，48小时内排除故障。

7.8 其他售后服务承诺：在实施过程中项目验收之前，甲方根据实际需求提出更改新增的要求，经双方书面确认后，乙方应予以满足，不得另收费用。

八、其它要求

8.1 本次采购的设备，乙方必须保证设备及其软件和配件具有与甲方信息系统匹配对接端口，保证所有接口接头与甲方的信息系统和设备带装置相匹配且无缝连接，保证能正常使用，所产生的接口研发实施费用由乙方负责。乙方负责提供免费的设备软件升级。

九、违约行为

9.1 乙方有下列行为将视为违约：

9.1.1 逾期交货，不可抗力除外。

9.1.2 交付货物的规格和技术参数、质量等跟乙方的投标文件中相关承诺存在着不符，并私自降低规格和技术参数、质量等。

9.1.3 不履行合同条款或只履行部分合同条款，或拒绝履行合同义务。

9.1.4 不履行售后服务承诺及相关的伴随服务。

9.1.5 没有按本合同要求提供质量保证期。

9.1.6. 违反政府采购法和国家其他的相关法律法规。

9.2 甲方有下列行为将视为违约：

9.2.1 无正当理由拒绝接受乙方交付的货物或逾期延迟验收。

9.2.2 违反政府采购法和国家其他的相关法律法规。

9.3 违约责任

9.3.1 乙方符合本上述第1条的，将受到以下制裁：

①符合上述第1条第(1)款时，乙方应按合同款的每日千分之二向甲方支付违约金，直至交货为止。但违约金的最高限额不超过合同款的百分之五。其中违约金由甲方从合同款中扣除。逾期超过约定日期三十个工作日不能交付的，甲方可单方解除本合同，并追加乙方承担因此造成的损失和相关法律责任。

②符合上述第1条第(2)款时，一是甲方有权要求更换货物或返工。而乙方愿意更换货物或

返工但造成中标交付延期的，则按乙方逾期交付处理。二是乙方拒绝更换货物或返工的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方承担甲方和采购代理机构因此造成的损失及相关法律责任。三是甲方也可以有权拒绝接受乙方提供的货物或工程，甲方有权单方终止合同，并追加乙方承担因此造成的损失和相关法律责任。

③符合上述第1条第(3)-(6)款时，甲方有权单方终止合同，并有权要求乙方全额退还已付货款和预付款，并追加乙方承担因此造成的损失及相关法律责任。

④因乙方的违约行为导致甲方单方解除合同的，乙方应承担相应的法律责任。因乙方违约行为而造成的损失由乙方承担赔偿责任。

9.3.2 甲方符合上述第2条的，将受到以下制裁：

①甲方按货款的每日千分之一向乙方支付违约金，违约金的最高额不超过货款的百分之五。

②乙方可有权单方面解除本合同，并由甲方承担因此造成的损失和承担法律责任。

9.3.3 不可抗力：由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关权威部门的证明后，允许延长履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免除其责任。

十、反商业贿赂条款

反商业贿赂条款是本合同之必备条款，与本合同其他条款具有同等法律效力。请与甲方签署合同之乙方认真阅读本条款，同意与甲方签订并遵守如下反商业贿赂条款：

10.1 甲乙双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定，包括但不限于《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《国家工商行政管理局关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等，双方都清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。

10.2 甲方或乙方均不得为谋取交易机会或者竞争优势，采用财物或者其他手段贿赂或接受下列单位或者个人的贿赂。其中单位或者个人包括：

10.2.1 交易相对方的工作人员；

10.2.2 受交易相对方委托办理相关事务的单位或者个人；

10.2.3 利用职权或者影响力影响交易的单位或者个人；甲乙双方经办人以外的与合同有直接或间接利益关系、有影响力的人员，包括但不限于合同经办人的亲友、与实现本合同相关的交易相对方以外第三人。

			<p>10.2.4 在合同签订、履行及后续相关活动中，都应严格抵制任何形式的商业贿赂行为。绝对不向甲方或甲方涉及合同事项的决策人员、执行人员，或与合同有利益关联的第三方，直接或间接提供任何可能影响其公正判断和决策的财物或其他利益。这些利益包括但不限于贿赂款、回扣、礼金、购物卡、有价证券，以及超出正常业务往来范畴的款待、旅游、娱乐等活动，以及可能影响公正决策的其他利益。</p> <p>10.3 一旦发现有以上情形，甲方将视乙方为严重违约。将乙方直接列入医院黑名单，甲方将不再与其有任何经济往来，本合同未付的款项作为违约金及其他经济损失和法律责任，不予支付，并保留依法追回追究已付款项的权利。</p> <p>十一、合同签订及生效</p> <p>1. 本合同签订、履行地：江永县人民医院。</p> <p>2. 本合同一式伍份，甲方持肆份，乙方持壹份，自甲乙双方的法人或授权委托人签字并加盖双方红印公章或合同专用章之日起生效。只有签字或者只有盖章均为无效合同。生效后，双方均不得违约，否则，违约方应承担违约责任，向守信方支付违约金。</p> <p>3. 本合同在实施过程中发生纠纷，由双方友好协商，如协商不成，双方均应向合同签订地人民法院起诉。</p> <p>4. 对合同的条款作出任何改动或偏离的、增加补充条款，必须是书面形式补充协议，经双方法人代表（或授权代表）签字且加盖单位红公章或合同专用章之日起生效，与本合同具有同等法律效力；口头协议，或者只有签字或只有盖章均为无效协议。</p>
2	类似业绩	商务	投标人在近三年内（2023年03月1日至投标截止时间）具有类似业绩的每个计2分，最高计4分
3	供货保障措施	技术	供应商根据采购需求提供的所投产品的配送安装调试验收实施方案及培训服务方案，包括但不限于①配送、安装计划 ②调试、协助验收计划③培训服务内容（计划）④培训服务人员配置等内容，未提供方案本项计0分，有标题无实质性描述每个内容扣2分，其中每处缺陷扣1分，扣完为止。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案，内容前后矛盾，规范及标准错误，不利于项目实施，不可能实现的情形等任意一种情形）
4	售后服务	技术	供应商根据采购需求提供的所投产品的售后质保服务方案，包括但不限于①质保服务内容（计划）②质保服务人员配置③质保响应时效④质保应急预案处理等内容，未提供方案本项计0分，有标题无实质性描述每个内容扣4.5分，其中每处缺陷扣3分，扣完为止。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案，内容前后矛盾，规范及标准错误，不利于项目实施，不可能实现的情形等任意一种情形）

			情形)
--	--	--	-----

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	40	否	无	【报价】 的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分（超出预算视为无效投标，评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。）
2	客观分	商务分	4	是	图片	【类似业绩】 的评分规则：投标人在近三年内（2023年03月1日至投标截止时间）具有类似业绩的每个计2分，最高计4分 【类似业绩】 的上传证明材料要求：提供合同扫描件并加盖公章，时间以合同签订时间为准，未提供不计分。
3	主观分	技术分	8	否	无	【供货保障措施】 的评分规则：供应商根据采购需求提供的所投产品的配送安装调试验收实施方案及培训服务方案，包括但不限于①配送、安装计划 ②调试、协助验收计划③培训服务内容（计划）④培训服务人员配置等内容，未提供方案本项计0分，有标题无实质性描述每个内容扣2分，其中每处缺陷扣1分，扣完为止。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案，内容前后矛盾，规范及标准错误，不利于项目实施，不可能实现的情形等任意一种情形）
4	主观分	技术分	18	否	无	【售后服务】 的评分规则：供应商根据采购需求提供的所投产品的售后质保服务方案，包括但不限于①质保服务内容（计划）②质保服务人员配置③质保响应时效④质保应急预案处理等内容，未提供方案本项计0分，有标题无实质性描述每个内容扣4.5分，其中每处缺陷扣3分，扣完为止。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案，内容前后矛盾，规范及标准错误，不利于项目实施，不可能实现的情形等任意一种情形）
5	/	偏离分	10	详见本包货物类需	详见本包货物类需	【未进行评分设置的货物一般技术参数】 的评分规则：本包未进行评分设置的货物一般技术参数每偏离一项扣1分，最多扣10分

				求的 偏离 性评 审 (标)规 则	求的 偏离 性评 审 (标)规 则	
6	/	偏 离 分	20	详见 本包 货物 类需 求的 偏离 性评 审 (标)规 则	详见 本包 货物 类需 求的 偏离 性评 审 (标)规 则	【未进行评分设置的货物重要技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物重要技术参数每偏离一项扣2分，最多扣20分

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例 (或分数)	备注
小型、微型企业 优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（货物）》	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。