

永州市政府采购文件

采购项目名称：祁阳市大忠桥镇卫生院中心制氧系统（第二次）
采购人：祁阳市卫生健康局
采购方式：竞争性磋商
采购代理机构：永州翔卓项目管理有限公司
委托代理编号：YZXZ-2026-CS007
代理费收取方式：采购人支付代理费（按固定费用收取）
代理费支付标准：固定金额5,468元
专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付
采购计划编号：永祁财采计[2026]00024号
采购项目预算：364,584.18元
是否进行资格预审：否
需求编制时间：2026年06月22日

采购人签章：
祁阳市卫生健康局

需求编制人签章：
申言秀

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非公开招标采购方式审批管理办法》的通知（湘财购〔2025〕7号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目不专门面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	364,584.18	综合评分法

磋商文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告

获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额（元）	采购内容概况	预期采购时间
祁阳市大忠桥镇卫生院中心制氧系统	390,000	医用制氧机与元件、传呼系统、安装调试等	2025-10

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：364,584.18元

包概述：医用制氧机与元件、传呼系统、安装调试等				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：20分钟		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：是	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第十九条规定：磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。本次评标将有供应商磋商环节，请各供应商一直在开标室中保持在线状态，进入供应商磋商环节后磋商小组将分别与各供应商进行磋商对话；因供应商原因导致未能进行磋商的，由供应商自行承担责任。				
本包付款约定	第一阶段	97%	签订合同后，所有设备到场安装、调试、验收合格后付合同金额的97%	
	第二阶段	3%	余款3%作为质保金，质保期满后无息付清。	
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
1. 具有独立承担民事责任的能力。		1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。		
2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。				
3. 供应商不得为信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。		2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。		
4. 法律、行政法规规定的其他条件。		3. 供应商无需上传证明材料，由评委在 www.creditchina.gov.cn 和 www.ccgp.gov.cn 现场联网查验。		
5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。		4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。		
		5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打		

	印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。
本包特定资格要求	本包特定资格证明材料上传要求
1. 具有《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》2. 具有相应的医疗器械注册证（医用分子筛中心制氧系统注册证、医用中心供氧系统、医用中心吸引系统）；	提供证明材料并加盖投标单位公章

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
1	制氧主机（一体机）（A02329900-其他医疗设备）	是	否	否	台	82,649.08	1	82,649.08
		本货物共设置了5条参数。 其中：重要参数：4条；一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	制氧主机（一体机）	1. 产品名称：制氧主机（一体机） 2. 采用双塔吸附式，单台产制量：≥3m3/h； 3. 氧浓度：≥93±3%； 4. 输出压力：0.3-0.5Mpa（可调）； 5. 控制系统：PLC电脑自动控制； 6. 制氧置换率：≥45% 7. 内置空压机、干燥机、多级过滤器及空气缓冲罐。			
		2	▲	制氧主机（一体机）	8. 制氧机采用节能型分子筛动态智能调控系统。			
		3	▲	制氧主机（一体机）	9. 具备制氧机高低压智能调节控制系统			
		4	▲	制氧主机（一体机）	10. 可实时监控氧气输出浓度、压力、瞬时流量及累计流量等。具备PSA氧联智控动态优化管理平台。			
		5	▲	制氧主机（一体机）	11. 具备医用制氧设备能效优化与安全运维监护管理软件。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
2	氧气储罐（A02329900-其他医疗设备）	否	否	否	台	7,701.86	1	7,701.86
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	氧气储罐	1. 产品名称：氧气储罐 2. 容积：≥0.6m3 3. 介质：氧气 4. 工作压力：≥0.8Mpa 5. 材质：优质碳钢 6. 要求为：符合国家压力容器安全技术监察规程。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	套	7,105.04	1	7,105.04

3	氧纯度监测仪（ A02329900-其他医疗设备）	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	氧纯度监测仪	1. 产品名称：氧纯度监测仪 2. 分析气体：氧气 3. 分析原理：离子流 4. 分析量程：10~99.99%（O2） 5. 分析分辨率：0.01% 6. 测量精度：±1%F.S 7. 流量要求：0.5-0.7L/M 8. 流量误差：±0.1L 9. 入口压力：20-150KPa 10. 数字信号：RS232/RS485（Modbus）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
4	氧气流量计（ A02329900-其他医疗设备）	否	否	否	台	2,387.23	1	2,387.23
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	氧气流量计	1. 产品名称：氧气流量计 2. 流量范围：0.5-50m3/h； 3. 耐压等级：1.6MPa； 4. 输出方式：RS485； 5. 供电方式：3.6V电池供电或24VDC； 6. 连接方式：G3/4内螺纹； 7. 管径大小：DN20； 8. 本体材质：304不锈钢； 9. 精确度：1.5%； 10. 防护等级：IP54； 11. 数字显示界面，能显示氧气的实时流量和累计流量，并有数据远传接口			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
5	氧气汇流排（手动）（ A02329900-其他医疗设备）	否	否	否	组	7,510.13	1	7,510.13
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	氧气汇流排（手动）	1. 产品名称：氧气汇流排 2. 规格：2*5瓶组（手动控制）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
6	不锈钢管（ A02329900-其他医疗设备）	否	否	否	米	54.03	10	540.3
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	不锈钢管	1. 规格：06Cr19Ni10（与设备匹配） 2. 规格：不锈钢管 φ28×2.0mm； 3. 用于制氧系统设备之间的连接管路			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
7	不锈钢管（氧气主立管）（ A02329900-其他医疗设备）	否	否	否	米	54.03	50	2,701.5
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	一般参数	不锈钢管（氧气主立管）	1. 材质:06Cr19Ni10; 2. 规格:Φ28×2.0mm; 3. 焊接方法:氩弧焊; 4. 充氩保护方式:局部充氩; 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、泄露性试验、空气吹扫; 6. 脱脂设计要求:脱脂;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
8	不锈钢管（氧气走廊水平管）（A02329900-其他医疗设备）	否	否	否	米	32.87	280	9,203.6
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	不锈钢管（氧气走廊水平管）	1. 材质:06Cr19Ni10; 2. 规格:Φ14×1.0mm; 3. 焊接方法:氩弧焊; 4. 充氩保护方式:局部充氩; 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、泄露性试验、空气吹扫; 6. 脱脂设计要求:脱脂;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
9	铜管（A02329900-其他医疗设备）	否	否	否	米	31.73	135	4,283.55
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	紫铜管	1. 材质:紫铜管; 2. 规格:Φ8×1.0mm; 3. 焊接方法:氧-乙炔焊; 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、泄漏性试验、空气吹扫; 5. 脱脂设计要求:管道脱脂;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
10	管道支架（A02329900-其他医疗设备）	否	否	否	KG	12.43	346	4,300.78
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	管道支架	1. 名称：支架制作安装; 2. 规格：30系列角钢; 3. 管架形式:吊托支架			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
11	氧气楼层检修阀（A02329900-其他医疗设备）	否	否	否	个	190.95	4	763.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	氧气楼层检修阀	1. 名称：氧气楼层检修阀; 2. 材质：不锈钢; 3. 型号规格：KG1-12; 4. 连接形式：螺纹连接;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
12	氧气二级稳	否	否	否	台	2,226.01	4	8,904.04

货物 序号	压箱 (A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	氧气二级 稳压箱	1. 名称：氧气二级稳压箱； 2. 规格：双回路； 3. 参数性能：其内均装有安全阀（0.50MPa），其中进口压力0.8Mpa，输出压力0.2~0.5MPa（压力范围可调）、含球头球帽； 4. 含螺纹减压阀及其它配套减压装置；			
	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
13	氧气流量计 (A02329900- 其他医疗设备)	否	否	否	台	1,546.15	4	6,184.6
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	氧气流量 计	1. 名称：氧气流量计；2. 流量：≥200L/min；			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
14	流量计阀门 (A02329900- 其他医疗设备)	否	否	否	个	190.95	12	2,291.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	流量计阀 门	1. 名称：氧气流量计阀门；2. 材质：不锈钢；3. 型号规格：KG1-12；4. 连接形式：螺纹连接；			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
15	护士站压力 监测报警装 置 (A02329900- 其他医疗设 备)	否	否	否	套	1,539.18	4	6,156.72
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	护士站压 力监测报 警装置	1. 名称：护士站压力监测报警装置（两气）； 2. 符合国家劳动安全监察标准。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
16	氧气终端 (A02329900- 其他医疗设 备)	否	否	否	个	162.82	88	14,328.16
		本货物共设置了3条参数。 其中：重要参数：2条；一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	氧气终端	1. 名称：氧气终端；2. 形式：本工程终端设计采用国标快速插座；3. 终端流量：大于10L/min（可 调范围0-10L/ min）；			

		2	▲	氧气终端	4. 气体终端的压降检验项目实验须满足如下要求：终端标称分配压力400Kpa~500Kpa、试验压力320Kpa、流量40L/min情况下的最大压降应≤15 Kpa；终端标称分配压力100Kpa~500Kpa、试验压力320Kpa、流量200L/min情况下的最大压降应≤70 Kpa。			
		3	▲	氧气终端	5. 气体终端具备抗菌性能，要求对大肠杆菌、金黄色葡萄菌、白色念珠菌的抗菌率均须>99.99%。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
17	豪华型终端装饰盖（A02329900-其他医疗设备）	否	否	否	个	20	88	1,760
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	豪华型终端装饰盖	1. 名称：豪华型终端装饰盖；2. 材质：PVC材质			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
18	铝合金综合治疗带（A02329900-其他医疗设备）	否	否	否	米	177.92	206	36,651.52
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	铝合金综合治疗带	1. 名称：铝合金设备带；2. 规格：高度≥230mm，厚度≥65mm。 3. 材质：铝合金，厚度≥1.5mm；高强度铝合金氟碳喷涂；设备带内设置气体腔、强电腔、弱电腔三个独立安装腔。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
19	PVC护板（A02329900-其他医疗设备）	否	否	否	米	24.84	72	1,788.48
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	PVC护板	1. 名称：护板装饰罩；2. 材质：PVC材质 3. 规格：40*60			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
20	治疗带挡板（A02329900-其他医疗设备）	否	否	否	快	14.34	72	1,032.48
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	治疗带挡板	1. 名称：治疗带挡板；2. 材质：PVC 材质；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
21	漏电保护开	否	否	否	个	48.56	36	1,748.16

货物 序号	关 (A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	漏电保护开关	1. 名称：漏电保护开关；2. 规格：1P20A			
	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
22	多功能五孔10A插座 (A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	套	30.88	176	5,434.88
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	多功能五孔10A插座	1. 名称：多功能五孔10A插座；2. 型号：10A；3. 规格：3+2孔；4. 安装方式：嵌入式；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
23	照明开关、按钮 (A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	套	24.77	88	2,179.76
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	照明开关、按钮	1. 名称：大板开关；2. 型号：10A；3. 规格：单开；4. 安装方式：嵌入式；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
24	床头灯 (A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	套	38.7	88	3,405.6
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	床头灯	1. 名称：床头荧光灯（单管）；2. 型号：LED灯，4W；3. 安装形式：嵌入式；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
25	灯罩 (A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	套	15	88	1,320
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	灯罩	1. 名称：灯罩；2. 材质：PVC材质			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

26	BV2.5mm绝缘导线(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	米	3.36	650	2,184
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	BV2.5mm绝缘导线	1.名称：电源线；2.型号：BV；3.规格：2.5mm2；4.材质：铜芯聚氯乙烯绝缘线；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
27	BV1.5mm绝缘导线(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	米	2.35	320	752
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	BV1.5mm绝缘导线	1.名称：电源线；2.型号：BV；3.规格：1.5mm2；4.材质：铜芯聚氯乙烯绝缘线；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
28	撬装一体式负压机组(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	35,582.91	1	35,582.91
		本货物共设置了3条参数。 其中：重要参数：2条；一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	撬装一体式负压机组	1.抽气量：≥100m3/h*2； 2.功率：≤4kw。			
		2	▲	撬装一体式负压机组	3.机组需符合JG/T294-2010微生物净化效率技术要求,对大肠杆菌净化效率≥95%,对金黄色葡萄球菌净化效率≥95%。			
		3	▲	撬装一体式负压机组	4.机组采用智能PLC数字控制系统，能实现24小时自主运行，自动切换，确保单机头故障或单机头无法满足真空流量需求的情况下，系统自动启动另外一台真空泵头，以保证吸引的需要。自动检测并记录历史故障，所有的控制、数据的显示可以参数调整在控制面板上进行。具断电自启功能，如有故障及时报警，提供远程485通讯数据传输接口。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
29	医用真空罐(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	7,224.93	1	7,224.93
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	医用真空罐	1.容积：≥1.0m3，介质：空气； 2.设计压力：-0.1MPa； 3.材质：Q235B。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
30	不锈钢管(	否	否	否	米	86.15	50	4,307.5

货物 序号	A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	不锈钢管	1. 材质:06Cr19Ni10; 2. 规格:Φ45×2.5mm; 3. 焊接方法:氩弧焊; 4. 充氩保护方式:局部充氩; 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、泄露性试验、空气吹扫; 6. 脱脂设计要求:脱脂;			
	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
31	不锈钢管 (氧气主管) (A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	米	54.03	283	15,290.49
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	不锈钢管 (氧气主 立管)	1. 材质:06Cr19Ni10; 2. 规格:Φ28×2.0mm; 3. 焊接方法:氩弧焊; 4. 充氩保护方式:局部充氩; 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、泄露性试验、空气吹扫; 6. 脱脂设计要求:脱脂;			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
32	铜管(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	米	32.68	135	4,411.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	紫铜管	1. 材质:紫铜管; 2. 规格:Φ10×1.0mm; 3. 焊接方法:氧-乙炔焊; 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、泄漏性试验、空气吹扫; 5. 脱脂设计要求:管道脱脂;			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
33	负压终端(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	个	162.82	88	14,328.16
		本货物共设置了3条参数。 其中：重要参数：2条；一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	负压终端	1. 名称:吸引终端; 2. 形式:本工程终端设计采用国标快速插座; 3. 终端流量:大于10L/min(负压终端抽气速率:15~80L/min);			
		2	▲	负压终端	4. 气体终端的压降检验项目实验须满足如下要求:终端标称分配压力400Kpa~500Kpa、试验压力320Kpa、流量40L/min情况下的最大压降应≤15 Kpa; 终端标称分配压力100Kpa~500Kpa、试验压力320Kpa、流量200L/min情况下的最大压降应≤70 Kpa。			
		3	▲	负压终端	5. 气体终端具备抗菌性能,要求对大肠杆菌、金黄色葡萄菌、白色念珠菌的抗菌率均须>99.99%。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
34	豪华型终端 装饰盖(A02329900-	否	否	否	个	20	88	1,760
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						

	其他医疗设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	豪华型终端装饰盖	1. 名称：豪华型终端装饰盖；2. 材质：PVC材质			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
35	负压楼层检修阀（A02329900-其他医疗设备）	否	否	否	个	190.95	4	763.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	负压楼层检修阀	1. 名称：吸引楼层检修阀；2. 材质：不锈钢球阀；3. 型号规格：DN25；4. 连接形式：螺纹连接；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
36	传呼主机（A02329900-其他医疗设备）	否	否	否	台	2,957.06	2	5,914.12
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	传呼主机	1. 名称:传呼主机 2. 具备双向呼叫、对讲功能，三寸点阵液晶中文菜单显示，万年历。一览表区每床位2个灯，每床位可显示4种病情，4种护理级别，呼叫受理的优先顺序均为红、黄、绿、灭且以病情为主，两线制布线，具有手动、自动在线编号。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
37	传呼分机（A02329900-其他医疗设备）	否	否	否	台	115.1	88	10,128.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	传呼分机	1. 名称:传呼分机 2. 呼叫、对讲，接通时有声光显示，具有呼叫清除功能，两线制安装，ABS面壳			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
38	汉字显示屏（A02329900-其他医疗设备）	否	否	否	台	1,841.52	2	3,683.04
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	汉字显示屏	1. 名称:走廊显示屏 2. 超薄超轻设计、四寸双面八字、带时钟显示，采用吊顶式安装			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
39	传呼线（	否	否	否	米	2.05	300	615

货物序号	A02329900-其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	传呼线	1. 名称：呼叫系统配线；2. 规格：RVV2×0.5mm；3. 材质：塑料护套线；			
	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
40	增值税(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	项	30,103.28	1	30,103.28
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	增值税	项目增值税率9%			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
41	措施项目清单费(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	项	5,201.68	1	5,201.68
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	措施项目清单费	1. 安全生产 2. 环境保护 3. 文明施工 4. 临时设施 5. 冬雨季施工增加费			

本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	制氧主机（一体机）	1	制氧主机（一体机）	否	无	无
		2	制氧主机（一体机）	是	图片	需提供对应的软件著作权登记证书或相关知识产权证明材料。
		3	制氧主机（一体机）	是	图片	需提供相关的软件著作权登记证书
		4	制氧主机（一体机）	是	图片	需提供相关的软件著作权登记证书
		5	制氧主机（一体机）	是	图片	需提供相关的软件著作权登记证书

2	氧气储罐	1	氧气储罐	否	无	无
3	氧纯度监测仪	1	氧纯度监测仪	否	无	无
4	氧气流量计	1	氧气流量计	否	无	无
5	氧气汇流排（手动）	1	氧气汇流排（手动）	否	无	无
6	不锈钢管	1	不锈钢管	否	无	无
7	不锈钢管（氧气主立管）	1	不锈钢管（氧气主立管）	否	无	无
8	不锈钢管（氧气走廊水平管）	1	不锈钢管（氧气走廊水平管）	否	无	无
9	铜管	1	紫铜管	否	无	无
10	管道支架	1	管道支架	否	无	无
11	氧气楼层检修阀	1	氧气楼层检修阀	否	无	无
12	氧气二级稳压箱	1	氧气二级稳压箱	否	无	无
13	氧气流量计	1	氧气流量计	否	无	无
14	流量计阀门	1	流量计阀门	否	无	无
15	护士站压力监测报警装置	1	护士站压力监测报警装置	否	无	无
16	氧气终端	1	氧气终端	否	无	无
		2	氧气终端	是	图片	需提供CMA或CNAS标的第三方检测报告
		3	氧气终端	是	图片	需提供CMA或CNAS标的第三方检测报告
17	豪华型终端装饰盖	1	豪华型终端装饰盖	否	无	无
18	铝合金综合	1	铝合金综合治疗带	否	无	无

	治疗带					
19	PVC护板	1	PVC护板	否	无	无
20	治疗带挡板	1	治疗带挡板	否	无	无
21	漏电保护开关	1	漏电保护开关	否	无	无
22	多功能五孔10A插座	1	多功能五孔10A插座	否	无	无
23	照明开关、按钮	1	照明开关、按钮	否	无	无
24	床头灯	1	床头灯	否	无	无
25	灯罩	1	灯罩	否	无	无
26	BV2.5mm绝缘导线	1	BV2.5mm绝缘导线	否	无	无
27	BV1.5mm绝缘导线	1	BV1.5mm绝缘导线	否	无	无
28	撬装一体式负压机组	1	撬装一体式负压机组	否	无	无
		2	撬装一体式负压机组	是	图片	需提供CMA或CNAS标的第三方检测报告
		3	撬装一体式负压机组	是	图片	需提供相关软件著作权登记证书并加盖投标人公章。
29	医用真空罐	1	医用真空罐	否	无	无
30	不锈钢管	1	不锈钢管	否	无	无
31	不锈钢管（氧气主立管）	1	不锈钢管（氧气主立管）	否	无	无
32	铜管	1	紫铜管	否	无	无
33	负压终端	1	负压终端	否	无	无
		2	负压终端	是	图片	需提供CMA或CNAS标的第三方检测报告
		3	负压终端	是	图片	需提供CMA或CNAS标的第三方检测报告

34	豪华型终端装饰盖	1	豪华型终端装饰盖	否	无	无
35	负压楼层检修阀	1	负压楼层检修阀	否	无	无
36	传呼主机	1	传呼主机	否	无	无
37	传呼分机	1	传呼分机	否	无	无
38	汉字显示屏	1	汉字显示屏	否	无	无
39	传呼线	1	传呼线	否	无	无
40	增值税	1	增值税	否	无	无
41	措施项目清单费	1	措施项目清单费	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述		
1	技术人员	商务	拟投入医疗设备施工（安装）负责人（1人）：具有行政主管部门颁发的工业设备安装工程专业中级及以上职称证书、医用供气工证的每提供一个证书计2.5分，最多计5分，未提供的不计分。		
2	合同	商务	1	甲方名称、地址	甲方名称：祁阳市卫生健康局 地址：祁阳市银岭西路2号
			2	项目现场	采购单位指定地点
			3	履行合同的时间、地点和方式	交货时间：签订合同60日内安装、调试、验收合格。 交货地点：采购单位指定地点。
			4	响应时间	电话响应时间：2小时；现场响应时间：6小时；故障解决周期：8小时（如在8小时内无法解决故障的，必须提前作出判断，并在12小时内确保正常运行）。
			5	合同价款支付方式和条	签订合同后，所有设备到场安装、调试、验收合格后付

			件	合同金额的97%，余款3%作为质保金，质保期满后无息付清。
		6	质保期	提供不低于18个月的质量保证期，若供应商的标准质量保修期超过18个月，则按供应商的标准质量保修期执行。国家有规定质量保证期的货物按规定的质量保修期执行。
		7	合同未尽事项	双方共同协商。
		8	乙方提供的其他服务	本项目技术参数要求提供的证明材料在中标结果公示后3个工作日内交采购人核验（原件备查），未按要求提供的证明材料与投标文件中提供的不一致或提供虚假资料的，取消其中标资格。提供虚假证明材料的将追究其相关法律责任并取消中标资格。
		9	违约责任	1. 乙方所供服务成果及与之配套项目等不符合合同约定标准，甲方有权拒收。同时,乙方向甲方支付合同总金额20%的违约金。 2. 乙方不能交付服务成果时，乙方向甲方支付合同总金额20%的违约金。 3. 乙方逾期交付服务成果时，每逾1日乙方向甲方支付合同总金额3‰的滞纳金。逾期交付超过30日，甲方有权决定是否继续履行合同，如甲方决定终止履行合同的，乙方向甲方支付合同总金额20%的违约金，并且赔偿甲方因此所遭受的损失。 4. 因甲方过错而给乙方造成的损失，由甲方负担。
		10	合同的变更	1. 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。 2. 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务,并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。 3. 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

3	采购需求	技术	根据《特种设备安全法》《压力管道安全技术监察规程—工业管道》（TSG D0001）及《医用气体工程技术规范》（GB 50751-2012）的强制性规定，为满足本项目技术规范要求，医用气体压力管道系统的设计、安装、改造及验收必须严格遵守特种设备安全管理相关要求：投标人或施工单位需提供中华人民共和国特种设备生产许可证（承压类特种设备安装、修理、改造）（管道安装GC2）及以上资质、中华人民共和国特种设备生产许可证（压力管道设计-GC2）及以上资质。
4	技术服务方案	技术	供应商根据本项目提供服务方案，包括但不限于：①人员配备、②产品质量保证措施、③安全保障措施、④工程进度计划与保证措施、⑤安装与调试方案等，完全满足招标文件要求计10分，每出现一处缺漏项扣2分，每有一项缺陷或不足的扣1分，未提供方案不计分。
5	售后服务方案	商务	供应商根据项目实际情况提供售后服务方案，方案内容应包括但不限于①售后服务响应时间及方式、②售后维护技术人员、③维护维修方案、④培训方案、⑤故障排除等，完全满足招标文件要求计10分，每出现一处缺漏项扣2分，每有一项缺陷或不足的扣1分，未提供方案不计分。
6	采购需求	商务	一、采购标的的数量、采购项目交付的时间和地点： 1. 数量：1批 2. 交付时间：签订合同60日内安装、调试、验收合格。 3. 实施地点：采购单位指定地点。 4. 付款方式：签订合同后，所有设备到场安装、调试、验收合格后付合同金额的97%，余款3%作为质保金，质保期满后无息付清。 二、采购标的的验收标准： 1、乙方应让制造商在发货前，对货物的有关质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书，该证书将作为提交议付银行付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。 2、如果在质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方应根据本质量保证条款立即向乙方提出索赔。 3、验收地点：产品安装地。 4、符合国家及相关行业技术标准及验收规范，一次性验收合格。

		三、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求： 1、提供不低于18个月的质量保证期，若供应商的标准质量保修期超过18个月，则按供应商的标准质量保修期执行。国家有规定质量保证期的货物按规定的质量保修期执行。 2、电话响应时间：2小时；现场响应时间：6小时；故障解决周期：8小时（如在8小时内无法解决故障的，必须提前作出判断，并在12小时内确保正常运行）。 四、采购标的的其他技术、服务等要求： 1、供货要求： （1）供应商必须提供保证上述主要参数及配置的全新产品。 （2）供应商提供原厂及中文操作手册，提供快速操作卡片。 2、质量保证： 乙方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能。乙方应保证其货物经过正确安装、正常操作和保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何事故负责。除技术规格中另有规定外，出现上述情况，乙方应免费负责修理和更换有缺陷的零部件和整机。 3、培训 （1）免费现场安装及提供操作培训、专门为工程师进行系统培训。 （2）免费提供系统软件升级。 4、技术资料 （1）中标后乙方应向甲方提供以下全套中文技术资料，费用包括在投标价格中。 （2）产品使用手册、维修手册或服务手册； （3）产品合格证； （4）安装和验收报告（包括验收数据资料）； （5）备品备件总清单及易损零件图。 五、其他要求： 一、根据由财政部发布的关于推动解决政府采购异常低价问题的通知财库〔2026〕2号： （一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：
--	--	---

			1. 投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的, 即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%; 2. 投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的, 即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%; 3. 投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的, 即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%; 4. 评审委员会基于专业判断, 认为供应商报价过低, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 相关法律法规对供应商报价有规定的, 从其规定。 (二) 评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后, 属于前述第1项至第4项情形的, 应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释, 提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料, 包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等, 给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中, 属于第3项情形, 供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的, 在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验, 参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况, 对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料, 或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的, 评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。
--	--	--	--

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无
2	采购需求	技术	是	图片	提供证明材料并加盖投标人公章
3	采购需求	商务	否	无	无

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	50	否	无	【报价】的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分（超出预算视为无效投标，评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。）
2	客观分	商务分	5	是	图片	【技术人员】的评分规则：拟投入医疗设备施工（安装）负责人（1人）：具有行政主管部门颁发的工业设备安装工程专业中级及以上职称证书、医用供气工证的每提供一个证书计2.5分，最多计5分，未提供的不计分。 【技术人员】的上传证明材料要求：注：供应商提供人员资格证书、包含2026年1月至开标前近三个月内任意一个月的社保缴纳证明，未提供的不计分。），提供的人员材料原件在中标结果公示后3个工作日内交采购人核验，未按要求提供或与投标文件中提供的不一致或提供虚假资料的，取消其中标资格。提供虚假证明材料的将追究其相关法律责任并取消中标资格。
3	主观分	技术分	10	否	无	【技术服务方案】的评分规则：供应商根据本项目提供服务方案，包括但不限于：①人员配备、②产品质量保证措施、③安全保障措施、④工程进度计划与保证措施、⑤安装与调试方案等，完全满足招标文件要求计10分，每出现一处缺漏项扣2分，每有一项缺陷或不足的扣1分，未提供方案不计分。 注：每有一项缺陷或不足是指：存在阐述不清晰、逻辑不合理、不详细明确、针对性不强的情形。（重大缺项是指凭空编造、与本项目无关，无法指导项目实施）。
4	主观分	商务分	10	否	无	【售后服务方案】的评分规则：供应商根据项目实际情况提供售后服务方案，方案内容应包括但不限于①售后服务响应时间及方式、②售后维护技术人员、③维护维修方案、④培训方案、⑤故障排除等，完全满足招标文件要求计10分，每出现一处缺漏项扣2分，每有一项缺陷或不足的扣1分，未提供方案不计分。 注：每有一项缺陷或不足是指：存在阐述不清晰、逻辑不合理、不详细明确、针对性不强的情形。（重大缺项是指凭空编造、与本项目无关，无法指导项目实施）。
5	/	偏离分	5	详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则	详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则	【未进行评分设置的货物一般技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物一般技术参数每偏离一项扣0.2分，最多扣5分
6	/	偏离分	20	详见本包货物类需求的偏离性评审	详见本包货物类需求的偏离性评审	【未进行评分设置的货物重要技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物重要技术参数每偏离一项扣2分，最多扣20分

				审 (标) 规则	审 (标) 规则	
--	--	--	--	----------------	----------------	--

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例 (或分数)	备注
小型、微型企业 优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（货物）》	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。