

永州市政府采购文件

采购项目名称：脉动真空灭菌器等医疗设备采购项目
采购人：道县中医医院
采购方式：竞争性谈判
采购代理机构：中采联合招标有限公司
委托代理编号：HNZC-2025DX-JZ-023
代理费收取方式：采购人支付代理费（按固定费用收取）
代理费支付标准：固定金额14,300元
专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付
采购计划编号：永道财采计[2025]00121号
采购项目预算：1,530,180元
是否进行资格预审：否
需求编制时间：2026年01月07日

采购人签章：
道县中医医院

需求编制人签章：
何秀秀

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目不专门面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	1,530,180	最低评标价法

谈判文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告

获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额（元）	采购内容概况	预期采购时间
脉动真空灭菌器等医疗设备采购项目	1,876,760	脉动真空灭菌器等医疗设备一批	2025-11

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：1,530,180元

包概述：脉动真空灭菌器等医疗设备采购				
评标方法：最低评标价法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：成交金额的10%
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：20分钟		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：是	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，报价低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；若同品牌供应商报价恰好相同，采取随机抽取方式确定推荐资格；			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
根据《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十一条规定：谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。本次评标将有供应商谈判环节，请各供应商一直在开标室中保持在线状态，进入供应商谈判环节后谈判小组将分别与各供应商进行谈判对话；因供应商原因导致未能进行谈判的，由供应商自行承担责任。				
本包付款约定	1	100%	项目完成验收合格支付合同款项的100%。	
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>		<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p>		

本包特定资格要求	本包特定资格证明材料上传要求
投标人应具有医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证或医疗器械经营备案凭证。	提供相关证明材料并加盖投标人公章。

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
1	脉动真空灭菌器(A02322800-消毒灭菌设备及器具)	是	否	否	台	380,000	1	380,000	
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	技术参数	1、主要用途：对耐热、耐湿器械、器具等物品进行高温高压蒸汽灭菌处理。2、内室容积：容积≥1500L。3、设备设计使用寿命：≥10年或20000次灭菌循环。4、密封门要求、开启方式与安全性设计：双门通道型、双门可实现互锁，开关门时，点击触摸屏，门电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门，关门过程中，如遇到障碍，触摸屏会显示报警信息，门动作将停止，最大限度的保证人员及物品安全。5、密封门胶圈：采用医用透明高抗撕硅胶材质的圆形门胶条，压缩气密封，密封门胶圈安装在设备主体上，而非安装在密封门上。6、设备结构与材质：采用高标准环形加强筋结构，使主体强度和稳定性更高；7、设备主体、环形加强筋、前后门板主体、蒸汽发生器、管路系统采用304不锈钢卫生级管路，卡箍链接，无碳钢材质。8、设备焊接工艺：设备主体采用机器人自动焊接成型。9、设计温度及压力：设计温度≥150℃，设计压力≥0.3MPa，安全阀开启压力≥0.28MPa，耐压试验压力≥0.39MPa（提供产品铭牌图片或技术白皮书并加盖投标人公章，参数应符合技术参数）。10、程序选择：程序数量≥32个。11、打印机以及物理记录数据：内置热敏打印机并安置于设备的操作前端，便于灭菌员实时监测物理数据，可连接追溯系统。打印的物理数据要实时记录整个灭菌过程的数据（数据包括：本设备的运转次数、操作员编号、灭菌的程序性质(种类)、程序设定的参数、程序的开始时间、灭菌过程的各阶段、时间、压力、温度、灭菌过程是否合格、操作人员签字、灭菌过程中的报警提示等内容）。12、控制系统：采用人机交互彩色液晶触摸屏操作，触摸屏尺寸≥8寸，全自动PLC控制，控制器所用元器件均为工业级标准，稳定性高，适合在恶劣的生产环境中使用。13、灭菌程序要求：脉动方式至少采用3次负压脉动、1次跨压脉动、3次正压脉动等三种脉动方式结合，干燥方式采用真空干燥和脉动干燥两种方式相结合。以上内容在打印记录实时打印。14、供汽方式及功率要求：设备内置电热蒸汽发生器，功率≥100kw，蒸汽发生器金进水管路具有防回流设计。15、压力容器安全性要求：设备标准配置≥5个真空压力表，≥3个安全阀。16、受场地限制及节约空间：设备需靠墙安装，满足单侧维修要求，外形宽度尺寸≤1455mm。17、设备核心配件要求：不锈钢气动阀门、真空泵、压力变送器，疏水阀以及换热器等主要元部件均采用优质品牌材料。				
2	★	相关材料	1、所投产品应具备医疗器械注册证或医疗器械备案凭证和第一类消毒产品网上备案（提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证相关证明材料及全国消毒产品网上备案信息服务平台（ https://credit.jdzx.net.cn/ ）备案截图并加盖投标人公章）。2、提供所投产品的特种设备生产许可证。（提供相关证明材料并加盖投标人公章）						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
2	脉动真空清洗消毒器(A02322800-消毒灭菌设备及器具)	否	否	否	台	330,000	1	330,000	
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				

		1	★	技术参数	1、主要针对腔镜器械、基础手术器械、管腔类器械、骨科器械、麻醉器械、牙科手机、眼科器械等器械以及外来器械的清洗、消毒和干燥。2、容积与尺寸：≥150L。3、受场地限制外形宽度尺寸≤1200mm。4、主体材质：为保证舱体防腐性能及寿命，外罩：304不锈钢拉丝板，并配有方形观察窗及压力表（提供相关产品实物图片并加盖投标人公章）；清洗舱：优质316Ti不锈钢，≥5mm厚度，镜面版。密封门：优质316Ti不锈钢。5、设备设计使用寿命：≥10年/20000次循环。6、装载方式及装载量：管腔器械无需与清洗筐一一对接，置于托盘内堆叠摆放或直接置于槽内清洗，10个DIN标准器械托盘（≥480×250×50mm）或8个微创器械托盘（≥570mm×250mm×60mm）7、节约运行成本：根据装载量多少，三级液位可调，达到节能运行的目的；同时可自动调整耗材进给量。8、清洗方式及清洗效果：应提供省级疾控部门及以上检测机构或由有资质的第三方检测机构出具的依据清洗消毒器行业标准《YY/T 0734-清洗消毒器》清洗效果检测报告（提供相关检测报告扫描件并加盖投标人公章）。9、控制方式：采用PLC控制系统，采用≥8寸人机交互彩色液晶触摸屏操作，前后双屏，全自动 PLC 控制，控制器所用元器件均为工业级标准，稳定性高，适合在恶劣的生产环境中使用。10、记录要求：内置热敏打印机，可自动打印过程曲线、并记录A0值，便于灭菌员实时检测物理数据，可连接追溯系统。			
		2	★	相关材料	1、所投产品应具备医疗器械注册证或医疗器械备案凭证和第一类消毒产品网上备案（提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证相关证明材料及全国消毒产品网上备案信息服务平台（ https://credit.jdzx.net.cn/ ）备案截图并加盖投标人公章）。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	台	300,000	1	300,000
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
3	快速式全自动清洗消毒器(A02322800-消毒灭菌设备及器具)	1	★	技术参数	1、主要用途：对普通器械、换药碗、麻醉管道、导管、微创器械、玻璃器皿等进行清洗、消毒以及干燥。2、容积与尺寸：有效容积≥520L，受场地限制外形宽度尺寸≤1275mm。3、装载量及运行时间：一次最大可装载≥18个标准器械托盘（480x250x50mm）标准程序全过程运行时间：≤42分钟（电加热），完成包括清洗、消毒、上油、干燥全过程；4、设备材质：舱体材质采用或者优于1.5mm厚度316L不锈钢镜面板，配套清洗架采用或优于316L不锈钢，外罩采用或优于304不锈钢拉丝板。5、记录方式：通过微型热敏打印机，可实时打印程序运行过程曲线、并记录A0值；6、控制方式：采用≥5.7寸人机交互彩色触摸屏操作，前后门双屏控制，能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数；具有报警信息显示功能；全自动 PLC 控制，控制器所用元器件均为工业级标准，稳定性高，适合在恶劣的工业环境中使用，同时内置预设程序≥9套，自定义程序≥21套。7、清洗架对接口与喷射臂：医用采用柔性对接口，对接口位于清洗腔体的侧面非中间位置，保证喷射臂最大清洗面积清洗器械，从而保证每层清洗质量。采用 360° 喷射设计可保证每个角落都能进行清洗，喷射臂末端采用可拆卸设计，便于对喷射孔进行清洗和去除杂质。8、设备使用寿命：≥10年/20000次循环 9、循环水加热系统：响应国家节能要求，水循环加热，节约能源。10、恒温蓄水管路系统：恒温蓄水管路保证运行过程快速、高效。12、纯水耗量：≤100L/循环。13、设备核心配件要求：不锈钢气动阀门、循环泵、风机，计量泵等主要元部件均采用全球优质一线品牌。14、清洗效果检测要求：应提供省级疾控部门及以上检测机构或由有资质的第三方检测机构出具的依据清洗消毒器行业标准《YY/T 0734-清洗消毒器》清洗效果检测报告（提供相关检测报告扫描件并加盖投标人公章）。15、干燥系统，双风机供风，双级加热系统，噪音≤65 分贝。			
		2	★	相关材料	1、所投产品应具备医疗器械注册证或医疗器械备案凭证和第一类消毒产品网上备案（提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证相关证明材料及全国消毒产品网上备案信息服务平台（ https://credit.jdzx.net.cn/ ）备案截图并加盖投标人公章）。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	台	170,000	1	170,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
4	单级反渗透纯水机(A02322700-病房护理及医院设备)	1	★	技术参数	1、用途：用于医院消毒供应中心相关清洗消毒设备纯水供给。2、产水量：≥1500 L/h 3、产水水质标准：产水水质满足《WS310.1-2016医院消毒供应中心管理 第1部分：管理规范》第10条 10.1中清洗用纯化水应符合电导率≤15us/cm(25℃)的规定。4、工艺流程：采用“预处理+反渗透			

					透+水箱储存+恒压供水”工艺。5、整个系统全过程微电脑控制，并通过触摸屏实时在线显示设备工艺流程、各部件运行状态以及水质、流量、压力的实时数值等；整个控制系统具备自动运行功能，包括自动制水、自动冲洗、原水缺水/水箱满水自动停机等多种功能，系统同时具备手动功能，可以手动控制设备运行。6、系统具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、水箱满水后自动停机、高水压、过载保护等功能。应急控制措施：可自动和手动相互切换、几种模式协调运行，保证设备正常制水。7、为保证系统运行稳定性，设备采用压力变送器来连续监测并实时在线显示原水进水压力、纯水出水压力及各点压力，不得采用压力差或其他机械式的压力检测装置。8、系统封闭式全自动运行，采用预处理+RO膜处理技术，反渗透主机系统具有定时自动脉冲冲洗功能，防止系统长时间停运造成细菌滋生确保产水水质。9、节省空间：为节省使用空间、方便操作并防止灰尘进入设备内部，主机设备集成在外形美观的一体化机柜中，四周设检修门，集成反渗透和供水系统。10、主机系统管路：采用不锈钢+UPVC管道，不锈钢管道采用自动焊机焊接，并采用单面焊双面成型工艺。主体管路系统无死角设计理念，保证反渗透主机所有管道中的水每天都能流动起来，避免备用部分管道所形成的盲端，降低微生物污染风险。11、预处理系统：配备多介质过滤器，活性炭过滤器，软化装置，精密过滤器，及相关辅助设备组成，预处理可实现自动正洗、反洗，再生等功能。12、反渗透系统：具有运行冲洗、定时冲洗、手动冲洗等功能，电导率仪连续监测实时在线显示产水的水质，反渗透系统设有流量计，以实时监测并调节运行出水量，通过合理工艺设计提高水利用率。13、RO反渗透膜数量≥6根。14、增压泵选用立式多级泵，过流部件采用304不锈钢。15、纯水水箱：用于储备反渗透产水，水箱容积≥1500 L，材质为304不锈钢，水箱装有液位控制器自动控制设备启停。16、纯水供水采用技术安全、稳定节能恒定压力输出方式，供水不得低于于用水设备的最低工作流量及压力要求。
--	--	--	--	--	---

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
5	医用真空干燥柜(A02322800-消毒灭菌设备及器具)	否	否	否	台	130,000	1	130,000
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	1、主要用途：对各类精密器械、不耐高温的器械及细长管腔类器械的低温干燥。2、舱体结构：要求为方形舱体，舱体一次可装载4个标配器械托盘的器械；舱体深度≥700mm，更适合较长硬镜类负载的干燥。3、保温材料：需采用粘胶纤维保温层，厚度≥10mm，外覆绝缘布、防火性能好、有效阻止热量散失。4、门锁装置：要求门锁装置为电动锁，自动检测门关位，安全方便，避免手动操作引起的误操作。5、管路系统要求：要求采用高效真空泵，运行平稳，低噪音，低震动，抽空速度快，维修保养方便；系统具备加热系统故障检测、保护、报警功能，采用知名品牌过热保护器。保护阶段，程序停止运行，排出故障后，方可正常使用。6、过滤器要求：要求进气采用高效空气过滤器过滤，过滤精度≥0.3μm，有效阻隔空气中的粉尘颗粒等进入舱体内。7、控制器要求：设备需采用PLC控制器，具备≥7寸的高清彩色触摸屏作为人机操作界面，可显示温度、压力、运行时间、报警信息等参数，触摸式操作，操作简单方便；触摸屏需自带USB接口，可接入≥4G容量的储存U盘，可记录运行数据和报警信息。8、程序系统：程序数量≥12套；温度调节范围应在室温~65℃可调；控制压力≤101kPa；设备需具备三级权限，防止非专业人员误操作；设备需具备智能模式，可利用高精度传感器智能判断腔内物品的干燥情况。物品干燥后，程序自动结束，从而实现一键干燥，减轻科室人员操作负担。程序运行全过程无时间限制，可对物品进行长时间干燥，且不能对物品有任何损伤。9、安全保障：设备需带有防过载、短路保护装置、PLC实时限温保护、超温保护、真空泵热过载保护、门电机过载保护等设备安全性保障措施。若设备发生故障，无法开门时，可触发紧急开门装置，长按紧急开门按钮，直到前门打开为止。10、受场地限制及为满足干燥器械尺寸要求，设备外形需≤535mm(宽)×885mm(深)，综合容积≥100L。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
6	极速生物阅读器(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	33,000	1	33,000
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	1.培养时间：≤30min，阳性报警最快5min，30min确定阴性。2.培养孔数：≥10个。3.屏幕尺寸：≥7英寸。4.打印功能：配置外置打印机，培养结果自动打印。5.自动保存记录：可自动存储培养记录≥10000条，存储空间不足时报警提示，也可上传电脑保存。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
7	一单元双门互锁传递窗(定制)(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	6,000	7	42,000
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	1、材质:优质不锈钢材质;2、通道内带紫外线灯可对传递窗内消毒;3、双门通道式传递口实现无菌区与外界隔离;4、门带玻璃视窗,可观察传递窗内物品;5、特有的双门互锁结构,避免人为地操作失误;6、用途:用于无菌物品存储、发放;7、尺寸:根据场地定制。			
8	电动升降传递窗(定制)(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	10,400	1	10,400
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	1、材质:优质不锈钢;2、电动升降、按钮控制、操作简单方便;3、采用钢化玻璃视窗、透明度高、整洁美观;4、用途:作为物品的传递通道,用于隔离不同的区域;5、外形尺寸:930mm×100mm×1660mm,通道尺寸:710mm×790mm。			
9	单槽污物清洗槽(定制)(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	7,680	6	46,080
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	1、材质:材质304不锈钢;2、单槽结构,槽体采用模具拉伸成型,边角圆弧无锐边,美观耐用;3、台面做滚压台阶线处理,沥除器械水分时候,水会顺着凹陷回流水槽,防止水流到地面或工作人员身上;4、鹅颈型水龙头,冷、热水接口,可自由调节流量和水温;5、品牌落水器;6、水槽下方采用柜体结构,方便维修,且可作为橱柜摆放物品;柜门铰链采用进口阻尼铰链,实现柜门自动闭合到位。7、外形尺寸:700mm×630mm×950mm;台面高度:840mm;槽体尺寸:520mm×420mm×260mm。			
10	器械检查打包台(定制)(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	12,000	2	24,000
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	1、材质:优质不锈钢;2、配置:LED灯×1,5孔插座×2,开关×1,平面搁板×1,斜搁板×1,开放储物盒×12,4寸万向轮(含刹)×2,4寸万向轮×2;3、尺寸:2000mm×1100mm×1450mm。			
		否	否	否	个	25,000	1	25,000

11	碗盘清洗架 (定制) (A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	1、材质：采用优质不锈钢焊接而成； 2、用途：配合清洗机清洗碗盘、弯盘等物品，洗碗筐、洗盘筐可拆卸替换为其它附件或托盘。 3、装载量：64个盘+54个碗			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	13,000	1	13,000
12	麻醉/呼吸管 道清洗架 (定制) (A02322800- 消毒灭菌设 备及器具)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	1、材质：采用优质不锈钢焊接而成 2、用途：用于麻醉、呼吸管道的清洗工作 3、装载量：30个麻醉或呼吸管道加配件			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	7,900	1	7,900
13	常规密封下 送车(定制) (A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	1、材质：优质不锈钢； 2、门带有密封胶条，密封性好； 3、门能旋转至270°，节约空间； 4、内置搁板x2，高度可调； 5、车体采用一体化焊接，车体运行时噪音小； 6、底部带6寸万向轮×2，6寸定向轮×2，方便移动。 7、采用连杆锁，操作简单灵活，门锁与把手功能集成； 8、车底盘四角安装有尼龙防撞块； 9、外形尺寸：1220mm×690mm×1300mm。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	9,400	2	18,800
14	外搬运车 (定制) (A02329900- 其他医疗设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术参数	1、采用优质不锈钢焊接而成 2、装载量：可存放运输1台清洗架			

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物 序号	货物名	参 数 序 号	参 数 名	是 否 需 要 上 传 证 明 材 料	证 明 材 料 类 型	上传证明材料的要求
1	脉动真空灭 菌器	1	技术参数	是	图片	按技术参数要求提供相关证明材料并加盖投标人公章
		2	相关材料	是	图片	按技术参数要求提供相关证明材料并加盖投标人公章

2	脉动真空清洗消毒器	1	技术参数	是	图片	按技术参数要求提供相关证明材料并加盖投标人公章
		2	相关材料	是	图片	按技术参数要求提供相关证明材料并加盖投标人公章
3	快速式全自动清洗消毒器	1	技术参数	是	图片	按技术参数要求提供相应证明材料并加盖投标人公章
		2	相关材料	是	图片	按技术参数要求提供相关证明材料并加盖投标人公章
4	单级反渗透纯水机	1	技术参数	否	无	无
5	医用真空干燥柜	1	技术参数	否	无	无
6	极速生物阅读器	1	技术参数	否	无	无
7	一单元双门互锁传递窗（定制）	1	技术参数	否	无	无
8	电动升降传递窗（定制）	1	技术参数	否	无	无
9	单槽污物清洗槽（定制）	1	技术参数	否	无	无
10	器械检查打包台（定制）	1	技术参数	否	无	无
11	碗盘清洗架（定制）	1	技术参数	否	无	无
12	麻醉/呼吸管道清洗架（定制）	1	技术参数	否	无	无
13	常规密封下送车（定制）	1	技术参数	否	无	无
14	外搬运车（定制）	1	技术参数	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	合同	商务	<p style="text-align: center;">第二节 合同</p> <p style="text-align: center;">通用条款（货物类）</p> <p>1. 定义</p> <p>1.1 合同当事人</p> <p>（1）采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金，通过采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。</p> <p>（2）供应商(以下称乙方)是指参加采购活动而取得成交资格，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。</p> <p>1.2 本合同下列术语应解释为：</p> <p>（1）“合同”系指甲乙双方签署的、采购协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。</p> <p>（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。</p> <p>（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。</p> <p>（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。</p> <p>（5）“合同条款”系指本合同条款。</p> <p>（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称在合同专用条款指明。</p> <p>2. 合同的适用范围</p> <p>2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。</p> <p>2.2 合同内容根据竞争性谈判文件、响应文件而确定。</p> <p>3. 合同标的及金额</p>

3.1 合同标的及金额应与成交结果一致，具体的货物名称、规格、型号、数量和价格见专用条款。

4. 合同价款

4.1 具体合同价款见本合同第3.1项。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5. 履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见专用条款。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6. 货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（采购文件另有约定的除外）。

7. 货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8. 运输和保险

8.1 乙方负责办理将货物运抵本合同第五条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用

应包括在合同总价中。

8.2 乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110%运输一切险。

9. 质量标准和保证

9.1 质量标准

(1) 本合同下交付的货物应符合第七章采购需求所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

(1) 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于专用条款规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后应在专用条款规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1项规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10. 权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11. 知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12. 保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务。

13. 合同价款支付

13.1 验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后按程序付款。

13.4 支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖财务专用章、法人代表签字的证明文件，报经甲方审查核准，并报财政部门备案。

13.5 合同价款支付方式和条件在专用条款中另有规定。

13.6 采购人从中小企业采购货物、服务、工程，应当自货物、服务、工程交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，付款期限最长不得超过60日。

14. 伴随服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。

(5) 专用条款与第四章采购需求规定的其他伴随服务

14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的补救措施和索赔

(1) 如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

(2) 如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

(2) 除本合同第19条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七日计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

(3) 如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

15.3 采购人未履行及时付款义务的违约责任。

(1) 采购人迟延支付中小企业款项的，应当支付逾期利息。逾期利息约定的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未约定逾期利息利率的，按每日万分之五的利率支付

逾期利息。

(2) 甲方应当按照招标文件和合同确定的付款方式及时拨付款项，如果甲方没有按照合同规定的时间拨付款项，每延迟一天按照每日利率万分之五支付逾期利息。

16. 合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17. 合同中止与终止

17.1 合同的中止

(1) 合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

(2) 合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

(3) 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

(4) 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

(5) 如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18. 合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在响应文件中说明，且未经甲方书面同意，乙方不得将合同的主体、关键性工作分包给他人。

18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

19. 不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20. 解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按专用条款中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

(1) 向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

(2) 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21. 法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22. 通知

22.1 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2 通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同生效

23.1 本合同在合同各方签字盖章后生效

24. 附则

24.1 本合同未尽事宜，见专用条款。

专用条款

条款号	条款名称	编列内容规定
第1.2(6)款	项目现场	按采购人指定地点提供
第5.1条	履行合同的时间、地点及方式	详见采购需求
第9.2(1)款	质量保证期	详见采购需求
第9.2(3)款	响应时间	详见采购需求
第13.5条	合同价款支付方式和条件	详见采购需求
第20.2条	解决争议的方式	向人民法院提起诉讼
第24.1条	合同未尽事项	双方协商确定
<p>履约担保：</p> <p>1、履约保证金金额：中标金额的10%；</p> <p>2、履约担保形式：转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳。</p> <p>3、缴纳方式：签订合同前缴纳，如不缴纳则视为虚假应标，并上报有关部门，对采购人所造成的一切损失由供应商承担。合同期满后按合同约定无息退还履约担保金额。</p> <p>4、其它：禁止转让或转包。中标人合同期限内退出或转让，视作违约处理，除没收履约保证金之外，还应扣除相关费用，中标人合同期限内违规被处罚和受到采购人处罚的款项应及时向采购人缴纳，否则将在履约保证金中直接扣除。</p>		
2	项目要求 商务	<p>备注：1、中标人所投的中标产品必须完全满足招标文件参数，如不满足，视为虚假应标作无效投标处理，验收不合格，采购人可以中止合同，由此造成采购人的损失由中标人自行承担。</p> <p>2、人工费、材料费、税金及管理费用由投标人承担，采购人不再另行支付其余费用。</p> <p>三、项目实施要求</p> <p>1、包装、保险及发运、保管要求</p> <p>1.1设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。</p> <p>1.2在货物到达使用单位后，卖方应在5个工作日内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。</p>

1.3 中标产品在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

1.4 中标产品在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

1.4 中标产品至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。

2、质量保证要求

2.1 供应商所提供的中标产品必须为原生产厂家的全新产品，所供中标产品质量必须达到国家或部颁标准，严禁提供假冒假劣产品。

2.2 中标产品从验收合格之日起质保 壹 年，保修期内设备出现故障，由厂家提供免费维修和免费提供设备更换的主、零配件，有特殊要求按特殊要求保修。

2.3 响应速度：提供2小时服务响应，24小时内安排专业人员到现场处理设备故障，3天内不能修复的故障需提供备用机给采购方使用。

2.4 中标人应向采购人提供产品及配件的中文使用手册、维修手册，并免费提供操作培训。

2.5 设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册。买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行校核。

3、检验与验收

3.1 中标产品安装调试完成后，先由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行现场验收，现场验收合格后方可收货。

3.2 中标单位如用低值产品虚假应标，采购人将请国家相关技术监督和质量监督部门在本院当场进行参数核对，如不符合招标参数视为虚假应标处理，中标人所提供的货物将不予撤回且造成所有损失由中标方负责。

4、售后服务

4.1 项目在实施过程中和质保期范围内，中标单位必须进行上门安装调试及技术服务，并全程跟踪服务。

4.2 所投核心产品（脉动真空灭菌器）应符合《检测和校准实验室能力认可准则》的要求，内容包含对设备的温度、压力等进行的实验验证，提供国家认可的认可证书，并附标有相同认可注册号的证书附件（中标后7个工作日内提交原件备查）。

四、其他要求及说明

1. 完工时间及地点

1.1 完工时间：签订合同30天内完成所有工作。

1.2 完工地点：采购人 指定地点

		<p>2. 结算方法</p> <p>2.1付款人：道县中医医院。</p> <p>2.2付款方式：项目完成验收合格支付合同款项的100%。</p> <p>3. 本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。</p> <p>4. 投标人在投标前，自行踏勘现场。有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。</p>
--	--	---

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无
2	项目要求	商务	否	无	无

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例(或分数)	备注
小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（货物）》	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。
节能产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	5%	评标方法为最低评标价法时，节能产品享受产品报价优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
环境标志产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	5%	评标方法为最低评标价法时，环境标志产品享受产品报价优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投

				标文件中填报相关信息及数据), 强制采购节能产品的货物, 投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
--	--	--	--	--

异常报价

谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明材料; 供应商不能证明其报价合理性的, 谈判小组应当将其作为响应无效处理。