

永州市政府采购文件

采购项目名称：东安县人民医院核医学科设备一批采购项目（第二次）

采购人：东安县人民医院

采购方式：询价

采购代理机构：湖南永冲锋项目管理有限公司

委托代理编号：HNYCF-CG-2026-006

代理费收取方式：采购人支付代理费（按成交金额百分比收取）

代理费支付标准：项目成交金额的0.6%

专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付

采购计划编号：东财购计2026[00031]号

采购项目预算：649,000元

是否进行资格预审：否

需求编制时间：2026年06月25日

采购人签章：

东安县人民医院

需求编制人签章：

李霞

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非公开招标采购方式审批管理办法》的通知（湘财购〔2025〕7号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目不专门面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	449,000	最低评标价法
2	第二包	200,000	最低评标价法

询价文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告

获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额（元）	采购内容概况	预期采购时间
东安县人民医院核医学科设备一批采购项目	840,000	采购甲状腺功能测定仪、放射性单联通风橱、放射性活度计、辐射防护设备、锶 90 β 密封源等一批医疗设备	2026-04

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：449,000元

包概述：核医学科设备一批				
评标方法：最低评标价法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：60个自然日	合同履约保证金：无
知识产权归属：共有	知识产权归属详细说明：双方共有			
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价/无时长限制		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：是	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，报价低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；若同品牌供应商报价恰好相同，采取随机抽取方式确定推荐资格；			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在报价相同的，约定由采购人在5个工作日内自主确定最终中标/成交/入围供应商。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
1. 具有独立承担民事责任的能力。 2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。 3. 供应商不得为信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。 4. 法律、行政法规规定的其他条件。 5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。		1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。 2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。 3. 供应商无需上传证明材料，由评委在 www.creditchina.gov.cn 和 www.ccgp.gov.cn 现场联网查验。 4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。 5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。		
本包特定资格要求		本包特定资格证明材料上传要求		
(1) 供应商须具有有效的医疗器械经营许可证（或备案凭证）、或有效的医疗器械生产许可证（或备案凭证）、且证件在有效期内。（2）供应商所投货物纳入医疗器械管理的，货物须具有医疗器械注		提供相关证明材料，并加盖供应商公章		

册证（或备案凭证），且证书在有效期内。 (3) 所投货物已移除医疗器械管理的，需提供相关证明资料。	
--	--

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
1	甲状腺功能测定仪(A02321500-核医学诊断设备)	是	否	否	台	100,000	1	100,000
		本货物共设置了17条参数。 其中：实质性参数：17条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	甲状腺功能测定仪	1、本底计数率≤900cpm			
		2	★	甲状腺功能测定仪	2、点源灵敏度≥0.18每分钟计数每贝克			
		3	★	甲状腺功能测定仪	3、时间稳定性≤3%/8h			
		4	★	甲状腺功能测定仪	4、核素选择：具备至少两档增益控制，支持 铈99m和碘131			
		5	★	甲状腺功能测定仪	5、探头调节方式：具备探头升降调节功能（电动或手动均可），以适应不同身高患者			
		6	★	甲状腺功能测定仪	6、探头对位机构：探头可前后滑动（对位），并带有自动锁止机构，对位精确			
		7	★	甲状腺功能测定仪	7、 颈模型设计：具备悬挂式颈模型			
		8	★	甲状腺功能测定仪	8、高压管理：高度智能化电源管理，软件可自动开关高压，确保安全			
		9	★	甲状腺功能测定仪	9、电子线路：高度集成电子线路			
		10	★	甲状腺功能测定仪	10、数据传输接口：高速数据传输USB标准接口			
		11	★	甲状腺功能测定仪	11、甲状腺摄碘动态测定：具有甲状腺24小时动态摄碘功能测定（时序可变）			
		12	★	甲状腺功能测定仪	12、有效半衰期测定：具有甲状腺碘有效半衰期测定功能			
		13	★	甲状腺功能测定仪	13、过氯酸钾释放试验：支持			
		14	★	甲状腺功能测定仪	14、甲状腺抑制试验：支持			
		15	★	甲状腺功能测定仪	15、铈99m功能检查：支持甲状腺吸铈99m功能检查			

		16	★	甲状腺功能测定仪	16、同位素衰变计算：具备内置同位素衰变计算器						
		17	★	甲状腺功能测定仪	17、病历管理：具备患者病历管理功能，支持按日期等方式查询与调取病历						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品		是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）		
2	放射性单联通风橱(A02321500-核医学诊断设备)	否		否		否	套	150,000	1	150,000	
		本货物共设置了18条参数。 其中：实质性参数：18条。									
		参数序号	参数类型	参数名		参数值					
		1	★	放射性单联通风橱		1. 防护标准：正面≥50mmPb，其它五面≥40mmPb，单联，规格尺寸L1000*W750*H2200mm（以实际尺寸为准）。					
		2	★	放射性单联通风橱		2. 内外304不锈钢材质制作，六面转角R20圆弧处理，易清洁及保持洁净环境。					
		3	★	放射性单联通风橱		3. 六面全封闭防护，通过操作伸手孔有效降低分装操作过程中工作人员的辐射剂量。					
		4	★	放射性单联通风橱		4. 前面设有与箱体防护能力一致的高铅玻璃观察窗，正面设有两个操作伸手孔，并配有防护盖。					
		5	★	放射性单联通风橱		5. 柜体一侧留有物品传递通道，并设置带不锈钢压紧把手的防护门。					
		6	★	放射性单联通风橱		6. 台面上配置有标准的活度计检测井孔，并配置下沉式活度计防护井，防护标准≥40mmpb。					
		7	★	放射性单联通风橱		7. 具备放射性药物专用的电动升降装置。					
		8	★	放射性单联通风橱		8. 配有柜内照明及紫外线灭菌装置。					
		9	★	放射性单联通风橱		9. 含辐射检测仪一台					
		10	★	放射性单联通风橱		9.1. 显示单元采用≥10吋液晶触摸屏。					
		11	★	放射性单联通风橱		9.2. 显示单元可存储测量结果包括报警信息并通过U盘（USB接口）导出以及通过起始和截止日期查询相应时间段数据信息。					
		12	★	放射性单联通风橱		9.3. 显示单元设有报警浏览功能，可随时查看历史报警信息。					
		13	★	放射性单联通风橱		9.4. 探测射线类型：X、γ（高低量程双计数器）。					
		14	★	放射性单联通风橱		9.5. 测量范围：0.01μSv/h～1Sv/h。					
		15	★	放射性单联通风橱		9.6. 显示单位：μSv/h，mSv/h，Sv/h。					
		16	★	放射性单联通风橱		9.7. 显示单元设有用户管理选项（包括新增用户，修改用户，删除用户等）对系统参数可设置密码保护，并可设置屏幕休眠时间以及关闭和开启蜂鸣器选项。					
		17	★	放射性单联通风橱		9.8. 显示单元可显示探测器的实时曲线，并可设置曲线显示的上限和下限。					
18	★	放射性单联通风橱		10. 排风系统风量>450 立方米 / 小时。							
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品		是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）		

3	高精度放射性活度计(A02321500—核医学诊断设备)	否	否	否	台	70,000	1	70,000
		本货物共设置了11条参数。 其中：实质性参数：11条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	高精度放射性活度计	1、设置核素区100个，可测量全部核医学常用核素（如铪99m、铟113m、碘131、碘125籽源、镓67、铊201等）。			
		2	★	高精度放射性活度计	2、可测量核医学体内治疗核素钷153、钇90、铈188、铈89以及正电子核素氟18、碳11、氮13、氧15等。			
		3	★	高精度放射性活度计	3、按键自动扣除环境辐射本底，无须调零。			
		4	★	高精度放射性活度计	4、能量范围：25Kev以上的X、 γ 及其1Mev以上的 β 核素。			
		5	★	高精度放射性活度计	5、量程范围：1微居—10居（铪99m）。			
		6	★	高精度放射性活度计	6、显示分辨：1 μ Ci。			
		7	★	高精度放射性活度计	7、测量精度：1—2% $\pm$ 1字。			
		8	★	高精度放射性活度计	8、静电计精度：好于1%。			
		9	★	高精度放射性活度计	9、可采用居里（Ci）或贝可（Bq）两种显示单位方式。			
		10	★	高精度放射性活度计	10、测量速度：读数95%的典型时间为5秒。			
		11	★	高精度放射性活度计	11、几何响应：样品轴向变动2cm，读数变动 $\pm$ 0.5%。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
4	环境辐射监测系统(A02321500—核医学诊断设备)	否	否	否	套	55,000	1	55,000
		本货物共设置了10条参数。 其中：实质性参数：10条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	环境辐射监测系统	1.主显示单元采用 $\geq$ 10吋液晶触摸屏，探测器采用两个7吋触摸屏结构的一体机探头和两个常规未带显示探头；			
		2	★	环境辐射监测系统	2.主显示和探测器一体机均可存储测量结果包括报警信息并通过U盘（USB接口）导出以及通过起始和截止日期查询相应时间段数据信息；			
		3	★	环境辐射监测系统	3.探测器一体机可独立使用或与主机组网并显示实时测量结果（无需额外电源）；			

		<table><tr><td>4</td><td>★</td><td>环境辐射监测系统</td><td>4. 探测器一体机可实时显示测量结果，还可通过模拟表盘指示测量结果，超过报警阈值用不同颜色表征；</td></tr><tr><td>5</td><td>★</td><td>环境辐射监测系统</td><td>5. 探测射线类型：X 、 γ （高低量程双计数器）；</td></tr><tr><td>6</td><td>★</td><td>环境辐射监测系统</td><td>6. 测量范围：0.01 μSv/h~1Sv/h；</td></tr><tr><td>7</td><td>★</td><td>环境辐射监测系统</td><td>7. 显示单位： μSv/h， mSv/h， Sv/h；</td></tr><tr><td>8</td><td>★</td><td>环境辐射监测系统</td><td>8. 主显示和探测器一体机均设有用户管理选项（包括新增用户，修改用户，删除用户等）对系统参数可设置密码保护，探测器一体机有蜂鸣器实体开关，并可设置屏幕休眠时间</td></tr><tr><td>9</td><td>★</td><td>环境辐射监测系统</td><td>9. 探测器报警指示灯：绿灯-正常 红灯-报警；</td></tr><tr><td>10</td><td>★</td><td>环境辐射监测系统</td><td>10. 主显示单元可显示探测器的实时曲线，并可设置曲线显示的上限和下限。</td></tr></table>	4	★	环境辐射监测系统	4. 探测器一体机可实时显示测量结果，还可通过模拟表盘指示测量结果，超过报警阈值用不同颜色表征；	5	★	环境辐射监测系统	5. 探测射线类型：X 、 γ （高低量程双计数器）；	6	★	环境辐射监测系统	6. 测量范围：0.01 μSv/h~1Sv/h；	7	★	环境辐射监测系统	7. 显示单位： μSv/h， mSv/h， Sv/h；	8	★	环境辐射监测系统	8. 主显示和探测器一体机均设有用户管理选项（包括新增用户，修改用户，删除用户等）对系统参数可设置密码保护，探测器一体机有蜂鸣器实体开关，并可设置屏幕休眠时间	9	★	环境辐射监测系统	9. 探测器报警指示灯：绿灯-正常 红灯-报警；	10	★	环境辐射监测系统	10. 主显示单元可显示探测器的实时曲线，并可设置曲线显示的上限和下限。
4	★	环境辐射监测系统	4. 探测器一体机可实时显示测量结果，还可通过模拟表盘指示测量结果，超过报警阈值用不同颜色表征；																											
5	★	环境辐射监测系统	5. 探测射线类型：X 、 γ （高低量程双计数器）；																											
6	★	环境辐射监测系统	6. 测量范围：0.01 μSv/h~1Sv/h；																											
7	★	环境辐射监测系统	7. 显示单位： μSv/h， mSv/h， Sv/h；																											
8	★	环境辐射监测系统	8. 主显示和探测器一体机均设有用户管理选项（包括新增用户，修改用户，删除用户等）对系统参数可设置密码保护，探测器一体机有蜂鸣器实体开关，并可设置屏幕休眠时间																											
9	★	环境辐射监测系统	9. 探测器报警指示灯：绿灯-正常 红灯-报警；																											
10	★	环境辐射监测系统	10. 主显示单元可显示探测器的实时曲线，并可设置曲线显示的上限和下限。																											
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）																						
5	表面污染检测仪（ A02321500-核医学诊断设备）	否	否	否	台	13,000	1	13,000																						
		本货物共设置了9条参数。 其中：实质性参数：9条。																												
		参数序号	参数类型	参数名	参数值																									
		1	★	表面污染检测仪	1. 测量单位：微西弗每小时、微戈瑞每小时、每秒钟计数、每分钟计数，贝克每平方米；																									
		2	★	表面污染检测仪	2. 测量范围： α 、 β ：0.00每秒钟计数—十万每秒钟计数 α 、 β ：0.00贝克每平方米—一百万贝克每平方米；																									
		3	★	表面污染检测仪	3. 供电方式：干电池供电																									
		4	★	表面污染检测仪	4. 剂量率显示采用模拟尺状进度条和数字同步显示测量值；																									
		5	★	表面污染检测仪	5. 测量模式：1. α 、2. β 、3. α 和 β ；																									
		6	★	表面污染检测仪	6. 可设置：单位面积活度阈值、剂量率报警阈值和计数率阈值；																									
		7	★	表面污染检测仪	7. 故障提示：超阈值报警（alarm）、欠压报警（欠压关机）、过载报警（over）、计数故障报警（计数故障）、高压故障报警（高压故障）；																									
		8	★	表面污染检测仪	8. 探 测 器：ZnS涂层、薄膜塑料闪烁体探测器；																									
		9	★	表面污染检测仪	9. 便携枪式外观设计，符合人体工程力学，可测量 α 、 β 、 γ 和X射线。																									
		货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）																				
		6	便携式X-Y辐射检测仪（ A02321500-核医学诊断设备）	否	否	否	台	6,000	1	6,000																				
本货物共设置了9条参数。 其中：实质性参数：9条。																														
参数序号	参数类型			参数名	参数值																									
1	★			便携式X-Y	1、辐射类型：X， γ 射线；																									

				辐射检测仪				
		2	★	便携式X-Y辐射检测仪	2、探 测 器：GM管；			
		3	★	便携式X-Y辐射检测仪	3、测量范围：0.01 μ Sv/h～1Sv/h；			
		4	★	便携式X-Y辐射检测仪	4、测量精度：≤ ± 15%（铯137）；			
		5	★	便携式X-Y辐射检测仪	5、能量响应：50 keV ~ 3MeV；			
		6	★	便携式X-Y辐射检测仪	6、报警功能：超阈值报警、高压故障、计数故障报警；			
		7	★	便携式X-Y辐射检测仪	7、采用4.3英寸触摸屏界面显示，可调节背光、具备蜂鸣器开关；			
		8	★	便携式X-Y辐射检测仪	8、测量模式：实时测量模式、定时测量模式、计数率测量模式，并可修改定时测量时间；			
		9	★	便携式X-Y辐射检测仪	9、显示内容：剂量率、累积剂量、计数率、设备状态、报警阈值和模拟柱状图测量趋势显示。并可存储超过报警阈值的数据以供参考。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
7	个人剂量检测报警仪（A02321500-核医学诊断设备）	否	否	否	只	2,000	5	10,000
		本货物共设置了8条参数。 其中：实质性参数：8条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	个人剂量检测报警仪	1. 探测器：能量补偿的GM 管探测器；			
		2	★	个人剂量检测报警仪	2. 能量响应：50keV-1.3MeV；			
		3	★	个人剂量检测报警仪	3测量范围： 剂量当量率：Hp(10) 0.1 μ Sv/h-100mSv/h 累积剂量当量：Hp(10) 0.0 μ Sv-99.99 mSv；			
		4	★	个人剂量检测报警仪	4. 累积剂量当量响应误差：量程范围内<±15%；			
		5	★	个人剂量检测报警仪	5. 报警功能：有剂量率、累计剂量、电池欠压等报警功能，报警阈值连续可调；			
		6	★	个人剂量检测报警仪	6. 功耗：整机功耗小于 2mW，一次可连续使用时间约720 小时；			
		7	★	个人剂量检测报警	7. 累计剂量：每增加0.1 μ Sv响一短声，发光一次；累计剂量≥ 50 μ Sv，声光 报警一次，有相应功能符号显示。剂量率≥25 μ Sv/h，连续声光报警，有相应功能符号显示。阻塞报警：当计数管			

				仪	数阻塞时连续报警不停;有相应功能符号显示。报警声音强度, 在 30cm处约80dB;				
		8	★	个人剂量检测报警仪	8. 电池电压偏低时, 仪器显示电池欠压符号。欠压符号出现后, 在较低辐射场所内仍可连续工作24 小时以上。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品		是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
8	个人防护用品套装(A02321500-核医学诊断设备)	否	否		否	套	5,000	3	15,000
		本货物共设置了12条参数。 其中: 实质性参数: 12条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	个人防护用品套装	1. 铅防护衣、防护帽、防护围领、防护手套;				
		2	★	个人防护用品套装	1.1. 款式: 防护衣: 连体长、短袖、防护围领: 大领异型、防护帽: 舒适通用型、铅手套: 分指铅手套;				
		3	★	个人防护用品套装	1.2. 防护材料采用国际多层制作工艺, 以确保产品柔软舒适;				
		4	★	个人防护用品套装	1.3. 铅当量: 防护衣前面 0.5mmpb, 后面及其他 0.25mmpb, 防护帽、防护围领、防护手套: 0.5 mmpb;				
		5	★	个人防护用品套装	1.4. 表面面料为防水指数大于1000的射线防护服专用设计面料, 耐磨, 耐用, 易清洗, 可用酒精擦洗;				
		6	★	个人防护用品套装	1.5. 表面材料超过 20种颜色可选, 以便区分, 避免交叉污染;				
		7	★	个人防护用品套装	1.6. 选择对人体无害的材料, 安全性: 无铅粉游离。				
		8	★	个人防护用品套装	2. 铅防护眼镜				
		9	★	个人防护用品套装	2.1款式: 护边型;				
		10	★	个人防护用品套装	2.2采用高铅玻璃镜片, 正面/侧面0.5mmpb;				
		11	★	个人防护用品套装	2.3采用树脂镜架;				
		12	★	个人防护用品套装	2.4外观精美, 配有眼镜绳, 便于佩戴不易脱落。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品		是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
9	铅桶(A02321500-核医学诊断设备)	否	否		否	个	10,000	2	20,000
		本货物共设置了7条参数。 其中: 实质性参数: 7条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	铅桶	1. 标准尺寸: Φ325*640 mm (H) ;				
		2	★	铅桶	2. 防护标准: 20mmPb;				
		3	★	铅桶	3. 内外304不锈钢饰面, 易于清洁;				
		4	★	铅桶	4. 顶部重叠防护双盖结构;				

		5	★	铅桶	5. 设置方便投放废物的旋开式滑盖投放孔；			
		6	★	铅桶	6. 易于开启的双承重把手顶盖；			
		7	★	铅桶	7. 带刹车承重万向脚轮，可灵活运转或固定摆放。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
10	铅罐（A02321500-核医学诊断设备）	否	否	否	个	5,000	2	10,000
本货物共设置了3条参数。 其中：实质性参数：3条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	铅罐	1. 标准尺寸：内径90mm×内高110 mm；			
		2	★	铅罐	2. 防护标准：20mmPb；			
		3	★	铅罐	3. 纯铅防护层，内外不锈钢饰面。			

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	甲状腺功能测定仪	1	甲状腺功能测定仪	否	无	无
		2	甲状腺功能测定仪	否	无	无
		3	甲状腺功能测定仪	否	无	无
		4	甲状腺功能测定仪	否	无	无
		5	甲状腺功能测定仪	否	无	无
		6	甲状腺功能测定仪	否	无	无
		7	甲状腺功能测定仪	否	无	无
		8	甲状腺功能测定仪	否	无	无
		9	甲状腺功能测定仪	否	无	无
		10	甲状腺功能测定仪	否	无	无
		11	甲状腺功能测定仪	否	无	无
		12	甲状腺功能测定仪	否	无	无
		13	甲状腺功能测定仪	否	无	无
		14	甲状腺功能	否	无	无

			能测定仪			
		15	甲状腺功能测定仪	否	无	无
		16	甲状腺功能测定仪	否	无	无
		17	甲状腺功能测定仪	否	无	无
2	放射性单联通风橱	1	放射性单联通风橱	否	无	无
		2	放射性单联通风橱	否	无	无
		3	放射性单联通风橱	否	无	无
		4	放射性单联通风橱	否	无	无
		5	放射性单联通风橱	否	无	无
		6	放射性单联通风橱	否	无	无
		7	放射性单联通风橱	否	无	无
		8	放射性单联通风橱	否	无	无
		9	放射性单联通风橱	否	无	无
		10	放射性单联通风橱	否	无	无
		11	放射性单联通风橱	否	无	无
		12	放射性单联通风橱	否	无	无
		13	放射性单联通风橱	否	无	无
		14	放射性单联通风橱	否	无	无
		15	放射性单联通风橱	否	无	无
		16	放射性单联通风橱	否	无	无
		17	放射性单联通风橱	否	无	无
		18	放射性单联通风橱	否	无	无
3	高精度放射性活度计	1	高精度放射性活度计	否	无	无
		2	高精度放射性活度计	否	无	无
		3	高精度放射性活度计	否	无	无

			计			
		4	高精度放射性活度计	否	无	无
		5	高精度放射性活度计	否	无	无
		6	高精度放射性活度计	否	无	无
		7	高精度放射性活度计	否	无	无
		8	高精度放射性活度计	否	无	无
		9	高精度放射性活度计	否	无	无
		10	高精度放射性活度计	否	无	无
		11	高精度放射性活度计	否	无	无
4	环境辐射监测系统	1	环境辐射监测系统	否	无	无
		2	环境辐射监测系统	否	无	无
		3	环境辐射监测系统	否	无	无
		4	环境辐射监测系统	否	无	无
		5	环境辐射监测系统	否	无	无
		6	环境辐射监测系统	否	无	无
		7	环境辐射监测系统	否	无	无
		8	环境辐射监测系统	否	无	无
		9	环境辐射监测系统	否	无	无
		10	环境辐射监测系统	否	无	无
5	表面污染检测仪	1	表面污染检测仪	否	无	无
		2	表面污染检测仪	否	无	无
		3	表面污染检测仪	否	无	无
		4	表面污染	否	无	无

			检测仪			
		5	表面污染检测仪	否	无	无
		6	表面污染检测仪	否	无	无
		7	表面污染检测仪	否	无	无
		8	表面污染检测仪	否	无	无
		9	表面污染检测仪	否	无	无
6	便携式X-Y辐射检测仪	1	便携式X-Y辐射检测仪	否	无	无
		2	便携式X-Y辐射检测仪	否	无	无
		3	便携式X-Y辐射检测仪	否	无	无
		4	便携式X-Y辐射检测仪	否	无	无
		5	便携式X-Y辐射检测仪	否	无	无
		6	便携式X-Y辐射检测仪	否	无	无
		7	便携式X-Y辐射检测仪	否	无	无
		8	便携式X-Y辐射检测仪	否	无	无
		9	便携式X-Y辐射检测仪	否	无	无
7	个人剂量检测报警仪	1	个人剂量检测报警仪	否	无	无
		2	个人剂量检测报警仪	否	无	无
		3	个人剂量检测报警仪	否	无	无
		4	个人剂量检测报警仪	否	无	无
		5	个人剂量检测报警仪	否	无	无

			仪			
		6	个人剂量检测报警仪	否	无	无
		7	个人剂量检测报警仪	否	无	无
		8	个人剂量检测报警仪	否	无	无
8	个人防护用品套装	1	个人防护用品套装	否	无	无
		2	个人防护用品套装	否	无	无
		3	个人防护用品套装	否	无	无
		4	个人防护用品套装	否	无	无
		5	个人防护用品套装	否	无	无
		6	个人防护用品套装	否	无	无
		7	个人防护用品套装	否	无	无
		8	个人防护用品套装	否	无	无
		9	个人防护用品套装	否	无	无
		10	个人防护用品套装	否	无	无
		11	个人防护用品套装	否	无	无
		12	个人防护用品套装	否	无	无
9	铅桶	1	铅桶	否	无	无
		2	铅桶	否	无	无
		3	铅桶	否	无	无
		4	铅桶	否	无	无
		5	铅桶	否	无	无
		6	铅桶	否	无	无
		7	铅桶	否	无	无
10	铅罐	1	铅罐	否	无	无
		2	铅罐	否	无	无
		3	铅罐	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
----	-----	------	------

1	商务要求	商务	1. 产品运输、保险及保管： 1.1成交供应商负责在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购单位指定地点，包括装卸及现场搬运等。使用说明书、合格证、随配附件和工具一并附于货物包装内。 1.2成交供应商负责货物在实施地点的保管，直至项目验收合格。 1.3成交供应商负责其派出的项目实施人员、相关管理人员的一切人身和财产安全。 2. 交货与安装调试： 2.1交货时间：签订合同后60天内。 2.2交货地点：东安县境内采购人指定地点。 2.3成交供应商须负责所有设备的安装调试（含采购人原有设备拆卸、更换和位置调整），确保设备和整个系统正常运行。 2.4项目完成后，成交供应商应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档等移交采购人。 2.5 延期交货：成交供应商每延期1天，按延期交付的货物总额1%交付违约金，违约金最高限额不超过延期交付的货物总额的10%。如果在达到违约金最高限额后仍不能交货，采购人有权终止合同，因此给采购人带来的损失由成交供应商负责。 3. 验收： 3.1成交供应商交货前应对产品作出全面检查并列出清单，负责安装并培训采购单位的使用操作人员，直到符合技术要求，并正常运营一个月后，采购单位最终验收。由采购人负责组建验收小组，货物必须由验收小组鉴定是否符合采购项目的验收标准和实际需要，按采购文件技术要的性能指标、响应文件响应条款、国家及行业相关标准进行验收，验收费用由成交供应商承担。 3.2货物产品经过双方检验认可后，签署验收报告，验收报告作为申请付款的凭证之一。 3.3 验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。 3.4项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，再行验收，由此给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交供应商承担。 3.5其中包一中的三、五、六、七设备必须提供计量院检定证书才算验收完成。
---	------	----	--

		4. 质量保证： 4.1成交供应商提供的产品应是原厂原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。 4.2质保期要求贰年全免保修，质保期从最终验收合格之日起开始计算。质保期内所有设备维护维修保养等要求免费上门服务。 5. 售后服务： 5.1成交供应商须制定并提供设备定期维护计划、故障受理服务和对采购人维护要求的响应措施及方案。 5.2质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交供应商负责全免费更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，成交供应商应及时优惠提供所需的备品备件。 5.3应在接到产品故障报修后二小时内响应，一个工作日内到达现场，两个工作日内处理完毕。若故障检修两个工作日后仍无法排除的，供应商应在故障报修两个工作日后的第一个工作日内提供不低于故障规格型号档次的替代产品供采购人使用，直至原产品故障排除为止。 5.4在质保期内，如有制造质量问题或技术缺陷，成交供应商应予免费更换，以保证采购人工作及时正常运行；在采购人使用的前三个月，同一设备出现第二次质量问题，成交供应商应予免费整体更换。 5.5 备品、备件:制造商有备件库，保证必要时可以及时供应。 6. 培训 成交供应商应按询价文件要求负责拟定培训方案，进行必要的人员培训，达到采购方相关工作人员熟练掌握产品性能、操作技能及排除一般故障的程度。 7. 结算方法 7.1付款人：东安县人民医院 7.2付款方式：必须取得辐射安全许可证及放射诊疗许可证后设备到货安装调试运行正常后支付合同总款的30%；正常使用一个月后经验收合格支付合同总款的30%，正常使用一年后付合同总款的35%，余款5%作为质量保证金，质保期满后一次性无息付清。 7.3本项目采用费用包干方式，包括项目所需的设备及配套附件，以及产品运输保险保管、安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务和税费等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。
--	--	---

			8. 备注： 8.1本采购文件中技术要求必须严格按照国家相关标准执行。投标人在响应文件中的响应内容应等于或优于采购方所要求的技术要求。 8.2对于上述项目要求，投标人应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明，否则投标无效。
2	合同	商务	采购人（全称）：_（甲方） 供应商（全称）：_（乙方） 为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同 1. 项目信息 （1）采购项目名称： （2）项目内容： （3）项目负责人：_。 2. 合同金额 （1）合同金额小写： 大写： （2）具体标的见附件。 （3）合同价格形式：。 3. 履行合同的时间、地点及方式 起始日期：_年_月_日，完成日期：_年_月_日。总日历天数：_天。 地点： 方式： 4. 付款： 5. 解决合同纠纷方式 首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：向人民法院提起诉讼 6. 组成合同的文件 本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应 按以下顺序解释：

- (1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
- (2) 本合同
- (3) 中标通知书
- (4) 投标文件
- (5) 标准、规范及有关技术文件，图纸。
- (6) 其他合同文件。

7. 合同生效

本合同自_生效。

8. 合同份数

本合同一式_份，采购人执_份，供应商执_份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_年_月_日

合同订立地点：

附件：具体标的明细、分包合同等。

甲 方：（公章） 乙 方：（公章）

法定代表人：_法定代表人：

委托代理人：_委托代理人：

电 话：_电 话：

政府采购合同专用条款

本章第二节 第1.1款	甲方名称、地址	名称： 地址：
本章第二节 第1.2（6）项	项目现场	采购人指定地点
本章第二节 第5.1款	履行合同的时 间 、地点	履行期限：。 地点： <u>采购人指定地点</u>
本章第二节 第13.5款	合同价款支付 方 式和条件	必须取得辐射安全许可证及放射诊疗许可证后设备到货安装调试运行正常后支付合同总款的30%；正常使用一个月后经验收合格支付合同总款的30%，正常使用一年后付合同总款的35%，余款5%作为质量保证金，质保期满后一次性无息付清。

			本章第二节 第14.2（6）项	乙方提供的其他服务	详见技术、商务需求。
			本章第二节 第23.1款	合同未尽事项	甲乙双方协商解决
3	报价评审的其他规定	商务	政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价$<$全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值$\times 65\%$； 2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价$<$通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价$\times 65\%$； 3. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价$<$采购项目最高限价$\times 65\%$； 4. 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 注：评标委员会认为供应商的报价明显低于上述第1项至第3项中要求，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内（30分钟）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。		

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	商务要求	商务	是	图片	投标人应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明
2	合同	商务	否	无	无
3	报价评审的其他规定	商务	否	无	无

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例 (或分数)	备注
小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（货物）》	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。
节能产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	5%	评标方法为最低评标价法时，节能产品享受产品报价优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
环境标志产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	5%	评标方法为最低评标价法时，环境标志产品享受产品报价优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。

异常报价

询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在询价现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为响应无效处理。

包名：第二包 采购金额：200,000元

包概述： 锿-90密封源				
评标方法： 最低评标价法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数： 3个	是否接受联合体： 否	是否完全面向中小企业： 否
是否接受进口产品： 否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定： 不进行资格预审	期望成交供应商数： 1个	投标有效期：60个自然日	合同履约保证金： 无
知识产权归属： 共有	知识产权归属详细说明： 双方共有			
合同内容是否可变： 是	需求是否可变： 否	供应商二次报价的时长限制： 供应商不需要二次报价/无时长限制		
本包所属行业： 工业			本包类型： 货物类	
是否设置了核心产品： 否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则： 无			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定： 本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在报价相同的，约定由采购人在5个工作日内自主确定最终中标/成交/入围供应商。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
1. 具有独立承担民事责任的能力。 2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。 3. 供应商不得为信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。 4. 法律、行政法规规定的其他条件。 5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。		1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。 2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。 3. 供应商无需上传证明材料，由评委在 www.creditchina.gov.cn 和 www.ccgp.gov.cn 现场联网查验。 4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。 5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。		
本包特定资格要求		本包特定资格证明材料上传要求		
供应商应提供有效的辐射安全许可证；		提供相关证明材料，并加盖供应商公章		

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用

文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
1	锶-90 密封源（A02321500—核医学诊断设备）	否	否	否	台	180,000	1	180,000
		本货物共设置了5条参数。 其中：实质性参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	锶-90密封源	1、外部尺寸：30mm×30mm×8mm			
		2	★	锶-90密封源	2、活度区尺寸：27mmx27mmx1.5mm			
		3	★	锶-90密封源	3、放射源活度：40mCi			
		4	★	锶-90密封源	4、源表面吸收剂量率：50-100 Sv/hr			
		5	★	锶-90密封源	5、表面0.5m处剂量率：8-10m Sv/hr			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
2	储源保险箱（碘源）（A02321500—核医学诊断设备）	否	否	否	台	20,000	1	20,000
		本货物共设置了5条参数。 其中：实质性参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	储源保险箱（碘源）	1. 标准外形尺寸：W450*D350*H660mm；			
		2	★	储源保险箱（碘源）	2. 防护标准：20mmPb，纯铅防护层；			
		3	★	储源保险箱（碘源）	3. 内外304不锈钢饰面，易于清洁；			
		4	★	储源保险箱（碘源）	4. 专用重型不锈钢执手锁，双锁结构；			
		5	★	储源保险箱（碘源）	5. 带定位承重万向脚轮，可灵活运转或固定摆放。			

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	锶-90 密封源	1	锶-90密封源	否	无	无
		2	锶-90密封源	否	无	无
		3	锶-90密封源	否	无	无
		4	锶-90密封源	否	无	无
		5	锶-90密封源	否	无	无
2	储源保险箱（碘源）	1	储源保险箱（碘源）	否	无	无
		2	储源保险箱（碘源）	否	无	无
		3	储源保险箱（碘源）	否	无	无
		4	储源保险箱（碘源）	否	无	无
		5	储源保险箱（碘源）	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	商务要求	商务	1. 产品运输、保险及保管： 1.1成交供应商负责按第七类放射性危险品规范运输，具备放射性物品道路运输资质，专车专运。 包装：锶90 源双层不锈钢封装、专用铅罐 、防辐射外包装；碘源保险箱防震防潮、铅防护内衬、双锁防盗。 随货附：出厂合格证、活度证书、源身份编码、运输审批文件。 在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购单位指定地点，包括装卸及现场搬运等。使用说明书、合格证、随配附件和工具一并附于货物包装内。

		1.2成交供应商负责货物在实施地点的保管，直至项目验收合格。 1.3成交供应商负责其派出的项目实施人员、相关管理人员的一切人身和财产安全。 2. 交货与安装调试： 2.1交货时间：取得辐射安全许可证后60天内交货完成。 2.2交货地点：东安县境内采购人指定地点。 2.3成交供应商须负责所有完成生产、检测、运输、到货、安装、调试、验收。 2.4项目完成后，成交供应商应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档等移交采购人。 2.5 延期交货：成交供应商每延期1天，按延期交付的货物总额1%交付违约金，违约金最高限额不超过延期交付的货物总额的10%。如果在达到违约金最高限额后仍不能交货，采购人有权终止合同，因此给采购人带来的损失由成交供应商负责。 3. 验收： 3.1成交供应商交货前应对产品作出全面检查并列出清单，负责安装并培训采购单位的使用操作人员，直到符合技术要求，并正常运营一个月后，采购单位最终验收。 外观无破损、封装完好、双封装结构。 活度：符合合同约定，提供国家级校准证书。 全套中文技术资料、合格证、校准 / 检测报告、辐射安全手册、操作维护手册、质保卡各 2 套并电子版、提供移交审核表和回收协议。 由采购人负责组建验收小组，货物必须由验收小组鉴定是否符合采购项目的验收标准和实际需要，按采购文件技术要的性能指标、响应文件响应条款、国家及行业相关标准进行验收，验收费用由成交供应商承担。 3.2货物产品经过双方检验认可后，签署验收报告，验收报告作为申请付款的凭证之一。 3.3 验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。 3.4项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，再行验收，由此给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交供应商承担。 4. 质量保证：
--	--	---

		4.1成交供应商提供的产品应是原厂原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。 4.2质保期要求贰年全免保修，质保期从最终验收合格之日起开始计算。质保期内所有设备维护维修保养等要求免费上门服务。 5. 售后服务： 5.1成交供应商须制定并提供设备定期维护计划、故障受理服务和对采购人维护要求的响应措施及方案。 5.2质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交供应商负责全免费更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，成交供应商应及时优惠提供所需的备品备件。 5.3应在接到产品故障报修后二小时内响应，一个工作日内到达现场，两个工作日内处理完毕。若故障检修两个工作日后仍无法排除的，供应商应在故障报修两个工作日后的第一个工作日内提供不低于故障规格型号档次的替代产品供采购人使用，直至原产品故障排除为止。 5.4在质保期内，封装缺陷、活度异常衰减（非自然衰变），供方免费更换同规格新源并承担所有费用。 5.5 备品、备件:制造商有备件库，保证必要时可以及时供应。 6. 培训 免费提供2 次现场操作与辐射安全培训，含源管理、台账记录、双人双锁制度。 7. 结算方法 7.1付款人：东安县人民医院 7.2付款方式：必须取得辐射安全许可证及放射诊疗许可证后设备到货安装调试运行正常后支付合同总款的30%；正常使用一个月后经验收合格支付合同总款的30%，正常使用一年后付合同总款的35%，余款5%作为质量保证金，质保期满后一次性无息付清。 7.3本项目采用费用包干方式，包括项目含货物、包装、运输、装卸、保险、安装调试、培训、检测、资料、税金、质保期服务等所有人工、管理、财务和税费等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。 8. 备注： 8.1本采购文件中技术要求必须严格按照国家相关标准执行。投标人在响应文件中的响应内容应等于或优于采购方所要求的技术要求。
--	--	--

			8.2废源回收：合同期满或源退役，免费回收废源并办理环保备案。 8.3对于上述项目要求，投标人应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明，否则投标无效。
2	合同	商务	采购人（全称）：_（甲方） 供应商（全称）：_（乙方） 为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同 1. 项目信息 （1）采购项目名称： （2）项目内容： （3）项目负责人：_。 2. 合同金额 （1）合同金额小写： 大写： （2）具体标的见附件。 （3）合同价格形式：。 3. 履行合同的时间、地点及方式 起始日期：_年_月_日，完成日期：_年_月_日。总日历天数：_天。 地点： 方式： 4. 付款： 5. 解决合同纠纷方式 首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：向人民法院提起诉讼 6. 组成合同的文件 本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应 按以下顺序解释： （1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议 （2）本合同

- (3) 中标通知书
- (4) 投标文件
- (5) 标准、规范及有关技术文件，图纸。
- (6) 其他合同文件。

7. 合同生效

本合同自_生效。

8. 合同份数

本合同一式_份，采购人执_份，供应商执_份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_年_月_日

合同订立地点：

附件：具体标的明细、分包合同等。

甲 方：（公章） 乙 方：（公章）

法定代表人：_法定代表人：

委托代理人：_委托代理人：

电 话：_电 话：

政府采购合同专用条款

本章第二节 第1.1款	甲方名称、地址	名称： 地址：
本章第二节 第1.2（6）项	项目现场	采购人指定地点
本章第二节 第5.1款	履行合同的时间、地点	履行期限：。 地点： <u>采购人指定地点</u>
本章第二节 第13.5款	合同价款支付方式 and 条件	必须取得辐射安全许可证及放射诊疗许可证后设备到货安装调试运行正常后支付合同总款的30%；正常使用一个月后经验收合格支付合同总款的30%，正常使用一年后付合同总款的35%，余款5%作为质量保证金，质保期满后一次性无息付清。
本章第二节		<u>详见技术、商务需求。</u>

			第14.2（6）项	乙方提供的其他服务	
			本章第二节 第23.1款	合同未尽事项	甲乙双方协商解决
3	报价评审的其他规定	商务	政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价$<$全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值$\times 65\%$； 2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价$<$通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价$\times 65\%$； 3. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价$<$采购项目最高限价$\times 65\%$； 4. 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 注：评标委员会认为供应商的报价明显低于上述第1项至第3项中要求，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内（30分钟）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。		

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	商务要求	商务	是	图片	投标人应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明
2	合同	商务	否	无	无
3	报价评审的其他规定	商务	否	无	无

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例 (或分数)	备注
小型、微型企业 优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（货物）》	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。
节能产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	5%	评标方法为最低评标价法时，节能产品享受产品报价优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
环境标志产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	5%	评标方法为最低评标价法时，环境标志产品享受产品报价优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。

异常报价

询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在询价现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为响应无效处理。