

永州市政府采购文件

采购项目名称：VTE防治体系建设项目
采购人：祁阳市人民医院
采购方式：公开招标
采购代理机构：湖南赛聚项目管理有限公司
委托代理编号：HNSJZB-2026-0902
代理费收取方式：采购人支付代理费（按成交金额百分比收取）
代理费支付标准：项目成交金额的1.5%
专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付
采购计划编号：永祁财采计[2026]00059号
采购项目预算：1,900,000元
是否进行资格预审：否
需求编制时间：2026年09月23日

采购人签章：

祁阳市人民医院



需求编制人签章：

廖佳

廖佳

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非公开招标采购方式审批管理办法》的通知（湘财购〔2025〕7号）
关于推动解决政府采购异常低价问题的通知（财库〔2026〕2号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目不专门面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	1,900,000	综合评分法

招标文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告

获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额（元）	采购内容概况	预期采购时间
VTE防治体系建设项目	1,932,000	管理系统及设备	2026-06

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：1,900,000元

包概述：VTE防治体系建设项目				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价/无时长限制		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
1. 具有独立承担民事责任的能力。 2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。 3. 供应商不得为信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。 4. 法律、行政法规规定的其他条件。 5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。		1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。 2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。 3. 供应商无需上传证明材料，由评委在 www.creditchina.gov.cn 和 www.ccgp.gov.cn 现场联网查验。 4. 提供承诺函，承诺：（1）投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；（2）投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；（3）投标供应商未为本项目提供过整体设计、规范编制、项目管理、监理、检测等服务（单一来源采购项目除外）；（4）投标供应商未为本项目提供过前款第（3）项所列服务之外的其他采购活动。须加盖供应商公章。 5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。		
本包特定资格要求		本包特定资格证明材料上传要求		
（1）所投货物纳入医疗器械管理的，供应商应具备有效的《医疗器械生产企业许可证》（或备案凭证）或《医疗器械经营企业许可证》（或备案凭证）；所投货物纳入医疗器械管理的，供应商应具有《医疗器械产品注册证》（或备案凭证）或《注册登记表》（或备案凭证）。		按要求提供相关证明材料并加盖公章		

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
1	动静脉脉冲气压治疗系统（A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备）	否	否	否	台	45,000	42	1,890,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	动静脉脉冲气压治疗系统	1. 设备结构组成：由主机、导气管、脉冲气垫组成。 2. 脉冲气垫至少包含脉冲手垫和脉冲足垫，只需包裹足部或手部，不影响腿部创伤、石膏固定等患者使用。 3. 适用范围：预防深静脉血栓形成、消除肢体水肿、促进血液回流功能。4. 工作原理：仿人体生理性足泵，短时间内快速脉冲促进足底及下肢静脉血液高速回流。 5. 内置电池，无网电源时满电电池连续正常工作≥4h，避免短时间断电影响治疗。 6. 具备开机身份识别、验证功能。 7. 数据接口：内置WiFi。 8. 具备过压/欠压故障提示 9. 电气安全要求：符合GB9706.1-2020的要求；电磁兼容性要求：符合YY9706.102-2021的要求。 10. 脉冲压力调节范围为8.0kPa~26.7kPa，调节步长 1.33kPa； 0.5s内快速达到设定值。 11. 脉冲持续时间三档可调；脉冲间隔时间默认 20s；足部 20s~50s 分档调节，手部 12s~20s 分档调节。 12. 治疗次数 1~50 次可选，20 分钟一次。 13. 脉冲气垫包括 脉冲足垫和脉冲手垫。 14. 具有预置脉冲足垫、脉冲手垫二种工作模式。 15. 中断电源，自动释放腔体内压力。 16. 对气囊及连接管路施加治疗仪标称最大输出压强，经 30000 次循环测试后，气囊与连接管路无明显形变，二者连接处无松脱现象，气囊各接合点无开裂、破损等损坏情况。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
2	VTE防治管理系统（A02329900-其他医疗设备）	否	否	否	项	10,000	1	10,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	VTE防治管理系统	核心功能要求： 1.VTE 监测助手功能：系统具备 VTE 监测助手功能，可通过弹窗实时提示患者出血风险和推荐预防措施。 2. 设备绑定管理功能：支持治疗仪信息的手动录入，可手动选择绑定科室的物理预防设备；支持移动 APP 扫码绑定治疗，治疗结束后自动解绑。 3. 护理记录管理功能：系统专设 VTE 患者护理记录单及报告单记录功能，支持在线填写、保存、修改、打印。 4. 质控数据管理功能：①支持全院及科室层面 8 种及以上相关 VTE 质控数据的实时提取及实时显示；②具备全院 VTE 相关质控数据统计分析及科室排名功能，直观展现各科室 VTE 防治工作成效。 5. 多基础模块功能要求：①评估模块：具备 5 种及以上功能，可对接 HIS 及护理系统，实现信息实时推送，搭建医护实时沟通机制；②宣教模块：具备 4 种及以上临床辅助宣教功能，辅助医护人员开展患者 VTE 健康宣教工作；③提示模块：具备 5 种及以上提示功能，实现多场景、多维度的精准提醒。 6. 系统具有体温监测功能，显示患者体温。 7. 账号权限管理功能：支持全院医护人员账号的个性化创建，可按岗位、科室对账号进行权限定制化管理，保障系统数据访问安全。 8. 报告打印功能：支持系统内所有报表、报告、记录单、表单的一键打印，支持自定义打印模板，满足院内多样化打印需求。			

本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	动静脉脉冲气压治疗系统	1	动静脉脉冲气压治疗系统	否	无	无
2	VTE防治管理系统	1	VTE防治管理系统	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	技术要求	技术	(1) 内置锂电池，具备快速充电、连续正常工作时长≥ 6小时的得0.5分，内置锂电池，具备快速充电、连续正常工作时长≥ 8小时的得1分。凭技术白皮书及所投产品说明书复印件加盖投标人公章，否则不得分。 (2) 设备配备数据接口，包括USB接口或WiFi接口，USB接口用于程序升级，WiFi接口用于连接网络的得0.5分；包括USB接口和WiFi接口，USB接口用于程序升级，WiFi接口用于连接网络的得1分，凭第三方检验机构出具的检验报告及技术白皮书复印件加盖投标人公章，否则不得分。 (3) 脉冲快速达到预设压力值为24.7kpa-28.7kpa的时间$\leq 0.35s$的得0.5分；脉冲快速达到预设压力值为24.7kpa-28.7kpa的时间$\leq 0.2s$的得2分。凭国家认可的获得权证书和脉冲气压治疗仪及其工作方法说明书复印件加盖投标人公章，否则不得分。 (4) 具有预置脉冲足垫、脉冲手垫两种工作模式的得0.5分；具有预置脉冲足垫、脉冲手垫和脉冲石膏足垫三种工作模式的得2分。凭第三方检验机构出具的检验报告及技术白皮书复印件加盖投标人公章，否则不得分。 (5) 对气囊和连接管路施加系统标称最大输出压强40000次后，气囊和连接管路应无明显变形、无松脱、无开裂或破损的得0.5分；对气囊和连接管路施加系统标称最大输出压强50000次后，气囊和连接管路应无明显变形、无松脱、无开裂或破损的得1分。凭第三方检验机构出具的检验报告及技术白皮书复印件加盖投标人公章，否则不得分。 (6) 系统具有体温监测功能，能够实时显示患者的体温，患者体温超过37℃时，系统以不同颜色提示医护人员的得1分。凭系统体温模块功能截图或说明书复印件加盖投标人公章，否则不得分。 (7) 系统具有体温监测报警软件注册证书的得2分。凭注册证书复印件加盖投标人公章，否则不得分。
2	项目实施方案	技术	根据供应商针对本项目提供的项目实施方案进行评分；包括但不限于（1）项目进度计划及工期保障措施；（2）项目质量保障措施；（3）项目安全保障措施；（4）项目供货方案及验收标准；（5）安装调试方案。方案内容全面具体且符合项目实际情况、针对性强、安排科学合理得15分；每缺一项内容扣3分，每存在一处缺陷扣1.5分；未提供方案计0分。（本项所称缺陷是指脱离项目实际、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标

			准错误、地点区域错误、内容缺失、没有具体说明)；科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)
3	服务方案	技术	根据供应商针对本项目提供的服务方案进行评分；包括但不限于（1）供应计划、（2）备货方案、（3）供货应急保障；（4）货物质量保证；（5）货物检验标准。方案内容全面具体且符合项目实际情况、针对性强、安排科学合理得15分；每缺一项内容扣3分，每存在一处缺陷扣1.5分；未提供方案计0分。（本项所称缺陷是指脱离项目实际、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、没有具体说明)；科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)
4	类似业绩	商务	投标人或所投产品生产厂家提供2023年8月以来，与所投产品功能及技术参数相类似的同类产品业绩，每个计1分，本项最高计2分 备注：提供合同复印件，至少提供合同主要内容页、签订时间、签字盖章页等关键页，否则不计分。
5	售后服务	商务	①培训方案：包括培训内容、时间、地点、人次、安装维护、调试、配置及使用技能、业务人员培训、应用操作及使用等；②投入本项目的售后技术服务人员安排情况；③备品备件及易损件的供应服务及年限；④售后服务体系、制度；⑤应急预案：对现场存在的重大危险源和潜在事故的危险性质进行的预测和评估、现场应急救援的组织机构及人员职责和分工、预防措施等要点。 方案内容全面具体且符合项目实际情况、针对性强、安排科学合理得15分；每缺一项内容扣3分，每存在一处缺陷扣1.5分；未提供方案计0分。（本项所称缺陷是指脱离项目实际、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、没有具体说明)；科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)
6	合同	商务	采购人（全称）：祁阳市人民医院_（甲方） 供应商（全称）：_（乙方） 为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同。 1. 项目信息 （1）采购项目名称： （2）项目内容： （3）项目负责人： 。 2. 合同金额 （1）合同金额小写： 大写：

		(2) 具体标的见附件。 (3) 合同价格形式： 。 3. 履行合同的时间、地点及方式 起始日期： 年 月 日，完成日期：-年- 月 日。总日历天数： 天。 地点： 方式： 4. 付款： 5. 解决合同纠纷方式 首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：向采购人所在地人民法院提起诉讼。 6. 组成合同的文件 本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按相关政策要求。 7. 合同生效 本合同自生效。 8. 合同份数 本合同一式 份，采购人执 份，供应商执 份，均具有同等法律效力。 合同订立时间：-年- 月 日 合同订立地点： 附件：具体标的明细、分包合同等。 甲 方：（公章） 乙 方：（公章） 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开 户 银 行： 账 号： 政府采购合同专用条款 <table><tr><td>本章第二节</td><td>甲方名称、地址</td><td>名称：祁阳市人民医院</td></tr><tr><td>第1.1款</td><td></td><td>地址：祁阳市人民医院</td></tr><tr><td>本章第二节 第1.2（6）项</td><td>项目现场</td><td>采购人指定地点</td></tr></table>	本章第二节	甲方名称、地址	名称：祁阳市人民医院	第1.1款		地址：祁阳市人民医院	本章第二节 第1.2（6）项	项目现场	采购人指定地点
本章第二节	甲方名称、地址	名称：祁阳市人民医院									
第1.1款		地址：祁阳市人民医院									
本章第二节 第1.2（6）项	项目现场	采购人指定地点									

			本章第二节第5.1款	履行合同的时间、地点	履行期限：签订合同后30日内完成供货。 地点： <u>采购人指定地点</u>
			本章第二节 第13.5款	合同价款支付方式和条件	签订合同时约定
			本章第二节 第14.2（6）项	乙方提供的其他服务	详见技术、商务需求。
			本章第二节第23.1款	合同未尽事项	甲乙双方协商解决
7	采购需求	商务	一、交货与安装调试 1、中标人提供的产品应是原装正品；产品符合国家质量检测标准认证；中标人负责货物免费驻场安装调试并负责其派出的安装、服务等人员的人身意外保险。安装调试期间所发生一切安全和质量事故及费用均由中标人负担。 2、安装调试期间中标人人员的食宿由中标人负责，采购人尽可能的为中标人提供方便。 3、安装调试期间，中标人须委派一名项目经理，负责系统安装调试管理、及时与采购人日常联系等有关工作，积极配合采购人的工作，圆满解决安装和试用中的所有问题。 4、安装要求 (1) 中标人应派有经验的技术人员到现场安装，经调试合格直到系统正常运行，其费用由中标人负担，费用计入投标总价。 (2) 在开始安装以前，所有相关资料必须提供完整。 5、调试与试运行 (1) 中标人应在现场对系统进行调试和试运行，以便采购人检验其操作性和功能等方面的情况。 (2) 系统安装完毕，应在采购人的监督下进行测试，以证明其可		

		以正常运行。 (3) 中标人安装调试及维护人员应具备相应资质，具备相应的专业知识及技术水平，熟悉所提供系统的技术性能、指标、维护知识。 (4) 中标人必须提供完整的技术支持资料，包括但不限于系统使用说明、详细设计说明书、功能测试报告、数据库表结构等。 二、验收 1、投标人对所提供的货物等的合法性负责。 2、验收的标准和依据：包括本采购项目的招标文件、中标人的投标文件、政府采购合同和有关国家标准与行业规范。 3、采购人代表组织项目验收。系统软件安装调试完成并正常运行三个月，且运行稳定无故障，中标人应向采购人验收代表提交验收申请。如验收不合格，中标人重新调试，直至验收合格。如两次验收不合格，采购人有权终止与中标人签订的政府采购合同，另行选择供应商承担本采购项目的供货和相关服务。因验收不合格造成的一切损失和因此给采购人造成的一切损失等费用由中标人承担。 4、验收过程中产生纠纷的，由市场监督管理部门或其认定的检测机构进行检测，如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。 5、项目验收合格，出具验收报告，验收报告作为申请付款的凭证之一。 三、培训及维护 1、中标人应就货物的调试、维护、操作使用、故障处理及应急措施等，对采购人相关人员进行培训，达到熟练掌握系统性能、操作技能及排除一般故障的程度。
--	--	---

		2、中标人在培训开始前提出培训计划(培训时间及人员根据需 要确定),并获得采购人同意。 3、培训所需费用,包括交通食宿等费用由中标人负担,包含在 投标报价中。 四、质量保证 1、验收合格之日起算,质保期三年,质保期内软件迭代升级费用包 含在投标报价中。本项目质保期自项目最终验收合格签字之日起 计算。软件开发商或中标人质保期优于招标文件规定的,按软件 开发商或中标人的质保承诺提供质保服务。(提供相关承诺函,格 式自拟。) 2、系统质保期内,中标人工程师负责服务跟踪,至少每半年对系统 巡检一次,保证系统稳定运行,并将巡检结果以书面形式反馈给采 购人。 五、售后服务 1、投标人需提供以下内容: (1)本项目售后服务机构名称、地址; (2)本项目售后服务的负责人姓名、联系方式(电话、传真、手机); (3)维护计划;定期维护计划;对采购人不定期维护要求的响应 措施;维修服务响应时间、解决故障的措施、方法及所需要的时间 ;对采购人修改设计要求的响应措施等; (4)技术支持 提供7×24小时的技术咨询服务。 (5)故障响应 1)提供7×24小时的技术咨询服务和故障服务受理。
--	--	--

		2) 中标人接到采购人需要维护的电话后，紧急故障，10分钟内响应，2小时内解决问题；重大故障15分钟以内响应，4小时内解决问题；一般故障，30分钟以内响应，4小时内解决问题。 (6) 保修期内的服务内容，保修期外的服务内容及收费标准； (7) 其他的服务内容。包含但不限于日常维护、系统升级、功能模块调整、Bug修复、上级网络和信息安全检查。 六、其他要求及说明 1、本项目采用费用包干方式(即交钥匙工程),费用包含货物购置、安装、调试、接口(不包含第三方接口费用)、验收、培训、质保、税金等所有费用。如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。 2、中标人保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由中标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。 3、中标人须严格执行保密制度，保证对项目实施过程中产生的各类技术文件、信息以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密；未经采购人许可，中标人不得以任何形式向第三方透露。如有泄密，需承担相应的法律责任，采购人保留进一步追究责任的权利。 4、投标人所投产品生产企业(不限产品型号，同类产品即可)须协同医院成功过评国家级“血栓防治中心优秀单位”。注:响应文件中须提供类似案例相关证明材料，材料包括但不限于:中标通知书、合同、相关协助工作的照片、最终挂牌的证书或铜牌等。所有材料需真实、完整、可追溯。(中标通知书、合同主体不限于投标人) 5、本项目所列的国家或行业相关标准要求，如与最新出台的国家或行业标准相冲突的，按最新的标准执行。
--	--	--

			6、采购人不统一组织踏勘，投标人如需踏勘现场，请自行安排，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。 7、其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。 对于上述项目要求，投标人应在响应文件中进行回应，做出承诺及说明并加盖投标人公章，如未做出承诺及说明，视为投标人不响应采购文件的上述要求，做无效投标处理。
--	--	--	--

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无
2	采购需求	商务	是	图片	对于上述项目要求，投标人应在响应文件中进行回应，做出承诺及说明并加盖投标人公章，如未做出承诺及说明，视为投标人不响应采购文件的上述要求，做无效投标处理。

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	40	否	无	【报价】的评分规则：报价得分=（评标基准价/投标报价）*报价分（评标基准价为满足采购文件要求且价格最低的报价）
2	客观分	技术分	10	是	图片	【技术要求】的评分规则：（1）内置锂电池，具备快速充电、连续正常工作时长≥6小时的得0.5分，内置锂电池，具备快速充电、连续正常工作时长≥8小时的得1分。凭技术白皮书及所投产品说明书复印件加盖投标人公章，否则不得分。（2）设备配备数据接口，包括USB接口或WiFi接口，USB接口用于程序升级，WiFi接口用于连接网络的得0.5分；包括USB接口和WiFi接口，USB接口用于程序升级，WiFi接口用于连接网络的得1分，凭第三方检验机构出具的检验报告及技术白皮书复印件加盖投标人公章，否则不得分。（3）脉冲快速达到预设压力值为24.7kpa-28.7kpa的时间≤0.35s的得0.5分；脉冲快速达到预设压力值为24.7kpa-28.7kpa的时间≤0.2s的得2分。凭国家认可的获得权证书和脉冲气压治疗仪及其工作方法说明书复印件加盖投标人公章，否则不得分。（4）具有预置脉冲足垫、脉冲手垫两种工作模式的得0.5分；具有预置脉冲足垫、脉冲手垫和脉冲石膏足垫三种工作模式的得2分。凭第三方检验机构出具的检验报告及技术白皮书复印件加盖投标人公章，否则不得分。（5）对气

						囊和连接管路施加系统标称最大输出压强40000次后，气囊和连接管路应无明显变形、无松脱、无开裂或破损的得0.5分；对气囊和连接管路施加系统标称最大输出压强50000次后，气囊和连接管路应无明显变形、无松脱、无开裂或破损的得1分。凭第三方检验机构出具的检验报告及技术白皮书复印件加盖投标人公章，否则不得分。 （6）系统具有体温监测功能，能够实时显示患者的体温，患者体温超过37℃时，系统以不同颜色提示医护人员的得1分。凭系统体温模块功能截图或说明书复印件加盖投标人公章，否则不得分。（7）系统具有体温监测报警软件注册证书的得2分。凭注册证书复印件加盖投标人公章，否则不得分。 【技术要求】的上传证明材料要求：按上述要求提供相应证明材料
3	主观分	技术分	15	否	无	【项目实施方案】的评分规则：根据供应商针对本项目提供的项目实施方案进行评分；包括但不限于（1）项目进度计划及工期保障措施；（2）项目质量保障措施；（3）项目安全保障措施；（4）项目供货方案及验收标准；（5）安装调试方案。方案内容全面具体且符合项目实际情况、针对性强、安排科学合理得15分；每缺一项内容扣3分，每存在一处缺陷扣1.5分；未提供方案计0分。（本项所称缺陷是指脱离项目实际、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、没有具体说明）；科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任何一种情形）
4	主观分	技术分	15	否	无	【服务方案】的评分规则：根据供应商针对本项目提供的服务方案进行评分；包括但不限于（1）供应计划、（2）备货方案、（3）供货应急保障；（4）货物质量保证；（5）货物检验标准。方案内容全面具体且符合项目实际情况、针对性强、安排科学合理得15分；每缺一项内容扣3分，每存在一处缺陷扣1.5分；未提供方案计0分。（本项所称缺陷是指脱离项目实际、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、没有具体说明）；科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任何一种情形）
5	客观分	商务分	2	是	图片	【类似业绩】的评分规则：投标人或所投产品生产厂家提供2023年8月以来，与所投产品功能及技术参数相类似的同类产品业绩，每个计1分，本项最高计2分 备注：提供合同复印件，至少提供合同主要内容页、签订时间、签字盖章页等关键页，否则不计分。 【类似业绩】的上传证明材料要求：提供合同复印件，至少提供合同主要内容页、签订时间、签字盖章页等关键页，否则不计分。
6	主观分	商务分	15	否	无	【售后服务】的评分规则：①培训方案：包括培训内容、时间、地点、人次、安装维护、调试、配置及使用技能、业务人员培训、应用操作及使用等；②投入本项目的售后技术服务人员安排情况；③备品备件及易损件的供应服务及年限；④售后服务体系、制度；⑤应急预案：对现场存在的重大危险源和潜在事故的危险性质进行的预测和评估、现场应急救援的组织机构及人员职责和分工、预防措施等要点。方案内容全面具体且符合项目实际情况、针对性强、安排科学合理得15分；每缺一项内容扣3分，每存在一处缺陷扣1.5分；未提供方案计0分。（本项所称缺陷是指脱离项目实际、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、没有具体说明）；科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任何一种情形）
7	/	偏离分	3	详见本包货物类需求的	详见本包货物类需求的	【未进行评分设置的货物一般技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物一般技术参数每偏离一项扣0.5分，最多扣3分

				偏离 性评 审 (标)规 则	偏离 性评 审 (标)规 则	
--	--	--	--	--------------------------------	--------------------------------	--

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例 (或分数)	备注
小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（货物）》	20%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。
节能产品优惠	产品报价比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	4%	评标方法为综合评分法时，节能产品享受报价比例加分优惠，优惠比例为4%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
环境标志产品优惠	产品报价比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	4%	评标方法为综合评分法时，环境标志产品享受报价比例加分优惠，优惠比例为4%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
环境标志产品优惠	产品技术比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	4%	评标方法为综合评分法时，环境标志产品享受技术比例加分优惠，优惠比例为4%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
节能产品优惠	产品技术比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	4%	评标方法为综合评分法时，节能产品享受技术比例加分优惠，优惠比例为4%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。

本包【异常低价】的审查规定

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 $\times$ 65%；

2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价 $< \text{通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价} \times 65\%$ ；
3. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价 $< \text{采购项目最高限价} \times 65\%$ ；
4. 评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形；

评审小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。

评审小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标（响应）处理