

永州市政府采购文件

采购项目名称：祁阳市基层医疗卫生机构医疗设备购置项目
采购人：祁阳市卫生健康局
采购方式：公开招标
采购代理机构：湖南中意达项目管理有限公司
委托代理编号：HNZYD-2026-0820
代理费收取方式：采购人支付代理费（按固定费用收取）
代理费支付标准：固定金额16,680元
专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付
采购计划编号：永祁财采计[2026]00057号
采购项目预算：1,390,000元
是否进行资格预审：否
需求编制时间：2026年08月20日

采购人签章：
祁阳市卫生健康局

需求编制人签章：
谭勇维

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非公开招标采购方式审批管理办法》的通知（湘财购〔2025〕7号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目不专门面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	1,390,000	综合评分法

招标文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告

获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额（元）	采购内容概况	预期采购时间
祁阳市基层医疗卫生机构医疗设备购置项目	1,390,000	彩超、心电图等设备采购	2026-05

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：1,390,000元

包概述：祁阳市基层医疗卫生机构医疗设备购置项目				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价/无时长限制		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
本包付款约定	2	10%	剩余10%的质保金质保期开始后满一年支付。	
	1	90%	签订合同后产品安装验收合格后支付至合同款项的90%	
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
1. 具有独立承担民事责任的能力。 2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。 3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。 4. 法律、行政法规规定的其他条件。 5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。		1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。 2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。 3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。 4. 提供承诺函，承诺：（1）投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；（2）投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；（3）投标供应商未为本项目提供过整体设计、规范编制、项目管理、监理、检测等服务（单一来源采购项目除外）；（4）投标供应商未为本项目提供过前款第（3）项所列服务之外的其他采购活动。须加盖供应商公章。 5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。		
本包特定资格要求		本包特定资格证明材料上传要求		
①投标供应商应提供有效的医疗器械经营许可证（或备案凭证）或医疗器械生产许可证（或备案凭证）；②所投产品纳入医疗器械管理的，供应商提供生产厂家的医疗器械生产许可证（或备案凭证		提供相关的证明材料，并加盖公章。		

),所投产品具备有效的医疗器械注册证(或备案凭证); ③所投货物纳已移除医疗器械管理的,请提供相关证明材料。	
--	--

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
1	彩超（A02329900-其他医疗设备）	否	否	否	台	134,000	10	1,340,000
		本货物共设置了16条参数。 其中：实质性参数：6条；一般参数：10条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1、彩色多普勒超声波诊断仪	(1) 显示器与操作系统：具备高分辨率液晶显示器，支持上下高度、左右旋转及前后折叠调节，具备安全锁，具备主流操作系统。(2) 实时频谱多普勒显示及分析：具备 (3) 组织多普勒成像：具备 (4) 组织谐波成像：具备 (5) 超声造影成像：支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头 (6) 超声弹性成像：具备 (7) 盆底测量技术：具备专业盆底测量包			
		2	★	1、彩色多普勒超声波诊断仪	(8) 宽景成像：具备，扫描长度≥100cm，支持线阵、凸阵、相控阵探头（须提供技术支持文件证明影印件（技术白皮书或操作手册或产品彩页或第三方检验（检测）报告），并注明在投标文件中的页码）			
		3	一般参数	2、测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）	(1) 常规测量、多普勒测量、自动频谱测量：支持实时及冻结后自动频谱测量，全科测量包，自动生成报告，包含：腹部、妇科、产科、盆底、胎儿心脏、心脏、泌尿系、生殖系统、小器官、儿科等 (2) 心脏功能测量：心脏专业测量软件包，支持解剖M型成像及测量 (3) 多普勒血流测量与分析：具备专业血流测量与分析软件包，如TDI组织多普勒测量、PW测量、CW测量，同时支持PW频谱自动包络测量，支持全屏显示数据结果 (4) 外周血管测量与分析：血管内中膜自动测量，支持前、后壁内中膜厚度全屏独立自动测量 (5) 泌尿科测量与分析：支持膀胱自动测量 (6) 其它测量与分析：超声主机内置二维产科实时自动分析、甲状腺自动测量及分析功能、穿刺引导功能及穿刺增强技术、产科自动测量（提供附图或证明文件）			
		4	一般参数	3、工作站	(1) 超声图像存档与病案管理报告系统：具备 (2) 硬盘容量：硬盘配置≥1T固态硬盘 (3) 电脑超声工作站1套。			
		5	一般参数	4、技术参数及要求 (1) 系统通用功能	①监视器尺寸：≥23英寸 ②触摸屏尺寸：≥13英寸 ③探头接口数量：激活探头接口数量≥5个			
		6	★	4、技术参数及要求 (1) 系统通用功能	④主机物理通道数：≥128（须提供技术支持文件证明影印件（技术白皮书或操作手册或产品彩页或第三方检验（检测）报告），并注明在投标文件中的页码）			
		7	★	4、技术参数及要求 (1) 系统通用功能	⑤动态范围：≥280db（须提供技术支持文件证明影印件（技术白皮书或操作手册或产品彩页或第三方检验（检测）报告），并注明在投标文件中的页码）			
		8	一般参数	4、技术参数及要求 (1) 系统通用功能	⑥电影回放时间：≥100s ⑦增益调节 A、B/M各模式增益具备独立调节 B、物理TGC分段数量：≥8段调节 C、LGC增益补偿数量：≥8段调节			
		9	一般	4、技术参	A、系统支持探头频率范围：≥2-16MHz			

			参数	数及要求 (1)系统通用功能 ⑧探头规格				
		10	★	4、技术参数及要求 (1)系统通用功能 ⑧探头规格	B、探头类型：配备腹部凸阵探头、浅表线阵探头、腔内探头、心脏相控阵探头4个，其中高性能单晶体探头≥2个（须提供技术支持文件证明影印件（技术白皮书或操作手册或产品彩页或第三方检验（检测）报告），并注明在投标文件中的页码）			
		11	★	4、技术参数及要求 (1)系统通用功能 ⑧探头规格	C、腹部凸阵探头对应型号的的频率、扫描深度：探头频率≥1-6MHz，扫描深度≥40cm（须提供技术支持文件证明影印件（技术白皮书或操作手册或产品彩页或第三方检验（检测）报告），并注明在投标文件中的页码）			
		12	一般参数	4、技术参数及要求 (1)系统通用功能 ⑧探头规格	D、浅表线阵探头对应型号的的频率、扫描深度：探头频率≥5-12MHz，扫描深度≥11cm E、腔内探头对应型号的的频率、扫描深度：探头频率≥4-11MHz，扫描深度≥16cm腔内探头扫描角度≥180° F、心脏探头对应型号的的频率、扫描深度：探头频率≥1-5MHz，扫描深度≥30cm			
		13	一般参数	4、技术参数及要求 (2)二维灰阶成像主要参数	①成像速率：≥1600帧/秒 ②各探头成像速率 A、心脏相控阵探头18cm深，帧率：≥45帧/秒 B、腹部凸阵探头18cm深，帧率：≥45帧/秒			
		14	一般参数	4、技术参数及要求 (3)频谱多普勒主要参数	①脉冲多普勒、连续波多普勒、高脉冲重复频率发射频率：≥2.0-6.0MHz； ②脉冲多普勒、连续波多普勒、高脉冲重复频率最大/最低测量速度：最大≥2000cm/s，最低≤0.01cm/s； ③脉冲多普勒、连续波多普勒、高脉冲重复频率取样宽度：≥0.5-20mm； ④脉冲多普勒、连续波多普勒、高脉冲重复频率独立变频段数：基波≥5段、谐波≥5段； ⑤PWD：血流速度PWD≥15m/s ⑥CWD：血流速度≥30m/s ⑦最低测量速度（非噪声信号）：≤1mm/s ⑧PW取样容积范围：≥1-16mm ⑨零位移动：≥8级			
		15	一般参数	4、技术参数及要求	(4)移动终端，远程诊断互联功能，教学软件功能：具备，（提供操作界面截图等证明文件）			
		16	★	其他要求	所投产品须提供所投产品注册证相应的注册检验报告			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
2	十二导心电图机(A02329900-其他医疗设备)	否	否	否	台	10,000	5	50,000
		本货物共设置了5条参数。 其中：实质性参数：1条；一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	1.十二道心电图包括：	(1)显示器与操作系统：≥7英寸显示器，支持全屏触控操作；（2）内置打印机：内置热敏点阵打印机；（3）内置存储器：设置内置存储器，支持存储扩展，支持USB（或SD）多种传输方式，内置存储病例数量：本机可存储病历≥20000例；（4）抗干扰滤波技术：具有肌电滤波、漂移滤波、低通滤波、交流滤波功能；（5）工频滤波技术：具备工频滤波技术；（6）除颤保护：具备除颤保护。			
		2	一般参数	2.功能要求：	(1)标准十二导联心电图同步采集：具备标准十二导联心电图信号同步采集；（2）导联体系：标准十二导联；（3）采样模式：支持实时采样、预采样、触发采样、周期采样模式；（4）患者信息录入方式：支持手动输入，条码枪、身份证读卡器读取；（5）屏幕显示内容：心电波形、时间、心率、ID信息、工作状态信息等；（6）显示布局：可同屏显示同步心电波形，≥7种显示布局；（7）打印布局：≥7种打印布局；（8）波形冻结与浏览：支持波形冻结与波形浏览功能；（9）导联信号质量检测：具有导联信号质量检测功能；（10）导联接反检测：支持导联接反检测；（11）快速模式：支持快速模式；（12）向量功能：支持心电图向量分析报告；（13）时间向量功能：支持时间向量功能；（14）病例管理功能：具有病历管理功能，可对存储的病历进			

				行查询、浏览、修改、导出、传输、打印；
3	一般参数	3. 网络传输功能：		(1) 联网方式：支持通过有线、无线、移动网络的方式进行联网；(2) 传输协议：支持FTP、HTTP等传输协议；(3) 数据格式：支持PDF、PNG、HL7、XML、DICOM等数据格式；(4) 心电数据与心电网络平台双向传输：支持心电数据传输，可实现将本机采集的心电数据与心电网络平台的双向传输；(5) 权限管理：具有权限管理。
4	一般参数	4. 技术参数及要求：		(1) A/D转换：A/D转换：24bit；(2) 采样率：≥64000Hz；(3) 输入阻抗：≥110MΩ（10Hz）；(4) 频响范围：至少包含0.01Hz~500Hz；(5) 时间常数：≥5S；(6) 耐极化电压：≥±900mV；(7) 内部噪声：≤12.5 μVp-p。
5	★	十二道心电图机		提供所投产品产品注册证相应的检验报告

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	彩超	2	1、彩色多普勒超声波诊断仪	是	图片	须提供技术支持文件证明影印件（技术白皮书或操作手册或产品彩页或第三方检验（检测）报告），并注明在投标文件中的页码
		6	4、技术参数及要求 (1) 系统通用功能	是	图片	须提供技术支持文件证明影印件（技术白皮书或操作手册或产品彩页或第三方检验（检测）报告），并注明在投标文件中的页码
		7	4、技术参数及要求 (1) 系统通用功能	是	图片	须提供技术支持文件证明影印件（技术白皮书或操作手册或产品彩页或第三方检验（检测）报告），并注明在投标文件中的页码
		10	4、技术参数及要求 (1) 系统通用功能 ⑧探头规格	是	图片	须提供技术支持文件证明影印件（技术白皮书或操作手册或产品彩页或第三方检验（检测）报告），并注明在投标文件中的页码
		11	4、技术参数及要求 (1) 系统通用功能 ⑧探头规格	是	图片	须提供技术支持文件证明影印件（技术白皮书或操作手册或产品彩页或第三方检验（检测）报告），并注明在投标文件中的页码
		16	其他要求	是	图片	所投产品须提供所投产品注册证相应的注册检验报告
2	十二导心电图机	5	十二道心电图机	是	图片	提供所投产品产品注册证相应的检验报告

本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	彩超	1	1、彩色多普勒超声波诊断仪	否	无	无
		3	2、测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）	否	无	无
		4	3、工作站	否	无	无
		5	4、技术参数及要求 （1）系统通用功能	否	无	无
		8	4、技术参数及要求 （1）系统通用功能	否	无	无
		9	4、技术参数及要求 （1）系统通用功能 ⑧探头规格	否	无	无
		12	4、技术参数及要求 （1）系统通用功能 ⑧探头规格	否	无	无
		13	4、技术参数及要求 （2）二维灰阶成像 主要参数	否	无	无

		14	4、技术参数及要求 (3) 频谱多普勒主要参数	否	无	无
		15	4、技术参数及要求	否	无	无
2	十二导心电图机	1	1. 十二道心电包括：	否	无	无
		2	2. 功能要求：	否	无	无
		3	3. 网络传输功能：	否	无	无
		4	4. 技术参数及要求：	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	人员培训	商务	投标人根据产品特点和人员情况提供培训方案。方案内容包括1. 培训计划、2. 培训时间、3. 培训人员安排；对照上列3项量化指标按如下标准进行评分：内容全面、科学合理、满足采购需求的每项计2分，总分6分，未提供具体细节或提供明显漏洞不计分，有不合理之处的每处扣1分，包括但不限于语言、文字等其他错误的每处扣0.5分，扣完6分为止。
2	售后服务	商务	根据投标人对本项目售后服务方案进行评分，方案内容包括：1. 售后人员配置、2. 售后机构方案、3. 响应时间、4. 免费维修期限；对照上列4项量化指标按如下标准进行评分：内容全面、科学合理、满足采购需求的每项计 2.5分，总计10分，未提供具体细节或者提供明显漏洞不计分，有不合理之处扣1分,包括但不限于语言、文字等其他错误的每处扣0.5分，扣完10分为止。
3	实施方案	技术	根据投标人对本项目提供的项目实施方案，包括但不限于人员配置与安排、项目进度计划与保证措施、项目安装调试流程、质量保证体系与措施、安全管理体系与措施、项目应急预案和责任进行综合评审，方案重点突出、描述清晰完整、充分结合实际情况对本项目针对性强且满足采购需求的得14分；每一项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中具体实施细节及措施表述不准确或存在瑕疵的每处扣4分，每一项内容未阐述或未提供具体实施细节及措施扣2分,包括但不限于语言、文字等其他错误的每处扣1分，扣分扣完本项为止。 注：不符合项目实际情况是指只有单纯的文字描述，不具备实施的可能性，未结合项目实际背景以及与本项目无关等情况；表述不准确是指内容具有明显缺陷或存在逻辑漏洞，前后不连贯等。
4	商务要求	商务	商务要求 一、彩超

		1、质量保证期：投标产品的制造标准、安装标准及技术规范符合国家、行业标准。整套设备（包含探头）质保期内的费用全部包含在投标报价中，整套设备（包含探头）质保期不少于五年 ，自正式验收合格之日起开始计算。保修期内每年提供不少于2次维护保养，开机率$\geq 95\%$（按日历日计算）。质保期内，中标人应维修并更换非人为损坏的或有缺陷的零部件；开机率未达标，每少一天保修期顺延7天。在质保期外，设备部件出现故障，中标人应按响应时间要求派技术人员到指定地点进行维修，需要更换的部件要按生产厂家的厂价提供，同时部件按原厂保修承诺执行，期间中标人产生的人工、食宿、交通等费用由其自行承担。投标人须承诺中标后签订合同前提供制造商针对本项目质量保证的承诺函以及保证设备配件供应10年以上的承诺函。制造商具有全国免费服务热线。 2、费用：在保修期内由于货物故障所产生的一切费用由供应商负责。 3、响应时间：供应商应保证在2小时内对用户提出的问题或故障予以响应和处理，12小时内到达现场处理。投标供应商须提供售后服务机构证明材料及能够满足响应时间的措施方案（包含但不限于售后服务工程师名单、备品备件仓库及运行维护机构）。 4、投标人须承诺，对项目所投产品，提供终生的软件升级服务。软件升级包括但不限于功能优化、漏洞修复、兼容性提升等，以确保设备始终保持最佳的运行状态和性能。 （二）其他要求 1、所投产品须提供所投产品注册证相应的注册检验报告。 2、安装调试与培训：中标人应按合同规定的时间交货，派人负责设备的现场安装和调试，并承担设备安装、调试及试运行期间的一切相关费用。如采购人发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求或有明显损坏，其有权要求及时退换并索赔。安装调试验收完毕，应由双方共同签署验收报告。安装调试期内，应提供不低于2天的现场临床操作培训；三个月后提供第二轮不少于2天的集中培训；采购方将聘请第三方专业机构对产品的参数、质量、安装、调试和培训工作进行验收。 3、中标人应保证在其提供的货物整体及其任何部分上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权及权利瑕疵。如因此而导致损失，采购人方有权要求中标人赔偿，并承担违约责任。 4、中标人应保证货物是原产地、原包装、手续合法完整、渠道正规的，中标日期一年内存产的全新产品。 5、中标人应于中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订书面采购合同并按采购人要求及时供货，采购人可依法单方解除合同并要求其承担违约责任。 6、本项目在验收阶段，由采购人指定第三方检测机构对交付货物进行检测，出具检验报告 ，如发现中标供应商交付设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面存在提供
--	--	--

		虚假材料或不能实质性满足采购合同要约的，采购人有权拒绝收货，供应商向采购人赔付项目采购金额(中标价)5%，并由采购人依法直接上同级报财政部门。 7、保修期外设备的维保（保修）价格不超过中标价的5%（提供承诺函）。 二、十二导心电图机 1. 提供所投产品产品注册证相应的检验报告； 2. 所投产品仪器需具备LIS端口，如用户单位建立检测信息系统，须提供对接服务； 3. 售后服务保障体系： （1）质量保证期：投标产品的制造标准、安装标准及技术规范符合国家标准。整机质保期≥三年，自正式验收合格之日起开始计算。质保期内，中标人应免费维修并更换非人为损坏的或有缺陷的零部件；开机率未达标，每少一天保修期顺延7天。在保修期内或期外，如仪器出现故障，应负责提供同档次以上的备用设备，直至仪器维修至正常使用为止。为保证供货仪器与投标样机仪器一致，采购方将随机抽查和检验，若两者出现不一致，所有损失将由中标方负责。货物交付期间及质保期内涉及的所有费用均包含在投标报价中，采购人不再额外支付任何费用。 （2）安装调试与培训：中标人应按合同规定的时间交货，派人负责设备的现场安装和调试，并承担设备安装、调试及试运行期间的一切相关费用。如采购人发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求或有明显损坏，其有权要求及时退换并索赔。安装调试验收完毕，应由双方共同签署验收报告。安装调试期内，应提供≥2天的现场临床操作培训；三个月后提供第二轮≥2天的集中培训；采购方将聘请第三方专业机构对产品的参数、质量、安装、调试和培训工作进行验收。 （3）售后服务：在接到用户通知2小时内响应，48小时内到达用户现场，96小时内解决问题： ①提供7×24小时的技术咨询服务； ②敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务； ③提供7×24小时的故障服务受理； ④对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援； ⑤仪器使用期限≥8年，配件供应≥10年（须提供承诺函，格式自拟）； ⑥质保期内每年提供≥1次免费维护保养，开机率≥95%（按日历日计算）。 4. 其他要求： （1）中标人应保证货物是已定型上市销售的原产地、原包装、手续合法完整、渠道正规的产品；
--	--	---

			(2) 中标人应于中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订书面采购合同并按采购人要求及时供货，否则其投标保证金将不予退还，采购人还可依法单方解除合同并要求其承担违约责任。 三、交货期：交货时间：签订合同后30日内。 四、付款方式：签订合同后产品安装验收合格后支付至合同款项的90%，剩余10%的质保金质保期开始后满一年支付。
5	合同	商务	政府采购合同协议书 采购人（全称）：_（甲方） 供应商（全称）：_（乙方） 为了保护甲、乙双方合法权益，根据《民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议 1. 项目信息 (1) 采购项目名称： (2) 采购计划编号： (3) 项目内容： 2. 合同金额 (1) 合同金额小写： 大写： (2) 具体标的见附件。 (3) 合同价格形式：<u>固定总价合同</u>。 3. 履行合同的时间、地点及方式 起始日期：_年_月_日，完成日期：_年_月_日。总日历天数：_天。 地点： 方式： 4. 付款： 1、_。 2、预付款根据采购文件的约定。 5. 解决合同纠纷方式 首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

		☐ 提请仲裁 ☐ 向人民法院提起诉讼 6. 组成合同的文件 本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释： (1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议 (2) 成交通知书 (3) 响应文件 (4) 政府采购合同格式条款及其附件书。 (5) 专用合同条款 (6) 通用合同条款（如果有） (7) 标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有） (8) 其他合同文件。 7. 合同生效 本合同自_生效。 8. 合同份数 本合同一式_份，采购人执_份，供应商执_份，均具有同等法律效力。 合同订立时间：_年_月_日 合同订立地点： 甲 方：（公章） 乙 方：（公章） 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 采购合同专用条款 <table><tr><td>甲方名称、地址</td><td>名 称：祁阳市卫生健康局 地 址：湖南省永州市祁阳市银岭路299号</td></tr><tr><td>项目现场</td><td>采购人指定的地点</td></tr><tr><td>履行合同的时间、地点及方式</td><td>交货时间：签订合同后30日内。 交货地点：采购人指定地点</td></tr></table>	甲方名称、地址	名 称：祁阳市卫生健康局 地 址：湖南省永州市祁阳市银岭路299号	项目现场	采购人指定的地点	履行合同的时间、地点及方式	交货时间：签订合同后30日内。 交货地点：采购人指定地点
甲方名称、地址	名 称：祁阳市卫生健康局 地 址：湖南省永州市祁阳市银岭路299号							
项目现场	采购人指定的地点							
履行合同的时间、地点及方式	交货时间：签订合同后30日内。 交货地点：采购人指定地点							

			质量保证期	彩超整套设备（包含探头）质保期不少于五年，十二导心电图机整机质保期≥三年，自正式验收合格之日起开始计算。
			响应时间	彩超：2小时内对用户提出的问题或故障予以响应和处理，12小时内到达现场处理。 十二导心电图机：48小时内到达用户现场，96小时内解决问题。
			合同价款 支付方式 和条件	付款方式：签订合同后产品安装验收合格后支付至合同款项的90%，剩余10%的质保金质保期开始后满一年支付。
			乙方提供的其他服务	具体见采购需求
			合同未尽事项	双方协商解决

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	商务要求	商务	是	图片	本章内容供应商需逐条响应，根据商务需求提供证明材料及承诺函。
2	合同	商务	否	无	无

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	50	否	无	【报价】的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分
2	主观分	商务分	6	否	无	【人员培训】的评分规则：投标人根据产品特点和人员情况提供培训方案。方案内容包含1. 培训计划、2. 培训时间、3. 培训人员安排；对照上列3项量化指标按如下标准进行评分：内容全面、科学合理、满足采购需求的每项计2分，总分6分，未提供具体细节或提供明显漏洞不计分，有不合理之处的每处扣1分，包括但不限于语言、文字等其他错误的每处扣0.5分，扣完6分为止。

3	主观分	商务分	10	否	无	【售后服务】的评分规则：根据投标人对本项目售后服务方案进行评分，方案内容包括：1. 售后人员配置、2. 售后机构方案、3. 响应时间、4. 免费维修期限；对照上列4项量化指标按如下标准进行评分：内容全面、科学合理、满足采购需求的每项计2.5分，总计10分，未提供具体细节或者提供明显漏洞不计分，有不合理之处扣1分，包括但不限于语言、文字等其他错误的每处扣0.5分，扣完10分为止。
4	主观分	技术分	14	否	无	【实施方案】的评分规则：根据投标人对本项目提供的项目实施方案，包括但不限于人员配置与安排、项目进度计划与保证措施、项目安装调试流程、质量保证体系与措施、安全管理体系与措施、项目应急预案和责任进行综合评审，方案重点突出、描述清晰完整、充分结合实际情况对本项目针对性强且满足采购需求的得14分；每一项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中具体实施细节及措施表述不准确或存在瑕疵的每处扣4分，每一项内容未阐述或未提供具体实施细节及措施扣2分，包括但不限于语言、文字等其他错误的每处扣1分，扣分扣完本项为止。注：不符合项目实际情况是指只有单纯的文字描述，不具备实施的可能性，未结合项目实际背景以及本项目无关等情况；表述不准确是指内容具有明显缺陷或存在逻辑漏洞，前后不连贯等。
5	/	偏离分	20	详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则	详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则	【未进行评分设置的货物不区分技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物不区分技术类型的参数每偏离一项扣10分，最多扣20分

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例 (或分数)	备注
小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（货物）》	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。

本包偏离无效投标设置

除已设置评分项和实质性需求外，本包【货物技术参数】和【其他评审设置】中的偏离检查项最多偏离10项，超过将导致无效投标